Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000

Nasz znak : DOP – ZP 5/ 245 /08 Kraków, dnia 6 maja 2008 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku" (ZP 6/08).

Na podstawie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, odpowiada na zapytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na *„Dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku" (ZP 6/08).*

1. **<u>Dotyczy SIWZ</u> – w rozdziale VII pkt. 3 Zamawiający pisze: „ w zakresie grupy 1 poz. 19, 20 należy dołączyć dokumenty potwierdzające biokompatybilność na podstawie badań laboratoryjnych lub klinicznych". Czy nie nastąpiła omyłka ? Grupa I posiada 15 pozycji.**
   Odpowiedź: Nastąpiła pomyłka pisarska: winno być:

W zakresie grupy 1 poz. 1-15:

   1. Dokumenty potwierdzające biokomplatybilność na podstawie badań laboratoryjnych lub klinicznych.

2. **<u>Dotyczy SIWZ</u> – w rozdziale VII pkt. 3 Zamawiający pisze: „ w zakresie grupy 2 poz. 1, 2 należy dołączyć dokumenty potwierdzające biokompatybilność na podstawie badań laboratoryjnych lub klinicznych". Czy nie nastąpiła omyłka ? Prosimy o wyjaśnienie czego kompatybilności w zakresie tych dwóch pozycji dokumenty te mają się tyczyć ?**
   Odpowiedź: Zamawiający wymaga dołączenia dokumentów potwierdzających biokompatybilność na podstawie badań laboratoryjnych lub klinicznych celem wykluczenia wyrobów złej jakości.
3. **Pakiet nr 10 poz. 8-9 prosimy o podanie rozmiarów cewników do karmienia.**
   Odpowiedź: Zamawiający wymaga roz. 6-8 .
4. **pakiet nr 14 poz. 13 czy zamawiający ma na myśli przewód pojedynczy czy podwójny?**
   Odpowiedź: Zamawiający wymaga przewód pojedynczy oraz podwójny.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl

Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000
DEKRA Certification

5. **Pakiet 19 -pozycja 8-9 prosimy o podanie długości ramion.**
   Odpowiedź: długość ramion 10-12 cm.
6. **Pakiet 19 -pozycja 13 prosimy o sprecyzowanie jakiej sondy moczodowej Zamawiający oczekuje, czy ma to być sonda moczowodowa typu nelaton, oliwka , couvelairc, pojedynczy pigtail X-ray czy też podwójny pigtail?**
   Odpowiedź: Zamawiający oczekuje sondy bezdowodowej typu oliwka
7. **Pakiet 36 -pozycja 2 czy zamawiający ma na myśli rurkę teracheostomijną z ruchomym szyldem**
   Odpowiedź: zgodnie z zapisami SIWZ.
8. **Pakiet 36 -pozycja 7-9 czy zamawiający dopuści filtry mikrobiologicznie czyste?**
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza filtry sterylne – zgodnie z zapisami SIWZ.
9. **Pakiet nr 6 poz. 3-5 – Czy Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „zestaw" ma na myśli maskę Venturiego ?**
   Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem „zestaw" ma na myśli maskę Venturiego
10. **Pakiet nr 6 - Poz. 21 – Prosimy o podanie długości i rozmiaru przewodu.**
    Odpowiedź: CH 20-22
11. **Pakiet nr 19 Poz. 3-4 - Prosimy o podanie rozmiaru.**
    Odpowiedź: długość 210 cm CH 24
12. **Pakiet nr 19 Poz. 5,12** – Wnosimy o odstąpienie od wymogu docinanego konektora i dopuszczenie standardowej metody.
    Odpowiedź: zgodnie z zapisami SIWZ
13. **Pakiet nr 19 Poz. 6 – Prosimy o podanie rozmiaru,**
    Odpowiedź: długość 210 cm CH 20
14. **Pakiet nr 19 Poz. 7 – Prosimy o szerszy opis pozycji. Opis nie pasuje ani do zestawów do drenażu ani do zestawów do pola operacyjnego. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli.**
    Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli zestaw do drenażu pasywnego.
15. **Dotyczy pakietu nr 3 - Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 5 do osobnego pakietu?**
    Odpowiedź: Zamawiający wydziela do odrębnego pakietu poz. 5 i tworzy nowy pakiet 5A.
    Ustala się wadium dla grupy 3 – 2.200,00 zł, i dla grupy 3A – 200,00 zł.

16. **Dotyczy pakietu nr 3 - Czy w poz. 5 zamawiający dopuści do przetargu regulator pozwalający na zmianę nastaw w zakresie do 350 ml/godz. Wyposażony w standardową komorę kroplową i przedłużacz zakończony łącznikiem luer-lock z obrotowym kołnierzem do łatwiejszego i bezpieczniejszego podłączania pacjenta?**

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza regulator pozwalający na zmianę nastaw w zakresie 350 ml/godz.
Wyposażony w standardową komorę kroplową i przedłużacz zakończony łącznikiem luer-lock z obrotowym kołnierzem do łatwiejszego i bezpieczniejszego podłączania pacjenta.

17. **Dotyczy pakietu nr 8 -czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 1,2 i 4 igieł PP z prowadnicami o podanych średnicach oraz długości 90 mm?**
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 1, 2 i 4 igieł PP z prowadnicami o podanych średnicach oraz długości 90 mm.
18. **Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 3 igły PP z prowadnicą o podanej średnicy i długości 115 mm?**
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 3 igły PP z prowadnicą o podanej średnicy i długości 115 mm
19. **Czy zamawiający zgadza się na wydzielenie poz. 6, 7 i 12 do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie na pozostałe pozycje konkurencyjnej cenowo i jakościowo oferty?**
Odpowiedź: Zamawiający wydziela z grupy 8 poz. 6, 7, 12 tworząc nową grupę 8A stanowiącą załącznik do niniejszego pisma.
Ustala się wadium dla grupy 8 – 1.100,00 zł, i dla grupy 8A – 900,00 zł.
20. **Czy zamawiający zgadza się na zaoferowanie w poz. 8 zestawu do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 7F/2,34 mm o długości cewnika 20 cm z prowadnicą 0,89 mm/60 cm wyposażonego m.in. w niezintegrowany łącznik Y z uszczelnionym ramieniem bocznym, koreczki z portami samo uszczelniającymi się i strzykawkę 5 ml.?**
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 8 zestawu do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 7F/2,34 mm o długości cewnika 20 cm z prowadnicą 0,89 mm/60 cm wyposażonego m.in. w niezintegrowany łącznik Y z uszczelnionym ramieniem bocznym, koreczki z portami samo uszczelniającymi się i strzykawkę 5 ml.
21. **Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w poz. 9 zestawu do cewnikowania żył centralnych metoda Seldingera 4F/1,35 mm o długości cewnika 12 cm z prowadnicą 0,46 mm/49 cm wyposażonego m.in. w koreczki z portami samo uszczelniającymi się i strzykawkę 5 ml?**
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 9 zestawu do cewnikowania żył centralnych metoda Seldingera 4F/1,35 mm o długości cewnika 12 cm z prowadnicą 0,46 mm/49 cm wyposażonego m.in. w koreczki z portami samo uszczelniającymi się i strzykawkę 5 ml.

Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000
DEKRA Certification

22. **Dotyczy pakietu nr 15 - czy Zamawiający zgadza się na wydzielenie poz. 3, 4 i 6 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu?**

    Odpowiedź: Zamawiający wydziela z grupy 15 poz. 3, 4, 6 tworząc nową grupę 15 A stanowiącą załącznik do niniejszego pisma.
    Ustala się wadium dla grupy 15 – 300,00 zł, i dla grupy 15A – 700,00 zł.
23. **Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 6 trzykomorowego zestawu do drenażu klatki piersiowej ze zintegrowaną / nie wymienną komorą korekcyjną o poj. 2200 ml bez korka z możliwością wyciszenia oraz portem do pobierania próbek umieszczonym tuż przy drenie łączącym, strzykawką do wypełnienia stabilnego bez konieczności rozkładnia dodatkowych elementów?**
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 6 trzykomorowego zestawu do drenażu klatki piersiowej ze zintegrowaną / nie wymienną komorą korekcyjną o poj. 2200 ml bez korka z możliwością wyciszenia oraz portem do pobierania próbek umieszczonym tuż przy drenie łączącym, strzykawką do wypełnienia stabilnego bez konieczności rozkładnia dodatkowych elementów.
24. **Dotyczy pakietu nr 19 - czy zamawiający zgadza się na wydzielenie poz. 19, 20 do oddzielnego pakietu**
    Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 19, 20 do oddzielnego pakietu
25. **Dotyczy pakietu nr 19- Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 19 zamiast drenów o średnicy 24, 26,28 F powszechnie używane dreny o średnicy 24 i 28 F?**
    Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .
26. **Dotyczy pakietu nr 19- Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 20 zamiast drenów o średnicy 30-34 F powszechnie używane dreny o średnicy 28 i 32 F?**
    Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .
27. **Dotyczy pakietu nr 20 czy zamawiający zgadza się na wydzielenie poz. 5 i 6 do oddzielnego pakietu co pozwoli zaoferować na nią konkurencyjną cenowo i jakościowo ofertę?**
    Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

28. **Dotyczy pakietu nr 20- Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 5 i 6 zamkniętego systemu do drenażu ran, pakowanego pojedynczo w opakowanie typu folia paier, sterylnego, złożonego z mieszka ze sprężyną o pojemności 500 ml wytwarzającego zmienne podciśnienie od poziomu 100 mm Hg, wyposażonego w zastawki antyrefluksyjne na wejściu i wyjściu z dokładną skalą pomiaru**

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl

wielkości drenażu co 50 ml oraz worka o pojemności 600 ml bez filtra z drenem o długości ok 100 cm z uniwersalnym elastycznym łącznikiem umożliwiającym podłączenie drenów 6 – 18 Ch.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

29. **Dotyczy pakietu nr 30 czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 1 i 2 zestawów do hemodializy o wymaganych rozmiarach z cewnikiem wykonanym z poliuretanu bez powłoki antybakteryjnej, zawierających w zestawie m.in. niezintegrowany łącznik Y umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez odłączania strzykawki, koreczki z portami iniekcyjnymi i strzykawkę 5 m**l?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody- zgodnie z opisem SIWZ.
30. **dotyczy grupy 3 poz. 4 . Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych i preparatów krwiozastępczych bez skrzydełek zewnętrznych.**
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
31. **dotyczy grupy 5 poz. 16 Zwracamy się do zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.**
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
32. **Proszę o wyjaśnienie czy w ofercie przetargowej zostanie przez Państwa dopuszczona jednorazowa maszynka medyczna Wilkinson Sword.**
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
33. **Dotyczy grupy nr 23 poz. 14 zamawiający ilości próbne (rozdz. XV tabela -wykaz partii próbnej) wymaganej partii wyrobów dla poz. 11-14 podał 50 szt. W przedmiocie opisu zamówienia w poz. 14 znajduje się „koszula fartuch higieniczny" czy rzeczywiście należy dostarczy aż 50 szt tego wyrobu do przetestowania?**
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia 10 szt. tego wyrobu.
34. **Dotyczy grupy nr 29 - czy zamawiający dopuści zaoferowanie uniwersalnego poz. 1 sterylnego zestawu uniwersalnego w składzie:**
a)serweta ekran anestezjologiczny o wymiarze 150 cm X 240 cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety – 1 szt.
b) serwety boczne o wymiarze 75 cm x 100 cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku – 2 szt.
c) serweta dolna o wymiarze 180 cm z 175 cm wykończona taśmą 1 szt
d) pokrowiec na stolik MAYO w wymiarach 80 cm x 140 cm – 1 szt
e) ściereczki wysokochłonne o wymiarze 40 x 42 cm – 2 szt
f) taśma przylepna włóknikowa o wymiarze 10 cm x 50 cm – 1 szt.
g) dwukomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulacje o wymiarze 2 x15 cm x 40 cm- 1 szt.

i) całość owinięta jest w serwetę o wymiarze 150 x 200 cm która służy jako przykrycie stolika instrumentariuszki wykonana z 2 – warstwowego laminatu o gramaturze min 60 g/m2 którego nieprzemakalność od strony włókien wynosi min. 100 cm H2o od strony filmu PE min 200 cm H2O?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe parametry.

35. **Dotyczy grupy nr 29 - czy zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 2 zestawu do artroskopii kolana wykonanego z paroprzepuszczalnego 3 warstwowego laminatu w składzie:**
a) sterylna serweta o wymiarach 220 x 320 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu, wyposażona w warstwę chłonną i samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem7 cm, który szczelnie przylega powyżej kolana i wyposażona w torbę do przechwytywania płynów – 1 szt.
b) osłona na kończynę o wym. 37 x 75 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu – 1 szt.
c) taśmy lepne 10x 50 cm do mocowania osłony kończyny – 2 szt
d) przewód drenażowy fi 7 mm/100 cm- 1 szt
e)ręczniki chłonne – 2 szt
f) osłona na stolik mayo w rozmiarze 80x140 cm – 1 szt
g) całość owinięta w serwetę o wymiarze 150 x 180 cm służy jako przykrycie stolika wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 60 g/m2 którego nieprzemakalność od strony włókiem wynosi min. 100 cm H2O, od strony filmu PE min 200 cm H2O?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe parametry.

36. **Dotyczy grupy nr 29 - czy zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 3 zestawu do zabiegów w chirurgii biodra wykonanego z paroprzepuszcalnego 3 warstwowego laminatu w składzie:**
a) serweta o wymiarach 200 x 290 cm z wyciecem w kształcie litery U (9x100 cm) otoczonym taśmą samoprzylepną – 1 szt.
b) serweta o wymiarach 150 x 240 służącą jako ekran anestezjologiczny – 1 szt.
c) serweta na stolik Mayo 80 x 140 – 1 szt.
d) ściereczki celulozowe 2 szt.
e) kieszeń dwukomorowa na ssak i koagulację 2 x 15 x 40 – 1 szt.
f) pokrowiec na kończynę wykonany z nieprzemakalnego laminatu o wym. 37 x 150 cm- 1 szt
g) taśmy samoprzylepne 10x 50 cm – 3 szt.h) całość owinięta w serwetę 150 x 200 cm służy jako pokrycie stolika wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 60 g/m2, którego nieprzemakalność od strony włókien wynosi nim 100 cm H2O od strony filmu PR min 200 H2O – 1 szt?

37. **Dotyczy grupy nr 29 - Czy zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 4 sterylnej serwety do zabiegu cystoskopii wykonanej o wym 75 x 175 cm posiadającej w części środkowej otwórna prącie 5x7 jak tez osłonę o średnicy 3,5 na palec do badania per rectum dookoła otworów z warstwą chłonną 35 x 45 cm wyposażonej w dwie osłony na kończyny, dodatkowo całość owiniętą w serwetę 100 x 150 cm która może służyć jako przykrycie stolika?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe parametry.

38. **Dotyczy grupy 29 - czy zamawiający wyrazi zgodę aby zestawy serwet operacyjnych poz 1, 2, 3, 4, wykonane były z paroprzepuszczalnego 3 warstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 75g/m2 nieprzemakalności min. 200 cm H2O i wytrzymałości na rozerwanie min. 200 Kpa w skład którego wchodzi włóknina polipropylenowa i polietylenowa posiadająca równie dobre parametry absorpcyjne co włóknina wiskozowa?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe parametry.

39. **dotyczy grupy 34 - W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający zamieścił bardzo szczegółowe wymogi dotyczące wymiarów i parametrów technicznych nie żądając przy tym dołączenia do oferty ani dokumentów ani wzorów umożliwiających stwierdzenie zgodności oferowanych wyrobów z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Czy na potwierdzenie tak szczegółowo sprecyzowanych wymogów Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów technicznych wystawionych przez producenta materiałów, z jakich wykonane są oferowane wyroby oraz próbek do ich przetestowania? Jeżeli zamawiający wyraża zgodę prosimy o doprecyzowanie ilości partii próbnej dla poszczególnych pozycji.**

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów technicznych wystawionych przez producenta materiałów, z jakich wykonane są oferowane wyroby oraz próbek do ich przetestowania. **ilość partii próbnej dla poszczególnych pozycji wynosi: od poz. 18-22 po 2 szt.**

40. dotyczy projektu umowy: czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu w Projekcie Umowy w § 9 pkt 2 który brzmi:

„dostawca zapłaci Odbiorcy kary w wysokości 0,5 % wartości zamawianej partii materiałów (bez uwzględnienia podatku Vat) za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu”

na

„dostawca zapłaci Odbiorcy kary w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej partii materiałów (bez uwzględnienia podatku Vat) za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .

Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000
DEKRA Certification

41. **Czy zamawiający dopuści w grupie 22 poz. 1 elektrodę o średnicy okrągłej 42mm?**
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w grupie 22 poz. 1 elektrodę o średnicy okrągłej 42mm?
42. **Czy zamawiający dopuści w grupie 22 poz. 2 elektrodę o rozmiarze 4,0 x 3,2 cm hydrożelem i podłożem new comfort?**
    Odpowiedź: tak zamawiający dopuszcza w grupie 22 poz. 2 elektrodę o rozmiarze 4,0 x 3,2 cm hydrożelem i podłożem new comfort.
43. **Grupa 23 - czy zamawiający dopuszcza w pozycji nr 2 serwetę o wymiarach spełniających wymogi SIWZ z otworem 6x8 cm?**
    Odpowiedź: zgodnie z opisem SIWZ
44. **Czy zamawiający dopuści w pozycji nr 6 serwetę z taśmą lepną?**
    Odpowiedź: zgodnie z opisem SIWZ
45. **Czy zamawiający dopuści w pozycji nr 7 serwetę z taśmą lepną o wymiarach 100x75 cm?**
    Odpowiedź: zgodnie z opisem SIWZ
46. **Jakiego materiału dla serwet w grupie 23 wymaga zamawiający?**
    Odpowiedź: zgodnie z opisem SIWZ
47. **Czy zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z grupy 23 poz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, i 16?**
    Odpowiedź: zgodnie z opisem SIWZ
48. **grupa 28 - czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z grupy 28 poz. nr 3**
    Odpowiedź: zgodnie z opisem SIWZ
49. **grupa 29- jakiego materiału dla obłożeń w grupie 29 wymaga Zamawiający**
    Odpowiedź: zgodnie z opisem SIWZ pkt VII.3.
50. **grupa 29 - czy zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 1 z grupy 29?**
    Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1 z grupy 29.

51. **grupa 29 - czy zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w pozycji nr 1 w zestawie uniwersalnym serwety o rozmiarach 150x250 (zamiast 150 x 240) , serwety 183 x 183 (zamiast 170 x 175) oraz serwety na stolik instrumentariuszki 200x150 (zamiast 140x 190) .**
    Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
52. **grupa nr 5 pojemniki, miski, baseny poz. 1 czy zamawiający dopuści słój plastikowy o pojemności 2 litrów?**
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza słój plastikowy o pojemności 2 litrów.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl

Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000
DEKRA Certification

53. **Grupa 5 pojemniki, miski baseny poz. 6,7 czy zamawiający dopuści również pojemniki na mocz do badań o pojemności wyskalowanej do 100 ml z możliwością napełnienia do 120 ml.**
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemniki na mocz do badań o pojemności wyskalowanej do 100 ml z możliwością napełnienia do 120 ml
54. **Dotyczy zapisu zamieszczonego w SIWZ III Opis przedmiotu zamówienia pkt 4 oraz VII pkt 2. Proszę zamawiającego o odpowiedź jakie zajmie stanowisko w sytuacji w której katalogi danego wyrobu nie będą zawierały numeru katalogowego ze względu na to iż producent nie stosuje takich numerów?**
    Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oświadczenie że katalogi danego wyrobu nie zawierają numeru katalogowego.
55. **zadanie nr 1 poz. 5 - czy zamawiający dopuści strzykawki 2 ml ze skalą do 2,5 ml oraz niebieskim tłokiem? pozostałe parametry be zmian?**
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki 2 ml ze skalą do 2,5 ml oraz niebieskim tłokiem, pozostałe parametry be zmian.
56. **zadanie 1 poz. 6 - czy zamawiający dopuści strzykawki 5 ml ze skalą do 5,6 ml oraz niebieskim tłokiem? pozostałe parametry bez zmian .**
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki 5 ml ze skalą do 5,6 ml oraz niebieskim tłokiem, pozostałe parametry bez zmian.
57. **Zadanie 1 poz. 7 - czy zamawiający dopuści strzykawki 10 ml z niebieskim tłokiem ? pozostałe parametry bez zmian?**
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki 10 ml z niebieskim tłokiem, pozostałe parametry bez zmian.
58. **Zadanie 1 poz. 8 -czy zamawiający dopuści strzykawki 20 ml ze skalą do 23 ml oraz niebieskim tłokiem? Pozostałe parametry bez zmian**
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki 20 ml ze skalą do 23 ml oraz niebieskim tłokiem, pozostałe parametry bez zmian
59. **Zadanie 1 poz. 13 - czy zamawiający dopuści kaniule dożylne**
    - **22 G 0,9 x 25 mm przepływ 42 ml/min**
    - **20 G 1,1 x 32 mm przepływ 67 ml/min**
    - **18 G 1,3 x 45 mm przepływ 103 ml/min**
    - **17 G 1,5 x 45 mm przepływ 133 ml/min**
    - **16 G 1,8 X 45 mm przepływ 235 ml/min? pozostałe parametry bez zmian**

    Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – zgodnie z zapisami SIWZ.
60. **W związku z tym że nie posiadamy katalogów, kart katalogowych oferowanego asortymentu , czy zamawiający zgodzi się na nie dołączanie do oferty ww dokumentu w przypadku grupy 18?**

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl

Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000
DEKRA Certification

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia odpowiedniego oświadczenia, że katalogi danego wyrobu nie zawierają numeru katalogowego.

61. **W związku z tym że termin ważności pasków Optium Xido wynosi 305 dni , czy zamawiający wyrazi zgodę , aby w przypadku grupy 18 minimalny okres przydatności do użycia oferowanych materiałów wynosił 9 – miesięcy?**
    Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku grupy 18 minimalny okres przydatności do użycia oferowanych materiałów wynosił 9 – miesięcy
62. **Grupa 26 poz. 4 -Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dzieci o przedziale wagowym 5-9 kg?**
    Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki dla dzieci o przedziale wagowym 5-9 kg
63. **Grupa 26 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtek dla dzieci o przedziale wagowym 8-18 kg?**
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki dla dzieci o przedziale wagowym 8-18 kg
64. **Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w § 9 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy?**
    2) w wysokości 0,1 % wartości zamówionej partii towaru leków (bez nieuwzględnienia podatku Vat) za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej dostawy.
    Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania , którym przekazano SIWZ, zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążąca.
Termin składania ofert – 14 maja 2008 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Szpitala pok. nr 12.
Termin otwarcia ofert - 14 maja 2008 r. do godz. 12.30 w Świetlicy Szpitala.

Z poważaniem

załączniki:
1 x załącznik nr 4 do SIWZ grupa 5A
1 x załącznik nr 4 do SIWZ grupa 8A
1 x załącznik nr 4 do SIWZ grupa 15A

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl