



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



Nasz znak : DOP – ZP 19/08/ /08

Kraków, dnia 25 lipca 2008 r.

*Do uczestników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na
„Dostawę materiałów opatrunkowych”
(ZP 19/2008) wg rozdziałnika*

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania.

I. Pytanie dotyczy Grupy I

Poz. nr 22, 23, 224, 25, 26, 27 – kompresy jałowe – zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie ww. produktów z Grupy I i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia. Takie rozwiązanie pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty w zakresie dostawy kompresów jałowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

II. Pytanie dotyczy Grupy III

Poz. nr 1 – serweta 45 cmx 45 cm, 4 warstwy 20 nitek, z nitką radiacyjną i tasiemką – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety, posiadającej zamiast nitki radiacyjnej taśmę radiacyjną o długości ok. 10 cm wysycaną środkiem kontrastującym, wszytą w zawinięty brzeg serwety (tzw. chip radiacyjny)? Taki rodzaj i sposób umocowania elementu kontrastującego zapobiega rozdzielaniu go od gazy i zapewnia pełne użytkowania serwety.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

III. Pytanie dotyczy Grupy III

Poz. nr 1 – serweta 45 cmx 45 cm, 4 warstwy 20 nitek, z nitką radiacyjną i tasiemką – czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana serweta poddana była procesowi technologicznego prania (płukania) wstępnego? Pragniemy zwrócić Państwu uwagę na fakt, że proces technologicznego prania wstępnego zwiększa zdolności absorpcyjne gazy a ponadto, poza

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



zwiększeniem miękkości i chłonności serwety, gwarantuje większe bezpieczeństwo jej użytkowania (dodatkowe płukanie powoduje usunięcie ewentualnych pozostałości z fazy neutralizacji procesu bielenia – środków pianotwórczych, redukujących lub innych, które pod wpływem czynników sterylizacji podlegają procesom chemicznym, mogącym mieć szkodliwy wpływ na organizm).

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

VI. Pytanie dotyczy Grupy III

Poz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – serweta i kompresy niejadalne – czy w związku z opisem „przeznaczone do stosowania dla celów inwazyjnych na Bloku Operacyjnym, należy zaoferować serwetę i kompresy sklasyfikowane w klasie II a zgodnie z regułą 7 klasyfikacji wyrobów medycznych?

Odpowiedź:

Tak.

V. Pytanie dotyczy Grupy III

Poz. nr 12 – opaska elastyczna tkana z zapinką 5 m x 15 cm, pakowana pojedynczo – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opaski o stopniu elastyczności ok. 300 %, wykonanej z wysokoelastycznych przędz elastomerowych i poliamidowych oraz przędz bawełnianych, o gęstości tkania (gęstości wątku) 60 nitek na 1 metr?

Odpowiedź:

Tak.

VI. Pytanie dotyczy Grupy III

Poz. nr 12 – opaska elastyczna tkana z zapinką 5m x 15 cm, pakowana pojedynczo – czy Zamawiający wymaga zaoferowania opaski pakowanej razem z dwoma zapinkami?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

VII. Pytanie dotyczy Grupy III

Poz. nr 16 i 17 – wata opatrunkowa bawełniano – wiskozowa – czy Zamawiający wymaga zaoferowania waty posiadającej w swoim składzie min. 70 % bawełny?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

VIII. Pytanie dotyczy Grupy IV

Poz. nr 1, 2 i 3 – opaski gipsowe – czy Zamawiający wymaga, aby gaza nośna w opaskach gipsowych pokryta była obustronnie gipsem medycznym? Zwiększa to komfort pracy z opaską i powoduje większą wytrzymałość gotowego opatrunku gipsowego.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

IX. Pytanie dotyczy Grupy IV

Poz. nr 1, 2 i 3 – opaski gipsowe – czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek pakowanych a’ 2 szt. w opakowania fabrycznie zgrzewane?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

X. Pytanie dotyczy Grupy V

Poz. nr 1 i 2 – kompresy jałowe – czy w związku z opisem „przeznaczone do stosowania dla celów inwazyjnych na Bloku Operacyjnym”, należy zaoferować kompresy sklasyfikowane w klasie II a zgodnie z regułą 7 klasyfikacji wyrobów medycznych?

Odpowiedź:

Tak.

XI. Pytanie dotyczy Grupy I poz. 22 – 27

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 22 – 27 i utworzy oddzielne zadanie, co umożliwi złożenie oferty największemu polskiemu producentowi kompresów gazowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

XII. Pytanie dotyczy Grupy I poz. 22 – 27

W związku z tym, że nie rekomenduje się sterylizacji tlenkiem etylenu materiałów porowatych, gdyż istnieje ryzyko pozostawienia resztek tlenu etylenu w materiale poddanym sterylizacji, nawet po procesie degazacji. Stanowi to potencjalne zagrożenie dla zdrowia pacjentów, personelu. Użycie opatrunków z zalegającymi resztkami tlenu etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic, ponieważ bójcze działanie tlenu etylenu polega na alkilacji białek. Preferowanie sterylizacji parą wodną jest zgodny z wytycznymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2006r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U.06.194.1436) Aneks 1 pt. Wytwarzanie sterylnych produktów leczniczych, gdzie zapisano

a) sterylizacja tlenkiem etylenu powinna być zastosowana tylko wówczas, gdy inne metody nie są możliwe do zastosowania (pkt.76)

b) z metod obecnie dostępnych preferowana jest sterylizacja parą (pkt.82).

Czy Zamawiający wymaga, aby kompresy były sterylizowane w parze wodnej?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



XIII. Pytanie dotyczy Grupy II poz. 1-6, 9-10

W związku z tym, że nie rekomenduje się sterylizacji tlenkiem etylenu materiałów porowatych, gdyż istnieje ryzyko pozostawienia resztek tlenu etylenu w materiale poddanym sterylizacji, nawet po procesie degazacji. Stanowi to potencjalne zagrożenie dla zdrowia pacjentów, personelu. Użycie opatrunków z zalegającymi resztkami tlenu etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic, ponieważ bójcze działanie tlenu etylenu polega na alkilacji białek. Preferowanie sterylizacji parą wodną jest zgodny z wytycznymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2006r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U.06.194.1436) Aneks 1 pt. Wytwarzanie sterylnych produktów leczniczych, gdzie zapisano

a) sterylizacja tlenkiem etylenu powinna być zastosowana tylko wówczas, gdy inne metody nie są możliwe do zastosowania (pkt.76)

b) z metod obecnie dostępnych preferowana jest sterylizacja parą (pkt.82).

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby były sterylizowane w parze wodnej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

XIV. Pytanie dotyczy Grupy III, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę 45 x 45 cm 17-nitkową z nitką radiacyjną i tasiemką?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SIWZ.

XV. Pytanie dotyczy Grupy III, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kompresy chłonne w opakowaniu A'20 sztuk z przeliczeniem ceny za opakowanie A'25 sztuk w celach porównawczych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SIWZ.

XVI. Pytanie dotyczy Grupy III, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści opaskę w rozmiarze 4m x 8 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SIWZ.

XVII. Pytanie dotyczy Grupy III, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści gazę w opakowaniu zawierającym 200 mb?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SIWZ.

XVIII. Pytanie dotyczy Grupy V

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



W związku z tym, że nie rekomenduje się sterylizacji tlenkiem etylenu materiałów porowatych, gdyż istnieje ryzyko pozostawienia resztek tlenu etylenu w materiale poddanym sterylizacji, nawet po procesie degazacji. Stanowi to potencjalne zagrożenie dla zdrowia pacjentów, personelu. Użycie opatrunków z zalegającymi resztkami tlenu etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic, ponieważ bójcze działanie tlenu etylenu polega na alkilacji białek. Preferowanie sterylizacji parą wodną jest zgodny z wytycznymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2006r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U.06.194.1436) Aneks 1 pt. Wytwarzanie sterylnych produktów leczniczych, gdzie zapisano

a) sterylizacja tlenkiem etylenu powinna być zastosowana tylko wówczas, gdy inne metody nie są możliwe do zastosowania (pkt. 76)

b) z metod obecnie dostępnych preferowana jest sterylizacja parą (pkt.82).

Czy Zamawiający wymaga, aby kompresy były sterylizowane w parze wodnej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

XIX. Pytanie dotyczy Grupy I, poz. 1-3, 20 – 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach przylepca o długości 9,1 m (różnice w długości plastrów oferowanych przez różnych producentów mieszczące się w granicach 9,1-9,2 wynikają z odmiennego zaokrąglenia przy przeliczaniu bazowej długości 10 jardów – 1 jard=0,9144)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza tolerancję w granicach 9,1 – 9,2 m.

XX. Pytanie dotyczy Grupy I poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji plastra o dł. 5 m z jednoczesnym przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

XXI. Pytanie dotyczy Grupy I poz. 7

Prosimy o sprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem plaster uniwersalny (gdyż różni producenci różnie interpretują takie określenie i dostosowują do gamy oferowanych produktów).

Odpowiedź:

Jest to plaster z opatrunkiem na folii z mikroperforacją z klejem akrylowym 72x25 mm – 4 szt., 72 x 19 mm – 8 szt., 57 x 16 mm – 6 szt., 38 x 10 mm – 4 szt., plaster z opatrunkiem na włókninie z klejem akrylowym 10 x 6 cm – 1 szt., plaster z opatrunkiem na tkaninie z klejem akrylowym 10 x 6 cm – 1 szt.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



XXII. Pytanie dotyczy Grupy I poz. 11

Prosimy o określenie rozmiaru przedstawionych w danej pozycji gazików jałowych i ew. dopuszczalnych odchyleń.

Odpowiedź:

7cm x 3 cm (+ 1 cm).

XXIII. Pytanie dotyczy Grupy I poz. 22 – 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach kompresów pakowanych a'2 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

XXIV. Pytanie dotyczy Grupy III poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby serwety operacyjne poddane były procesowi technologicznego prania wstępnego? Pragniemy zaznaczyć, iż ten proces technologiczny zwiększa zdolności absorbcyjne serwety a ponadto, poza zwiększeniem miękkości i chłonności gwarantuje większe bezpieczeństwo użytkowania (dodatkowe płukanie powoduje usunięcie ewentualnych pozostałości z fazy neutralizacyjnej procesu bielenia – środków pianotwórczych, redukujących lub innych, które pod wpływem czynników sterylizacji podlegają procesom chemicznym, mogącym mieć szkodliwy wpływ na organizm).

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

XXV. Pytanie dotyczy Grupy IV poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji opaski gipsowej 3x0,15 m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

XXVI. Pytanie dotyczy Grupy V poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach kompresów jałowych pakowanych a'10 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

XXVII. Pytanie dotyczy Grupy IV poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o rozmiarze 3 x 0,15 m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

XXVIII. Pytanie dotyczy Grupy IV poz. 1, 2, 3

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



Czy Zamawiający wymaga aby opaska gipsowa była owinięta na okrągłym plastikowym rdzeniu? Zaletą takiego rdzenia jest, że nie rozmięka się i nie odkształca podczas jego zamaczania?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga.

XXIX. Pytanie dotyczy projektu umowy § 11 pkt. 2.1

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić zapis umowy następująco: „Dostawca zapłaci Odbiorcy kary w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy, do dnia odstąpienia przez Dostawcę?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

XXX. Pytanie dotyczy Grupy III

Prosimy o zgodę na zaoferowanie w grupie 3 w pozycji 11 opaski elastycznej tkanej spełniającej pozostałe wymogi Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

XXXI. Pytanie dotyczy Grupy I poz. 7

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu I. Pozwoli to na udział większej liczbie Oferentów, zapewniając tym samym większą konkurencyjność i lepszy wybór Zamawiającemu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

XXXII. Pytanie dotyczy Grupy I poz. 9

Czy elastyczna siatka opatrunkowa ma być mierzona w stanie spoczynku? Jeżeli tak to prosimy o dopuszczenie siatki 6 cm x 6 m w przeliczeniu na wymaganą ilość?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający nie wyraża zgody.

XXXIII. Pytanie dotyczy Grupy I poz. 10

Czy elastyczna siatka opatrunkowa ma być mierzona w stanie spoczynku? Jeżeli tak to prosimy o dopuszczenie siatki 10 cm x 6 m w przeliczeniu na wymaganą ilość?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający nie wyraża zgody.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



XXXIV. Pytanie dotyczy Grupy I poz. 12

Czy dopuści Zamawiający bandaż podgipsowy z syntetycznej bawełny, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w bandaż.

XXXV. Pytanie dotyczy Grupy I poz. 13

Czy dopuści Zamawiający plaster do mocowania wkłuć naczyniowych o wymiarach 6 x 7 cm bez wycięcia lub 6 x 8 cm bez ramki i metki lub 7 x 9 cm wyposażony w równoważny do ramki system folii aplikacyjnej, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SIWZ.

XXXVI. Pytanie dotyczy Grupy I poz. 14

Czy dopuści Zamawiający plaster do mocowania wkłuć naczyniowych o wymiarach 7 x 9 cm wyposażony w równoważny do ramki system folii aplikacyjnej, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SIWZ.

XXXVII. Pytanie dotyczy Grupy III poz. 11

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie opisu. Co Zamawiający rozumie pod elastyczna dziana.

Odpowiedź:

Opaska elastyczna dziana jest to opaska podtrzymująca, miękka przewiewna o rozciągliwości 160 %.

XXXVIII. Pytanie dotyczy Grupy III poz. 11

Czy dopuści Zamawiający opaskę o rozmiarze 4 m x 8 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

XXXIX. Pytanie dotyczy Grupy IV poz. 1-3

Czy dopuści zamawiający opaskę gipsową o czasie wiązania 5 do 6 minut?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

XXXX. Pytanie dotyczy Grupy IV poz. 1

Czy dopuści Zamawiający opaskę gipsową o rozmiarze 3 x 0,15 m?

Odpowiedź:

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



Zamawiający dopuszcza.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają się wiążące.

Termin składania ofert – 31 lipca 2008 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala pok. nr 12.

Termin otwarcia ofert – 31 lipca 2008 r. do godz. 10.30 w świetlicy Szpitala.

Z poważaniem,

Otrzymują:
1 x adresat wg rozdzielnika
1 x a/a

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl