



# Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000



Kraków, dnia 24.07.2008 r.

DOP – ZP 21/2008/370

**Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego (rok produkcji 2007/2008) zestawu do videoendoskopii dla Pracowni Endoskopii wraz ze szkoleniem personelu numer sprawy ZP 21/2008**

**I.** W związku z wniesieniem, przez Wykonawcę, pisma dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

**Pytanie 1** dot. załącznika nr 1 poz. 7.3

Czy Zamawiający zmieni zapis z „Możliwość sterowania przyciskiem nożnym i przyciskiem głowicy endoskopu” na zapis „Możliwość sterowania przyciskiem nożnym lub przyciskiem głowicy endoskopu”?

**Odpowiedź 1:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 2** dot. videogastroskopu HD

Czy Zamawiający w pkt 1.6 dopuści videogastroskop o głębi ostrości max. 6-100 mm?

**Odpowiedź 2:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**II.** Powyższe wyjaśnienia zostają umieszczone na stronie internetowej Szpitala [www.zeromski-szpital.pl](http://www.zeromski-szpital.pl). i stają się wiążące.

**III.** Pozostałe wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Nadzoru  
0-12 644-01-44 wew. 413

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 644-22-89

Główny Księgowy  
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

[www.zeromski-szpital.pl](http://www.zeromski-szpital.pl)

e-mail: [zpubl@interia.pl](mailto:zpubl@interia.pl)

e-mail: [zeromski@bci.pl](mailto:zeromski@bci.pl)