



# Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000



Nasz znak : DOP – ZP 31/ /08

Kraków, dnia 17 listopada 2008 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  
**„Dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku” (ZP 31/08).**

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, odpowiada na zapytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **„Dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku” (ZP 31/08).**

**1. Grupa 10 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści w grupie 10 poz. 1 trokar jednorazowy 5 mm dł 100 mm wyposażony w dwie uszczelki, piramidalne ostrze tnąco - rozpychające z automatyczną osłoną z zaworami umożliwiającymi insuflację, blokadę przepływu gazu i desuflację z szarą kaniulą?**

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza trokaru jednorazowego o 5 mm dł 100 mm wyposażonego w dwie uszczelki, piramidalne ostrze tnąco - rozpychające z automatyczną osłoną z zaworami umożliwiającymi insuflację, blokadę przepływu gazu i desuflację z szarą kaniulą

**2. Grupa 10 poz. 2 : Czy Zamawiający dopuści w grupie 10 poz. 2 trokar jednorazowy 5-11 mm dł mm wyposażony w dwie uszczelki, uniwersalną redukcję pozwalającą na wprowadzenie instrumentów od 5 mm do 11 mm bez konieczności zastosowania dodatkowej redukcji redukcji, piramidalne ostrze tnąco- rozpychające z automatyczną osłoną z zaworami umożliwiającymi insuflację, blokadę przepływu gazu i desuflację z szarą kaniulą?**

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza trokaru jednorazowego 5-11 mm dł mm wyposażonego w dwie uszczelki, uniwersalną redukcję pozwalającą na wprowadzenie instrumentów od 5 mm do 11 mm bez konieczności zastosowania dodatkowej redukcji redukcji, piramidalne ostrze tnąco- rozpychające z automatyczną osłoną z zaworami umożliwiającymi insuflację, blokadę przepływu gazu i desuflację z szarą kaniulą

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 644-22-89

Główny Księgowy  
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



# Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000



- 3. Grupa 10 poz. 3 : Czy Zamawiający dopuści w grupie 10 poz. 3 trokar jednorazowy 5 mm dł 100 mm wyposażony w dwie uszczelki piramidalne ostrze tnąco- rozpychające z automatyczną osłoną i niezależny obturator, zewnętrzna obudowa trokaru przezroczysta, dwie szare kaniule, z zaworami umożliwiającymi insuflację, blokadę przepływu gazu i desuflację ?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza trokar jednorazowy 5 mm dł 100 mm wyposażony w dwie uszczelki piramidalne ostrze tnąco- rozpychające z automatyczną osłoną i niezależny obturator, zewnętrzną obudową trokaru przezroczystą, dwie szare kaniule, z zaworami umożliwiającymi insuflację, blokadę przepływu gazu i desuflację.

- 4. Grupa 10 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści w grupie 10 poz. 4 trokar jednorazowy 10/11 mm dł 100 mm wyposażony w dwie uszczelki , uniwersalną redukcję pozwalającą na wprowadzenie instrumentów od 5 mm do 11 mm bez konieczności zastosowania dodatkowej redukcji, piramidalne ostrze tnąco- rozpychające z automatyczna osłona z niezależnym obturatorem zewnętrzna obudowa trokaru przezroczysta dwie szare kaniule z zaworami umożliwiającymi insuflację, blokadę przepływu gazu i desuflację ?**

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza trokaru jednorazowego 10/11 mm dł 100 mm wyposażonego w dwie uszczelki , uniwersalną redukcję pozwalającą na wprowadzenie instrumentów od 5 mm do 11 mm bez konieczności zastosowania dodatkowej redukcji, piramidalne ostrze tnąco- rozpychające z automatyczna osłona z niezależnym obturatorem zewnętrzna obudowa trokaru przezroczysta dwie szare kaniule z zaworami umożliwiającymi insuflację, blokadę przepływu gazu i desuflację.

- 5. Grupa 11 poz. 5 : Czy Zamawiający dopuści w grupie 11 poz. 5 Elektrody jednorazowe powrotne do diatermii Valcylab spełniające następujące warunki : elektroda dwudzielna przystosowana do systemu typu REM - pokryta hydrożelem w kształcie prostokątnym o wymiarach 18x 11,5 cm (z tolerancją +/- 10%), połączenie kompatybilne z diatermią Valcylab - nie odklejające się po kilkukrotnej aplikacji podczas zabiegu - pełna gwarancja producenta elektrod dotycząca kompatybilności bezpieczeństwa oferowanych elektrod z segmentem REM diatermii Valcylab w komplecie z jednorazowym uchwytem elektrod do diatermii z przełącznikiem przyciskowym i przewodem 4,57 m elektrodą nożowa ze stali nierdzewnej? do elektrod dołączonych będzie 5 wielorazowych przewodów podłączeniowych elektrody do diatermii Valcylab?**

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza elektrody jednorazowe powrotne do diatermii Valcylab spełniające następujące warunki : elektroda dwudzielna przystosowana do systemu typu REM - pokrytą hydrożelem w kształcie prostokątnym

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 644-22-89

Główny Księgowy  
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



# Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000



o wymiarach 18 x 11,5 cm (z tolerancją +/- 10%), połączenie kompatybilne z diatermią Valleylab - nie odklejające się po kilkukrotnej aplikacji podczas zabiegu - pełna gwarancja producenta elektrod dotycząca kompatybilności bezpieczeństwa oferowanych elektrod z segmentem REM diatermii Valleylab w komplecie z jednorazowym uchwytem elektrod do diatermii z przełącznikiem przyciskowym i przewodem 4,57 m elektrodą nożowa ze stali nierdzewnej? do elektrod dołączonych będzie 5 wielorazowych przewodów podłączeniowych elektrody do diatermii Valleylab

6. **Grupa 11 poz. 6 : Czy Zamawiający dopuści w grupie 11 poz. 6 elektrody jednorazowe powrotne do diatermii Valleylab spełniające następujące warunki: elektroda dwudzielna przystosowana do systemu typu REM - pokryta hydrożelem w kształcie prostokątym o wymiarach 18 z 11,5 cm (z tolerancją +/- 10%), podłączenie kompatybilne z diatermią Valleylav - nieodklejające się po kilkukrotnej aplikacji podczas zabiegu - pełna gwarancja producenta elektrod dotycząca kompatybilności bezpieczeństwa oferowanych elektrod z segmentem REM diatermii Valeylab.**

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza elektrody jednorazowe powrotne do diatermii Valleylab spełniające następujące warunki: elektroda dwudzielna przystosowana do systemu typu REM - pokryta hydrożelem w kształcie prostokątym o wymiarach 18 z 11,5 cm (z tolerancją +/- 10%), podłączenie kompatybilne z diatermią Valleylav - nieodklejające się po kilkukrotnej aplikacji podczas zabiegu - pełna gwarancja producenta elektrod dotycząca kompatybilności bezpieczeństwa oferowanych elektrod z segmentem REM diatermii Valeylab.

7. **Grupa 11 poz. 7 : Czy Zamawiający dopuści w grupie 11 poz. 7 uchwyt wielorazowy dwuprzyciskowy z opcja cięcia i koagulacji w rękojeści dł 4,57 m?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza uchwyt wielorazowy dwuprzyciskowy z opcja cięcia i koagulacji w rękojeści dł 4,57 m.

8. **Czy zamawiający wyłączy z grupy 11 poz. 1, 2, 3, 4 tworząc odrębną grupę 11 a?**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na stworzenie grupy 11A.

9. **Dot załącznika do SIWZ wzór do umowy: w § 3 ust. 2 wskazano, iż Odbiorca zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określona w ust. 1 ilości materiałów w przypadku zmniejszenia jego zapotrzebowania?**

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zamówienia mniejszej ilości artykułów niż jest to wskazane w umowie. Zapis ten jest wprowadzony ze względu na niepewną

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 644-22-89

Główny Księgowy  
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



# Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000



---

sytuację w służbie zdrowia w związku z proponowanymi przekształceniami. Ponadto zawsze istnieje ryzyko że w kolejnych latach może ulec zmniejszeniu liczba leczonych w tutejszym szpitalu pacjentów.

***Powyższa odpowiedź zostanie przekazana wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano SIWZ, zamieszczona na stronie internetowej szpitala i staje się wiążąca.***

***Termin składania ofert – 24 listopada 2008 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala pok. nr 12.***

***Termin otwarcia ofert - 24 listopada 2008 r. do godz. 10.30 w Świetlicy Szpitala.***

Z poważaniem,

---

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 644-22-89

Główny Księgowy  
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

[www.zeromski-szpital.pl](http://www.zeromski-szpital.pl)

e-mail: [zeromski@bci.pl](mailto:zeromski@bci.pl)

e-mail: [kancelaria@zeromski-szpital.pl](mailto:kancelaria@zeromski-szpital.pl)