



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



Nasz znak : DOP – ZP 35/ /08

Kraków, dnia 27 listopada 2008 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę rękawic jałowych i diagnostycznych” (ZP 35/08).

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, odpowiada na zapytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę rękawic jałowych i diagnostycznych”(ZP 35/08).

- 1. dot. grupy nr 2 poz. 4 Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga rękawic nitrylowych bezpudrowych, niejaloowych?**
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga rękawic nitrylowych bezpudrowych, niejaloowych.
- 2. dot. grupy nr 2 poz. 4 Czy w opisie przedmiotu zamówienia w poz. 4 grupie 2 nie zaszła pomyłka? Zamawiający wymaga rękawic w rozmiarach S-XXL? Czy Zamawiający zrezygnuje z wymaganego rozmiaru XXL?**
Odpowiedź: Tak, Zamawiający rezygnuje z wymaganego rozmiaru XXL i wykreśla rozmiar XXL z załącznika nr 4 do SIWZ.
- 3. Zgodnie z zapisami Rozdziału VII pkt. 3 SIWZ do oferty należy załączyć "protokoły badań wytwórcy z kraju pochodzenia nie starsze niż z 2007 r. (dotyczy rękawic lateksowych)". Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia w miejsce "protokołów badań" kart danych technicznych wystawionych przez producenta rękawic, potwierdzających spełnianie przez oferowane rękawice wymagań postawionych przez Zamawiającego i zawierających opis oferowanych produktów?**
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w SIWZ.
- 4. dot. przedmiotu zamówienia grupa 1 poz. nr 2 - rękawica jałowa, chirurgiczna, bezlateksowa, bezpudrowa, dobrze przylegająca do dłoni, kształt anatomiczny, rozm. od 6 do 8,5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic zgodnych z opisem Zamawiającego, jednakże o długości 295 mm ?**
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawic zgodnych z opisem Zamawiającego, jednakże o długości 295 mm.
- 5. dot. przedmiotu zamówienia grupa 2 poz. nr 4 - rękawica nitrylowa, bezpudrowa, dobrze przylegająca do dłoni, oburęczna, łatwość zakładania niejaloowa S, M, L, XL, XXL- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic w rozmiarze XS, S, M, L, XL?**
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w grupie 2 poz. 4 "rękawica niejaloowa, nitrylowa bezpudrowa, dobrze przylegająca do dłoni oburęczna, łatwość zakładania niejaloowa S, M, L, XL, op. po 100 szt."

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



6. dot. pakietu 1 poz. 1 Czy rękawice sterylne chirurgiczne, pudrowane mają być pakowane w podwójne opakowanie tj. wewnętrzne, pudrowane mają być pakowane w podwójne opakowania rodzaj opakowania jest nieprzepuszczalny dla płynów, powietrza, a zwłaszcza dla ozonu, który wpływa znacząco na pogorszenie jakości lateksu w trakcie przechowywania.

Odpowiedź: rękawice sterylne muszą być pakowane zgodnie z normami, w taki sposób aby zachowana była szczelność i sterylność rękawic.

7. Czy Zamawiający ma na myśli, aby rękawice chirurgiczne były sterylizowane radiacyjnie? Ze względu bezpieczeństwa personelu oraz potencjalne działanie rakotwórcze większość producentów odchodzi obecnie od sterylizacji rękawiczek tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: tak, rękawice chirurgiczne mają być sterylizowane radiacyjnie.

8. Czy zamawiający wymaga rękawic sterylnych pudrowanych, potwierdzonych załączonymi do oferty wynikami niezależnych od producenta badań, o niskiej zawartości protein lateksowych - poniżej 80 µg/g?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ pkt VII.3

9. dot. grupy 1 poz. 2 Czy rękawiczki chirurgiczne mają być pakowane w zewnętrzne opakowanie foliowe podciśnieniowo pozbawione powietrza (próżniowe)?

Odpowiedź: rękawice sterylne muszą być pakowane zgodnie z normami, w taki sposób aby zachowana była szczelność i sterylność rękawic.

10. czy rękawiczki chirurgiczne mają być wyposażone w podłużne i poprzeczne wzmocnienia uniemożliwiające zsuwanie się rękawic w trakcie zabiegu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaoferowania rękawiczek chirurgicznych wyposażonych w podłużne i poprzeczne wzmocnienia uniemożliwiające zsuwanie się rękawic w trakcie zabiegu.

11. dot. poz. 1, 2 ,4 Czy Zamawiający w celu zagwarantowania wysokiej jakości oferowanych rękawiczek oraz ich zgodności z normami będzie wymagał, aby rękawice lateksowe niesterylne były produkowane pod kontrolą jednostki notyfikowanej (potwierdzenie zasadności oznakowanie rękawic znakiem CE) i w związku z tym będzie wymagała załączenia do oferty stosownego certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt VII.1 SIWZ Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia o treści wskazanej we wzorze nr 3 do SIWZ, potwierdzające, iż oferowane wyroby medyczne posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych oraz, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu na mocy obowiązujących przepisów, z jednoczesnym zapewnieniem, iż na każde żądanie Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, Wykonawca przedłoży odpowiednie dokumenty na potwierdzenie tych okoliczności.

12. poz. 1, 2, 3, 4. prosimy o dopuszczenie rękawiczek w rozmiarach XL pakowanych minimum po 90 szt w standardowe opakowania?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



13. poz. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek jałowych, nitrylowych, bezpudrowych w rozmiarach S, L, M, XL z bardzo dużą rozciągliwością ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Powyższa odpowiedź zostanie przekazana wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano SIWZ, zamieszczona na stronie internetowej szpitala i staje się wiążąca.

Termin składania ofert – 5 grudnia 2008 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala pok. nr 12.

Termin otwarcia ofert - 5 grudnia 2008 r. do godz. 10.30 w Świetlicy Szpitala.

Z poważaniem,

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl