



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



Nasz znak : DOP – ZP 36/ /08

Kraków, dnia 2 grudnia 2008 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
**„Dostawę materiałów do zespołów odłamów kostnych, endoprotez stawów, systemu
rekonstrukcyjnego aparatu więzadłowego oraz cementu kostnego, wraz z
serwisowaniem instrumentarium do implantacji wyrobów oraz sprzętu do pulsacyjnego
płukania wraz z oprzyrządowaniem oraz szkoleniem personelu.”**
(ZP 36/2008)

Na podstawie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, odpowiada na zapytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów do zespołów odłamów kostnych, endoprotez stawów, systemu rekonstrukcyjnego aparatu więzadłowego oraz cementu kostnego, wraz z serwisowaniem instrumentarium do implantacji wyrobów oraz sprzętu do pulsacyjnego płukania wraz z oprzyrządowaniem oraz szkoleniem personelu.” (ZP 36/2008).

- 1. Grupa nr VI: Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie mocowania piszczelowego w postaci guzika wykonanego z UHMWPE, polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej?**

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania mocowania piszczelowego w postaci guzika wykonanego z UHMWPE, polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej, zgodnie z SIWZ.

- 2. Grupa VI: - systemem rekonstrukcji aparatu więzadłowego. Czy Zamawiający dopuści do wydzielenia jako osobnej grupy poz. 1 - elementy kotwiczące, tytanowe endobutton + guzik. Instrumentarium?**

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z grupy VI poz. 1 - "elementy kotwiczące, tytanowe endobutton + guzik. Instrumentarium" i tworzy grupę VI A.

Grupa VI - poz. 1. - Nici z kotwiczkami. Instrumentarium.

poz. 2 - Śruby interferencyjne biowchłaniające

zamawiający określa nowe wadium: dla grupy VI A wynosi- 2.400,00 zł a dla grupy VI - 950,00 zł.

- 3. Grupa VIII – Endoproteza cementowa stawu biodrowego** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania endoprotezę o poniższym opisie: Trzpień- prosty, matowy, wykonany z chromokobaltu, zwężający się dystalnie, wymagający zastosowania

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



centralizera, dostępny w długościach 120mm, 130mm, 135mm, 140mm, 145mm, 200mm. Głowa- metalowa o średnicy 28mm, przynajmniej w 5 rozmiarach, Panewka- polietylenowa o średnicach zewnętrznych od 42mm do 64mm ze skokiem co 2mm. Centralizery w licznych rozmiarach. Korek do jamy szpikowej w dużym zakresie średnicy?.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie o podanym opisie trzpień i panewki oraz centralizera i korka, natomiast nie dopuszcza metalowej głowy. W opisie przedmiotu zamówienia jednoznacznie podano że wymagana jest głowa ceramiczna.

4. Grupa XIV – Endoproteza krótkotrzeniowa bezcementowa stawu biodrowego

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania endoprotezę o poniższym opisie : Trzpień krótki modułarny składający się z dwóch części: trzpień + modułarna część szyjkowa. Trzpień wykonany z litego stopu tytanu w 2/3 części bliższej pokryty czystym tytanem o porowatej strukturze i dodatkowo fosforanem wapnia. Dostępny w 6 długościach od 9,75 mm do 12,25 mm włącznie. Część szyjkowa modułarna wykonana z chromokobaltu (dla pacjentów uczulonych monoblok tytanowy) z konusem 12/14 dostępna w 9 rozmiarach: 3 różne projekcje (kąty nachylenia) szyjki – trzpień oraz 3 różne ante i retro nachylenia (nachylenie szyjki endoprotezy) +7,5° ante, 0°, -7,5° retro. Panewka bezcementowa wykonana ze stopu tytanu, pokryta czystym tytanem o porowatej strukturze w wersji press-fit lub wkręcanej. Rozmiary, co 2 mm: od 44 mm do 68 mm. Panewka press-fit z możliwością blokowania śrubami (3 otwory) albo bez otworów. Panewka wkręcana sferyczna, gwintowana na całej wysokości z możliwością zaślepienia w części centralnej talerzykiem .Wkładka ceramiczna lub polietylenowa o średnicy 28 mm albo 32 mm. Głowa ceramiczna w 3 długościach szyjki albo metalowa dostępna w 5 długościach szyjki?.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby endoproteza spełniała warunki opisu przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

5. Grupa XVI – Endoproteza całkowita cementowa stawu kolanowego

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania endoprotezę o poniższym opisie Część udowa anatomiczna (lewa i prawa) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , modułarna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe tyłopochylenie , dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm , przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Mocowana na zasadzie zatraskowej (w wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą). Element rzepkowy dostępny przynajmniej w 4 rozmiarach. Możliwość wyboru resekcji części piszczelowej z

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



fiksacji śródszpikowej lub zewnętrznej. Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w zgięciu i w wyproście (z użyciem retraktora zapadkowego)?.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby endoproteza spełniała warunki opisu przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano SIWZ, zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące.

Termin składania ofert – 17 grudnia 2008 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala pok. nr 12.

Termin otwarcia ofert - 17 grudnia 2008 r. do godz. 10.30 w Świetlicy Szpitala.

Z poważaniem,

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl