



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



Kraków, dnia 07.11.2008 r.

DOP – ZP 38/2008/.....

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dostawa i uruchomienie 2 sztuk fabrycznie nowych (rok produkcji 2008) defibrylatorów karetkowych wraz ze szkoleniem personelu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do specyfikacji, numer sprawy ZP 38/2008

I. W związku z wniesieniem zapytań dotyczących wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

1. Czy dopuście Państwo defibrylator posiadający zamiast funkcji zapamiętywania i wyświetlania trendów rozwiązanie bardziej użyteczne i stosowane powszechnie w defibrylatorach karetkowych tzn.:
 - zapamiętywanie zdarzeń (epizodów) wraz z czasem, datą, parametrami defibrylatora i monitorowanymi, podawanymi lekami i wykonywanymi procedurami
 - zapamiętywanie odcinków lub ciągłego zapisu EKG
 - możliwość wydruku zapamiętanych danych w postaci podsumowań i raportów zdarzeń
 - możliwość przeniesienia danych do komputera w celu przeglądania zapisu akcji i archiwizacji danych?

Odpowiedź nr 1: Tak, Zamawiający dopuści defibrylator z funkcją zapamiętywania zdarzeń wraz z czasem, datą, parametrami defibrylatora, podawanymi lekami i wykonywanymi procedurami, zapamiętywaniem odcinków lub ciągłego zapisu ekg, możliwość wydruku zapamiętanych danych w postaci podsumowania i raportów zdarzeń z możliwością przeniesienia danych do komputera w celu przeglądnięcia zapisu akcji i archiwizacji danych pod warunkiem dostarczenia bezpłatnie oprogramowania i pozostałych akcesoriów do transmisji danych.

Pytanie nr 2:

2. W dostępnych na rynku defibrylatorach stosowane są 3 technologie pomiaru SpO2 zapewniające odporność na zakłócenia wynikające z ruchu pacjenta, wibracji podczas transportu itp. Są to technologie: Nellcor Oximax, Masimo S.E.T. I F.A.S.T. Prosimy o potwierdzenie czy w związku

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Nadzoru
0-12 644-01-44 wew. 413

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



z przeznaczeniem defibrylatorów do pracy w ambulansie należy rozumieć, że oferowany defibrylator ma być wyposażony w jedną z nich?

Odpowiedź nr 2: Tak, Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące wymogu pomiaru saturacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, pkt 25.

II. Powyższe wyjaśnienia zostają umieszczone na stronie internetowej Szpitala www.zeromski-szpital.pl i stają się wiążące.

III. Pozostałe wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Nadzoru
0-12 644-01-44 wew. 413

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000**



Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Nadzoru
0-12 644-01-44 wew. 413

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl