



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



Kraków, dnia 19.10.2009 r.

DOP – ZP 283/2009

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni nr sprawy ZP 25/2009

I. W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Pakiet 1 – Prosimy o dopuszczenie oferty producenta wskaźników biologicznych spełniających wymogi PN EN ISO 11138-1, 3 co zapewnia właściwe działanie w cyklach w temperaturze 121 i 134 C i dostarczenie certyfikatu niezależnej jednostki notyfikowanej o zgodności z normami referencyjnej zamiast określenia warunków zabicia w temperaturze 121°C i 134°C oraz przedstawienia przykładowego atestu serii oferowanego wskaźnika.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający uściśla opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do specyfikacji w grupie 1, który otrzymuje brzmienie::

- w pozycji 1,

„1. Wskaźnik biologiczny ampulkowy do sterylizacji parowej o czasie inkubacji 48h, (temperatura inkubacji 56°C)”.

- oraz w wymaganiach szczegółowych poz. 2:

„2. Ampulkowy wskaźnik biologiczny do kontroli procesu sterylizacji parą wodną z czasem inkubacji 48h w temperaturze inkubacji 56°C, zapewniający właściwe działanie w cyklach w temperaturze 121°C i 134°C”.

Pytanie nr 2:

Pakiet 1, 2, 7, 8 – Prosimy o zmianę ilości wymaganych próbek:

- wskaźników biologicznych i chemicznych (pakiet 1 i pakiet 2) z 1 opakowania na 1 lub 3 sztuki,
- papier do sterylizacji (pakiet 7) z 1 opakowania na 1 lub 3 arkusze,
- rękaw papierowo-foliowy (pakiet 8) z 1 rolki (która ma 200m) na 1-3 mb.,

gdyż całe opakowania/rolki stanowią bardzo znaczącą ilość wyrobów będących przedmiotem niniejszego postępowania.

Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza zmianę ilości wymaganych próbek:

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Nadzoru
0-12 644-01-44 wew. 413

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



- wskaźników biologicznych i chemicznych (pakiet 1 i pakiet 2) – **minimum 20 sztuk**,
- papier do sterylizacji (pakiet 7) - **minimum 20 arkuszy**,
- rękaw papierowo-foliowy (pakiet 8) – **wymagana ilość tj. 1 rolka pozostaje bez zmian;**
tym samym zmienia zapis pkt VIII/3/g specyfikacji, który otrzymuje brzmienie:

1	1	Wskaźniki biologiczne do kontroli	min. 20 sztuk
2	2	Wskaźniki chemiczne do kontroli sterylizacji	min. 20 sztuk
7	7	Papier do sterylizacji 90 mm x 90 mm	min. 20 arkuszy

II. Powyższe wyjaśnienia zostają umieszczone na stronie internetowej Szpitala www.zeromski-szpital.pl i stają się wiążące.

III. Pozostałe wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

IV. Zmienia się zapis pkt. IV/g ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 07.10.2009 r.:
w grupie 1 i 2 – ilość próbek minimum 20 sztuk,
w grupie 7 – ilość próbek minimum 20 arkuszy.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Nadzoru
0-12 644-01-44 wew. 413

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl