



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



Kraków, dnia 09.11.2009 r.

DOP – ZP 301/2009

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni nr sprawy ZP 25/2009

I. W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Grupa 1 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wskaźników biologicznych o czasie inkubacji 24h, spełniających pozostałe wymagania siwz ?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający wymaga testów o czasie inkubacji 48h zgodnie z określonymi wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 2:

Grupa 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy o wielkości 19x55, spełniającej pozostałe wymagania siwz ?

Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania taśmy o szerokości 19mm. Długość taśmy pozostaje bez zmian w SIWZ tj. 50m.

Pytanie nr 3:

Grupa 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru do sterylizacji o następujących parametrach:

1. papier krepowany
 - **zgodny z normą EN 868 – 2, ISO 11607**, gramatura 60g/m², zawartość chlorków i siarczanów 0,02%, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania 2,06kN/m, w kierunku poprzecznym 1,33 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania 0,53kN/m, w kierunku poprzecznym 0,4 kN/m
2. papier mikrokrepowany
 - **zgodny z normą EN 868 – 2, ISO 11607**, gramatura 60g/m², kolor pomarańczowy, wykonany z celulozy i spoiwa wzmacniającego, nie zawiera lateksu (!), zawartość chlorków i siarczanów 0,02%, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania 3,6 kN/m, w kierunku poprzecznym 2,3 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Nadzoru
0-12 644-01-44 wew. 413

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



ku walcowania 1,0 kN/m, w kierunku poprzecznym 0,6 kN/m, wytrzymałość na pęknięcie (ISO 1924 – 2) na sucho 13%, na mokro 7%

Odpowiedź nr 3: Zamawiający wymaga papieru do sterylizacji o parametrach określonych w SIWZ - vide „wymagania szczegółowe” str. 23 specyfikacji.

Pytanie nr 4:

Grupa 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo – foliowych o następujących parametrach:

- a. papier o gramaturze 60 g/m²:
 - zawartość chlorków poniżej 0,05%,
 - zawartość siarczanów poniżej 0,25%,
 - wytrzymałość na przedarcie niemniej niż 650 mN w obu kierunkach,
 - przenikanie powietrza niemniej niż 10µ/Pa*s,
 - wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 330 kPa na sucho, 130 kPa na mokro
 - przesiąkliwość wody powyżej 35 s,
 - wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 6,3 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 3,3 kN/m,
 - wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,0 kN/m
- b. folia pięciowarstwowa (nie licząc warstwy kleju),
 - przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów,
 - grubość nie większa niż 52 µm
 - zgrzewalna w temperaturze 160 – 200 ° C,
 - zgrzew fabryczny wielokrotny,
 - wytrzymałość zgrzewu na rozerwanie min. 4 N na sucho, min. 3,5 N na mokro
- c. wskaźniki i oznaczenia
 - powierzchnia procesu sterylizacji $\geq 100 \text{ mm}^2$
 - wskaźniki sterylizacji S, EO, F
 - oznaczony kierunek otwierania, rozmiar, nazwa producenta
 - napisy w języku polskim na rękawie
 - wszystkie napisy i testy na papierze poza przestrzenią pakowania, w linii zgrzewu fabrycznego

Zgodność opakowań z normą EN 868, ISO 11607 potwierdzona opinią niezależnej jednostki notyfikowanej.

Odpowiedź nr 4: Zamawiający wymaga rękawów papierowo-foliowych o parametrach podanych w SIWZ.

Pytanie nr 5:

Grupa 8 pozycja 6

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Nadzoru
0-12 644-01-44 wew. 413

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000**



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa papierowo–foliowego o wielkości 210 mm x 200 mb?
Odpowiedź nr 5: Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiarową zgodnie z SIWZ tj. 10mm w szerokości.

Pytanie nr 6:

Grupa 8 pozycja 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa papierowo – foliowego o wielkości 75 mm x 30 mm x 100 mb ?

Odpowiedź nr 6: Zamawiający w grupie 8 poz. 11-18 dopuszcza tolerancję w głębokości 20mm.

Pytanie nr 7:

Grupa 8 pozycja 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa papierowo – foliowego o wielkości 100 mm x 40mm x 100 mb ?

Odpowiedź nr 7: vide odp. nr 6 niniejszego pisma.

Pytanie nr 8:

Grupa 8 pozycja 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa papierowo – foliowego o wielkości 200 mm x 50 mm x 100 mb ?

Odpowiedź nr 8: vide odp. nr 6 niniejszego pisma.

Pytanie nr 9:

Grupa 8 pozycja 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa papierowo – foliowego o wielkości 250 mm x 60 mm x 100 mb ?

Odpowiedź nr 9: vide odp. nr 6 niniejszego pisma.

Pytanie nr 10:

Grupa 8 pozycja 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa papierowo – foliowego o wielkości 300 mm x 60 mm x 100 mb ?

Odpowiedź nr 10: vide odp. nr 6 niniejszego pisma.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. nr 9 rękawów papierowo-foliowych o wymiarach 380x200mb?

Odpowiedź nr 11: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 12:

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Nadzoru
0-12 644-01-44 wew. 413

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. nr 10 rękawów papierowo-foliowych o wymiarach 420x200mm?

Odpowiedź nr 12: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. nr 16 rękawów papierowo-foliowych o wymiarach 300x65mmx100mm?

Odpowiedź nr 13: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. nr 17 oraz 18 rękawów papierowo-foliowych z zakładką o wymiarach 380x80mmx100mm?

Odpowiedź nr 14: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie testów pakowanych po 480szt., spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź nr 15: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie testów pakowanych po 480szt. w grupie 2 poz. 1, pod warunkiem zachowania ilości zamawianych wskaźników tj. 240 000szt.

Zamawiający nie wyraża na zaferowanie testów pakowanych po 480szt. w grupie 2 poz. 2, gdyż w tym przypadku nie jest możliwe prawidłowe przeliczenie w stosunku do ilości zamawianych przez Szpital.

Pytanie nr 16:

Dotyczy grupy 7, pozycji nr 8:

Czy w miejsce papieru 400mmx400mm Zamawiający dopuści papier 500mmx500mm?

Odpowiedź nr 16: Zamawiający informuje, iż w grupie 7 pozycja nr 8 nastąpiła omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia.

jest: „mikrokrepowany”; winno być: „krepowany”.

Pozostałe wymogi bez zmian.

Pytanie nr 17:

Dotyczy grupy nr 8:

Czy w procesie uszczelniania systemu opakowaniowego (zamykania poprzez zgrzewanie) jest dla Zamawiającego istotne, czy rękawy pochodzą od jednego producenta (identyczna temperatura zgrzewania wszystkich rozmiarów opakowań)?

Odpowiedź nr 17: Dla Zamawiającego istotne jest pochodzenie rękawów papierowo-foliowych od jednego producenta.

Pytanie nr 18:

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Nadzoru
0-12 644-01-44 wew. 413

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



Dotyczy grupy nr 3 i 4:

Czy Zamawiający zechce zmniejszyć ilość próbek z 1 opakowania do 20 sztuk tak jak w pozostałych pakietach ze wskaźnikami?

Odpowiedź nr 18: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 19:

Prosimy o zmianę ilości wymaganych próbek:

Poz. Nr 1 – etykiety podwójnie przylepne z 1 rolki (750 szt.) na 20 sztuk.

Poz. Nr 2 – testy poprawności zgrzewu z 1 opakowania (250 szt.) na 5 sztuk.

Gdyż całe opakowania/rolki stanowią bardzo znaczącą ilość wyrobów będących przedmiotem niniejszego postępowania.

Odpowiedź nr 19: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 20:

Grupa nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w poz. 8 papieru mikrokrepowanego w rozmiarze 50x50cm?

Odpowiedź nr 20: vide odpowiedź nr 16 niniejszego pisma.

Pytanie nr 21:

Grupa nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w ramach próbek papieru krepowanego o rozmiarach 120x120cm, zamiast papieru o rozmiarach 90x90cm?

Odpowiedź nr 21: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

II. Powyższe wyjaśnienia zostają umieszczone na stronie internetowej Szpitala www.zeromski-szpital.pl i stają się wiążące.

III. Pozostałe wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Nadzoru
0-12 644-01-44 wew. 413

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000**



Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Nadzoru
0-12 644-01-44 wew. 413

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl