

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
powyżej 206 000 euro

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonym przez
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
na dostawę materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni.

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest w trybie i na zasadach określonych w:

- ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej „ustawą”,
- ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

I. ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 31-913 Kraków

REGON: 000630161

NIP: 678-26-80-028

Strona internetowa: www.zeromski-szpital.pl

II. TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony – nr sprawy ZP 25/2009

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do specyfikacji.**

Kod CPV: 33.19.80.00-4, 33.12.41.31-0, 33.19.00.00-0

Grupa 1 - WSKAŹNIKI BIOLOGICZNE DO KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI

Grupa 2 - WSKAŹNIKI CHEMICZNE DO KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI

Grupa 3 - WSKAŹNIKI KONTROLI PROCESU MYCIA I DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ

Grupa 4 - WSKAŹNIKI CHEMICZNE DO KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI O USTALONYCH WARTOŚCIACH

Grupa 5 - TAŚMA WSKAŹNIKOWA DO STERYLIZACJI PAROWEJ

Grupa 6 - ETYKIETY, TESTY ZGRZEWANIA

Grupa 7 - PAPIER DO STERYLIZACJI

Grupa 8 - RĘKAWY PAPIEROWO – FOLIOWE DO STERYLIZACJI PAROWEJ I GAZOWEJ

Grupa 9 - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO STERYLIZATORA GAZOWEGO 3M™ Steri – Vac™ 5XL

Grupa 10 - MATERIAŁY ZABEZPIECZAJĄCE KONTENERY

Grupa 11 - OSŁONKI ZABEZPIECZAJĄCE NARZĘDZIA

Grupa 12 - PREPARATY DO KONSERWACJI NARZĘDZI

Grupa 13 - PREPARATY DO KONSERWACJI NAPĘDÓW

Grupa 14 - WSKAŹNIKI DO KONTROLI WSADU

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, gdzie część stanowi grupa 1, grupa 2, grupa 3, grupa 4, grupa 5, grupa 6, grupa 7, grupa 8, grupa 9, grupa 10, grupa 11, grupa 12,

grupa 13, grupa 14. Oferty nie zawierające pełnego asortymentu określonego w grupie zostaną odrzucone.

3. Wymagane warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) termin ważności przedmiotu zamówienia: nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

5. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz zmiany umowy w tym zakresie w przypadku, gdy w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy zamówienie nie zostanie zrealizowane w pełnym zakresie ilościowym ustalonym w załączniku nr 1 do specyfikacji.

IV. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA I SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Dostawy sukcesywne w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy, według pisemnych zamówień składanych przez pracownika Sekcji Zaopatrzenia.

2. Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż **5 dni roboczych** od daty złożenia zamówienia faksem, potwierdzonym pisemnie, w tym dostawy awaryjne: do 3 dni.

3. Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy).

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

1. Opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy.

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

a) W zakresie warunku wskazanego w punkcie V.1.b wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie dostaw będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VI.1.1.

b) W zakresie warunku wskazanego w punkcie V.1.c ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o którym mowa w punkcie VI.1.2.

c) W zakresie warunków wskazanych w punkcie V.1.a i V.1.d ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VI.1.3.

3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VI niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. **Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.**

4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. VI specyfikacji, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców musi przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1.1. Warunki szczegółowe określone w punkcie V.2.a specyfikacji - wraz z ofertą każdy z Wykonawców musi złożyć :

- a) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
- b) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia; z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (minimum 1 dostawa) oraz dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie (minimum 1 dokument) - **według załącznika nr 3 do specyfikacji.**

Wymagana min. 1 dostawa musi dotyczyć wykonania dostaw o charakterze zbliżonym do przedmiotowego zamówienia o wartości nie mniejszej niż roczna wartość brutto oferty. W przypadku złożenia ofert częściowych, wartość dostawy musi odpowiadać co najmniej rocznej wartości brutto sumy cen ofert częściowych, na jakie Wykonawca złoży ofertę.

1.2. Warunki szczegółowe określone w punkcie V.2.b specyfikacji - wraz z ofertą każdy z Wykonawców musi złożyć :

- a) oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

1.3. Warunki szczegółowe określone w punkcie V.2.c specyfikacji - do oferty każdy z Wykonawców musi załączyć:

- a) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 10 ustawy (a w przypadku pkt. 4-9, odpowiednio dla właściwości danego Wykonawcy). **Wykonawca zobowiązany jest przytoczyć w całości treść punktów z art. 24 ust. 1, co do których składa oświadczenie.**
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;**

- c) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy, **wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;**
- d) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9, **wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;**
- e) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu, **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;**
- f) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, oraz dokumentów wymienionych w pkt. VI/1.3 **pkt. b), c), d), e), f).**

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi (tj. przedsiębiorców podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej), także tych, którzy prowadzą wspólnie działalność gospodarczą lub są współnikami spółki cywilnej.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI/1.3:

3.1. **pkt b), d), e), f)** - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
- c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3.2. **pkt c** – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 ppkt 3.1 lit. a i b oraz w pkt. 3.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

5. Dokument, o którym mowa w pkt. 3 ppkt. 3.1 lit. c, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 specyfikacji, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt.4 i 5 specyfikacji stosuje się odpowiednio.

VII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UMOWY.

1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty dopuszczenia do obrotu i używania wymagane prawem dotyczące wszystkich części, na które Wykonawca składa ofertę:

a) deklaracje zgodności CE producenta (*dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego*)

b) certyfikat jednostki notyfikującej (*dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III*)

c) wpis /zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania (*nie dotyczy klasy wyrobu medycznego I i IIa pod warunkiem, że pierwsze jego wprowadzenie nastąpiło w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych – w takim przypadku należy złożyć stosowne wyjaśnienie*).

d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.

2. Dla grupy 9 pozycja 1 należy dołączyć:

a) zezwolenie Ministra Zdrowia na obrót preparatami biobójczymi;

b) pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny i/lub Instytutu Leków.

3. Dla wszystkich oferowanych grup należy dołączyć do oferty katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu *w języku polskim*. Dodatkowo dla grupy 2, 3, 4, 14 należy dołączyć ulotkę informacyjną.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być złożona w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić :

a) dokładny adres Wykonawcy (adres do korespondencji, kontaktowy numer telefonu oraz ewentualnie numer faksu),

b) numer sprawy : **ZP 25/2009**,

c) napis określający przedmiot zamówienia publicznego,

d) napis : **“Nie otwierać przed dniem 16.XI.2009 roku godziną 11:00”** /termin otwarcia ofert/.

2. Pierwsza strona oferty winna zawierać :

- a) łączną liczbę stron oferty,
- b) spis zawartości koperty tj. spis treści zawierający wykaz złożonych dokumentów z podaniem numeru strony na której dany dokument się znajduje.

3. **Oferta ma zawierać :**

- a) szczegółową ofertę cenową (według wzoru tabeli zamieszczonej w pkt. XIV/2 specyfikacji),
- b) wypełniony formularz ofertowy zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do specyfikacji,
- c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań zamawiającego dotyczące przedmiotu umowy (wymienione w pkt. VI i VII specyfikacji),
- d) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 8b specyfikacji,
- e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- f) potwierdzenie wniesienia wadium (vide pkt IX specyfikacji),
- g) próbki przedmiotu zamówienia w ilościach opisanych poniżej:

Partia próbna do testowania:

L.P	GRUPA	MATERIAŁ	ILOŚĆ
1	1	Wskaźniki biologiczne do kontroli sterylizacji	1 op.
2	2	Wskaźniki chemiczne do kontroli sterylizacji	1 op.
3	3	Wskaźnik skuteczności dezynfekcji termicznej Wskaźnik skuteczności mycia	1 op. 1 op.
4	4	Wskaźniki chemiczne do kontroli sterylizacji o ustalonych wartościach	1 op.
5	5	Taśma wskaźnikowa do sterylizacji	1 rolka
6	6	Etykiety Testy kontroli zgrzewu	1 rolka 1 op.
7	7	Papier do sterylizacji 90 mm x 90 mm	1 op.
8	8	Rękaw papierowo – foliowy 150 mm x 200 mb	1 rolka
9	11	Oslonki zabezpieczające ostre narzędzia	1 op.
10	12 ; 13	Preparat do konserwacji narzędzi / napędów	1 szt.
11	14	Wskaźnik do kontroli wsadu , test Bowie – Dick + przyrządy testowe (wypożyczenie)	10 szt.

4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone.
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, w komputerze lub nieścieralnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na język polski.
6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.
8. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, **muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem** przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy:
 - a) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),
 - b) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(a)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, **należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo**. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie:
 - oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, lub z potwierdzeniem notarialnym (oryginał pieczęci),
 - kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, lub przez notariusza (oryginał pieczęci).
9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w oparciu o art. 24 ustawy, z zastrzeżeniem pkt. V/4 i pkt. V/5 SIWZ.
10. Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ustawy, z zastrzeżeniem pkt. V/4 i pkt. V/5 SIWZ.
11. Wykonawca ma prawo najpóźniej w terminie składania ofert zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
12. Oświadczenia i zaświadczenia stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji opatrzone klauzulą "zastrzeżone przez Wykonawcę" muszą być zapieczętowane w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści i nie mogą być trwale spięte z jawną ofertą.
13. Zastrzeżenie informacji, które **nie stanowią** tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy oraz informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy **skutkować będzie ujawnieniem tych informacji**.
14. Zamawiający zaleca, aby każda **zapisana strona** oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
15. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację.
16. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) **muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(a)e ofertę**. Podpis winien być naniesiony w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczętką osoby sporządzającej parafkę.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: **3 795,00 zł** (słownie: trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych). Wadium dla poszczególnych grup wynosi:
 - Grupa 1: 34,00 zł.
 - Grupa 2: 191,00 zł.
 - Grupa 3: 153,00 zł.
 - Grupa 4: 296,00 zł.
 - Grupa 5: 89,00 zł.
 - Grupa 6: 125,00 zł.
 - Grupa 7: 1 245,00 zł.
 - Grupa 8: 843,00 zł.
 - Grupa 9: 64,00 zł.
 - Grupa 10: 176,00 zł.
 - Grupa 11: 142,00 zł.
 - Grupa 12: 5,00 zł.
 - Grupa 13: 9,00 zł.
 - Grupa 14: 423,00 zł.
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego) :
DEUTSCHE BANK PBC S.A. O/KRAKÓW
NR : 45 1910 1048 3400 2331 1121 0002
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: **„Wadium – przetarg na dostawę materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni - ZP 25/2009”**.

W pozostałych przypadkach (pkt 3 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego.
Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upelnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). **Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez**

Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy.

7. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie i na wymagany czasokres, będzie odrzucona.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
 - a) upłynął termin związania ofertą,
 - b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego
 - c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy :
 - a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
 - b) który został wykluczony z postępowania,
 - c) którego oferta została odrzucona.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
 - d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu w ofercie należy podać w jaki sposób należy zwrócić wniesione wadium tj. numer konta.

X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji, kierując zapytanie na piśmie lub faksem, niezwłocznie potwierdzonym pisemnie. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaze Wykonawcom, którym została przekazana specyfikacja, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej.
3. Wszyscy Wykonawcy będą informowani o:
 - a) złożonych protestach oraz ich rozstrzygnięciach,
 - b) zmianach terminu przetargu,
 - c) unieważnieniu przetargu.

4. Do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są:
w kwestiach formalnych:

mgr Iwona Wolnicka – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych, tel. 012 644-01-44 wew. 413

w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia:

mgr Marta Huza-Śliwa – Kierownik Centralnej Sterylizatorni, tel. 012 644-01-44 wew. 220

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, potwierdzonym pisemnie.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA WARUNKAMI OFERTY

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **60 dni**, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66, pokój nr 12 lub przesłać pocztą - w terminie do dnia **16.XI.2009r.** do godziny 10:30 (obowiązuje data wpływu na dziennik podawczy szpitala).
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu składania ofert.
3. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta vide pkt. VIII/1 specyfikacji, z dopiskiem „ZMIANA”.
4. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.
5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.
6. Koperty oznakowane w ten sposób będą odczytywane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytane.
7. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu - art. 84 ust. 2 ustawy.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w **dniu 16.XI.2009 r. o godz. 11:00** w Budynku Administracji Szpitala w Krakowie na os. Na Skarpie 66, w Świetlicy.
2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, informację z sesji otwarcia.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Przy kalkulacji ceny oferty powinny zostać uwzględnione wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę związane z realizacją przedmiotowego zamówienia tj.:

- koszty transportu,
- koszty ubezpieczenia towaru,
- koszty rozładunku towaru,
- koszty ewentualnych należności celnych,
- podatek VAT,
- inne.

2. Wartość przedmiotu zamówienia - według poniższej tabeli :

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia	Pełny numer katalogowy/symbol	Kraj producenta i jego nazwa	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Stawka podatku VAT	Wartość netto w zł	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w zł	Numer i data ważn. Świad. Dopuszczenia /wpisać nr strony z oznaczeniem pakietu na który składana jest oferta/	Klasa wyrobu medycznego *
1.								Iloczyn kolumny 6 i 7	Iloczyn kolumny 9 i 8	Suma kolumn 9 i 10		
								RAZEM				

* zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia 20.04.2004 r. o Wyrobach Medycznych.

W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca wypełnia kolumnę nr 13 wpisując nr dokumentu, który zobowiązany jest dołączyć do oferty zgodnie z zapisem pkt. VII specyfikacji.

3. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę obejmującą: wartość całkowitą zamówienia (netto i brutto) oraz wartość całkowitą podatku VAT, **określone do dwóch miejsc po przecinku.**

Wartości muszą być podane w walucie polskiej.

PODANA W OFERCIE CENA MA BYĆ CENĄ OSTATECZNĄ, OBLICZONĄ Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH EWENTUALNYCH RABATÓW.

4. Zamawiający poprawi w ofercie:

- a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny zostanie przez zamawiającego odrzucona, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

XV. KRYTERIA OCENY OFERT

A. Grupa 9, 10, 12, 13

1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie:

CENA 100%

2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: cena

Wartość punktowa kryterium ceny będzie wyliczana wg wzoru:

$$\text{Wartość punktowa ceny} = (W_{\min.} / W_{\text{of.}} \times 100)$$

gdzie:

$W_{\min.}$ – minimalna wartość brutto grupy spośród oferowanych (obliczona zgodnie z tabelą - pkt XIV/2 specyfikacji),

$W_{\text{of.}}$ – oferowana wartość brutto grupy

Maksymalna liczba punktów jaką po uwzględnieniu rangi może osiągnąć oferta, wynosi 100.

3. Wynik oceny końcowej oferty to iloczyn punktów uzyskanych w kryterium cena oraz rangi procentowej tego kryterium wg poniższego wzoru :

$$\text{Ok.} = \text{Wc} \times \text{R}$$

gdzie:

Ok. – wynik oceny końcowej

Wc – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

R- ranga procentowa kryterium cena

B. Grupa 1-8, 11, 14

1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie:

CENA 70%

JAKOŚĆ 30%

2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: cena

Wartość punktowa kryterium ceny będzie wyliczana wg wzoru:

$$\text{Wartość punktowa ceny} = (W_{\min.} / W_{\text{of.}} \times 100)$$

gdzie:

$W_{\min.}$ – minimalna wartość brutto grupy spośród oferowanych (obliczona zgodnie z tabelą - pkt XIV/2 specyfikacji),

$W_{\text{of.}}$ – oferowana wartość brutto grupy

Maksymalna liczba punktów jaką po uwzględnieniu rangi może osiągnąć oferta, wynosi 100.

4. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: jakość. Kryterium „jakość” będzie oceniane na podstawie złożonych próbek (wymóg pkt VIII/3g specyfikacji).

Maksymalna liczba punktów jaką po uwzględnieniu rangi może osiągnąć oferta, wynosi 100.

5. Zamawiający oceni zaofertowany przedmiot zamówienia w oparciu o poniższe podkryteria:

Zasady oceny jakości dostarczonych próbek:

Spełnienie jakości oferowanych produktów oceniane jest maksymalną ilością punktów, brak spełnienia jakości oceniane jest jako zero punktów

Grupa 1

WSKAŹNIKI BIOLOGICZNE DO KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI

L.p	OCENA JAKOŚCI OFEROWANYCH PRODUKTÓW	SKALA PUNKTOWA
-----	-------------------------------------	----------------

1	Łatwo wykrywalny wynik dodatni przy wyraźnej zmianie koloru pożywki	NIE: 0 – TAK: 50 pkt.
2	Łatwo odklejana i nierwąca się etykieta po sterylizacji, umożliwiająca dokładne i czytelne archiwizowanie	NIE: 0 – TAK: 50 pkt.

Grupa 2

WSKAŹNIKI CHEMICZNE DO KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI

L.p	OCENA JAKOŚCI OFEROWANYCH PRODUKTÓW	SKALA PUNKTOWA
1	Czytelność opakowania	NIE: 0 – TAK: 20 pkt.
2	Czytelność pola kontrolnego wskaźnika	NIE: 0 – TAK: 20 pkt.
3	Jednoznaczność odczytu i łatwość interpretacji wyniku	NIE: 0 – TAK: 30 pkt.
4	Łatwość archiwizowania w dokumentacji	NIE: 0 – TAK: 30 pkt.

Grupa 3

WSKAŹNIKI KONTROLI PROCESU MYCIA I DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ

L.p	OCENA JAKOŚCI OFEROWANYCH PRODUKTÓW	SKALA PUNKTOWA
1	Czytelność opakowania	NIE: 0 – TAK: 20 pkt.
2	Czytelność pola kontrolnego wskaźnika	NIE: 0 – TAK: 20 pkt.
3	Jednoznaczność odczytu i łatwość interpretacji wyniku	NIE: 0 – TAK: 30 pkt.
4	Łatwość archiwizowania w dokumentacji	NIE: 0 – TAK: 30 pkt.

Grupa 4

WSKAŹNIKI CHEMICZNE DO KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI O USTALONYCH WARTOŚCIACH

L.p	OCENA JAKOŚCI OFEROWANYCH PRODUKTÓW	SKALA PUNKTOWA
1	Czytelność opakowania	NIE: 0 – TAK: 20 pkt.
2	Czytelność pola kontrolnego wskaźnika	NIE: 0 – TAK: 20 pkt.
3	Jednoznaczność odczytu i łatwość interpretacji wyniku	NIE: 0 – TAK: 30 pkt.
4	Łatwość archiwizowania w dokumentacji	NIE: 0 – TAK: 20 pkt.
5	Łatwość odnalezienia wskaźnika w zestawie narzędzi	NIE: 0 – TAK: 10 pkt.

Grupa 5

TAŚMA WSKAŹNIKOWA DO STERYLIZACJI PAROWEJ

L.p	OCENA JAKOŚCI OFEROWANYCH PRODUKTÓW	SKALA PUNKTOWA
1	Łatwość przylegania oraz zamykania pakowanego materiału, nie rozklejanie się w trakcie procesu sterylizacji	NIE: 0 – TAK: 40 pkt.
2	Odporność na rozerwanie	NIE: 0 – TAK: 30 pkt.
3	Wskaźnik umieszczony na taśmie, czytelny i jednoznaczny po procesie sterylizacji	NIE: 0 – TAK: 30 pkt.

Grupa 6

ETYKIETY, TESTY ZGRZEWANIA

L.p	OCENA JAKOŚCI OFEROWANYCH PRODUKTÓW	SKALA PUNKTOWA
1	Wskaźnik zawarty na etykiecie czytelny po procesie sterylizacji	NIE: 0 – TAK: 10 pkt.
2	Nie odklejanie się etykiet w trakcie procesu sterylizacji	NIE: 0 – TAK: 20 pkt.
3	Łatwość archiwizowania w dokumentacji	NIE: 0 – TAK: 20 pkt.
4	Łatwość interpretacji wyniku testu do kontroli poprawności zgrzewania w zgrzewarkach rolkowych	NIE: 0 – TAK: 50 pkt.

Grupa 7

PAPIER DO STERYLIZACJI

L.p	OCENA JAKOŚCI OFEROWANYCH PRODUKTÓW	SKALA PUNKTOWA
1	Materiał odporny na wilgotność w procesie sterylizacji parowej (para nasycona) w parametrach 121°C w czasie do 30 minut i 134°C w czasie do 20 minut	NIE: 0 – TAK: 20 pkt.
2	Materiał miękki, podatny do drapowania	NIE: 0 – TAK: 20 pkt.
3	Materiał odporny na rozerwania i uszkodzenia mechaniczne w trakcie pakowania	NIE: 0 – TAK: 30 pkt.
4	Materiał odporny na rozerwanie po procesie sterylizacji	NIE: 0 – TAK: 20 pkt.
5	Niezmienność zabarwienia materiału po procesie sterylizacji	NIE: 0 – TAK: 10 pkt.

Grupa 8

RĘKAWY PAPIEROWO – FOLOWE DO STERYLIZACJI PAROWEJ I GAZOWEJ

L.p	OCENA JAKOŚCI OFEROWANYCH PRODUKTÓW	SKALA PUNKTOWA
1	Materiał odporny na wilgotność w procesie sterylizacji parowej (para nasycona) w parametrach 121°C w czasie do 30 minut i 134°C w czasie do 20 minut	Nie: 0 – Tak: 20 pkt.
2	Nawinięcie rękawa folią na zewnątrz	Nie :0 – Tak: 10 pkt.
3	Materiał elastyczny, łatwy do zgrzewania, szczelny po sterylizacji	Nie: 0 – Tak: 20 pkt.
4	Materiał odporny na rozerwania i uszkodzenia mechaniczne w trakcie pakowania oraz manipulowania po procesie sterylizacji	Nie: 0 – Tak: 20 pkt.
5	Widoczny sprawdzian chemiczny do pary wodnej i tlenu etylenu	Nie: 0 – Tak: 10 pkt.
6	Produkcja w warunkach <i>clean room</i> – na podstawie załączonego opisu producenta	Nie: 0 – Tak: 20 pkt.

Grupa 11

OSŁONKI ZABEZPIECZAJĄCE NARZĘDZIA

L.p	OCENA JAKOŚCI OFEROWANYCH PRODUKTÓW	SKALA PUNKTOWA
1	Łatwość manipulowania przy zabezpieczaniu narzędzi podczas pakowania	NIE: 0 – TAK: 30 pkt.
2	Nie zsuwanie się z zabezpieczonych narzędzi po procesie sterylizacji	NIE: 0 – TAK: 20 pkt.
3	Brak śladów zużycia po wielokrotnym myciu – dezynfekcji i sterylizacji	NIE: 0 – TAK: 50 pkt.

Grupa 14

WSKAŹNIKI DO KONTROLI WSADU

L.p	OCENA JAKOŚCI OFEROWANYCH PRODUKTÓW	SKALA PUNKTOWA
1	Czytelność pola kontrolnego wskaźnika	NIE: 0 – TAK: 20 pkt.
2	Czytelność opakowania	NIE: 0 – TAK: 20 pkt.
3	Jednoznaczność odczytu i łatwość interpretacji wyniku	NIE: 0 – TAK: 40 pkt.
4	Łatwość archiwizowania w dokumentacji	NIE: 0 – TAK: 20 pkt.

6. Wynik oceny końcowej oferty to suma iloczynu punktów uzyskanych w kryterium cena i jakość oraz rangi procentowej danego kryterium wg poniższego wzoru :

$$Ok. = Wc \times R + Wj \times R$$

gdzie:

Ok. – wynik oceny końcowej

Wc – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

R- ranga procentowa kryterium cena

Wj – liczba punktów uzyskanych w kryterium jakość

R- ranga procentowa kryterium jakość

XVI. ZASADY WYBORU OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

1. Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie.
2. Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w specyfikacji.
3. Została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

XVII. POSTANOWIENIA KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY

Projekt umowy dostawy stanowi **załącznik nr 4** do niniejszej Specyfikacji.

XVIII. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty przekaże wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty pisemną informację o:

- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację;
- b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 1 na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej.

3. Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie określony przez Zamawiającego.

XIX. PRAWO WYKONAWCÓW DO PROTESTÓW, ODWOŁAŃ I SKARG

1. Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, w rozumieniu art. 179 ust. 3 ustawy, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść **protest** do Zamawiającego, **w formie pisemnej**.

4. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

5. Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Protest dotyczący treści ogłoszenia a także dotyczący postanowień specyfikacji wnosi się w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej.
7. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
8. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny z przyczyn wskazanych w pkt. 12.
9. W razie wniesienia protestu Zamawiający niezwłocznie przekaże kopię protestu Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub specyfikacji, zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
10. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu staną się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpią do postępowania:
 - a) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt 9;
 - b) w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej - jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji.
11. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest.
12. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 9 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
13. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 9 nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.
14. Zamawiający rozstrzygnie jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:
 - a) treści ogłoszenia,
 - b) postanowień specyfikacji,
 - c) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty,w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.
15. Protest inny niż wymieniony w pkt 14 Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.
16. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w pkt 14 i 15, uznaje się za jego oddalenie.
17. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania Zamawiający przekaże jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest, oraz Wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji zamieści również na stronie internetowej, na której jest udostępniana .

18. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtórzy oprotestowaną czynność lub dokona czynności bezprawnie zaniechanej, niezwłocznie (jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania) lub po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu (jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało uwzględnione). O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców.

19. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.

20. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu.

21. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu – zgodnie z przepisami ustawy.

XX. SPOSÓB UZYSKANIA FORMULARZA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Niniejszą Specyfikację można odebrać na wniosek Wykonawcy w **siedzibie Szpitala, Kraków, os. Na Skarpie 66 – Pawilon C, I piętro, pokój nr 4, w godz. 8⁰⁰ -14⁰⁰** lub **na pisemny wniosek drogą pocztową** (Wykonawca powinien podać swój numer NIP).

Cenę niniejszej Specyfikacji ustala się na kwotę **24,40 zł**. Wyżej wymienioną kwotę należy wpłacić w kasie szpitala w **godz. 11⁰⁰-13⁰⁰** lub na rachunek bankowy:

Deutsche Bank 24 S.A. O/Kraków Nr 45 1910 1048 3400 2331 1121 0002.

XXI. DODATKOWE INFORMACJE

1. Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku postępowania wymagają dla swej skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku danego postępowania.

2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

3. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

5. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

8. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy.

Załączniki:

1. opis przedmiotu zamówienia
2. formularz ofertowy,
3. wykaz wykonanych zamówień ,
4. projekt umowy.

Kraków, 07.10.2009 r.

Zatwierdzam:

Załącznik Nr 1 do specyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Grupa 1
WSKAŹNIKI BIOLOGICZNE DO KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI

Lp.	Nazwa materiału	Jed. Miary	Ilość	Opakowanie
1	2	3	4	5

1	Wskaźnik biologiczny ampułkowy do sterylizacji parowej o czasie inkubacji 48h, wymagane określenie warunków zabicia w temperaturze 121°C i 134°C (temperatura inkubacji 56°C)	szt.	500	100
2	Wskaźnik biologiczny ampułkowy do sterylizacji tlenkiem etylenu o czasie inkubacji 48h(temperatura inkubacji 37°C)	szt.	300	100

Wymagania szczegółowe:

1. Wymagane oświadczenie producenta a nie dystrybutora o zgodności z normą ISO 11138
2. Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli procesu sterylizacji parą wodną z czasem inkubacji 48h w temperaturze inkubacji 56°C, wymagane określenie zabijania drobnoustrojów w temperaturze 121°C i 134°C
3. Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu z czasem inkubacji 48h w temperaturze inkubacji 37°C
4. Wymagane oświadczenie producenta o nietoksyczności wskaźników
5. Zgodność z posiadanym przez zamawiającego inkubatorem Attest Incubator 3M - 131

Grupa 2
WSKAŹNIKI CHEMICZNE DO KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI

Lp.	Nazwa materiału	Jed. Miary	Ilość	Opakowanie
1	2	3	4	5
1	Nietoksyczny wskaźnik wieloparametrowy do sterylizacji parowej odpowiadający klasie 4 wg normy ISO 11140-1 lub PN EN ISO 15882	szt.	240000	500
2	Nietoksyczny wskaźnik wieloparametrowy do sterylizacji tlenkiem etylenu odpowiadający klasie 4 wg normy ISO 11140-1 lub PN EN ISO 15882	szt.	5000	500

Wymagania szczegółowe:

1. Wymagane oświadczenie producenta a nie dystrybutora o klasie testu według ISO 11140 – 1 i/lub PN EN ISO 15882
2. Brak zawartości soli metali ciężkich w substancji testów chemicznych. Jeśli podane jest oznaczenie *nie toksyczny* wymagane jest oświadczenie producenta

Grupa 3
WSKAŹNIKI KONTROLI PROCESU MYCIA I DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ

Lp.	Nazwa materiału	Jed. Miary	Ilość	Opakowanie
-----	-----------------	------------	-------	------------

1	2	3	4	5
1	Wskaźnik skuteczności dezynfekcji termicznej w myjniach-dezynfektorach o parametrach 93°C/10 minut	szt.	4500	100
2	Wskaźnik skuteczności mycia mechanicznego w postaci arkusza z substancją testową zgodny z normą PN EN ISO 15883	szt.	4500	100
3	Uchwyt do wskaźnika skuteczności mycia mechanicznego	szt.	3	

Wymagania szczegółowe:

1. Wskaźnik skuteczności mycia w postaci arkusza z substancją testową zgodną z PN EN ISO 15883
2. Wskaźnik kompatybilny z urządzeniem umożliwiającym kontrolę procesu mycia w co najmniej dwóch płaszczyznach
3. Substancja testowa nie zawierająca krwi ani jej pochodnych

Grupa 4

**WSKAŹNIKI CHEMICZNE DO KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI O
USTALONYCH WARTOŚCIACH**

Lp.	Nazwa materiału	Jed. Miary	Ilość	Opakowanie
1	2	3	4	5
1	Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu sterylizacji parą wodną o wartościach ustalonych 134°C / 7minut i 121°C / 20minut odpowiadający klasie 6 wg normy ISO 11140-1i/lub PN EN ISO 15882	szt.	48000	200
2	Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu sterylizacji parą wodną o wartościach ustalonych 134°C / 7minut i 121°C / 20minut samoprzylepny odpowiadający klasie 6 wg normy ISO 11140-1 i/lub PN EN ISO 15882	szt.	20000	200

Wymagania szczegółowe:

1. Wymagane oświadczenie producenta a nie dystrybutora o klasie testu według ISO 11140 – 1 i/lub PN EN ISO 15882

2. Wskaźnik do sterylizacji parą wodną o ustalonych wartościach 121°C / 20minut i 134°C / 7minut o dokładności wskazywania w zakresie temperatur +0°C, -1°C w zakresie czasu +0, -6% odpowiadający klasie 6

Grupa 5
TAŚMA WSKAŹNIKOWA DO STERYLIZACJI PAROWEJ

Lp.	Nazwa materiału	Jed. Miary	Ilość	Opakowanie
1	2	3	4	5
1	Taśma wskaźnikowa do sterylizacji parowej, wzmocniona, supermocna 18 mm x 50 mb	szt	500	1

Wymagania szczegółowe:

1. Wymagane oświadczenie producenta a nie dystrybutora o zgodności z normą 11140 – 1 i/lub PN EN ISO 15882

Grupa 6
ETYKIETY, TESTY ZGRZEWANIA

Lp.	Nazwa materiału	Jed. Miary	Ilość	Opakowanie
1	2	3	4	5
1	Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet, kompatybilne z metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną	szt.	200rolek/ 150000szt	1rolka (a' 750 szt.)
2	Test do kontroli poprawności zgrzewania w zgrzewarkach rolkowych	szt.	1500	250

Wymagania szczegółowe:

1. W przypadku etykiet wymagane oświadczenie producenta a nie dystrybutora o zgodności z normą 11140 – 1 i/lub PN EN ISO 15882

Grupa 7
PAPIER DO STERYLIZACJI

Lp.	Nazwa materiału	Jed. Miary	Ilość	Opakowanie
1	2	3	4	5
1	Papier krepowany biały 400 mm x 400 mm	szt.	6000	500
2	Papier krepowany biały 500 mm x 500 mm	szt.	6000	500
3	Papier krepowany biały 600 mm x 600 mm	szt.	12000	500
4	Papier krepowany biały 750 mm x 750 mm	szt.	24000	250
5	Papier krepowany biały 900 mm x 900 mm	szt.	24000	250
6	Papier krepowany biały 1000 mm x 1000 mm	szt.	12000	250

7	Papier krepowany biały 1200 mm x 1200 mm	szt.	2400	100
8	Papier mikrokrepowany niebieski / zielony 400 mm x 400 mm	szt.	6000	500
9	Papier mikrokrepowany niebieski / zielony 500 mm x 500 mm	szt.	6000	500
10	Papier mikrokrepowany niebieski / zielony 600 mm x 600 mm	szt.	12000	500
11	Papier mikrokrepowany niebieski / zielony 750 mm x 750 mm	szt.	24000	250
12	Papier mikrokrepowany niebieski / zielony 900 mm x 900 mm	szt.	24000	250
13	Papier mikrokrepowany niebieski / zielony 1000 mm x 1000 mm	szt.	12000	250
14	Papier mikrokrepowany niebieski / zielony 1200 mm x 1200 mm	szt.	2400	100

Wymagania szczegółowe:

1. Papier krepowany do sterylizacji *biały*, włókno celulozowe o gramaturze 60g/m² według normy PN EN 868 – 2, zawartość chlorków i siarczanów nie więcej niż 0,02%. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta, a nie dystrybutora, w celu potwierdzenia parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868 – 2. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2.0 kN/m, w kierunku poprzecznym niemniej niż 1.6 kN/m; wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 0.9 kN/m, w kierunku poprzecznym niemniej niż 0.6 kN/m

2. Papier mikro-krepowany do sterylizacji *niebieski/zielony*, celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikro-krepowana, włókno celulozy uszczelnione lateksem. Gramatura 60g/m² według normy PN EN 868 – 2, zawartość chlorków i siarczanów nie więcej niż 0,02%. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta, a nie dystrybutora, w celu potwierdzenia parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868 – 2. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2.5 kN/m, w kierunku poprzecznym niemniej niż 1.7 kN/m; wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1.2 kN/m, w kierunku poprzecznym niemniej niż 0.8 kN/m; wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 180 kPa na sucho i 105 kPa na mokro

Grupa 8

REKAWY PAPIEROWO – FOLOWE DO STERYLIZACJI PAROWEJ I GAZOWEJ

Lp.	Nazwa materiału	Jed. Miary	Ilość
1	2	3	4
1	Rękaw papierowo-foliowy gładki z dwoma wskaźnikami S, EO, 50 mm x 200 mb	szt.	18
2	Rękaw papierowo-foliowy gładki z dwoma wskaźnikami S, EO, 75mm x 200mb	szt.	84
3	Rękaw papierowo-foliowy gładki z dwoma wskaźnikami S, EO, 100mm x 200mb	szt.	120

4	Rękaw papierowo-foliowy gładki z dwoma wskaźnikami S, EO, 120 mm x 200 mb	szt.	100
5	Rękaw papierowo-foliowy gładki z dwoma wskaźnikami S, EO, 150 mm x 200 mb	szt.	72
6	Rękaw papierowo-foliowy gładki z dwoma wskaźnikami S, EO 200 mmx200 mb	szt.	24
7	Rękaw papierowo-foliowy gładki z dwoma wskaźnikami S, EO, 250 mm x 200 mb	szt.	18
8	Rękaw papierowo-foliowy gładki z dwoma wskaźnikami S, EO, 300 mm x 200 mb	szt.	12
9	Rękaw papierowo-foliowy gładki z dwoma wskaźnikami S, EO, 350 mm x 200 mb	szt.	12
10	Rękaw papierowo-foliowy gładki z dwoma wskaźnikami S, EO, 400 mm x 200 mb	szt.	10
11	Rękaw papierowo-foliowy z zakładką z dwoma wskaźnikami S, EO, 75 mm x 25 mm x 100 mb	szt.	10
12	Rękaw papierowo-foliowy z zakładką z dwoma wskaźnikami S, EO, 100 mm x 50 mm x 100 mb	szt.	24
13	Rękaw papierowo-foliowy z zakładką z dwoma wskaźnikami S, EO, 150 mm x 50 mm x 100 mb	szt.	68
14	Rękaw papierowo-foliowy z zakładką z dwoma wskaźnikami S, EO, 200 mm x 55 mm x 100 mb	szt.	28
15	Rękaw papierowo-foliowy z zakładką z dwoma wskaźnikami S, EO, 250 mm x 65 mm x 100 mb	szt.	24
16	Rękaw papierowo-foliowy z zakładką z dwoma wskaźnikami S, EO, 300 mm x 80 mm x 100 mb	szt.	24
17	Rękaw papierowo-foliowy z zakładką z dwoma wskaźnikami S, EO, 350 mm x 80 mm x 100 mb	szt.	12
18	Rękaw papierowo-foliowy z zakładką z dwoma wskaźnikami S, EO, 400 mm x 80 mm x 100 mb	szt.	12

Wymagania szczegółowe:

1. Rękawy papierowo – foliowe o konstrukcji folii i wykonania zgodnej z normami EN ISO 11607 – 1,2 oraz PN EN 868 – 3, PN EN 868 – 5,
2. Papier o gramaturze 70 g (PN EN 868 – 3) zawartość chlorków nie więcej niż 0.05%; zawartość siarczanów nie więcej niż 0.25%; wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN w obu kierunkach, wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 400 kPa na sucho i 150 kPa na mokro; wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 7.3 kN/m, w kierunku poprzecznym niemniej niż 4kN/m; wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 2.4 kN/m, w kierunku poprzecznym niemniej niż 1.3 kN/m; niezwilżalność wodą powyżej 40s
3. Folia zgrzewalna w temperaturze 150 – 190°C
4. Dopuszczalna tolerancja wymiarowa w szerokości 10mm
5. Test umieszczony na papierze pod folią, wykluczone umieszczenie testu między warstwami folii

6. Folia co najmniej 5 – warstwowa nie licząc warstwy kleju, o grubości nie większej niż 52 mikrometrów, przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów. Powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji $\geq 100\text{mm}^2$ (PN EN 868 – 5); wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300 mN, elastyczna – wydłużenie niemniej niż 70%, test na papierze pod folią, wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, zgrzew fabryczny wielokrotny, jednoznacznie zaznaczony kierunek otwierania.

7. Wymagana charakterystyka wydana przez producenta, nie dystrybutora w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normami PN EN 868 – 3, PN EN 868 – 5

Grupa 9
**MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO STERYLIZATORA GAZOWEGO 3M™ Steri –
Vac™ 5XL**

Lp.	Nazwa materiału	Jed. Miary	Ilość
1	2	3	4
1	Naboje z tlenkiem etylenu przeznaczone do sterylizatora 5 XL-4-100 3M Steri Gas	szt.	300
2	Papier do drukarki sterylizatora 5 XL 3M Steri Vac o szerokości 60mm	szt.	8

Wymagania szczegółowe:

1. Zamawiający wymaga nabołów oryginalnych przeznaczonych do eksploatacji w sterylizatorze 3M™ Steri – Vac™ 5XL dopuszczonych przez producenta sterylizatora
2. Pojemność: 100g
3. Skład: 100% EO
4. Wymagana charakterystyka produktu

Grupa 10
MATERIAŁY ZABEZPIECZAJĄCE KONTENERY

Lp.	Nazwa materiału	Jed. Miary	Ilość	Opakowanie
1	2	3	4	5
1	Plomba papierowa biała do kontenerów o wymiarach 80x35 mm	szt.	24000	1000
2	Długotrwały filtr do kontenerów ϕ 190 (1000 cykli mycia-dezynfekcji , sterylizacji)	szt.	120	10

Wymagania szczegółowe:

1. Zamawiający wymaga plomb i filtrów do kontenerów oryginalnych, kompatybilnych z kontenerami produkcji firmy Aesculap

Grupa 11
OSŁONKI ZABEZPIECZAJĄCE NARZĘDZIA

Lp.	Nazwa materiału	Jed. Miary	Ilość	Opakowanie
1	2	3	4	5
1	Osłonki zabezpieczające ostre i delikatne narzędzia przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przebicciem opakowań sterylizacyjnych rozmiar 1,9x19mm	szt.	2400	100
2	Osłonki zabezpieczające ostre i delikatne narzędzia przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przebicciem opakowań sterylizacyjnych rozmiar 3,2x25mm	szt.	2400	100
3	Osłonki zabezpieczające ostre i delikatne narzędzia przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przebicciem opakowań sterylizacyjnych rozmiar 4,7x25mm	szt.	2400	100
4	Osłonki zabezpieczające ostre i delikatne narzędzia przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przebicciem opakowań sterylizacyjnych rozmiar 1,6x1,6x25mm	szt.	2400	100

Wymagania szczegółowe:

1. Osłonki silikonowe, wielokrotnego użytku, dostosowane do mycia i dezynfekcji w myjniach – dezynfektorach, dostosowane do sterylizacji w temperaturze 121^oC, 134^oC i w tlenku etylenu.

Grupa 12
PREPARATY DO KONSERWACJI NARZĘDZI

Lp.	Nazwa materiału	Jed. Miary	Ilość	Opakowanie
1	2	3	4	5
1	Preparat przeznaczony do manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych po ręcznym lub maszynowym myciu i dezynfekcji, stosowany przed i po procesie sterylizacji. Preparat na bazie oleju parafinowego.	szt.	24	250 ml

Wymagania szczegółowe:

1. Brak zawartości węglowodorów fluorowanych i freonu
2. Środek sterylny
3. Pojemność 250 ml, aerozol

Grupa 13
PREPARATY DO KONSERWACJI NAPĘDÓW

Lp.	Nazwa materiału	Jed. Miary	Ilość	Opakowanie
1	2	3	4	5
1	Preparat przeznaczony do konserwacji systemów napędowych poddawanych sterylizacji parowej. Preparat na bazie oleju.	szt.	24	300 ml

Wymagania szczegółowe:

1. Brak zawartości silikonu w preparacie
2. Pojemność 300ml, aerozol

Grupa 14
WSKAŹNIKI DO KONTROLI WSADU

Lp.	Nazwa materiału	Jed. Miary	Ilość	Opakowanie
1	2	3	4	5
1	Test zintegrowany do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną w parametrach 134°C / 7 minut i 121°C / 20 minut w postaci samoprzylepnych testów paskowych kompatybilne z przyrządem testowym składającym się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego	szt.	10000	500 testów
2	Przyrząd testowy składający się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego do testów zintegrowanych do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną w parametrach 134°C / 7 minut i 121°C / 20 minut w postaci samoprzylepnych testów paskowych	szt.	2	
3	Symulacyjny test kontrolny typu Bowie-Dicka 134°C / 3,5 minuty kontrolujący penetrację i jakość pary w postaci samoprzylepnych testów paskowych kompatybilne z przyrządem testowym składającym się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego	szt.	1500	500 testów

4	Przyrząd testowy składający się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego do symulacyjnych testów kontrolnych typu Bowie-Dicka 134°C / 3,5 minuty kontrolujący usuwanie powietrza i penetrację pary wodnej w postaci samoprzylepnych testów paskowych	szt.	2	
---	---	------	---	--

Wymagania szczegółowe:

1. Wymagane oświadczenie producenta a nie dystrybutora o klasie testu według ISO 11140 – 1i/lub PN EN ISO 15882
2. Test zintegrowany do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną w parametrach 134°C / 7 minut i 121°C / 20 minut w postaci samoprzylepnych testów paskowych kompatybilne z przyrządem testowym zgodne z normą PN EN 867 - 5
3. Symulacyjny test kontrolny typu Bowie-Dicka 134°C / 3,5 minuty kontrolujący usuwanie powietrza i penetrację pary wodnej zgodny z PNEN 867-4, w postaci samoprzylepnych testów paskowych kompatybilne z przyrządem testowym

Nr sprawy ZP 25/2009

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

Data

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

ul. kod - miejscowość

województwo..... powiat.....

Nr telefonuNr faksu

NUMER NIPNUMER REGON

Nr rachunku bankowego

1. Oferujemy dostawę materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ:

GRUPA 1

- a) **wartość netto przedmiotu zamówienia** wynosi : **zł**
(słownie:)
- b) **podatek VAT** :%
- c) **wartość brutto przedmiotu zamówienia** wynosi : **zł**
(słownie:)

GRUPA 2

- a) **wartość netto przedmiotu zamówienia** wynosi : **zł**
(słownie:)
- b) **podatek VAT** :%
- c) **wartość brutto przedmiotu zamówienia** wynosi : **zł**
(słownie:)

GRUPA 3

- a) **wartość netto przedmiotu zamówienia** wynosi : **zł**
(słownie:)
- b) **podatek VAT** :%
- c) **wartość brutto przedmiotu zamówienia** wynosi : **zł**
(słownie:)

GRUPA 4

- a) **wartość netto przedmiotu zamówienia** wynosi : **zł**
(słownie:)
- b) **podatek VAT** :%
- c) **wartość brutto przedmiotu zamówienia** wynosi : **zł**
(słownie:)

GRUPA 5

- a) **wartość netto przedmiotu zamówienia** wynosi : **zł**
(słownie:)
- b) **podatek VAT** :%
- c) **wartość brutto przedmiotu zamówienia** wynosi : **zł**
(słownie:)

GRUPA 6

- a) **wartość netto przedmiotu zamówienia** wynosi : **zł**
(słownie:)
- b) **podatek VAT** :%
- c) **wartość brutto przedmiotu zamówienia** wynosi : **zł**
(słownie:)

GRUPA 7

- a) **wartość netto przedmiotu zamówienia** wynosi : **zł**
(słownie:)

- b) **podatek VAT** :%
- c) **wartość brutto przedmiotu zamówienia** wynosi : zł
(słownie:)

GRUPA 8

- a) **wartość netto przedmiotu zamówienia** wynosi : zł
(słownie:)
- b) **podatek VAT** :%
- c) **wartość brutto przedmiotu zamówienia** wynosi : zł
(słownie:)

GRUPA 9

- a) **wartość netto przedmiotu zamówienia** wynosi : zł
(słownie:)
- b) **podatek VAT** :%
- c) **wartość brutto przedmiotu zamówienia** wynosi : zł
(słownie:)

GRUPA 10

- a) **wartość netto przedmiotu zamówienia** wynosi : zł
(słownie:)
- b) **podatek VAT** :%
- c) **wartość brutto przedmiotu zamówienia** wynosi : zł
(słownie:)

GRUPA 11

- a) **wartość netto przedmiotu zamówienia** wynosi : zł
(słownie:)
- b) **podatek VAT** :%
- c) **wartość brutto przedmiotu zamówienia** wynosi : zł
(słownie:)

GRUPA 12

- a) **wartość netto przedmiotu zamówienia** wynosi : zł
(słownie:)
- b) **podatek VAT** :%
- c) **wartość brutto przedmiotu zamówienia** wynosi : zł
(słownie:)

GRUPA 13

- a) **wartość netto przedmiotu zamówienia** wynosi : zł
(słownie:)
- b) **podatek VAT** :%
- c) **wartość brutto przedmiotu zamówienia** wynosi : zł
(słownie:)

GRUPA 14

- a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi : zł
(słownie:)
- b) podatek VAT :%
- c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi : zł
(słownie:)

2. Dostawy przedmiotu zamówienia wykonamy w terminie **24 m-cy** od daty zawarcia umowy.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy żadnych do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.
6. Oświadczamy, że termin płatności wynosi : (podać w dniach, nie mniej niż 30 dni od dnia otrzymania faktury).
7. Oświadczamy, że okres niezmienności ceny wynosi 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
8. Oświadczamy, że termin ważności przedmiotu zamówienia wynosi nie krócej niż 12 miesięcy od daty dostawy.
9. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie przedmiotu zamówienia w części (w zakresie.....) / że przedmiot zamówienia wykonamy w całości bez udziału podwykonawców.*
11. Oświadczamy, że zgodnie z pkt. IX specyfikacji dokonaliśmy wpłaty wadium w formie w wysokości..... PLN
(słownie:)
Wadium w formie pieniężnej powinno zostać zwrócone na rachunek bankowy:
12. Próbkę złożone do oceny jakościowej podlegają / nie podlegają zwrotowi.*

* **niepotrzebne skreślić**

.....
/podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik Nr 3 do specyfikacji

**WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM
DOSTAWIE STANOWIĄCEJ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI
co najmniej rocznej wartości brutto oferty.**

– min. 1 dostawa

(w przypadku złożenia ofert częściowych, wartość dostawy musi odpowiadać co najmniej rocznej wartości brutto sumy cen ofert częściowych, na jakie Wykonawca złoży ofertę)

Nazwa i adres Wykonawcy :

L.p.	Rodzaj i zakres zamówienia	Całkowita wartość	Termin realizacji od ... - do ...	Nazwa Zamawiającego
------	----------------------------	-------------------	-----------------------------------	---------------------

--	--	--	--	--

.....
*/podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy/*

Załącznik nr 4 do specyfikacji

**U M O W A D O S T A W Y
(P R O J E K T)**

zawarta w dniu 2009 r. w Krakowie, pomiędzy
**Szpitałem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem
Opieki Zdrowotnej w Krakowie**, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, wpisanym do Rejestru
Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki
zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000035552, NIP:678-26-80-028,
REGON:000630161, zwanym dalej „**Odbiorcą**”
w imieniu i na rzecz którego działa:
.....

a

.....
wpisaną do Rejestru prowadzonego
przez pod numerem, NIP:.....,
REGON:..... zwaną w dalszej treści umowy „Dostawcą”, w imieniu i na
rzecz której działa/ją:
.....
.....

§ 1

Zawarcie umowy następuje w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na **dostawę materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni (ZP 25/2009)** po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z dyspozycją art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, zwanych w dalszej części umowy materiałami, zgodnie z ofertą przetargową z dnia r.
2. Wartość przedmiotu umowy w dniu jej zawarcia wynosi bez uwzględnienia podatku VAT (słownie:.....).

§ 3

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania Odbiorcy materiałów w ilościach i asortymencie wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Odbiorca zastrzega sobie prawo zamówienia materiałów, w ilości mniejszej niż określona w ust. 1, w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
3. Nie zamówienie w okresie obowiązywania niniejszej umowy materiałów w ilości określonej w ust. 1 nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Dostawcę roszczeń o zamówienie pozostałej części materiałów ani też żadnych innych roszczeń.

§ 4

1. Ustalone przez strony ceny materiałów zostały wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
 2. Do podanych w załączniku nr 1 cen netto Dostawca będzie doliczał podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W dniu zawarcia umowy dostawa materiałów, o których mowa w § 3 ust. 1, opodatkowana jest według..... stawki podatku VAT.
 3. Wartość przedmiotu umowy z uwzględnieniem podatku VAT wynosi (słownie:.....).
- a) **W pierwszym roku obowiązywania umowy ceny nie ulegają zmianie.** Odbiorca dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych netto, po upływie pierwszego roku wykonywania umowy, w górę lub w dół (po uwzględnieniu okresu niezmienności ceny zadeklarowanym w formularzu

ofertowym tj. od dnia.....), w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za rok poprzedzający, w którym następuje waloryzacja.

- b) Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa.

§ 5

1. Dostawy zamawianych materiałów będą realizowane sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy na podstawie zamówień składanych w zależności od bieżącego zapotrzebowania Odbiorcy. Zamówienia będą składane pisemnie za pośrednictwem faksu. Osobą uprawnioną do składania zamówień w imieniu Szpitala jest pracownik Sekcji Zaopatrzenia.
2. Dostawy zamówionych partii materiałów odbywać się będą w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
3. Dostawy awaryjne partii materiałów odbywać się będą w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty złożenia zamówienia.

§ 6

1. Dostawa zamówionych materiałów odbywać się będzie transportem organizowanym przez Dostawcę oraz na jego koszt.
2. Do obowiązków Dostawcy należy zapewnienie rozładunku dostarczonych materiałów w miejscu wskazanym przez Odbiorcę i przekazanie wyrobów odpowiedzialnemu pracownikowi Odbiorcy.

§ 7

1. Płatność należności z tytułu dostawy materiałów będzie dokonywana po podpisaniu przez strony dokumentów potwierdzających realizację dostawy na podstawie faktury VAT w terminie (min. 30 dni) od daty dostarczenia tych dokumentów Odbiorcy.
2. Płatność należności będzie dokonywana przelewem, na rachunek bankowy Dostawcy, wskazany przez niego na fakturze VAT.

§ 8

1. Reklamacje ilościowe zgłaszane będą przy odbiorze dostarczonych materiałów.
2. W razie stwierdzenia wad ukrytych w dostarczanych wyrobach lub stwierdzenia, że dostarczone materiały nie są zgodne z ofertą wskazaną w § 2 ust. 1 umowy, a także w razie ich uszkodzenia w czasie transportu - Odbiorca wyśle Dostawcy niezwłocznie zawiadomienie, wraz z protokołem stwierdzającym wady. Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i wymienić reklamowane wyroby na wolne od wad w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wraz z protokołem.

§ 9

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
2. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:
 - 1) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w

- przypadku częściowej realizacji umowy kara zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia przez Dostawcę,
- 2) w wysokości 0,5 % wartości zamawianej partii materiałów (bez uwzględnienia podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu, w terminie ustalonym w § 5 ust.2 i 3,
 - 3) w wysokości 0,5 % wartości reklamowanej partii materiałów (bez uwzględnienia podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w dostawie materiałów wolnych od wad w terminie określonym w § 8 ust. 2 umowy.
3. Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 10

1. Umowa niniejsza została zawarta na czas oznaczony od dnia **2009 roku** do dnia **2011 roku**.
2. Odbiorca przewiduje możliwość przedłużenia terminu obowiązywania niniejszej umowy o czas niezbędny na zrealizowanie umowy w całym jej zakresie przedmiotowym, o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy, i zmiany umowy w tym zakresie.

§ 11

Odbiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym oraz naliczenia kary umownej w wysokości obliczonej jak w § 9 ust. 2 pkt. 1 w przypadku:

- a) trzykrotnego stwierdzenia przez Odbiorcę, że dostarczone materiały nie są zgodnie z ofertą wskazaną w § 2 ust. 1 umowy,
- b) trzykrotnego nie zrealizowania przez Dostawcę zamówienia w terminie 5 dni roboczych od daty jego złożenia albo zwłoki w dostarczeniu w ramach reklamacji materiałów wolnych od wad.

§ 12

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Odbiorca może odstąpić od umowy. W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

1. Prawa i obowiązki wynikające z treści niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Odbiorcy na dokonanie takiej czynności, co nie dotyczy obowiązku Dostawcy przewidzianego w § 6. Podkreśla się, że powyższe dotyczy także przelewu wierzytelności Dostawcy przysługujących mu względem Odbiorcy, w szczególności w formie cesji, faktoringu lub innej czynności o takim skutku.
2. Dostawca zobowiązuje się umieszczać na wystawianych przez siebie fakturach VAT informacje o wynikającym z postanowień ust.1 zakazie przelewu wierzytelności, której dotyczy faktura, bez zgody Odbiorcy.

§ 14

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Odbiorcy.

§ 15

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Odbiorcy, a jeden dla Dostawcy.

§ 18

Załącznikiem do niniejszej umowy jest wykaz asortymentu, ilości i cen wyrobów – załącznik nr 1.

DOSTAWCA:

ODBIORCA: