



# Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000



Nasz znak : DOP – ZP / 306 /09

Kraków, dnia 18 listopada 2009 r.

*Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  
„Dostawę obuwia i bielizny operacyjnej obłożonej operacyjnych oraz artykułów włókninowych  
jednorazowego użytku” (ZP 29/2009)  
wg rozdzielnika*

## **PISMO ZAMAWIAJĄCEGO**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania.

### **I. Pytanie**

***Czy Zamawiający wydzieli z Grupy 2 oddzielną grupę zawierającą Buty Operacyjne z pozycji 1?***

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli z Grupy 2 pozycję nr 1 i tworzy dla niej Grupę nr 2 a

Ustala wielkość wadium: dla Grupy 2 – 1.340,00 zł

**dla Grupy 2 a - 60,00 zł**

### **II. Pytanie**

***Czy Zamawiający dla pozycji 3, 4, 5 dopuści tkaninę o gramaturze 188g/m<sup>2</sup>+/-8g/m<sup>2</sup>?***

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga gramatury zgodnie z SIWZ.

### **III. Pytanie**

***Czy Zamawiający dla Grupy 2 pozycja 6 dopuści fartuch barierowy operacyjny wykonany na przedramieniu i w panelu przednim z tkaniny poliestrowej z włóknem węglowym o gramaturze 139 g/m<sup>2</sup> o poziomie barierowym 75 cm H20, a na pozostałej powierzchni 128 g/m<sup>2</sup>?***

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga fartucha zgodnie z SIWZ.

### **IV. Pytanie**

***Czy Zamawiający dopuszcza impregnację (teflonowanie) w procesie prania, co ma wpływ na zwiększenie nieprzemakalności fartuchów przez cały cykl ich używania?***

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza impregnacji w procesie prania.

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 644-22-89

Główny Księgowy  
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



# Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000



## ***V. Pytanie***

**Czy Zamawiający dopuszcza aby tkanina posiadała wykończenie teflonowe?**

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykończenia teflonowego opis przedmiotu zgodnie z SIWZ.

## ***VI. Pytanie***

**Według jakiej normy powinna zostać określona chłonność dla pozycji 3, 4, 5 z Grupy 2?**

Odpowiedź:

Badanie chłonności powinno być przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO 9073-6.

## ***VII. Pytanie***

**Czy Zamawiający dopuszcza zatem dostarczenie dla pozycji 2, 3, 4, 5 wyników badań określających poziom pylenia tylko dla nowej tkaniny?**

Odpowiedź:

Zamawiający dla poz. 3, 4, 5, dopuszcza badania na poziom pylenia dla tkaniny nowej jednakże dla poz. 2 wymaga przedstawienia wyników badań zgodnie z SIWZ.

## ***VIII. Pytanie***

**Czy Zamawiający dla pozycji 6, 7 z Grupy 2 dopuszcza badania z nieprzemakalności po 100 cyklach prania wystawione przez niezależną jednostkę?**

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyniki badań wystawione przez niezależną jednostkę badawczą.

## ***IX. Pytanie***

**Czy Zamawiający wymaga aby serwety z pozycji 3, 4, 5 z Grupy 2 były chłonne oraz barierowe zgodnie z normą PN-EN 13795?**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga barierowości w rozumieniu normy PN-EN 13795 dla serwet z poz. 3, 4, 5. Zamawiający używa serwet oraz obłożeń barierowych jednorazowego użytku zgodnych z normą. Serwety z poz. 3, 4, 5, będą używane na bloku operacyjnym jako serwety dodatkowe do kontroli płynów, pozycjonowania pacjenta oraz przy wykonywaniu pakietów w centralnej sterylizacji. W związku z tym faktem Zamawiający wymaga aby serwety jak część całego systemu, posiadały odpowiedni poziom chłonności oraz minimalny poziom pylenia.

## ***X. Pytanie***

**Czy Zamawiający wymaga aby serwety z pozycji 3, 4, 5 oraz fartuchy z pozycji 6, 7 z Grupy 2 zostały wykonane z tkaniny z włóknem węglowym co gwarantuje, że produkt nie będzie się elektryzował?**

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie tkanin z włóknem węglowym.

**Termin składania ofert - 16 grudnia 2009 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala pok. nr 12.**

**Termin otwarcia ofert - 16 grudnia 2009 r. do godz. 10.30 w świetlicy Szpitala.**

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 644-22-89

Główny Księgowy  
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



# Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000



---

*Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają się wiążące.*

Z poważaniem,

Otrzymują:  
1 x adresat wg rozdzielnika  
1 x a/a

---

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 644-22-89

Główny Księgowy  
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

[www.zeromski-szpital.pl](http://www.zeromski-szpital.pl)

e-mail: [zeromski@bci.pl](mailto:zeromski@bci.pl)

e-mail: [kancelaria@zeromski-szpital.pl](mailto:kancelaria@zeromski-szpital.pl)