Załącznik Nr 4 do SIWZ

GRUPA 1

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT %	Wartość netto (kol 4x3)	Wartość podatku VAT (kol. 6x5)	Wartość brutto (kol 6+7)	Nazwa handlowa /nazwa producenta/ kraj	Podstawa wprowadzenia do obrotu nr i data ważności (dekl. zgodności/certyfikat CE/wpis do rejestru zgłoszenie)	str. w ofercie
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Sterylny zestaw uniwersalny, wykonany z włókniny min. 2 – warstwowej, skład kompletu serwety operacyjne samoprzylepne: min. 150x240 cm, 170x175 cm i 2 serwety min 75x90; serweta na stolik instrumentariuszki: min. 140x190 cm; serwety na stolik Mayo: min. 80x145 cm; przylepiec taśmowy : min. 10x50 cm	szt.	**800**								

GRUPA 1

2	Sterylny zestaw uniwersalny, wykonany z włókniny min. 2 – warstwowej, skład kompletu: serwety operacyjne samoprzylepne: min. 150x240 cm, 170 x 175 cm i 2 serwety min. 75x90 cm; serweta na stolik instrumentariuszki: min. 140x190 cm; przylepiec taśmowy : min. 10x50 cm	szt.	**800**								
3	Sterylny zestaw do artroskopii kolana, wykonany z włókniny min. 2 warstwowej. Skład kompletu: 2 x przylepiec taśmowy: min. 10 x 50 cm; serweta na stolik Mayo: min. 80x145 cm; serweta do artroskopii z torbą na płyny i uchwytem typu Velcro oraz samouszczelniającymi się, elastycznymi otworami; min. 200x320 cm; serweta operacyjna min. 150x175 cm; rękaw na kończynę min. 25x80 cm serweta na stolik instrumentariuszki: min. 140 x 190 cm rurka drenowa: min. 130 cm	szt.	**300**								

4	sterylny zestaw do chirurgii biodra wykonany z włókniny min. 2 – warstwowej. Skład kompletu: 2 x przylepiec taśmowy: min. 10x50 cm; serweta na stolik typu Mayo: min. 80x145 cm; rękaw na kończynę : min. 35x120 cm; serweta operacyjna; min. 75x90 cm, serweta operacyjna: min. 150x200 cm, serweta samoprzylepna min. 170x300 cm; serweta samoprzylepna z wycięciem „U" min. 200x260 cm (wycięcie min 6,5x95 cm) serweta na stolik instrumentariuszki: min. 140x190 cm.	szt.	**500**								
5	sterylny zestaw do dłoni /stopy, wykonany z włókniny min. 2 warstwowej . Skład zestawu serweta do zabiegów dłoni/stopy min. 245 x 320 cm z elastycznym samouszczelniającym się otworem: serweta operacyjna min. 100x150 cm; serweta na stolik instrumentariuszki: min. 140x190 cm; serweta na stolik typu Mayo: min 80x145 cm	szt.	**300**								

6	sterylny zestaw do urologii, wykonany z włókniny min. 2 warstwowej . Skład zestawu: serweta urologiczna z workiem do zbiórki płynów, osłoną na palec i dwoma oknami (na genitalia i nadłonowym) min. 150x200 cm ; serweta na stolik instrumentariuszki: min. 140x190 cm; przylepiec taśmowy min. 10x50 cm	szt.	**300**								
7	Sterylny zestaw z otworem, wykonany z włókniny min. 2 warstwowej. Skład zestawu: serweta z samoprzylepnym otworem o śr. 10 cm: min.170x250 cm; serweta na stolik instrumentariuszki: min 140x160 cm.	szt.	**250**								
8	Sterylny zestaw do „małej chirurgii" wykonany z włókniny min. 2 – warstwowej. Skład zestawu: serweta z samoprzylepnym otworem o śr. 14,5 cm; min. 200x240 cm; serweta na stolik instrumentariuszki min. 140x190 cm.	szt.	**500**								

9	Sterylny zestaw do ginekologii, wykonany z włókniny min. 2 - warstwowej. Skład zestawu: serweta na stolik instrumentariuszki: min. 100x150 cm serweta z oknem samoprzylepnym 7 x10 cm w rozmiarze min. 100 x 200 cm; 2 osłony na kończynę 75 x 120 cm	szt.	**500**								
10	Sterylny zestaw do kończyny, wykonany z włókniny min. 2 – warstwowej. Skład kompletu: 2 x przylepiec taśmowy: min. 10x50; serweta na stolik Mayo: min. 80 x 145 cm; serweta do kończyny z uchwytem typu Velcro oraz samouszczelniającym się otworem min. 200x320 cm; serweta operacyjna min. 150x175 cm;rękaw na kończynę min. 25x80 cm serweta na stolik instrumentariuszki min. 140x190 cm.	szt.	**800**								

11	Sterylny zestaw do żylaków wykonany z włókniny min. 2 – warstwowej. Skład zestawu: serweta na stolik instrumentariuszki min. 140x190 cm; serweta samoprzylepna min. 200x240 cm; serweta samoprzylepna min. 200x240 cm; serweta samoprzylepna z wycięciem „U" min.6,5x95 cm w rozmiarze min. 150x240 cm; serweta operacyjna min. 150 x 200 cm.	szt.	**700**								
12	Sterylny zestaw do otolaryngologii wykonany z włókniny min. 2 – warstwowej. Skład zestawu: serweta operacyjna z otworem samoprzylepnym min. serweta operacyjna z otworem samoprzylepnym min.10x10 cm w rozmiarze min. 120x240 cm; serweta na stolik narzędziowy w rozmiarze min. 140x190 cm.	szt.	**200**								
13	Serweta operacyjna wykonana z włókniny min. 2- warstwowej o rozmiarze min. 150x240 cm.	szt.	**3000**								

14	Jednorazowe jałowe fartuchy dla operatorów wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS, wyposażone w nieprzemakalne wstawki w rękawach i przedniej części fartucha, z elastycznym mankietem min. 6 cm posiadające sterylne plecy, zapinane przy szyi na rzepy oraz troki złączone kartonikiem, umożliwiające sterylne wiązanie fartucha M, L, XL.	szt.	**2000**								
15	Jednorazowe jałowe fartuchy dla operatorów wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS, z elastycznym mankietem min. 6 cm posiadające sterylne plecy, zapinane przy szyi na rzepy oraz troki złączone kartonikiem, umożliwiające sterylne wiązanie fartucha M, L, XL.	szt.	**4000**								
16	Jednorazowe jałowe fartuchy chirurgiczne, wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS, z elastycznym mankietem min. 6 cm wiązanie z tyłu tylko na troki L, XL.	szt.	**20000**								
					razem:						

Załącznik Nr 4 do SIWZ

GRUPA 2

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT %	Wartość netto (kol 4x3)	Wartość podatku VAT (kol. 6x5)	Wartość brutto (kol 6+7)	Nazwa handlowa / nazwa producenta/ kraj	Podstawa wprowadzenia do obrotu nr i data ważności (dekl. zgodności/certyfikat CE/ wpis do rejestru zgłoszenie)	str. w ofercie
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Buty operacyjne : Obuwie wykonane z SEBS (styreno – etyleno – butadieno – styrenu) o podwyższonej odporności na degradację i starzenie, elastyczne, wentylowane z góry i po bokach, z wyjmowaną perforowaną wkładką masującą podlegającą sterylizacji. Podeszwy antypoślizgowe, posiadające antystatyczny korek.kolor seledynowy rozmiary od 36 do 46	pary	**50**								

GRUPA 2

2	Ubrania operacyjne bluza + spodnie: Odzież operacyjna wielokrotnego użytku, wykonana z niepylącej oddychającej tkaniny bawełniano - poliestrowej o zawartości bawełny min. 65% i gramaturze max 155g/m2, posiadającej antystatyczną nitkę węglową; kolor niebieski lub zielony, czerwony Krój: Bluza + spodnie: bluza wycięta w serek, trzy kieszenie; spodnie na gumkę, wiązane z przodu na troki; kolor zielony rozmiary od S do XXXL	szt.	**500**								
3	Serwety operacyjne chłonne roz. 50x60 cm. : Serwety wykonane z tkaniny poliestrowej o minimalnej gramaturze 220g/m2 oraz chłonności na poziomie co najmniej 95%; kolor zielony .	szt.	**100**								
4	Serwety operacyjne chłonne roz. 100x150 cm. : Serwety wykonane z tkaniny poliestrowej o minimalnej gramaturze 220g/m2 oraz chłonności na poziomie co najmniej 95%; kolor zielony .	szt.	**100**								

GRUPA 2

5	Serwety operacyjne chłonne roz. 150x200 cm. : Serwety wykonane z tkaniny poliestrowej o minimalnej gramaturze 220g/m2 oraz chłonności na poziomie co najmniej 95%; kolor zielony .	szt.	**300**								
6	Fartuch barierowy operacyjny wielokrotnego użytku standardowego ryzyka, wykonany na bazie dwóch tkanin; w części klatki piersiowej oraz przedramienia wykonany z pojedynczej warstwy tkaniny poliestrowej o gramaturze maksymalnie 100 g/m2 o stopniu nieprzemakalności min. 80 cm H2O, w pozostałych elementach fartucha wykonany z pojedynczej warstwy tkaniny poliestrowej o gramaturze max 110g/m2 o niższym stopniu nieprzemakalności ale znacznie wyższym stopniu paroprzepuszczalności. gwarancja barierowości przez 100 cykli PSS, kolor niebieski lub zielony Roz. M,L,XL,XXL	szt.	**100**								

GRUPA 2

7	Fartuch barierowy operacyjny wielokrotnego użytku standardowego ryzyka, wykonany na bazie dwóch nieteflonowanych tkanin; wykonany z pojedynczej warstwy tkaniny poliestrowej o gramaturze maksymalnie 110 g/m2 na przedramionach i panelu przednim (klatka piersiowa), na pozostałych elementach fartucha wykonany z pojedynczej warstwy niepylącej oddychającej tkaniny poliestrowo-bawełnianej o zawartości bawełny min. 65% i gramaturze max 155g/m2; gwarancja barierowości przez 100 cykli PSS, kolor niebieski lub zielony roz. M,L,XL,XXL	szt.	**100**								
					razem:						

Załącznik Nr 4 do SIWZ

GRUPA 3

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT %	Wartość netto (kol 4x3)	Wartość podatku VAT (kol. 6x5)	Wartość brutto (kol 6+7)	Nazwa handlowa /nazwa producenta/ kraj	Podstawa wprowadzenia do obrotu nr i data ważności (dekl. zgodności/certyfikat CE/wpis do rejestru zgłoszenie)	str. w ofercie
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*

Grupa 3

1	Sterylny zestaw do zabiegu cięcia cesarskiego. Minimalny skład, wymiary i parametry techniczne: a) serweta 180 x 300 cm, z laminatu nieprzemakalnego z warstwą chłonną o gramaturze min. 60 g/m2, minimalnej odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność):=>100 cm oraz wytrzymałość na rozerwanie 100 Kpa z centralnym otworem 20 x 30 x 20 cm wypełniony folią chirurgiczną poliuretanową o grubości 0,025-0,030 mm oraz paroprzepuszczalności powyżej 1000g/m2/42h, b) fartuch chirurgiczny z włókniny trójwarstowej typu SMS o min. gramaturze 35 g/m2, odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność): minimum 25 cm słupa wody i nie więcej niż 50 cm słupa wody oraz wytrzymałości na rozerwanie min. 80 Kpa. Wstawki wszywane, nieprzemakalne, paroprzepuszczalne o min. gramaturze 38g/m2, nieprzemakalności min. 70 cm słupa wody oraz wytrzymałości na rozerwanie min. 80 Kpa w części przedniej i w rękawach chroniące przed przenikaniem płynów. Kolor niebieski. Rozmiar: L, XL – 3 szt. c) pokrowiec na stolik mayo 80x140 cm wykonany z folii PE o grubosci min. 0,06 mm, warstwa chłonna laminat dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej min. 60 g/m2 wytrzymałość na rozerwanie min. 100 Kpa w kolorze czerwonym, służący po zabiegu jako worek na odpady wykonany – 1 szt. d) ściereczka chłonna – 2 szt. e) owinięcie noworodka z włókniny bawełnianopodobnej o wymiarze 80 x 90 cm f) serweta owinięcie 150 x 200 cm przykrycie na stolik instrumentalny – 1 szt.	szt.	**2000**								

Grupa 3

2	Spodnie włókninowe, niejałowe do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze 40/m2	szt.	**1000**								
3	Fartuch foliowy nie sterylny z cienkiej, mocnej folii o grubości min. 0,028 mm, w roli a 50 szt. biały	szt.	**2500**								
4	Myjka do mycia i smarowania 1 x użytku wykonana z nieprzemakalnego laminatu papierowo- foliowego o gramaturze min. 50 g/m2	szt.	**35000**								
5	Jednorazowy podkład w rolce nieprzemakalny zielone lub niebieskie rola 50 mbx60 cm, wykonane z pulpy celulozowej o gramaturze min. 29g/m2 oraz filmu PE o grubości min. 0,016 mm	szt.	**400**								
6	Poszwa z włókniny polipropylenowej o gramaturze min 40 g/m2o rozmiarze 160 x 210 , prześcieradło 130x 210 o gramaturze min. 40 g/m2	szt.	**10000**								

Grupa 3

7	Serweta sterylna wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego z warstwą chłonną o gramaturze minimum 60 g/m2 minimalnej odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność) : => 100 cm oraz wytrzymałości na rozerwanie 100 Kpa. Rozmiar 150 x 200. Tolerancja wymiaru +/- 5 cm	szt.	**8000**								
8	serweta sterylna wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego z warstwą chłonną o gramaturze minimum 60 g/m2 minimalnej odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność) : => 100 cm oraz wytrzymałości na rozerwanie 100 Kpa. Rozmiar 100 x 150. Tolerancja wymiaru +/- 5 cm	szt.	**6000**								
9	Czepek pielęgniarki z gumką duży okrągły czepek wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 15 g/m2 pakowany w kartoniki po max. 50 szt. oznaczone zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych)	szt.	**25000**								

Grupa 3

10	Sterylny zestaw porodowy wykonany z mocnego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 60 g/m2min. nieprzemakalności 100 cm H2O i wytrzymałości na rozrywanie min. 100 Kpa. Dotyczy pozycji – a, b, f. Minimalny skład, wymiary i parametry techniczne:a) serweta główna o wymiarze 120 x 120 cm z warstwą chłonną o wymiarach 80 x 50 cm i z zamocowaną torbą przechwytującą płyny b) nogawice na kończyny (105 x 37 cm) 2 szt c) ściereczki do osuszania rak – 2 szt, d) fartuch wzmacniany rozmiar XL – 1 szt. e) serweta owiniecie noworodka 80 x 90 cm f) całość owinięta w serwetę 180 x 150 cm która może służyć jako przykrycie stolika – 1 szt. g) taśmy lepne włókninowe – 2 szt	szt.	**2000**								
					RAZEM						