Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego A
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Kraków, 17.06.2015 r.

Nasz znak : ZP.271-219.23/2015

Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX
12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Dostawę łóżek i szaf lekarskich dla Oddziału Pediatrycznego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie (ZP 23/2015)

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 odpowiada na zapytania złożone przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu:

Pytanie 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 6 tygodni do 10 tygodni?
Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin dostawy z 6 tygodni do 10 tygodni w zakresie grupy 1.

Pytanie 2
Czy w z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (prospekty, katalogi, ulotki, opracowania) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu materiałów firmowych dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie oprócz katalogów/opracowań firmowych producenta również materiały firmowe dystrybutora z oświadczeniem, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego.

Pytanie 3
Dotyczy: Łóżka szpitalne z materacem, wieszakiem na kroplówki i kompletem barierek – 14 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego szerokość wynosi 970mm, a po założeniu barierek 1060mm oraz długości 2130mm?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4
Dotyczy: Łóżka szpitalne z materacem, wieszakiem na kroplówki i kompletem barierek – 14 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, w którym regulacja kąta nachylenia segmentu pleców odbywa się za pomocą sprężyny gazowej? Jest to rozwiązanie korzystniejsze ze względu na ergonomię i funkcjonalność.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5
Dotyczy: Łóżka szpitalne z materacem, wieszakiem na kroplówki i kompletem barierek – 14 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego leże wypełnione jest metalową, lakierowaną kratką?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 6
Dotyczy: Łóżka szpitalne z materacem, wieszakiem na kroplówki i kompletem barierek – 14 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez półki na pościel?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 7
Dotyczy: Łóżka szpitalne z materacem, wieszakiem na kroplówki i kompletem barierek – 14 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające możliwości zablokowania szczytów?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 8
Dotyczy: Łóżka szpitalne z materacem, wieszakiem na kroplówki i kompletem barierek – 14 szt.
Czy w rozumieniu pkt. 11,12,13 Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, wyposażone w dwupozycyjne barierki boczne zamontowane na ramie leża za pomocą mechanizmu zaciskowego, wykonane z profili stalowych malowanych proszkowo, barierki ¾ zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, z bezpiecznym przyciskiem uniemożliwiającym przypadkowe opuszczenie przez pacjenta?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 9
Dotyczy: Łóżka szpitalne z materacem, wieszakiem na kroplówki i kompletem barierek – 14 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego dopuszczalne obciążenie robocze wynosi 170kg?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 10
Dotyczy: Łóżka szpitalne z materacem, wieszakiem na kroplówki i kompletem barierek – 14 szt.
Czy Zamawiający dopuści ramę łóżka w kolorze białym?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 11
Dotyczy: Łóżka szpitalne z materacem, wieszakiem na kroplówki i kompletem barierek – 14 szt.
Czy Zamawiający dopuści stojak na kroplówkę do zamontowania w 2 miejscach na łóżku (od strony głowy pacjenta) ?
Odpowiedź: Nie.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje:

1. pkt. XI.1. SIWZ: Termin składania ofert: do dnia **22.06.2015r. do godz. 11:00**
2. pkt. XII. SIWZ: Termin otwarcia ofert: w dniu **22.06.2015 r. o godz. 11:30**

W związku z wydłużeniem terminu realizacji zamówienia w zakresie grupy 1 Zamawiający nanosi stosowne zmiany w załączniku nr 1 do SIWZ – Wzór oferty oraz w załączniku nr 5 do SIWZ – projekt umowy.
W załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający modyfikuje pkt 1 pod tabelą dla grupy 1 nadając mu brzmienie: „*Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie ..... (max. do 10) tygodni od daty podpisania umowy*", w załączniku nr 5 do SIWZ Zamawiający modyfikuje § 3. ust. 1 nadając mu brzmienie: „*Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Odbiorcy, dokonać montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, uruchomić oraz przeszkolić personel Odbiorcy (w zakresie obsługi łóżek – o ile dotyczy), na własny koszt i ryzyko, w nieprzekraczalnym terminie …… (max. 10 – w zakresie grupy 1, max. 6 – w zakresie grup 2 i 3) tygodni od dnia podpisania umowy"*

Powyższe odpowiedzi na pytania zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano SIWZ, zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące.

Zatwierdził
Dyrektor Szpitala
Dr med. Zbigniew J. Król