



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

os. Na Skarpie 66 skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913

Nasz znak : DOP – ZP /15 /2011

Kraków, dnia 28 stycznia 2011 r.

*Do uczestników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na*

*„Dostawę wraz z montażem 36 szt. osłon zewnętrznych z włókna poliestrowego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Łądowniska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”
(ZP 1/2011) wg rozdzielnika*

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestnika postępowania.

1. Pytanie

Proszę o określenie koloru konstrukcji aluminiowej rolet wg powszechnie stosowanego katalogu barwnego RAL. Termin „kolor piaskowca” lub „kolor jasnożółty” nie jest terminem technicznym.

Odpowiedź:

Podany w SIWZ kolor został określony orientacyjnie jako „kolor piaskowca” w celu umożliwienia wyceny i przygotowania oferty. Konkretny kolor rolet (mieszczący się w „kolorze piaskowca”), którego wybór będzie uzależniony od skali kolorów jakimi posługuje się Wykonawca, ustalony zostanie z Wykonawcą po podpisaniu umowy.

2. Pytanie

Proszę o określenie czy tkanina poliestrowa ma posiadać atest na niepalność czy też trudnopalność. Wyjaśniamy, że tkaniny poliestrowe nie zaliczane są do tkanin niepalnych a jedynie z uwagi na swoje właściwości posiadają odpowiednie atesty określające ich trudnopalność. Atesty na niepalność posiadają jedynie tkaniny produkowane na bazie włókna szklanego / potocznie określane jako włókno szklane.

Odpowiedź:

Tkanina poliestrowa ma posiadać atest na trudnopalność.

Centrala Telefoniczna

0-12 644-01-44

FAX:

0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Prawny

0-12 622-95-14

e-mail: zpubl@interia.pl

Dyrektor Szpitala

0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.

0-12 622-92-81

Główny Księgowy

0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000

3. Pytanie

Czy roleta ma zostać zamontowana w zewnętrznej wnęce okiennej bezpośrednio na ramie okna, czy też może być zamontowana na murze poza ta wnęką? Nadmieniamy, że montaż na ramie okna spowoduje, że kasetta rolety zasłoni część szyby / wysokość kasety to ok. 160 mm/

Odpowiedź:

Roleta ma zostać zamontowana w zewnętrznej wnęce okiennej bezpośrednio na ramie okna.

4. Pytanie

Czy prowadnice rolety, przy montażu wewnątrz wnęki, mogą zostać przytwierdzone bezpośrednio do ramy okna?

Odpowiedź:

Nie.

5. Pytanie

Czy Zamawiający ma świadomość, że piloty radiowe i radiowe czujniki wiatru wymagane do sterowania roletami mogą, wysyłanym sygnałem w określonych sytuacjach powodować zakłócenia w pracy wysokospecjalistycznych technicznych urządzeń medycznych /np. tomograf/? W przypadku takich zdarzeń dostawca w/w urządzeń nie będzie ponosił odpowiedzialności.

Odpowiedź:

W przypadku zaistnienia takich zdarzeń dostawca w/w urządzeń nie będzie ponosił odpowiedzialności.

6. Pytanie

Proszę o doprecyzowanie swojego stanowiska w sprawie czujników wiatrowych. Wyrażone w dokumentach przetargowych stanowisko, że każda roleta ma mieć swój czujnik wiatrowy jest nieporozumieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w piśmie DOP – ZP /14 /2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

7. Zamawiający informuje, że modyfikuje treść SIWZ z dnia 18 stycznia 2011 r. w zakresie pkt. VII. 2. poprzez wykreślenie zapisu: „ (...) 2. Oświadczenie, że zaoferowane osłony zewnętrzne są łatwo zmywalne i wykonane są z włókna poliestrowego posiadającego atest niepalności. „ i wprowadza nowy zapis o następującej treści:

„ 2. Oświadczenie, że zaoferowane osłony zewnętrzne są łatwo zmywalne i wykonane są z włókna poliestrowego posiadającego atest trudnopalności.”

Zamawiający informuje również że ulega zmianie termin składania ofert.

Termin składania ofert do dnia 2 lutego 2011 r. o godz. 10.00

Termin otwarcia ofert w dniu 2 lutego 2011 r. o godz. 10.30.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają się wiążące.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1 x adresat wg rozdzielnika

1 x a/a