



## Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

os. Na Skarpie 66 skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913

Kraków, dnia 03.02.2011 r.

DOP – ZP 18/2011

**Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie 1 sztuki aparatu ultrasonograficznego najwyższej klasy oraz 1 sztuki aparatu ultrasonograficznego mniejszego do wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie wraz ze szkoleniem personelu, zgodnie z projektem unijnym – „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Łądowniska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” - nr sprawy ZP 2/2011.**

I. Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych koryguje odpowiedzi z pisma z dn. 01.02.2011 Nr DOP-ZP 17/2011) w poniższym zakresie:

**Pytanie nr 22: Dot. Zadania nr 1 pkt VI.3**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, który posiada doskonały Color Doppler nowej generacji o wysokiej czułości i rozdzielczości, ale z maksymalną prędkością przepływu 398 cm/s? Oferowana wartość jest w zupełności wystarczająca do wszystkich specjalistycznych badań wymaganych przez Zamawiającego i zgodna jest ze Standardami Badań Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

**Odpowiedź nr 22:**

Było: TAK.

**Winno być: NIE.**

**Pytanie nr 23: Dot. Zadania nr 1 pkt XI.4**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, ale posiadający głowicę konwektową o kącie obrazowania 65 stopni, który jest standardowym kątem przewidzianym dla diagnostyki przeprowadzanej głowicą typu convex? Oferowana głowica o kącie 60 stopni jest zgodna jest ze Standardami Badań Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Kat mniejszy o zaledwie 5 stopni od wymaganego jest praktycznie niezauważalny dla badającego i nie wpływa na obniżenie wartości diagnostycznej badania.

**Odpowiedź nr 23:**

Było: Według Zamawiającego pytanie dotyczy pkt XI.3, w takim wypadku odpowiedź brzmi: TAK.

**Winno być: TAK, dopuszcza wysokiej klasy ultrasonograf posiadający głowicę konwektową o kącie obrazowania 65 stopni.**

**Pytanie nr 29: Dotyczy pakietu nr 1**

Czy zamawiający dopuści w trybie spektralnego dopplera pulsacyjnego PWD ?:

- minimalny zakres pomiarowy prędkości przepływu 20 cm/s;
- maksymalną mierzoną prędkość przepływu 400 cm/s;
- wielkość bramki dopplerowskiej 0,1 – 1,6 cm;

Parametry te w zupełności wystarczają do diagnostyki przepływów.

**Odpowiedź nr 29:**

Było: TAK.

**Winno być: NIE.**

Centrala Telefoniczna

0-12 644-01-44

FAX:

0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Prawny

0-12 622-95-14

e-mail: [zpubl@interia.pl](mailto:zpubl@interia.pl)

Dyrektor Szpitala

0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.

0-12 622-92-81

Główny Księgowy

0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

[www.zeromski-szpital.pl](http://www.zeromski-szpital.pl)

e-mail: [zeromski@bcj.pl](mailto:zeromski@bcj.pl)



CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000

**Pytanie nr 30: Dotyczy pakietu nr 1**

Czy zamawiający dopuści w trybie dopplera kolorowego CD ?:

- regulację uchyłności pola dopplera kolorowego 20 stopni;
- minimalny zakres pomiarowy przepływu 1 cm/s;
- maksymalną mierzoną prędkość przepływu 146 cm/s;

Parametry te w zupełności wystarczają do diagnostyki w trybie dopplera kolorowego;

**Odpowiedź nr 30:**

Było: TAK.

**Winno być:**

- **Zamawiający dopuszcza zaoferowanie regulację uchyłności pola dopplera kolorowego 20 stopni;**
- **Zamawiający dopuszcza zaoferowanie minimalnego zakresu pomiarowego przepływu 1 cm/s;**
- **Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania maksymalnej mierzonej prędkości przepływu 146 cm/s.**

**Pytanie nr 32: Dotyczy pakietu nr 1**

Czy zamawiający dopuści głowicę liniową wieloczęstotliwościową do badań naczyniowych o szerokości pola skanowania 50 mm ?.  
Głowica oferowana jest głowicą matrycową najnowszej generacji umożliwiające zwiększenie pola skanowania.

**Odpowiedź nr 32:**

Było: TAK.

**Winno być: NIE.**

**Pytanie nr 52: Dotyczy zadania nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z maksymalną mierzoną prędkością przepływu min. +/- 400 cm/s oraz min. zakresie pomiarowym prędkości 1 cm/s?

**Odpowiedź nr 52:**

Było: TAK.

**Winno być: NIE.**

**Pytanie nr 63: Dotyczy zadania nr 2**

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z obrazowaniem harmonicznym z głowicy sektor, linia, convex?

**Odpowiedź nr 63:**

Było: TAK.

**Winno być: NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 67: Dotyczy zadania nr 2**

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z szerokopasmową głowicą convex o zakresie częstotliwości 2-5Mz oraz kącie skanowania 75 stopni?

**Odpowiedź nr 67:**

Było: TAK.

**Winno być: NIE.**

**Pytanie nr 68: Dotyczy zadania nr 2**

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf z możliwością automatycznej optymalizacji obrazu 2D zamiast optymalizacji zapisu Dopplera?

**Odpowiedź nr 68:**

Było: TAK.

**Winno być: NIE.**

**Pytanie nr 70: Dotyczy zadania nr 2**

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf bez obrazowania typu Compound Imaging?

**Odpowiedź nr 70:**

Było: NIE.

**Winno być: TAK.**

**II. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 09.02.2011 roku do godz 10:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.02.2011 o godz. 11:00.**

**III.** Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają się wiążące.

**IV.** Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.