



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

os. Na Skarpie 66 skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913

Kraków, dnia 01.02.2011 r.

DOP – ZP 17/2011

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie 1 sztuki aparatu ultrasonograficznego najwyższej klasy oraz 1 sztuki aparatu ultrasonograficznego mniejszego do wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie wraz ze szkoleniem personelu, zgodnie z projektem unijnym – „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Łądowniska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” - nr sprawy ZP 2/2011.

I. W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Dot. Załącznik nr 6 do specyfikacji „Umowa dostawy (projekt)” w § 7.

Czy Zamawiający w celu uszczegółowienia wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie zapisów w tym punkcie poprzez zapisy o treści:

Na urządzenia, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy, Zamawiającemu przysługują prawa z tytułu rękojmi za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy, licząc od dnia podpisania protokołu przekazania do użytkowania.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

Pytanie nr 2: Dot. Załącznik nr 6 do specyfikacji „Umowa dostawy (projekt)” w § 8 pkt.6.

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od tego wymogu lub przedłużenie czasu na wprowadzenie takiego aparatu do 14 dni.

Odpowiedź nr 2: Zamawiający podtrzymuje zapis § 8 pkt.6.

Pytanie nr 3: Dot. Załącznik nr 6 do specyfikacji „Umowa dostawy (projekt)” w § 9 pkt.1c.

Prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie zapisu w tym punkcie o zapis o treści: „nie więcej niż 10 % wartości brutto wynagrodzenia.”

Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 4: Dot. Załącznik nr 6 do specyfikacji „Umowa dostawy (projekt)” w § 9 pkt.5.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do 15% wynagrodzenia brutto. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.

Odpowiedź nr 4: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

Pytanie nr 5: Dot. Załącznik nr 6 do specyfikacji „Umowa dostawy (projekt)” w § 11 pkt.1.

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie wymogu uzyskania zgody na cesję wierzytelności – zwracamy uwagę, że cesja wierzytelności w żaden sposób nie narusza interesów Zamawiającego i w żaden sposób nie wpływa na zakres jego zobowiązań, jak również jest sprzeczna z aktualnym orzecnictwem sądowym.

Odpowiedź nr 5: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 6: Dot. Załącznik nr 1 Zadanie nr 1 pkt. IV.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu z regulowaną wielkością bramki od 0,1 do 4 cm.

Centrala Telefoniczna

0-12 644-01-44

FAX:

0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Prawny

0-12 622-95-14

e-mail: zpubl@interia.pl

Dyrektor Szpitala

0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.

0-12 622-92-81

Główny Księgowy

0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bcj.pl



CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000

Odpowiedź nr 6: Zamawiający dopuszcza aparat z regulowaną wielkością bramki od 0,1 do 4 cm, przyznając w ocenie parametrów technicznych w tym zakresie 0 pkt.

Pytanie nr 7: Dot. Załącznik nr 1 Zadanie nr 1 pkt. IV.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu z max. prędkość Dopplera kolorowego do 450 cm/s. Lub wprowadzenie oceny punktowej tego wymogu.

Odpowiedź nr 7: Zamawiającego nie jest w stanie ustalić, którego punktu dotyczy powyższe pytanie i nie może w związku z tym udzielić odpowiedzi.

Pytanie nr 8: Dot. Załącznik nr 1 Zadanie nr 1 pkt. p. VII.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu bez kierunkowego trybu Power Doppler, lecz wyposażonego w bardzo czuły Kolorowy Doppler o minimalnym zakresie prędkości znacznie przekraczający wymagane 0,1 cm/s i osiągający zakres 0,004 cm/s. Lub wprowadzenie oceny punktowej tego parametru.

Odpowiedź nr 8: NIE.

Pytanie nr 9: Dot. Załącznik nr 1 Zadanie nr 2 pkt.10

Czy Zamawiający dopuści aparat o zakresie częstotliwości od 1,2 do 13 MHz?

Odpowiedź nr 9: TAK.

Pytanie nr 10: Dot. Załącznik nr 1 Zadanie nr 2 pkt.13

Czy Zamawiający dopuści aparat z pamięcią CINE 2729 obrazów?

Odpowiedź nr 10: TAK.

Pytanie nr 11: Dot. Załącznik nr 1 Zadanie nr 2 pkt.13 i 14.

Czy Zamawiający dopuści aparat z prędkością odświeżania obrazu 498 f/s?

Odpowiedź nr 11: NIE.

Pytanie nr 12: Dot. Załącznik nr 1 Zadanie nr 2 pkt.13 i 15.D

Czy Zamawiający dopuści aparat z max. prędkością PWD +/- 350 cm/s?

Odpowiedź nr 12: NIE.

Pytanie nr 13: Dot. Załącznik nr 1 Zadanie nr 2 pkt.13 i 15.E

Czy Zamawiający dopuści aparat bez automatycznej optymalizacji zapisu Dopplera?

Odpowiedź nr 13: NIE.

Pytanie nr 14: Dot. Załącznik nr 1 Zadanie nr 2 pkt.13 i 15.F

Czy Zamawiający dopuści aparat z max. prędkością odświeżania w trybie Kolorowego Dopplera 85 f/s?

Odpowiedź nr 14: NIE.

Pytanie nr 15: Dot. Załącznik nr 1 Zadanie nr 2 pkt.13 i 16.A

Czy Zamawiający dopuści aparat z dyskiem twardym o pojemności 80 GB?

Odpowiedź nr 15: NIE.

Pytanie nr 16: Dot. Załącznik nr 1 Zadanie nr 2 pkt.13 i 18.A

Czy Zamawiający dopuści aparat z głowicą konweksową pracującą w paśmie częst. 2 - 5 MHz, jednak wykonaną w technologii Hanafy'ego zapewniającej przynajmniej tak dokładną i cienką powierzchnię wzdłużną skanu, jak głowice wielorzędowe stosowane w aparatach klasy premium?

Odpowiedź nr 16: TAK.

Pytanie nr 17: Dot. Załącznik nr 1 Zadanie nr 2 pkt.13 i 18.C

Czy Zamawiający dopuści aparat z głowicą endokawitarną pracującą w paśmie 4 - 9 MHz?

Odpowiedź nr 17: NIE.

Pytanie nr 18: Dot. Załącznik nr 1 Zadanie nr 2 pkt.13 i 18.D

Czy Zamawiający dopuści aparat z głowicą sektorową pracującą w paśmie 2 - 4 MHz?

Odpowiedź nr 18: NIE.

Pytanie nr 19: Dot. Załącznik nr 1 Zadanie nr 2 pkt.13 i 19.A

Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością rozbudowy o wymaganą głowicę liniową pracującą w paśmie częst. do 13 MHz?

Odpowiedź nr 19: TAK.

Pytanie nr 20: Dot. Załącznik nr 1 Zadanie nr 2 pkt.13 i 19.B

Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości rozbudowy o głowicę przezprzełykowe?

Odpowiedź nr 20: NIE.

Pytanie nr 21: Dot. Załącznik nr 1 Zadanie nr 2 pkt.13 i 19.E

Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością rozbudowy o obrazowanie 3D, ale bez możliwości rozbudowy o obrazowanie 4D z głowic objętościowych?

Odpowiedź nr 21: NIE.

Pytanie nr 22: Dot. Zadania nr 1 pkt VI.3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, który posiada doskonały Color Doppler nowej generacji o wysokiej czułości i rozdzielczości, ale z maksymalną prędkością przepływu 398 cm/s? Oferowana wartość jest w zupełności wystarczająca do wszystkich specjalistycznych badań wymaganych przez Zamawiającego i zgodna jest ze Standardami Badań Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Odpowiedź nr 22: TAK.

Pytanie nr 23: Dot. Zadania nr 1 pkt XI.4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, ale posiadający głowicę konwektową o kącie obrazowania 65 stopni, który jest standardowym kątem przewidzianym dla diagnostyki przeprowadzanej głowicą typu convex? zaoferowanie nowoczesnego aparatu z ramieniem C o maksymalnym prądzie fluoroskopii do 8 mA? Oferowana głowica o kącie 60 stopni jest zgodna jest ze Standardami Badań Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Kat mniejszy o zaledwie 5 stopni od wymaganego jest praktycznie niezauważalny dla badającego i nie wpływa na obniżenie wartości diagnostycznej badania.

Odpowiedź nr 23: Według Zamawiającego pytanie dotyczy pkt XI.3, w takim wypadku odpowiedź brzmi: TAK.

Pytanie nr 24: Dot. Zadania nr 2 - 15F

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf w wielu miejscach przewyższający wymagania SIWZ, z doskonałym Dopplerem kolorowym o kącie pochylenia ramki 15 stopni?

Odpowiedź nr 24: NIE.

Pytanie nr 25: Dot. Zadania nr 2 – 18C

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf w wielu miejscach przewyższający wymagania SIWZ, z doskonałą głowicą endokawitarną (o kącie obrazowania 180 stopni), ale o zakresie częstotliwości pracy 3,0-9,0 MHz?

Odpowiedź nr 25: NIE.

Pytanie nr 26: Dotyczy SIWZ

Zamawiający wymaga czasu podjęcia naprawy przez serwis max 1 dnia roboczego. Prosimy o zmianę zapisu na czas reakcji serwisu do 48h.

Odpowiedź nr 26: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 27: Dotyczy pakietu nr 1

Czy zamawiający dopuści obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym na zaoferowanych głowicach na długości 60 cm? Informujemy, iż w obrazowanie panoramiczne powyżej 60 cm nie jest wykorzystywane w praktyce diagnostycznej, a wymóg taki ogranicza konkurencję.

Odpowiedź nr 27: TAK.

Pytanie nr 28: Dotyczy pakietu nr 1

Czy zamawiający dopuści zakres bezstratnego powiększenia obrazu rzeczywistego, zamrożonego, oraz obrazu z pamięci cine x 8? Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego i w zupełności wystarczający.

Odpowiedź nr 28: TAK.

Pytanie nr 29: Dotyczy pakietu nr 1

Czy zamawiający dopuści w trybie spektralnego dopplera pulsacyjnego PWD ?:

- minimalny zakres pomiarowy prędkości przepływu 20 cm/s;
- maksymalną mierzoną prędkość przepływu 400 cm/s;
- wielkość bramki dopplerowskiej 0,1 – 1,6 cm;

Parametry te w zupełności wystarczają do diagnostyki przepływów.

Odpowiedź nr 29: TAK.

Pytanie nr 30: Dotyczy pakietu nr 1

Czy zamawiający dopuści w trybie dopplera kolorowego CD ?:

- regulację uchyłności pola dopplera kolorowego 20 stopni;
- minimalny zakres pomiarowy przepływu 1 cm/s;
- maksymalną mierzoną prędkość przepływu 146 cm/s;

Parametry te w zupełności wystarczają do diagnostyki w trybie dopplera kolorowego;

Odpowiedź nr 30: TAK.

Pytanie nr 31: Dotyczy pakietu nr 1

Czy zamawiający dopuści głowicę konweksową wieloczęstotliwościową do badań ogólnych o promieniu krzywizny 56,1 mm ?

Odpowiedź nr 31: TAK.

Pytanie nr 32: Dotyczy pakietu nr 1

Czy zamawiający dopuści głowicę liniową wieloczęstotliwościową do badań naczyniowych o szerokości pola skanowania 50 mm ?. Głowica oferowana jest głowicą matrycową najnowszej generacji umożliwiające zwiększenie pola skanowania.

Odpowiedź nr 32: TAK.

Pytanie nr 33: Dotyczy pakietu nr 1

Czy zamawiający dopuści możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert)?:

- zastosowanie opcji elastografii tylko na głowicy liniowej;
- zastosowanie opcji elastografii pod wpływem ucisku fizycznego;
- bez pakietu automatycznej detekcji i pomiaru zmian ogniskowych;
- bez możliwości zastosowania sondy laparoskopowej;

Wyżej wymienione możliwości rozbudowy w niczym nie polepszają obrazowania oraz praktycznego zastosowania zamawianego aparatu.

Odpowiedź nr 33: TAK.

Pytanie nr 34: Dotyczy pakietu nr 1

Czy zamawiający będzie wymagać zapisu w formacie Raw data (Surowe dane), umożliwiający późniejszą obróbkę badania bez konieczności obecności pacjenta?

Odpowiedź nr 34: NIE.

Pytanie nr 35:

Czy zamawiający będzie wymagać możliwości rozbudowy o wolumetryczną nawigację wewnątrzustrojową umożliwiającą nakładanie obrazów np. CT, MR, w czasie wykonywanego badania na obraz USG, oraz niezmiernie dokładną biopsję wolumetryczną ?

Odpowiedź nr 35: NIE.

Pytanie nr 36:

Zamawiający wymaga gęstości min 500 linii ultrasonograficznych w trybie obrazowania 2D. Prosimy o wykreślenie wyżej wymienionego zapisu, gdyż zapis ten jest specyficzny tylko dla jednego producenta.

Odpowiedź nr 36: Zamawiający nie wymaga gęstości min 500 linii ultrasonograficznych w trybie obrazowania 2D, w związku z tym wykreśla ten zapis.

Pytanie nr 37: Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji techniczno-ruchowej (serwisowej) dotyczącej przedmiotu zamówienia?

Jest to wewnętrzna dokumentacja producenta i jego serwisu, która nie jest udostępniona innym podmiotom, w ani klientom końcowym.

Odpowiedź nr 37: NIE.

Pytanie nr 38: Dotyczy SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące wymaganego przez Zamawiającego terminu dostawy przedmiotu zamówienia – w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mowa jest zarówno o terminie wynoszącym 6 tygodni od daty podpisania umowy, jak również o terminie znaczącym na dzień 28.03.2011. Który z wymienionych terminów jest wiążący dla wykonawcy?

Odpowiedź nr 38: Zamawiający poprawia zapis w załączniku nr 2 do specyfikacji „Formularz ofertowy”, w którym pkt 3 otrzymuje brzmienie: Realizację przedmiotu zamówienia do Zamawiającego wraz z dostarczeniem faktury wykonamy w terminie nie dłuższym niż do 28.03.2011 roku.

Pytanie nr 39: Dotyczy SIWZ

Zamawiający zastrzega, że wymagany termin dostawy może ulec zmianie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w przypadku zawarcia aneksu do Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.12.01.00-00-272/08-00 Projektu nr WND-POIS.12.01.00-00-272/08 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo Zdrowotne i Poprawa Efektywności Systemu Ochrony Zdrowia, Działanie 12.1 óSystemu Ratownictwa Medycznego.

Prosimy o wyjaśnienie czy termin ten może ulec jedynie przedłużeniu czy również skróceniu oraz o informację o maksymalną ilość dni o jaką może się on zmienić.

Odpowiedź nr 39: Zamawiający wyjaśnia, że termin ten może ewentualnie ulec jedynie przedłużeniu.

Pytanie nr 40: Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty katalogów opracowanych przez przedstawicielstwo producenta w Polsce, zawierających pełną informację o parametrach technicznych oferowanego wyrobu potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów techniczno – użytkowych i warunków granicznych w języku polskim w przypadku jeżeli nie wszystkie z parametrów określonych załączniku nr 1 so SIWZ znajdują swoje odzwierciedlenie w materiałach wydanych przez samego producenta?

Odpowiedź nr 40: NIE.

Pytanie nr 41: Dotyczy SIWZ

W związku z zapisami zawartymi w załączniku nr 1 do SIWZ prosimy o potwierdzenie, że dostawa fabrycznie nowych aparatów USG wyprodukowanych w 2010 lub 2011 roku spełni wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź nr 41: TAK.

Pytanie nr 42: Dotyczy SIWZ

W związku z zapisami zawartymi w załączniku nr 5 do SIWZ prosimy o potwierdzenie, że koszty dojazdów serwisu, diety oraz noclegi Zamawiający rozumie i określa jako nieodpłatne jedynie w okresie gwarancji.

Odpowiedź nr 42: Koszty dojazdów serwisu, diety oraz noclegi Zamawiający rozumie i określa jako nieodpłatne w okresie gwarancji, jak również w okresie pogwarancyjnym przy wykonaniu zadeklarowanej w ofercie ilości przeglądów pogwarancyjnych.

Pytanie nr 43: Dotyczy SIWZ

Zwracamy się z prośbą o określenie czasu podjęcia naprawy przez serwis na maksymalnie 2 dni robocze licząc od dnia zgłoszenia wstępującej usterki.

Odpowiedź nr 43: vide odpowiedź nr 26 niniejszego pisma.

Pytanie nr 44: Dotyczy SIWZ

Zwracamy się z prośbą o określenie czasu usunięcia usterek i wykonania napraw na maksymalnie 14 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zastępczych z zagranicy.

Odpowiedź nr 44: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 45: Dotyczy SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie zapisów §4, ust. 5 umowy dostawy (załącznik nr 6 do SIWZ). Zamawiający określa w nim wymogi dotyczące ilości osób, które winny zostać przeszkolone przez wykonawcę: dla pakietu nr 1 – 14 osób, dla pakietu nr 2 i pakietu nr 3 – 6 osób, podczas gdy zamówienie obejmuje jedynie dwa odrębne pakiety.

Odpowiedź nr 45: Zamawiający poprawia zapis §4, ust. 5 umowy dostawy (załącznik nr 6 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 3 dni szkolenia w siedzibie Odbiorcy dla pracowników personelu medycznego (ok. 6 osób) i pracowników Sekcji Instalacji Elektrycznych, Teletechnicznych, Napraw Aparatury Medycznej (2 osoby), zakończonego wydaniem imiennego świadectwa dla każdego z uczestników szkolenia.

Pytanie nr 46: Dotyczy SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie zapisów §8, ust. 2 umowy dostawy (załącznik nr 6 do SIWZ). Zamawiający określa w nim, iż wszelkie naprawy serwisowe dokonywane będą na koszt Dostawcy przez Dostawcę lub jego autoryzowany serwis. Prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to jedynie napraw przeprowadzonych w okresie gwarancji, w okresie pogwarancyjnym zaś wszelkie naprawy wykonywane będą odpłatnie.

Odpowiedź nr 46: TAK.

Pytanie nr 47: Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych, o których mowa w §9, ust. 1 pkt a) oraz b) umowy dostawy (załącznik nr 6 do SIWZ) w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu zastępczego?

Odpowiedź nr 47: Zapis projektu umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 48: Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z możliwością powiększenia obrazu rzeczywistego x8 oraz zamrożonego, a także z pamięci CINE 8x?

Odpowiedź nr 48: TAK.

Pytanie nr 49: Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z częstotliwością odświeżania w trybie B-mode 500 klatek/s? Pragniemy zauważyć iż na jakość obrazowania wpływa wiele czynników m.in. dynamika która wynosi w proponowanym aparacie 180 dB czyli znacznie przewyższa wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź nr 49: TAK.

Pytanie nr 50: Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający ze względu na najwyższą klasę aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał monitora wysokiej rozdzielczości o przekątnej ekranu min. 20''

Odpowiedź nr 50: Wymagania SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 51: Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z obrazowaniem panoramicznym w czasie rzeczywistym na głowicy liniowej oraz convexowej gdyż na takich głowicach obrazowanie to jest stosowane.

Odpowiedź nr 51: TAK.

Pytanie nr 52: Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z maksymalną mierzoną prędkością przepływu min. +/- 400 cm/s oraz min. zakresie pomiarowym prędkości 1 cm/s?

Odpowiedź nr 52: TAK.

Pytanie nr 53: Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej głowicę szerokopasmową liniową zawierającą 288 elementów.

Odpowiedź nr 53: NIE.

Pytanie nr 54: Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej głowicę szerokopasmową liniową o następujących parametrach : zakres częstotliwości 3-9MHz,128 elementów, szerokość pola obrazowego 38mm. Pragniemy zauważyć iż badań naczyniowych nie wykonuje się przy tak wysokich częstotliwościach jak 14 MHz i ta głowica będzie dla Zamawiającego znacznie lepsza.

Odpowiedź nr 54: NIE.

Pytanie nr 55: Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej głowicę szerokopasmową konweksową o kącie skanowania 75 stopnie i promieniu krzywizny 40 mm, 128 elementów bez obrazowania trapezoidalnego. Pragniemy zauważyć, iż obrazowanie trapezoidalne stosuje się dla głowicach liniowych, a nie konweksowych.

Odpowiedź nr 55: NIE.

Pytanie nr 56: Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej głowicę szerokopasmową sektorową o 80 elementach?

Odpowiedź nr 56: NIE.

Pytanie nr 57: Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z dynamiką systemu 232 dB gdzie dobór wartości dobierany jest automatycznie?

Odpowiedź nr 57: Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 58: Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z 15 calowym monitorem z możliwością regulacji lewo-prawo oraz pochył?

Odpowiedź nr 58: TAK.

Pytanie nr 59: Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z częstotliwością pracy 2-12 MHz? Zamawiający opisując wymagane głowice nie uwzględnił wyższych częstotliwości niż 12 MHz?

Odpowiedź nr 59: NIE.

Pytanie nr 60: Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z możliwością 16-sto poziomowego powiększenia obrazu - rzeczywistego x5 i zamrożonego x5, bez obrazu referencyjnego ZOOM (podgląd głowicy)?

Odpowiedź nr 60: NIE.

Pytanie nr 61: Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z pamięcią CINE 1000 obrazów? W praktyce lekarz nie cofa się więcej niż 1000 klatek wstecz?

Odpowiedź nr 61: NIE.

Pytanie nr 62: Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z prędkością odświeżania obrazu 310 f/s oraz prędkością odświeżania obrazu w trybie kolorowego Dopplera poniżej 250f/s? Nadmieniamy, iż Zamawiający nie podał parametrów obrazowania jak głębokość, szerokość skanu jakie musi spełnić aparat by osiągnąć częstotliwość odświeżania na poziomie 600 obr/sek. Często urządzenia osiągają takie parametry przy maksymalnym powiększeniu i maksymalnym zoomie a co za tym idzie obrazie niediagnostycznym. Na jakość obrazowania wpływa również dynamika obrazowania która w aparacie który proponujemy wynosi 232 dB czyli znacznie przewyższa wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź nr 62: NIE.

Pytanie nr 63: Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z obrazowaniem harmonicznym z głowicy sektor, linia, convex?

Odpowiedź nr 63: TAK.

Pytanie nr 64: Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający głowice pracujące w technologii „All – Digital broadband beamformer”, gdzie częstotliwość pracy zmienia się automatycznie w zależności od głębokości penetracji? Powyższa technologia dotyczy również obrazowania harmonicznego.

Odpowiedź nr 64: TAK.

Pytanie nr 65: Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z szerokopasmową głowicą endowaginalną o zakresie częstotliwości 4-8MHz i kącie 135 stopni?

Odpowiedź nr 65: NIE.

Pytanie nr 66: Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z szerokopasmową głowicą sektorową o zakresie częstotliwości 2-4MHz?

Odpowiedź nr 66: NIE.

Pytanie nr 67: Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z szerokopasmową głowicą convex o zakresie częstotliwości 2-5Mz oraz kącie skanowania 75 stopni?

Odpowiedź nr 67: TAK.

Pytanie nr 68: Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf z możliwością automatycznej optymalizacji obrazu 2D zamiast optymalizacji zapisu Dopplera?

Odpowiedź nr 68: TAK.

Pytanie nr 69: Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający w pkt 19 dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z możliwością rozbudowy ale o Anatomiczny M-mode, obrazowanie 3D freehand oraz DICOM?

Odpowiedź nr 69: TAK.

Pytanie nr 70: Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf bez obrazowania typu Compound Imaging?

Odpowiedź nr 70: NIE.

II. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert i otwarcia ofert do dnia 04.02.2011 roku do godz 12:00. Otwarcie ofert – godz. 12:30.

III. Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają się wiążące.

IV. Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.