

Kraków, dnia 13.04.2010 r.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

ogłoszonym przez

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie, os. Na Skarpie 66
na

**na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego do wyposażenia Oddziału
Otolaryngologii tj. kompaktowego unitu laryngologicznego z wyposażeniem, systemu Ra-Vor
bipolarnego, shavera laryngologicznego z wiertarką, uzupełnienia zestawu do endoskopii operacji
nosa i zatok, modułowej kabiny ciszy;
wraz ze szkoleniem personelu,
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”,
/kod CPV: 331250000/**

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest w trybie i na zasadach określonych w:

- ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm), zwanej dalej „ustawą”,
- ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, REGON: 000630161, NIP: 678-26-80-028

II. TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie **sprzętu medycznego do wyposażenia Oddziału Otolaryngologii tj. kompaktowego unitu laryngologicznego z wyposażeniem, systemu Ra-Vor bipolarnego, shavera laryngologicznego z wiertarką, uzupełnienia zestawu do endoskopii operacji nosa i zatok, modułowej kabiny ciszy wraz ze szkoleniem personelu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do specyfikacji.** Oferowany sprzęt medyczny musi spełniać wszystkie parametry wymienione w załączniku nr 1 do specyfikacji. Niespełnienie któregokolwiek z nich skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Kod CPV: 331250000

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego asortymentu określonego w załączniku nr 1 do specyfikacji zostaną odrzucone.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

4. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) okres gwarancji przedmiotu zamówienia (wszystkie części) nie krótszy niż 2 lata od daty dostawy,

b) wymagania dotyczące serwisu:

- czas podjęcia naprawy przez serwis - nie dłużej niż 1 dzień roboczy,
- czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia - maksymalnie do 2 dni roboczych,
- aparat zastępczy na cały czas naprawy, w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa powyżej,

-
- bezpłatne przeglądy eksploatacyjne wraz z konserwacją zalecane przez producenta sprzętu w okresie trwania gwarancji - po przeglądzie wydanie świadectwa sprawności aparatu,
 - pogwarancyjne bezpłatne przeglądy eksploatacyjne w zakresie określonym przez producenta - min. 1 (w okresie 1 roku) po zakończeniu gwarancji - po przeglądzie wydanie świadectwa sprawności aparatu,
 - dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu - minimum 10 lat;

c) zapewnienie szkolenia, w siedzibie Zamawiającego, pracownikom medycznym bezpośredniego użytkownika (12 osób) oraz pracownikom Aparatury Medycznej (2 osoby) w terminie uruchomienia sprzętu medycznego, zakończone wydaniem świadectwa uczestnictwa.

5. Zaoferowany przez wykonawców w niniejszym postępowaniu **sprzęt medyczny** musi spełniać wymagania odpowiednich norm lub specyfikacji technicznych oraz Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.).

6. Dostawa, montaż i uruchomienie ma nastąpić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy).

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia – do 4 tygodni od daty podpisania umowy.

2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się dostawę przedmiotu zamówienia, montaż, uruchomienie, wykonanie badań próbnych (dot. diatermii i kabiny laryngologicznej), przeszkolenie pracowników zgodnie z pkt. III/1 i 4c, potwierdzone protokołem przekazania do użytkowania przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wraz ze sprzętem medycznym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim oraz przekazać wszelkie kody serwisowe i dokumentację techniczno-ruchową (serwisową).

3. Dostawa sprzętu medycznego do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

1. Opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych poniżej w **pkt VI** SIWZ.

W przypadku nie spełnienia warunków opisanych powyżej, jak również nie złożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub w przypadku niezłożenia pełnomocnictw, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z udziału w postępowaniu – po uprzednim wezwaniu Wykonawcy, który nie złoży w terminie wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub pełnomocnictw, lub który złoży dokumenty zawierające błędy, lub wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający nie wezwie jednak Wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, jeżeli mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne będzie unieważnienie postępowania.

Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Oferta wykluczonego Wykonawcy zostanie uznana za ofertę odrzuconą.

VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - **załącznik nr 3** do specyfikacji.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wystawiony **nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

B. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - **załącznik nr 3** do specyfikacji.
2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw laryngologicznego sprzętu medycznego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w kwocie **nie mniejszej niż 400 000,00 zł.**, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz **załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie** – **załącznik nr 4** do specyfikacji - **Zamawiający wymaga wykazania min. 1 dostawy.**

C. Jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia wszystkich wskazanych w **pkt VI.A.** specyfikacji oświadczeń oraz dokumentów.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi (tj. Przedsiębiorców podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej), także tych którzy prowadzą wspólnie działalność gospodarczą lub są współnikami spółki cywilnej.

D. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa:

1. Zamiast dokumentu określonego w specyfikacji w **pkt VI.A. ppkt. 2** – dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty wskazane w **pkt VI.D. ppkt 1** specyfikacji, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w specyfikacji w **pkt. VI.D. ppkt 1**, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ten powinien być wystawiony z zachowaniem terminu wskazanego w **pkt VI.D. ppkt 2** specyfikacji.

VII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UMOWY.

1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty dopuszczenia do obrotu i używania wymagane prawem dotyczące wszystkich części sprzętu medycznego:

- a) deklaracje zgodności CE producenta (*dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego*)
- b) certyfikat jednostki notyfikującej (*dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III*)
- c) wpis /zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania (*nie dotyczy klasy wyrobu medycznego I i IIa pod warunkiem, że pierwsze jego wprowadzenie nastąpiło w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, zgodnie z*

przepisami ustawy z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych – w takim przypadku należy złożyć stosowne wyjaśnienie).

d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.

2. Do oferty dołączyć należy katalogi/opracowania firmowe producenta zawierające pełną informację o parametrach technicznych oferowanego wyrobu potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów techniczno – użytkowych i warunków granicznych *w języku polskim*. W przypadku braku potwierdzenia wymaganych parametrów Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

VIII.SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji, kierując zapytanie na piśmie. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym została przekazana specyfikacja, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej.

3. Do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są:

w kwestiach formalnych:

mgr Iwona Wolnicka - Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych,
tel. (0-12) 622-94-13; Budynek Administracji – pok. nr 4.

w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia:

lek. med. Jadwiga Meus-Zimmer – Ordynator Oddziału Otolaryngologicznego tel. 012 644-28-42
Jerzy Trynka – Kierownik Sekcji Instalacji Elektrycznych i Teletechnicznych Napraw Aparatury Medycznej tel. 012 644 45 38 lub 0664 627 183

5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą – samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego.

3. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium przez Wykonawcę.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być złożona w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić :

a) dokładny adres Wykonawcy (adres do korespondencji, kontaktowy numer telefonu oraz ewentualnie numer faksu),

b) numer sprawy : **ZP 9/2010**,

c) napis określający przedmiot zamówienia publicznego,

d) napis : **“Nie otwierać przed dniem 21.04.2010 roku godziną 11:00”** /termin otwarcia ofert/.

2. Pierwsza strona oferty winna zawierać :

a) łączną liczbę stron oferty,

b) spis zawartości koperty tj. spis treści zawierający wykaz złożonych dokumentów z podaniem numeru strony na której dany dokument się znajduje.

3. Oferta ma zawierać :

a) szczegółową ofertę cenową (według wzoru tabeli zamieszczonej w pkt. XIII/2 specyfikacji),

b) wypełniony formularz ofertowy zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji,

c) potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów sprzętu – wypełniony załącznik nr 1 do specyfikacji,

d) warunki gwarancji i serwisu – wypełniony załącznik nr 5 do specyfikacji,

e) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań zamawiającego dotyczące przedmiotu umowy (wymienione w pkt. VI i VII specyfikacji),

f) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale X pkt. 8b specyfikacji,

g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączają do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone.

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, w komputerze lub nieścieralnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na język polski.

6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

8. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, **muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem** przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy:

a) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),

b) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(a)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, **należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo**. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie:

- oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, lub z potwierdzeniem notarialnym (oryginał pieczęci),

- kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, lub przez notariusza (oryginał pieczęci).

10. Wykonawca ma prawo najpóźniej w terminie składania ofert zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. Oświadczenia i zaświadczenia stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji opatrzone klauzulą "zastrzeżone przez Wykonawcę" muszą być zapieczętowane w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści i nie mogą być trwale spięte z jawną ofertą.

12. Zastrzeżenie informacji, które **nie stanowią** tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy oraz informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy **skutkować będzie ujawnieniem tych informacji**.

13. Zamawiający zaleca, aby każda **zapisana strona** oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.

14. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację.

15. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) **muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę**. Podpis winien być naniesiony w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczętką osoby sporządzającej parafkę.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem jak w pkt. X.8 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia **21 kwietnia 2010 r. do godz. 10:30 w Kancelarii** Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66, pokój nr 12.
2. Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu **21 kwietnia 2010 r. o godz. 11:00** w Budynku Administracji Szpitala w Krakowie na os. Na Skarpie 66, Dział Organizacyjno-Prawny, pok. 4.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek informację z sesji otwarcia.

XIII. CENA OFERTY

1. Przy kalkulacji ceny oferty powinny zostać uwzględnione wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę związane z realizacją przedmiotowego zamówienia tj.:

- a)koszty transportu,
- b)koszty ubezpieczenia towaru,
- c)koszty rozładunku towaru,
- d)koszty ewentualnych należności celnych,
- e)koszty montażu i uruchomienia,
- f) koszty szkolenia,
- g)podatek VAT,
- h)inne.

2. Wartość przedmiotu zamówienia - według poniższej tabeli :

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia	Pełny numer katalogowy/symbol	Kraj producenta i jego nazwa	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Stawka podatku VAT	Wartość netto w zł	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w zł
								Iloczyn kolumny 6 i 7	Iloczyn kolumny 9 i 8	Suma kolumn 9 i 10
								RAZEM		
1.	Narzędzia do FESS									
2.	Pompa do FESS									
3.	Shaver z wiertarką do FESS									
4.	Diatermia chirurgiczna wysokiej częstotliwości									
5.	Aksesoria do diatermii									
6.	Unit laryngologiczny									
7.	System ssania i zasilania wodnego									
8.	Moduł do płukania ucha									

9.	System sprężonego powietrza									
10.	Tor wizyjny									
11.	Fotel laryngologiczny									
12.	Krzeseł lekarza									
13.	Kabina laryngologiczna									
14.	Oprogramowanie do archiwizacji danych									

3. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę obejmującą: wartość całkowitą zamówienia (netto i brutto) oraz wartość całkowitą podatku VAT, **określone do dwóch miejsc po przecinku.**

Wartości muszą być podane w walucie polskiej.

PODANA W OFERCIE CENA MA BYĆ CENĄ OSTATECZNĄ, OBLICZONĄ Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH EWENTUALNYCH RABATÓW.

4. Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny zostanie przez zamawiającego odrzucona, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

XIV. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie:

CENA 80%

OKRES GWARANCJI 10%

BEZPŁATNE PRZEGLĄDY POGWARANCYJNE 10%

2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: cena

Wartość punktowa kryterium ceny będzie wyliczana wg wzoru:

Wartość punktowa ceny „Wc”= $(W_{\min.} / W_{\text{of.}} \times 100)$

gdzie:

$W_{\min.}$ – minimalna wartość brutto spośród oferowanych (obliczona zgodnie z tabelą - pkt XIII/2 specyfikacji),

$W_{\text{of.}}$ – oferowana wartość brutto

Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta, wynosi 100.

3. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: okres gwarancji

-okres gwarancji na cały oferowany sprzęt liczony od daty przekazania do eksploatacji – min. 2 lata wg następującego wzoru:

$$O_{gw} = Gw_b / Gw_{max} \times 100$$

O_{gw} - ilość punktów w kryterium gwarancja

Gw_b – okres gwarancji zaoferowany w badanej ofercie

Gw_{max} – najdłuższy okres gwarancji spośród oferowanych

Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta, wynosi 100.

4. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: bezpłatne przeglądy pogwarancyjne w zakresie określonym przez producenta

a) ilość bezpłatnych przeglądów pogwarancyjnych w zakresie określonym przez producenta – min. 1 w ciągu roku (po zakończeniu gwarancji) wg następującego wzoru:

$$B_{pp} = Ibpp / Ibpp_{max} \times 40$$

B_{pp} - ilość punktów przyznanych w podkryterium „ilość bezpłatnych przeglądów pogwarancyjnych w zakresie określonym przez producenta”

$Ibpp$ – ilość bezpłatnych przeglądów pogwarancyjnych zaoferowana w badanej ofercie

$Ibpp_{max}$ – największa ilość bezpłatnych przeglądów pogwarancyjnych spośród oferowanych

Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta, wynosi 40.

b) okres (w latach) wykonywania bezpłatnych przeglądów pogwarancyjnych – min. 1 rok od daty zakończenia gwarancji wg następującego wzoru

$$O_{bpp} = Lbpp / Lbpp_{max} \times 60$$

O_{bpp} - ilość punktów przyznanych w podkryterium „okres wykonywania bezpłatnych przeglądów pogwarancyjnych”

$Lbpp$ – liczba lat wykonywania bezpłatnych przeglądów pogwarancyjnych zaoferowana w badanej ofercie

$Lbpp_{max}$ – największa liczba lat wykonywania bezpłatnych przeglądów pogwarancyjnych spośród oferowanych

Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta, wynosi 60.

c) Wartością punktową kryterium: bezpłatne przeglądy pogwarancyjne będzie suma punktów uzyskanych w działaniu: $PP = B_{pp} + O_{bpp}$

PP – wartość punktowa kryterium bezpłatne przeglądy pogwarancyjne

B_{pp} - ilość punktów przyznanych w podkryterium „ilość bezpłatnych przeglądów pogwarancyjnych w zakresie określonym przez producenta”

O_{bpp} - ilość punktów przyznanych w podkryterium „okres wykonywania bezpłatnych przeglądów pogwarancyjnych”

5. Wynik oceny końcowej oferty to iloczyn punktów uzyskanych w kryterium cena oraz rangi procentowej tego kryterium wg poniższego wzoru :

$$Ok. = Wc \times R + Ogw \times R + PP \times R$$

gdzie:

$Ok.$ – wynik oceny końcowej

Wc – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Ogw – liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji

PP – liczba punktów uzyskanych w kryterium bezpłatne przeglądy pogwarancyjne

R- ranga procentowa danego kryterium

XV. ZASADY WYBORU OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

1. Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
2. Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej specyfikacji,
3. Zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga:

- a) wniesienia wadium,
- b) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. POSTANOWIENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY

Projekt umowy stanowi **załącznik nr 5** do niniejszej specyfikacji.

XVIII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN DO SPECYFIKACJI

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą specyfikację.
2. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

XIX. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- A. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty:
 - a/ o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i

-
- adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
- b/ o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- c/ o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- d/ terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
- B. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt A. lit. a/ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
- 3.. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 3) odrzucenia oferty odwołującego.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
10. Na czynności, o których mowa w ust. 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.
11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 11 i 12 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

14. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

15. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

16. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- 1. Opis przedmiotu zamówienia -załącznik nr 1*
- 2. Formularz oferty – załącznik nr 2*
- 3. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3*
- 4. Wykaz dostaw – załącznik nr 4*
- 5. Warunki gwarancji i serwisu – załącznik nr 5*
- 6. Wzór umowy – załącznik nr 6*

Załącznik Nr 1 do specyfikacji

z dnia. 13.04.2010r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

Przedmiot przetargu: **Narzędzia do FESS z pompą i diatermią**

Producent/Firma:

Rok produkcji:

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Parametr	Wartość wymagana	Wartość oferowana
NARZĘDZIA DO FESS		
Optyka autoklawowalna, kąt patrzenia 0°, średnica 4 mm, dł. 170 – 175mm, wraz z tuleją osłaniającą podczas sterylizacji i transportu – 2 szt.	TAK	
Optyka autoklawowalna, kąt patrzenia 30°, średnica 4 mm, dł. 170-175mm, wraz z tuleją osłaniającą podczas sterylizacji i transportu – 2 szt.	TAK	
Optyka autoklawowalna, kąt patrzenia 70°, średnica 4 mm, dł. 170-175 mm, wraz z tuleją osłaniającą podczas sterylizacji i transportu – 2 szt.	TAK	
Optyka autoklawowalna, kąt patrzenia 45°, średnica 4 mm, dł. 170-175 mm, wraz z tuleją osłaniającą podczas sterylizacji i transportu – 2 szt.	TAK	
Uchwyt płaski, dł. 100 – 105mm, współpracujący z optykami średnicy 4 mm i dł. 170–175mm – 1 szt.	TAK	
Uchwyt okrągły, dł. 100 – 105mm, współpracujący z optykami średnicy 4 mm i dł.170–175mm –1 szt.	TAK	
Kleszcze do nosa Weil-Blakesley, wygięte w górę 45°, dł. 115-120mm ,część robocza 3,5mm, rozbieralne w części roboczej – 1 szt.	TAK	
Kleszczyki do sitowia, BLAKESLEY-WILDE zagięte 90° – 1 szt.	TAK	
Kleszczyki tnące Hajek proste 3x12mm – 1 szt.	TAK	
Stanza do antrum STAMMBERGER, obrotowy 360st. dł. robocza 10cm, 2x5mm– 1 szt.	TAK	
Nożyczki nosowe tnące prosto, dł. robocza 100mm – 1 szt.	TAK	

Kleszcze chwytające do zatok przynosowych, dł. Robocza 100 -105 mm, jedna bransza ruchoma, zakres otwarcia ruchomej branszy do 120° do tyłu – 1 szt.	TAK	
Kosz druciany do optyk, wym. 290x80x52 mm – 8 szt	TAK	
Pompa do FESS		
Pompa rolkowa przeznaczona do przemywania obiektywu optyki podczas operacji endoskopowych zatok przynosowych (FESS) przemywanie obiektywu optyki bez potrzeby wyjmowania optyki z jamy nosowej ; pedał nożny ; tryb płukania ciągłego polegający na ciągłym podawaniu płynu płuczącego do jamy nosowej, a po zwolnieniu przycisku na ręczce odsysaniu do płaszczu ; pokrętło do regulacji ; dren silikonowy x 10szt , z igłą oraz adapterem do przykręcenia do płaszczu płuczącego – 1 szt	TAK	
Płaszcz do pompy, tuba, współpracujący z optyką 0° i 30° 4mm , - 1szt	TAK	
Płaszcz do pompy, tuba, współpracujący z optyką 70° 4mm , - 1szt	TAK	
Rączka ścąco – płucząca do tuby – płaszcz współpracujący z optykami– 1 szt.	TAK	
Shaver z wiertarką do FESS		
Wielofunkcyjna konsola do sterowania napędami otorinolaryngologicznymi, 1 szt..	TAK	
Konsola wyposażona w wyjścia do jednoczesnego podłączenia min. dwóch napędów.	TAK, podać	
Obsługa konsoli poprzez przyciski na panelu konsoli	TAK	
Konsola wyposażona w zintegrowaną pompę płuczącą/chłodzącą.	TAK	
Wartość przepływu pompy w zakresie od 15 - 130 ml/min. Z regulacją przepływu na konsoli i na pedale	TAK, podać	
Zestaw drenów silikonowych do pompy min. 10 szt.	TAK	
Konsola wyposażona w uchwyt do wyciągnięcia na pojemnik z roztworem płuczającym/chłodzącym	TAK	
Przełącznik nożny umożliwiający wybór prędkości, kierunku obrotu, aktywację i regulację pompy irygacyjnej - szt. 1	TAK	

Wszystkie bieżące parametry widoczne na ekranie LCD. Wskaźnik numeryczny prędkości obrotowej podłączonego napędu oraz wskaźnik strzałkowy kierunku obrotu.	TAK	
Zapamiętywanie przez konsolę ostatnio używanych parametrów pracy	TAK	
Zasilanie 230-240 VAC, 50/60 Hz	TAK, Podać	
Uchwyt shavera z kablem , uchwyt z kanałem ssącym i płuczącym1 szt.. Uchwyt w pełni autoklawowalny min. 134°C. Obroty w ciągłej rotacji w zakresie od 400 - 8000obr/min Obroty w trybie oscylacji w zakresie od 500 - 5000obr/min	TAK	
Mikromotor wiertarki z kablem połączeniowym – 1szt. w pełni autoklawowalny min. 134°C. obroty w zakresie od 4000 – 80000obr/min	TAK	
Rączka prosta (prostnica) 1:1 do wiertel o dł. 70 mm	TAK	
Rączka kątowna (kątnica) 1:1 do wiertel o dł. 70 mm	TAK	
Kontener do sterylizacji wymiary 400x60x250	TAK	
Płyn czyszczący - spray	TAK	
Płyn smarujący - spray	TAK	
Komplet Wiertel wykonanych ze stali nierdzewnej utwardzane typu TC o średnicy 2,35 mm, i długości 70mm, w rozmiarach od Ø 0,6 mm do 7mm (zestaw 14 wiertel)	TAK	
Komplet Wiertel diamentowych o średnicy 2,35 mm, i długości 70mm, w rozmiarach od Ø 0,6 mm do 7mm (zestaw 15 wiertel)	TAK	
Stojak na wiertła	TAK	
ostrze do SHAVER , proste płaszcz Ø 3mm, powójnie ząbkowane , wielokrotnego użytku , sterylne – 2szt	TAK	

ostrze do SHAVER, proste płaszc Ø 4mm, powóźnie ząbkowane, wielokrotnego użytku, sterylne – 5szt	TAK	
ostrze do SHAVER, proste płaszc Ø 3,5mm, powóźnie ząbkowane, wielokrotnego użytku, sterylne – 5szt	TAK	
Ostrze DCR do Shavera, zagięte 30°, (3 szt.)	TAK	
ostrzy do SHAVER, zagięte 40° płaszc Ø 3,0 mm, powóźnie ząbkowane, sterylne, jednorazowe, concave x 2szt	TAK	
ostrzy do SHAVER, zagięte 15° płaszc Ø 4,0 mm, powóźnie ząbkowane, sterylne, jednorazowe, concave – 2 szt	TAK	
ostrzy do SHAVER, zagięte 60° płaszc Ø 3,0 mm, powóźnie ząbkowane, sterylne, jednorazowe, concave -2 szt	TAK	
DIATERMIA chirurgiczna wysokiej częstotliwości		
Diatermia chirurgiczna używająca prąd wysokiej częstotliwości 4 MHz w trybie mono i bipolarnym	TAK	
Diatermia wyposażona w system automatycznej korekcji mocy w zależności od impedancji tkanki koagulowanej	TAK	
Możliwość zaprogramowania min 4 ustawień indywidualnych	TAK	
Diatermia z funkcją aktywacji koagulacji po bezpośrednim kontakcie elementu roboczego z tkanką (bez konieczności użycia włącznika nożnego i/lub przycisków aktywacyjnych na panelu)	TAK	
Możliwość ustawienia opóźnienia aktywacji urządzenia po kontakcie z tkanką	TAK	
Funkcja automatycznej dezaktywacji urządzenia po całkowitej koagulacji tkanki	TAK	
Tryb koagulacji Bipolarny – standardowy o mocy 100W	TAK	
Tryb Bipolarny precyzyjnej koagulacji (przeznaczony do mikrochirurgii) o mocy 50W	TAK	

Tryb bipolarny do koagulacji tkanek okolic małżowin nosowych, międlaka językowego oraz podniebienia miękkiego o mocy 40W	TAK	
Tryb cięcia bipolarnego o mocy 80 W	TAK	
Tryb cięcia monopolarnego, niemodulowany o mocy 100W	TAK	
Tryb cięcia monopolarnego, modulowany o mocy 80W	TAK	
Częstotliwość modulacji dla wszystkich trybów 33 kHz	TAK	
Akcesoria do diatermii		
Włącznik nożny , dwupedałowy z kablem min 4 m, z przegrodą pomiędzy pedałem mono i bipolarnym	TAK	
Kabel bipolarny o dł min 3 m	TAK	
Rączka do elektrod monopolarnych z dwoma przyciskami funkcjonalnymi i kablem o dł 3 m	TAK	
Elektroda neutralna wraz z kablem o dł 4m	TAK	
Kleszczyki to tonsillektomii wraz z kablem	TAK	
Elektroda monopolarna 4 szt. (2x kulka, 2x skalpel)	TAK	
Dwie Elektrody monopolarne typu igła do mikrodissekcji , dł 30 mm, zagięta	TAK	
Dwie Elektrody monopolarne typu igła do mikrodissekcji , dł 65 mm, zagięta	TAK	
Dwie elektrody monopolarne typu igła delikatna prosta	TAK	
Dwie elektrody monopolarne typu igła delikatna zagięta	TAK	
Dwie elektrody bipolarne typu Binner do koagulacji małżowin nosowych	TAK	
Dwie elektrody bipolarne do koagulacji podniebienia miękkiego	TAK	

Dwie elektrody bipolarne do koagulacji łuków podniebiennych	TAK	
Dwie elektrody bipolarne do koagulacji migdałka językowego	TAK	
Kabel do elektrod bipolarnych	TAK	
Kaseta sterylizacyjna dedykowana do wyżej wymienionych elektrod	TAK	
Wózek dedykowany do powyższej diatermii (tego samego producenta)	TAK	
Wózek wyposażony w dwa koszyki do przechowywania akcesoriów z regulacją ich wysokości	TAK	
Wózek na podstawie jezdnej, przednie kółka blokowane	TAK	
Wózek z rączką umożliwiającą przemieszanie kompletnego zestawu	TAK	
Diatermia łączona z wózkiem bezśrubowo	OPISAC	
Wózek wyposażony w hak do zawieszania kompletnego włącznika nożnego.	TAK	

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia w/w parametry.

.....
*Podpis i pieczęć osoby/osób
 uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania
 wykonawcy*

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

Przedmiot przetargu: **UNIT LARYNGOLOGICZNY Z WYPOSAŻENIEM**

Producent/Firma:

Rok produkcji:

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Parametr	Wartość wymagana	Wartość oferowana
Wymagania ogólne		
Unit o konstrukcji modułowej zbudowany z min. 3 modułów (funkcyjnego, endoskopowego i na podwójnego modułu na instrumentarium)	TAK	
Całość – konstrukcja i moduły – wykonane ze stali pokrytej farbą proszkową	TAK	
Możliwość dostawy aparatury w wybranym przez Zamawiającego dowolnym kolorze z palety kolorów RAL	TAK	
System ssania i zasilania wodnego		
Pompa membranowa, bezolejowa, bezobsługowa	TAK	
Elektryczny zawór wodny doprowadzający wodę do unitu i automatycznie odcinające zasilanie wodne w przypadku awarii unitu	TAK	
Wydajność ssania minimum 40 l/min	TAK	
Regulowane podciśnienie ssania w zakresie: od 0 do 76 kPa	TAK	
Automatyczna aktywacja ssania	TAK	
Zintegrowany manometr i regulator siły ssania	TAK	
Słój zbiorczy nietłukący, z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym, filtrem antybakteryjnym; poj. min. 1 l	TAK	
Automatyczne opróżnianie i czyszczenie słoja po każdym użyciu ssania	TAK	
System przepłukiwania drenów ssaka w celu wstępnej dezynfekcji	TAK	
Końcówka do systemu ssania umożliwiająca odprowadzenie płynu podczas płukania ucha	TAK	

Kompletna instalacja doprowadzająca wodę (węże, zastawka wodna, filtr wodny reduktor ciśnienia)	TAK	
Moduł do płukania ucha		
Moduł do irygacji kanału słuchowego wbudowany do unitu	TAK	
Moduł zasilany wodą z instalacji wody pitnej	TAK	
Elektroniczny system kontroli pracy modułu irygacji	OPISAC	
możliwość regulacji temperatury wody w zakresie 36°C - 38°C	TAK	
Moduł uruchamiany automatycznie	TAK	
Rączka do irygacji wyposażona w osłonkę przeciwrozpryskową	TAK	
Tryb czuwania	TAK	
Wyświetlacz aktualnej temperatury na panelu przednim	TAK	
System kodów cyfrowych informujących o awarii modułu.	TAK	
Szybkość przepływu wody podczas irygacji min 450 ml/min	TAK	
System sprężonego powietrza		
Wydajność: min 20 l/min, ciśnienie w zakresie od 0 do ok. 250 kPa	TAK	
Automatyczna aktywacja, płynna regulacja wartości, wskaźnik ciśnienia	TAK	
Komplet trzech pojemników do aplikacji leków	TAK	
Regulacja wartości sprężonego powietrza	TAK, podać zakres	
Tor wizyjny		
Kamera endoskopowa zintegrowana z modułem unitu	TAK	
Kamera medyczna 1 CCD w systemie PAL	TAK	
Automatyczny balans bieli	TAK	
Wyjście sygnału video w standardzie S-video	TAK	
Automatyczne ustawienie parametrów kamery w zależności od średnicy używanych optyk oraz rodzaju używanego źródła światła	TAK	
Zoom cyfrowy (2.0)	TAK	
Pamięć obrazów z poglądem na monitorze	TAK, min. 4 obrazy	

Monitor płaski mocowany na ramieniu	TAK, min. 17"	
4 źródła światła halogenowe	TAK min. 150W/15V	
Żywotność lamp min. 50 h	TAK	
Endoskop uszny: Ø 4 mm, dł. Robocza 50 mm, kąt widzenia 0°	TAK	
Endoskop nosowy: Ø 2,7 mm, dł. Robocza 110mm, kąt widzenia 30°	TAK	
Laryngoskop: Ø 10mm, dł. Robocza 195 mm, kąt widzenia 90°	TAK	
Światłowody do optyk: Ø 3,5mm, dł. 1800 mm, - 3 sztuki wraz z adapterami	TAK	
Inne wymagania		
4 podgrzewane kuwety do optyk	TAK	
Adaptory do kuwet dla optyk o małej średnicy	TAK	
4 kuwety do dezynfekcji optyk	TAK	
Szybki podgrzewacz do lusterek	TAK	
Lampa nagłowna CLAR wraz ze światłowodem	TAK	
Dodatkowa, zamykana półka na instrumentarium	TAK	
Śmietniczka wbudowana w szafkę na instrumentarium	TAK	
Szuflada z pojemnikiem na płyn dezynfekcyjny dla zużytych narzędzi	TAK	
Lampa nagłowna LED, wraz z akumulatorami i ładowarkami (2 kpl.)	TAK Podać parametry	
Fotel laryngologiczny		
Obrót fotela wokół własnej osi	TAK	
Regulacja wysokości fotela elektryczna w zakresie	Podać zakres	
Opuszczane oparcie	Podać zakres	
Niezależnie rozkładane podłokietniki	TAK	
Tapicerka wykonana z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne	TAK	
Krzesło lekarza		
Regulacja wysokości pneumatyczna w zakresie 52-68 cm	TAK	
Regulacja ustawienia podłokietnika	TAK	
Podstawa jezdna na antystatycznych kółkach	TAK	

Tapicerka wykonana z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne	TAK	
Kabina laryngologiczna		
Kabina przeznaczona do badań audiometrycznych	TAK	
Kabina o konstrukcji modułowej, wolnostojąca	TAK	
Łączenie poszczególnych paneli bezolejowe	TAK	
Możliwość rozbudowy kabiny o kolejne moduły	TAK	
Kabina wyposażona w oświetlenie wewnętrzne umieszczone w panelu sufitowym	TAK	
Kabina wyposażona w wentylację umieszczoną w panelu sufitowym	TAK	
Kabina ekranowana elektrycznie i magnetycznie	TAK	
Panele pokryte zewnętrznie stalą	TAK	
Ościeżnice wykonane z aluminium	TAK	
Możliwość montażu drzwi lewo- lub prawostronnie	TAK	
Kabina musi posiadać charakterystykę tłumienia na poziomach : dla 125 Hz – min 25 dB dla 250 Hz – min 33 dB dla 500 Hz – min 47 dB dla 1 kHz – min 51 dB dla 2 kHz – min 51 dB dla 4 kHz – min 56 dB dla 8 kHz – min 61 dB	TAK	
Wymiary zewnętrzne min 900mm szerokość / 1000 mm głębokość	TAK	
Wysokość kabiny : min 2000 mm	TAK	
Oprogramowanie do archiwizacji danych		
Oprogramowanie w języku polskim	TAK	
Tworzenie bazy danych pacjentów z wyszukiwarką	TAK	
- możliwość zapisu i analizy pojedynczych video- klatek	TAK	
- możliwość zapisu i analizy sekwencji video	TAK	
Możliwość wydruku raportu wraz z wiodo-klatkami oraz dowolnych stop-klatek z sekwencji video	TAK	
Możliwość indywidualnej konfiguracji raportu z badania	TAK	

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia w/w parametry.

.....
*Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy*

Nr sprawy ZP 9/2010

*Załącznik Nr 2 do specyfikacji
z dnia. 13.04.2010r.*

Data

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

ul. kod - miejscowość

województwo..... powiat.....

Nr telefonu Nr faksu

NUMER NIP NUMER REGON

Nr rachunku bankowego

1. Oferujemy dostawę, montaż, uruchomienie sprzętu medycznego do wyposażenia Oddziału Otolaryngologii wraz ze szkoleniem personelu zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ:

a) **wartość netto przedmiotu zamówienia** wynosi : **zł**
(słownie:)

b) **podatek VAT** :%

c) **wartość brutto przedmiotu zamówienia** wynosi : **zł**
(słownie:)

2. Dostawę przedmiotu zamówienia do Zamawiającego wraz z dostarczeniem faktury dokonamy w terminie do tygodni od daty podpisania umowy (nie dłużej niż do 4 tygodni).

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy żadnych do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.

5. Oświadczamy, że termin płatności wynosi : (podać w dniach, nie mniej niż 30 dni od dnia otrzymania faktury).

6. W okresie obowiązywania umowy ceny nie ulegną zmianie. Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa.

7. Oświadczamy, że zaoferowane urządzenie jest kompletne i jego eksploatacja nie będzie wymagać dodatkowych zakupów.

8. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia posiada wymagane prawem świadectwa, deklaracje i/lub inne dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania i spełnia normy, standardy techniczne obejmujące prawem zakres zamówienia.

9. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

10. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie..... / że przedmiot zamówienia wykonamy w całości bez udziału podwykonawców.*

* **niepotrzebne skreślić**

.....
*/podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy/*

**Załącznik nr 3 do specyfikacji
z dnia 13.04.2010 r.**

.....
Pieczęć Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie sprzętu medycznego do wyposażenia Oddziału Otolaryngologii wraz ze szkoleniem personelu, prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego” (nr sprawy: ZP 9/2010)

1. Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
 - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
 - c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

..... dnia
.....
..... podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

**Załącznik Nr 4 do specyfikacji
z dnia.13.04.2010r.**

**WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH DOSTAW sprzętu medycznego
.....(min. 1) o wartości co najmniej 400 000,00 zł.**

Nazwa i adres Wykonawcy :

L.p.	Rodzaj i zakres zamówienia	Całkowita wartość	Termin realizacji od ... - do ...	Nazwa Zamawiającego

.....
*/podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy/*

**Załącznik Nr 5 do specyfikacji
z dnia. 13.04.2010r.**

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.....

.....
/miejsowość i data/

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż, uruchomienie sprzętu medycznego dla Oddziału Otolaryngologii wraz ze szkoleniem personelu – nr sprawy ZP 9/2010

L.p.	Wyszczególnienie	WYMAGANIE	OFERTA
1.	Okres gwarancji na cały oferowany sprzęt medyczny	min 2 lata	Liczba lat:
2.	Czas podjęcia naprawy przez serwis	max do 24 godzin	Liczba godzin:
3.	Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia	max do 2 dni roboczych	Liczba dni:
4.	Aparat zastępczy na czas naprawy w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w pkt 3	Tak	
5.	Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp.	Nieodpłatnie	
6.	Serwis na terenie Polski	Tak	Dane adresowe:
7.	Forma zgłoszeń reklamacji i napraw – dostępność 7 dni w tygodniu	poczta, fax, poczta elektroniczna, telefon (podać)	
8.	Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaofiarowanego modelu	min 10 lat	Liczba lat:
9.	Bezpłatne przeglądy techniczne zalecane przez producenta sprzętu wraz z konserwacją w okresie trwania gwarancji - po przeglądzie wydanie świadectwa sprawności sprzętu	Tak	a) Liczba przeglądów i okresy, w jakich będą przeprowadzane
10.	Bezpłatne przeglądy pogwarancyjne (eksploatacyjne) w zakresie określonym przez producenta – po przeglądzie wydanie świadectwa sprawności sprzętu	Tak Przez okres min.1 roku, min. 1 przegląd w roku	a) ilość w ciągu roku: b) liczba lat: ...
11.	Zapewnienie szkolenia, w siedzibie Zamawiającego, pracown. medycznym bezpośr. użytkown. (12 osób) oraz pracown. Ap.Med. (2 osoby) w terminie uruch. sprzętu medyczn., zakończone wyd.świad.uczestnictwa.	Tak	

.....
/podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy/

**Załącznik nr 6 do specyfikacji
z dnia. 13.04.2010r.**

**UMOWA DOSTAWY
(PROJEKT)**

zawarta w dniu 2010 r. w Krakowie, pomiędzy

Szpitałem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000035552, NIP:678-26-80-028, REGON:000630161, zwanym dalej „Odbiorcą”
w imieniu i na rzecz którego działa:

.....
a

.....
wpisaną do Rejestru prowadzonego przez
pod numerem, NIP:.....,
REGON:..... zwaną w dalszej treści umowy „Dostawcą”, w imieniu i na
rzecz której działa/ją:

.....
.....
Zawarcie umowy następuje w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na **dostawę, montaż, uruchomienie sprzętu medycznego do wyposażenia Oddziału Otolaryngologii wraz ze szkoleniem personelu (ZP 9/2010)** po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z dyspozycją art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

§ 1.

Przedmiot umowy

Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia, montażu, uruchomienia, wykonania badań próbnych (dot. diatermii i kabiny laryngologicznej), przeszkolenia personelu Odbiorcy i protokolarnego przekazania do użytkowania: sprzętu medycznego do wyposażenia Oddziału Otolaryngologii tj. kompaktowego unitu laryngologicznego z wyposażeniem, systemu Ra-Vor bipolarnego, shavera laryngologicznego z wiertarką, uzupełnienia zestawu do endoskopii operacji nosa i zatok, modułowej kabiny ciszy, zgodnie z **załącznikiem nr 1** stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

§ 2.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Dostawcy z tytułu wykonania umowy wynosi : zł brutto
/słownie :brutto/.

§ 3.

Termin wykonania umowy

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt do siedziby Odbiorcy, zamontować, uruchomić, wykonać badania próbne (dot. diatermii i kabiny laryngologicznej) oraz przeszkolić personel Odbiorcy, na własny koszt i ryzyko, w nieprzekraczalnym terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy, tj. do dnia **2010 roku**. Strony potwierdzają wykonanie powyższego przez podpisanie protokołu przekazania do użytkowania, przy czym za Odbiorcę protokół podpisuje pracownik Oddziału

Otolaryngologii oraz pracownik Sekcji Instalacji Elektrycznych, Teletechnicznych, Napraw Aparatury Medycznej.

§ 4.

Dostawa i uruchomienie sprzętu

1. Sprzęt ma być opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem, na opakowaniu ma znajdować się informacja o rodzaju i ilości dostawy.
2. Na Dostawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty sprzętu, aż do chwili wydania go Odbiorcy, potwierdzonej protokołem przekazania do użytkowania, o którym mowa w § 3.
3. Potwierdzone pisemnie wydanie Odbiorcy przez Dostawcę sprzętu nastąpi w siedzibie Odbiorcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu przekazania do użytkowania z upoważnionym pracownikiem Sekcji Instalacji Elektrycznych, Teletechnicznych, Napraw Aparatury Medycznej.
4. Odbiorca dostarczy wraz ze sprzętem instrukcję obsługi w języku polskim, przekaże wszelkie kody serwisowe i dokumentację techniczno-ruchową (serwisową).
5. Dostawca zobowiązany jest do przeszkolenia w siedzibie Odbiorcy pracowników personelu medycznego (12 osób) i pracowników Sekcji Instalacji Elektrycznych, Teletechnicznych, Napraw Aparatury Medycznej (2 osoby), zakończonego wydaniem imiennego świadectwa dla każdego z uczestników szkolenia.

§ 5.

Dokumenty związane z dostawą

1. Faktura zostanie wystawiona przez Dostawcę po podpisaniu protokołu przekazania do użytkowania, o którym mowa w § 3, oraz sygnowana numerami umowy.
2. Na podstawie umowy Dostawca wystawi tylko jedną fakturę na kwotę wskazaną w § 2.

§ 6.

Warunki płatności

Płatność dokonana będzie w terminie ... dni od dnia doręczenia faktury na konto bankowe Dostawcy wskazane na fakturze.

§ 7.

Gwarancja

1. Dostawca gwarantuje, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji), wolny od wad i posiada prawem wymagane świadectwa i rejestracje.
2. Dostawca udziela na dostarczony sprzęt gwarancji na okres lat, licząc od daty wykonania umowy (data protokołu przekazania do użytkowania, o którym mowa w § 3).
3. W przypadku dostarczenia sprzętu wadliwego Odbiorca sporządzi na tę okoliczność protokół i powiadomi Dostawcę.
4. Dostawca zobowiązuje się w ciągu 3 dni dokonać wymiany sprzętu na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamawiany sprzęt.

§ 8.

Obsługa serwisowa

1. Dostawca zobowiązuje się do obsługi serwisowej dostarczonego sprzętu, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do umowy.

2. Wszelkie naprawy serwisowe dokonywane będą na koszt Dostawcy przez Dostawcę lub jego autoryzowany serwis. Celem wykonania usług serwisowych personel Dostawcy lub autoryzowanego serwisu uzyska dostęp do sprzętu w uzgodnionym terminie.
3. Adres serwisu :
4. Czas podjęcia naprawy przez serwis wynosi :
5. Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia, wynosi :
6. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w pkt 5.
7. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpłatnych przeglądów eksploatacyjnych wraz z konserwacją zalecaną przez producenta sprzętu w okresie trwania gwarancji. Po przeglądzie wydane będzie świadectwo sprawności sprzętu.
8. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpłatnych pogwarancyjnych przeglądów eksploatacyjnych w zakresie określonym przez producenta - przeglądów (min. 1) w okresie (min. 1 roku). Po przeglądzie wydane będzie świadectwo sprawności sprzętu.
9. Każdorazowy przyjazd serwisu winien być uzgodniony z bezpośrednim użytkownikiem i pracownikiem Aparatury Medycznej.
10. Naprawa odbywa się w obecności bezpośredniego użytkownika i pracownika Aparatury Medycznej, i musi zostać potwierdzona protokołem serwisowym, podpisanym przez każdą ze stron.
11. Wymienione części i podzespoły pozostają u użytkownika.

§ 9.

Kary umowne

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Odbiorca może żądać od Dostawcy kar umownych:
 - a) w razie opóźnienia w wykonaniu umowy - w wysokości 1 % wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki,
 - b) w razie opóźnienia w podjęciu lub wykonaniu naprawy w terminie określonym w § 8 pkt. 4, 5; nie dokonania przeglądów gwarancyjnych zgodnie z § 8 pkt. 7; niedostarczenia aparatu zastępczego zgodnie z § 8 pkt. 6 - w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia wskazanego w § 2 brutto za każdy dzień zwłoki,
 - c) w razie niewykonania umowy - 10 % wartości wynagrodzenia wskazanego w § 2.
2. Jeżeli poniesiona przez Odbiorcę szkoda będzie wyższa niż należna na podstawie ust. 1 kara umowna Odbiorca będzie uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego karę umowną.
3. Odbiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.
4. W razie naliczenia kary umownej Odbiorca jest uprawniony do odmowy zapłaty faktury w części odpowiadającej wysokości tej kary.

§ 10.

Odbiorca może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości

o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Odbiorca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11.

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Odbiorcy na dokonanie takiej czynności. Podkreśla się, że powyższe dotyczy także przelewu wierzytelności Dostawcy przysługujących mu względem Odbiorcy, w szczególności w formie cesji, faktoringu lub innych czynności o takim skutku.

2. Dostawca zobowiązuje się do zamieszczenia na wystawionej przez siebie fakturze informacji o treści ust. 1.

§ 12.

Wszelkie spory mogące wyniknąć między stronami w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Odbiorcy.

§ 13.

Wszelkie spory mogące wyniknąć między stronami w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Odbiorcy.

§ 14.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15.

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Odbiorcy, a jeden dla Dostawcy.

DOSTAWCA:

ODBIORCA: