



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000**



Kraków, dnia 19.04.2010 r.

DOP – ZP /2010

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego do wyposażenia Oddziału Otolaryngologii tj. kompaktowego unitu laryngologicznego z wyposażeniem, systemu Ra-Vor bipolarnego, shavera laryngologicznego z wiertarką, uzupełnienia zestawu do endoskopii operacji nosa i zatok, modułowej kabiny czyszy; wraz ze szkoleniem personelu, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (ZP 9/2010)

I. W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

1. Czy Zamawiający dopuści optykę 0°, średnica 4 mm, dł. 18 cm?

Odpowiedź nr 1: TAK.

Pytanie nr 2:

2. Czy Zamawiający dopuści optykę 30°, średnica 4mm, dł. 18 cm?

Odpowiedź nr 2: TAK.

Pytanie nr 3:

3. Czy Zamawiający dopuści optykę 70°, średnica 4mm, dł. 18 cm?

Odpowiedź nr 3: TAK.

Pytanie nr 4:

4. Czy Zamawiający dopuści optykę 45°, średnica 4mm, dł. 18 cm?

Odpowiedź nr 4: TAK.

Pytanie nr 5:

5. Czy Zamawiający dopuści uchwyt płaski o dł. 110 mm do zastosowania z optykami o dł. 18 cm?

Odpowiedź nr 5: TAK.

Pytanie nr 6:

6. Czy Zamawiający dopuści uchwyt okrągły o dł. 110mm do zastosowania z optykami o dł. 18 cm?

Odpowiedź nr 6: TAK.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Nadzoru
0-12 644-01-44 wew. 413

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000**



Pytanie nr 7:

7. Czy Zamawiający dopuści kleszcze Blakesley-Wilde, nierozbieralne, dł. 11 cm?

Odpowiedź nr 7: NIE.

Pytanie nr 8:

8. Czy Zamawiający dopuści kleszcze Blakesley-Wilde, zagięte 90°, rozmiar 2?

Odpowiedź nr 8: TAK.

Pytanie nr 9:

9. Czy Zamawiający dopuści Punch Hajek-Kofler, rozmiar 3,2x4mm, dł. 17 cm?

Odpowiedź nr 9: NIE.

Pytanie nr 10:

10. Czy Zamawiający dopuści Punch do Antrum STAMMBERGER 360°, dł. 10cm?

Odpowiedź nr 10: NIE.

Pytanie nr 11:

Shaver z wiertarką do FESS

11. Czy Zamawiający dopuści konsolę wyposażoną w pompę płuczącą chłodzącą o wartościach przepływu od 6 do 125 ml? Ta różnica nie ma znaczenia z punktu widzenia komfortu pracy operatorów.

Odpowiedź nr 11: TAK.

Pytanie nr 12:

12. Czy Zamawiający dopuści mikromotor wiertarki z zakresem obrotów od 0 do 40000 obr/min. Podczas procedur operacyjnych FESS większa szybkość obrotów nie jest stosowana.

Odpowiedź nr 12: NIE.

Pytanie nr 13:

13. Czy Zamawiający dopuści dedykowany kosz dla uchwytu shavera oraz mikromotor oraz końcówek wierzących.

Odpowiedź nr 13: TAK.

Pytanie nr 14:

14. Czy Zamawiający dopuści komplet wiertel utwardzanych typu TC o dł. 70 mm, w rozmiarach od 0,6 do 7mm (zestaw 15 wiertel)?

Odpowiedź nr 14: TAK.

Pytanie nr 15:

15. Czy Zamawiający dopuści komplet wiertel diamentowych o dł. 70 mm, w rozmiarach od 0,6 do 7mm (zestaw 15 wiertel)?

Odpowiedź nr 15: TAK.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Nadzoru
0-12 644-01-44 wew. 413

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



**Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego**
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

Skrzynka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000**



Pytanie nr 16:

16. Czy Zamawiający dopuści ostrza do shavera wielorazowe, autoklawowalne, niesterylne?

Odpowiedź nr 16: NIE.

Pytanie nr 17:

17. Czy Zamawiający dopuści w zamian ostrzy 3,5mm ostrza wielorazowe 3 mm?

Odpowiedź nr 17: TAK.

Pytanie nr 18:

18. Czy Zamawiający w zamian ostrza do DCR dopuści ostrze zagięte 40°?

Odpowiedź nr 18: TAK.

Pytanie nr 19:

19. Zważywszy na fakt, że nie posiadamy w swoim asortymencie rodzajów ostrzy wymaganych przez Zamawiającego, proponujemy następujące zamienniki:

- Ostrza do shavera zagięte 40° podwójnie ząbkowane, sterylne, śr. 3mm,
- Ostrza do shavera, zagięte 30°, ząbkowane, sterylne, śr. 4 mm,
- Ostrze do shavera, zagięte 65°, concave, sterylne, śr. 3 mm,

Odpowiedź nr 19: TAK.

II. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert i otwarcia ofert do dnia 22.04.2010 roku. Godzina składania i otwarcia pozostaje bez zmian.

III. Powyższe wyjaśnienia zostają umieszczone na stronie internetowej Szpitala www.zeromski-szpital.pl.

IV. Pozostałe wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Nadzoru
0-12 644-01-44 wew. 413

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl