



**Szpital Specjalistyczny  
im. Stefana Żeromskiego**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000**

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913



Kraków, dnia 26.05.2011 r.

DOP – ZP 96/2011

**Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na dostawę rękawic medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie  
- nr sprawy ZP 12/2011**

**I.** W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:** dot. Grupy 1 i 2

Czy nie zaistniała pomyłka w opisie grubości palca rękawic w grupie 1 i 2? Czy wymienione wartości nie powinny być poprzedzone zerem? (tj. w grupie 1 pozycja 1 i 2- grubość palca od 0,20mm-0,22mm; w grupie 2 pozycja 1,2,3 – grubość palca od 0,09mm-0,11mm)

**Odpowiedź nr 1:** Zamawiający informuje, że nastąpiła pomyłka w opisie grubości palca w grupie 1 i w grupie 2. W związku z powyższym opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie otrzymuje brzmienie:

**Grupa 1 poz. 1 i 2 - grubość palca od 0,20mm-0,22mm**

**Grupa 2 poz. 1, 2, 3 – grubość palca od 0,09-0,11mm**

**Pytanie nr 2:** dot. Grupy 1 i 2:

Czy na potwierdzenie wymienionych parametrów w opisach przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie wymagał protokołów badań producenta nie starszych niż z 2009 r.?

**Odpowiedź nr 2:** Zgodnie z zapisem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pkt. VII/3.

**Pytanie nr 3:** dot. Grupy 1 i 2:

Czy nie zaistniała pomyłka w opisie grubości palca rękawic przy ocenie jakości? Czy wymienione grubości nie powinny być poprzedzone zerem?

**Odpowiedź nr 3:** Tak, zaistniała pomyłka w opisie grubości palca rękawic przy ocenie jakości. Wymienione grubości mają być poprzedzone zerem tj.:

**Grupa 1 poz. 2 Średnia grubość palca (na podstawie badań producenta)**

**0,22mm – 15 pkt**

**<0,20;0,22)mm – 5 pkt**

**Grupa 2 poz.1, 2, 3 Średnia grubość palca (na podstawie badań producenta)**

**0,11mm – 10 pkt**

**< 0,9;0,11)mm – 5 pkt**

**Pytanie nr 4:** dot. Grupy 2 i 3:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości wymaganych próbek w grupie 2 i 3 z uwagi na fakt, iż są to rękawice diagnostyczne pakowane w opakowaniach jednostkowych tj. 1 opakowanie=100 szt.?

**Odpowiedź nr 4:** Zamawiający w grupie 2 i 3 określa ilość próbek po 1 op. a'100 szt. w rozmiarze M.

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dział Organizacyjno-Prawny  
0-12 622-95-14

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



**Szpital Specjalistyczny  
im. Stefana Żeromskiego**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000**

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913



---

**Pytanie nr 5:** Pakiet 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1 rękawic lateksowych o średniej grubości na palcach 0,12-0,13 mm.

**Odpowiedź nr 5:** Zamawiający nie wyraża zgody, równocześnie poprawia zapisy SIWZ - vide odpowiedź nr 1 niniejszego pisma.

**Pytanie nr 6:** Pakiet 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 2 rękawic winylowych o średniej grubości na palcach 0,08 mm.

**Odpowiedź nr 6:** Zamawiający nie wyraża zgody, równocześnie poprawia zapisy SIWZ - vide odpowiedź nr 1 niniejszego pisma.

**Pytanie nr 7:** Pakiet 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 3 rękawic nitylowych o średniej grubości na palcach 0,11 – 0,12.

**Odpowiedź nr 7:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 3 rękawic nitylowych o średniej grubości na palcach 0,12; równocześnie poprawia zapisy SIWZ - vide odpowiedź nr 1 niniejszego pisma.

**Pytanie nr 8: Dot. pakietu 1**

**Poz. 1** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych zakończonych mankietem prostym z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, cechujących się bardzo niskim poziomem AQL tj. 0,65 po zapakowaniu potwierdzonym testem wodnym zgodnie z normą EN 455, pozostałe parametry takie jak poziom protein, długość oraz grubość palca zgodna z siwz.

**Odpowiedź nr 8:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic opisanych jw.

**Pytanie nr 9: Dot. pakietu 1**

**Poz. 2** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania trójwarstwowych półsyntetycznych rękawic wykonanych w najnowszej i najskuteczniejszej technologii pokrywania strony wewnętrznej nitylmem, cechujących się średnią grubością w zakresie 0,2-0,25mm oraz długości min. 300mm +/-3.

**Odpowiedź nr 9:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic opisanych jw.

**Pytanie nr 10: Dot. pakietu 1**

**Poz. 1,2** – Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawice mają być pakowane w opakowania nieprzepuszczające ozonu, podciśnieniowe (szczelne dla powietrza), tzn. całkowicie foliowe lub foliowane od wewnątrz obustronnie? Taki sposób pakowania gwarantuje w przypadku rękawic chirurgicznych, iż do końca terminu ważności ich właściwości i wytrzymałość mechaniczna pozostają niezmienione.

**Odpowiedź nr 10:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic w opakowaniach opisanych jw.

**Pytanie nr 11: Dot. pakietu 2**

**Poz. 1** – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitylowych nowej generacji, przebadanych na przepuszczalność dla wirusów wg ASTM F 1671 oraz podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny i jednocześnie środek ochrony osobistej (stosowane informacje fabrycznie umieszczone

---

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dział Organizacyjno-Prawny  
0-12 622-95-14

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



**Szpital Specjalistyczny  
im. Stefana Żeromskiego**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000**

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913



---

na opakowaniach), pakowanych w opakowania maks. 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pragniemy nadmienić, iż dopuszczenie ww. rękawic nie zwiększy kosztów zakupu, a jednocześnie pozwoli Zamawiającemu wyeliminować całkowicie problem alergii na proteiny lateksowe, przy zachowaniu parametrów mechanicznych rękawic lateksowych nowej generacji rękawic nitylowych nie odbiegają od lateksu, gwarantując jednocześnie wyższy poziom ochrony.

**Odpowiedź nr 11: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic opisanych jw.**

**Pytanie nr 12: Dot. pakietu 2**

**Poz. 2** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o średniej grubości palca 0,08.

**Odpowiedź nr 12: Zamawiający nie wyraża zgody, równocześnie poprawia zapisy SIWZ - vide odpowiedź nr 1 niniejszego pisma.**

**Pytanie nr 13: Dot. pakietu 2**

**Poz. 2** – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawiczki winylowe mają posiadać oryginalnie nadrukowaną przez producenta na opakowaniu informację o braku substancji DOP (=DEHP), która została w ostatnim okresie umieszczona przez Europejską Agencję do spraw Chemikaliów (REACH) na liście substancji toksycznych z przeznaczeniem do wycofania ich w wyrobach medycznych?

**Odpowiedź nr 13: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic w opakowaniu zawierającym informację opisaną jw., ale nie wymaga takiego nadruku.**

**Pytanie nr 14: Dot. pakietu 2**

**Poz. 3** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitylowych nowej generacji, przebadanych na przepuszczalność dla wirusów wg ASTM F 1671 oraz podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny i jednocześnie środek ochrony osobistej (stosowane informacje fabrycznie umieszczone na opakowaniach), przebadane na 4 grupy chemiczne zgodnie z normą EN-374-3. Pragniemy nadmienić, iż dopuszczenie ww. rękawic nie zwiększy kosztów zakupu, a jednocześnie pozwoli Zamawiającemu wyeliminować całkowicie problem alergii na proteiny lateksowe, przy zachowaniu parametrów mechanicznych rękawic lateksowych nowej generacji rękawic nitylowych nie odbiegają od lateksu, gwarantując jednocześnie wyższy poziom ochrony.

**Odpowiedź nr 14: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic opisanych jw.**

**Pytanie nr 15: Dot. pakietu 3**

**Poz. 1** – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitylowych nowej generacji, przebadanych na przepuszczalność dla wirusów wg ASTM F 1671 oraz podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny i jednocześnie środek ochrony osobistej (stosowane informacje fabrycznie umieszczone na opakowaniach), pakowanych w opakowania maks. 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pragniemy nadmienić, iż dopuszczenie ww. rękawic nie zwiększy kosztów zakupu, a jednocześnie pozwoli Zamawiającemu wyeliminować całkowicie problem alergii na proteiny lateksowe, przy zachowaniu parametrów mechanicznych rękawic lateksowych nowej generacji rękawic nitylowych nie odbiegają od lateksu, gwarantując jednocześnie wyższy poziom ochrony.

**Odpowiedź nr 15: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic opisanych jw.**

---

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dział Organizacyjno-Prawny  
0-12 622-95-14

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



**Szpital Specjalistyczny  
im. Stefana Żeromskiego**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000**

Skrzynka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913



---

**Pytanie nr 16: Dot. siwz**

Prosimy Zamawiającego o zmianę w zapisie umowy §9 pkt.2 na:

„Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:

- 1) w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia przez Dostawcę,
- 2) w wysokości 0,5 % niezrealizowanej części wartości zamawianej partii materiałów ( bez uwzględnienia podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu, w terminie ustalonym w § 5 ust.2 i 3,
- 3) w wysokości 0,5 % wartości reklamowanej partii materiałów ( bez uwzględnienia podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w dostawie materiałów wolnych od wad w terminie określonym w § 8 ust. 2 umowy.”

W przypadku pierwotnego zapisu tego postanowienia, należy podnieść, że kara umowna może zostać zgodnie z art. 483 na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jako naprawienie poniesionej z tego tytułu przez wierzyciela szkody, nie jest zatem możliwe, aby w przypadku jakiegokolwiek odstąpienia od umowy przez Zamawiającego zastrzec karę umowną. Możliwe jest zastrzeżenie kary umownej, tylko w przypadku takiego odstąpienia od umowy, które wynika z zawinonego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez dostawcę. Ponadto zgodnie z art. 484 § 2 kara umowna nie może być rażąco wygórowana, kara jest rażąco wygórowana w takim przypadku, gdy wartość ewentualnej szkody jaką wierzyciel może w danym przypadku niewykonania zobowiązania odnieść jest zdecydowanie niższa niż wartość kary. W razie odstąpienia od umowy już w części wykonanej nie można żądać zapłaty kary stanowiącej procent od całej wartości umowy, ponieważ taka kara będzie rażąco wygórowana, w im większym rozmiarze umowa została wykonana, tym mniejsza jest szkoda jaką odnosi zamawiający w razie odstąpienia od umowy. W związku z powyższym prosimy o modyfikację tego zapisu.

**Odpowiedź nr 16: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 17: Dot. grupy nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane o grubości palca 12-13mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź nr 17: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, równocześnie poprawia zapisy SIWZ - vide odpowiedź nr 1 niniejszego pisma.**

**Pytanie nr 18: Dot. grupy nr 2 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne winylowe pudrowane o grubości palca 8-11mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź nr 18: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, równocześnie poprawia zapisy SIWZ - vide odpowiedź nr 1 niniejszego pisma.**

**Pytanie nr 19:**

Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby katalogi musiały zawierać numery katalogowe, ponieważ producent nie stosuje numerów katalogowych.

**Odpowiedź nr 19: Zamawiający dopuszcza możliwość, aby katalogi nie zawierały numerów katalogowych.**

---

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dział Organizacyjno-Prawny  
0-12 622-95-14

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



**Szpital Specjalistyczny  
im. Stefana Żeromskiego**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000**

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913



---

**Pytanie nr 20: Dot. grupy 2 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic lateksowych o grubościach: dłoń 0,12mm (+/-0,02),  
palec 0,14mm (+/-0,02), mankiet 0,08mm (+/-0,02)?

**Odpowiedź nr 20: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 21: Dot. grupy 2 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic winylowych o grubościach: dłoń 0,11mm (+/-0,02),  
palec 0,10mm (+/-0,02), mankiet 0,09mm (+/-0,02)?

**Odpowiedź nr 21: Zgodnie z SIWZ + odpowiedź nr 1 niniejszego pisma.**

**Pytanie nr 22: Dot. grupy 2 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitylowych w opakowaniach 150szt.?

**Odpowiedź nr 22: Nie.**

**Pytanie nr 23: Dot. grupy 2 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitylowych o grubościach: dłoń 0,08mm (+/-0,02),  
palec 0,10mm (+/-0,02), mankiet 0,06mm (+/-0,02)?

**Odpowiedź nr 23: Zgodnie z SIWZ + odpowiedź nr 1 niniejszego pisma.**

**Pytanie nr 24: Pakiet nr 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein <150µg/g, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź nr 24: NIE.**

**Pytanie nr 25: Pakiet nr 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości palca 0,17 mm, pakowane w opakowania z foliowanego papieru,  
bez informacji o 100% testowaniu elektronicznym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź nr 25: NIE.**

**Pytanie nr 26: Pakiet nr 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości palca 0,23 mm, pakowane w opakowania z foliowanego papieru,  
bez informacji o 100% testowaniu elektronicznym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź nr 26: NIE.**

**Pytanie nr 27: Pakiet nr 1, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści rękawice pokryte polimerem, o grubości palca 0,23 mm i długości min. 285mm,  
spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź nr 27: NIE.**

**Pytanie nr 28: Pakiet nr 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości palca 0,12 mm +/- 0,03 mm, bez informacji o dacie produkcji na  
opakowaniu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź nr 28: NIE.**

---

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dział Organizacyjno-Prawny  
0-12 622-95-14

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



**Szpital Specjalistyczny  
im. Stefana Żeromskiego**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000**

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913



---

**Pytanie nr 29: Pakiet nr 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości palca 0,08 mm +/- 0,02 mm, bez informacji o dacie produkcji na opakowaniu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź nr 29: NIE.**

**Pytanie nr 30: Pakiet nr 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL 1,5, teksturowanej powierzchni palców, z mankietem równomiernie rolowanym, w kolorze niebieskim, pakowane w op. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, grubości palca 0,11 mm +/- 0,02 mm, grubości dłoni 0,07 mm +/- 0,02 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź nr 30: NIE.**

**Pytanie nr 31: Pakiet nr 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL 1,5, teksturowanej powierzchni palców, z mankietem równomiernie rolowanym, w kolorze niebieskim, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź nr 31: NIE.**

**Pytanie nr 32:**

Proszę o zgodę na zaferowanie w grupie 2 w pozycji 1 rękawic spełniających wszystkie wymogi Zamawiającego, ale o grubości mediana na palcu 0,12mm.

**Odpowiedź nr 32: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 33:**

Proszę o zgodę na zaferowanie w grupie 2 w pozycji 2 rękawic spełniających wszystkie wymogi Zamawiającego, ale o grubości mediana na palcu 0,13-0,16mm i długości 249-256.

**Odpowiedź nr 33: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 34:**

Czy Zamawiający zgodzi się na załączenie do oferty folderów zawierających szczegółowy opis rękawic zamiast pełnych katalogów?

**Odpowiedź nr 34: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pytanie nr 35: Grupa 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie rękawic chirurgicznych z lateksu AQL 1,5; grubość palca 0,20 mm +/- 0,02mm, nie testowanych elektronicznie?

**Odpowiedź nr 35: NIE.**

**Pytanie nr 36: Pytanie dot. Grupa 1 poz.2**

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z pakietu 1 poz. 2, aby umożliwić większej liczbie wykonawców złożenie ważnych i konkurencyjnych cenowo ofert?

**Odpowiedź nr 36: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, w związku z tym wyłącza z grupy 1 pozycję nr 2 i tworzy z niej grupę nr 1a.**

---

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dział Organizacyjno-Prawny  
0-12 622-95-14

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



**Szpital Specjalistyczny  
im. Stefana Żeromskiego**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000**

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913



---

**Pytanie nr 37: Pytanie dot. Grupa 2 poz.1-3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o średniej grubości palca 0,13mm +/- 0,01mm?

**Odpowiedź nr 37: NIE.**

**Pytanie nr 38: Pytanie dot. Grupa 2 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic wykonanych z nitrilu o powierzchni chropowatej na całej powierzchni chwytnej rękawicy?

**Odpowiedź nr 38: TAK.**

**Pytanie nr 39: dotyczy grupy 1 poz. 1,2**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia protokołu badań wytwórcy z kraju pochodzenia?

**Odpowiedź nr 39: NIE.**

**Pytanie nr 40: dotyczy grupy 1 poz. 1**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczenia na opakowaniu informacji o 100% testowaniu elektronicznym?

**Odpowiedź nr 40: NIE.**

**Pytanie nr 41: dotyczy grupy 1 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych bezlateksowych bezpudrowych nie pokrywanych poliuretanem.

**Odpowiedź nr 41: NIE.**

**II. W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia:**

**1) opis przedmiotu zamówienia w zakresie grubości palca w grupie 3. Zapis winien brzmieć – grubość palca od 0,06-0,10mm. W związku z tym zmienia się ocenę jakości dostarczonych próbek tj.: średnia grubość palca (na podstawie badań producenta)**

**0,10mm – 20 pkt**

**<0,06;0,10)mm – 10 pkt**

**2) zapis pkt VII/1c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz III/1 c) ogłoszenia o zamówieniu, który otrzymuje brzmienie:**

*wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania (nie dotyczy klasy wyrobu medycznego I i IIa pod warunkiem, że pierwsze jego wprowadzenie nastąpiło w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami dotychczas obowiązującej ustawy z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych) lub zgłoszenie/ powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.*

---

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dział Organizacyjno-Prawny  
0-12 622-95-14

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



**Szpital Specjalistyczny  
im. Stefana Żeromskiego**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000**



---

**III. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert i otwarcia ofert do dnia 01.06.2011 roku. Godziny pozostają bez zmian.**

**IV. Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają się wiążące.**

**V. Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

---

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dział Organizacyjno-Pravny  
0-12 622-95-14

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

[www.zeromski-szpital.pl](http://www.zeromski-szpital.pl)

e-mail: [zpubl@interia.pl](mailto:zpubl@interia.pl)

e-mail: [zeromski@bci.pl](mailto:zeromski@bci.pl)