



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Kraków, dnia 09.06.2011 r.

DOP – ZP 109/2011

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie 1 kompletu lasera okulistycznego YAG i lasera zielonego, montowanego na jednej lampie szczelinowej; 1 sztuki autorefraktometru, 1 sztuki unitu okulistycznego, 1 sztuki mikroskopu endotelialnego; do wyposażenia Oddziału Okulistycznego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie wraz ze szkoleniem personelu - nr sprawy ZP 15/2011

I. W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy w Pakiecie nr 1 Zamawiający dopuści laser YAG z powtarzalnością impulsów: 2,5Hz; z regulacją wszystkich parametrów wymienionych dla przełącznika typu „smart switch”, umiejscowionych ergonomicznie na joysticku, panelu sterowania przed operatorem i na korpusie lampy laserowej?; z lampą szczelinową z 5 powiększeniami 5.5x, 8.5x, 15x, 25x, 40x z odpowiadającymi im rzeczywistymi polami widzenia, z szerokością szczeliny: 0-13mm, i długością 0-12.5, z filtrami – zielonym, absorbującym ciepło i niebieskim kobaltowym, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 1: Tak, Zamawiający dopuści laser YAG z powtarzalnością impulsów: 2,5Hz; z regulacją wszystkich parametrów wymienionych dla przełącznika typu „smart switch”, umiejscowionych ergonomicznie na joysticku, panelu sterowania przed operatorem i na korpusie lampy laserowej?; z lampą szczelinową z 5 powiększeniami 5.5x, 8.5x, 15x, 25x, 40x z odpowiadającymi im rzeczywistymi polami widzenia, z szerokością szczeliny: 0-13mm, i długością 0-12.5, z filtrami – zielonym, absorbującym ciepło i niebieskim kobaltowym, pozostałe parametry bez zmian – pod warunkiem, że szerokość szczeliny i długość szczeliny w wymienionych zakresach będą regulowane płynnie.

Pytanie nr 2:

Czy w pakiecie nr 1 Zamawiający dopuści laser fotokoagulacyjny o mocy wyjściowej do 1500mW, z czasem odstępu między impulsami 0.01-3.0s, z innym systemem cyfrowej kontroli fali, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 2: NIE.

II. Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają się wiążące.

III. Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl