

Załącznik do oferty Grupa 2 poz. 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: **bronchoskop intubacyjny optyczny – 4 szt.**

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji: 2015

Lp.	Parametr wymagany	Warunek graniczny	Parametr oferowany – podać nr strony w złączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru
1.	Kąt widzenia 120°	TAK	
2.	Kierunek widzenia 0°	TAK	
3.	Głębina ostrości min. 3 ÷ 50 mm	TAK	
4.	Średnica zewnętrzna sondy max. 6,0 mm	TAK	
5.	Zagięcie końcówki min. 180°/130°	TAK	
6.	Długość robocza 600 mm	TAK	
7.	Demontowalne, rozbieralne i autoklawowalne przyłącze ssaka	TAK	
8.	Kanał roboczy min. 2,8 mm	TAK	
9.	Wyposażenie : - szczoteczka do kanału – 1 szt. - jednorazowe przyłącza ssaka – 20 szt. - jednorazowe zawory kanału biopsyjnego – 20 szt. - przenośne źródło światła – 1 szt. - tester szczelności – 1szt.	TAK	