

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Łóżko dla niemowląt większych z wieszakiem kroplówki i materacykiem – 6 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji: 2015

L.p.	Wymagane parametry i warunki	Parametr wymagany	Parametr oferowany – podać nr strony w złączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru
1	Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV	TAK	
2	Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne	TAK	
3	Wymiary zewnętrzne łóżka: – Długość całkowita: 1650 mm (+/- 20 mm), – Szerokość całkowita: 800 mm (+/- 20 mm), – Wysokość całkowita: 1700 mm (+/- 20 mm)	TAK	
4	Leże łóżka 1 segmentowe o wymiarach: 1350 x 700 mm (+/- 20 mm)	TAK	
5	Rama leża wypełniona metalową, lakierowaną siatką	TAK	
6	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące łóżko przed uderzeniami oraz otarciami	TAK	
7	Możliwość zamontowania w przyszłości wieszaka kroplówki	TAK	
8	Regulacja: - funkcji Trendelenburga $0 \div 7^\circ$ , - funkcji anty-Trendelenburga: $0 \div 7^\circ$ .	TAK	
9	Regulacja wysokości leża realizowane ręcznie z systemem zapadkowym: $750 \div 900$ mm (+/- 20 mm)	TAK	
10	Zintegrowane barierki regulowane skokowo w zakresie: $1030 \div 1550$ mm (+/- 20 mm)	TAK	
11	Podstawa łóżka jezdna wyposażona w 4 koła o średnicy 100 mm, w tym min. 2 z blokadą jazdy i obrotu – koła osłonięte tworzywową osłoną.	TAK	
12	Możliwość wyboru koloru ramy łóżka z pośród min. 5 kolorów	TAK	
13	Bezpieczne obciążenie łóżka min. 50 kg.	TAK	
14	Elementy wyposażenia łóżka: – Materac. Wielkość materaca dopasowana do ramy leża. Pianka poliuretanowa w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 8 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany musi posiadać opinię laboratoryjną potwierdzającą właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. – Wieszak kroplówki	TAK	