

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Szafka przyłózkowa – 19 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji: 2015

L.p.	Wymagane parametry i warunki	Parametr wymagany	Parametr oferowany – podać nr strony w złączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru
1	Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV	TAK	
2	Szerokość szafki: 380 mm (+/- 20 mm) Wysokość szafki: 800 mm (+/- 20 mm) Głębokość szafki: 410 mm (+/- 20 mm) Szerokość szafki z blatem bocznym: 600 mm (+/- 20 mm)	TAK	
3	Wymiary półki bocznej: 500 x 350 mm (+/- 20mm)	TAK	
4	Blat boczny regulowany bezstopniowo w zakresie: 800 ÷ 1200 mm (+/- 20 mm)	TAK	
5	Blat boczny z możliwością regulacji kąta o 30° lub 60°	TAK	
6	Blat szafki oraz blat półki bocznej wykonany z płyty laminowanej, zakończony tworzywową oblamówką, odporny na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. Blat półki bocznej wyposażony w tworzywowe ranty zabezpieczające min. dwie krawędzie przed zsuwaniem się przedmiotów	TAK	
7	Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV. Materiały z których wykonana jest szafka posiadające atesty PZH.	TAK	
8	Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wkładem tworzywowym odejmowanym. Szuflada zabezpieczona przed wysunięciem	TAK	
9	Pomiędzy szufladą a kontenerem półka na prasę o wysokości min. 120 mm, dostęp do półki z czterech stron.	TAK	
10	Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub pojemników urologicznych wykonana z siatki stalowej (średnica min. 5 mm) pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem przedmiotów.	TAK	