

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW WYMAGANYCHPrzedmiot zamówienia: **Kozetka lekarska 2 sztuki**

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji: 2015

L.p.	Wymagane parametry i warunki	Parametr wymagany	Parametr oferowany – podać nr strony w złączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru
1	Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV	TAK	
2	Szerokość całkowita: 550 mm (+/- 50 mm)	TAK	
3	Długość całkowita: 1850 mm (+/- 50 mm)	TAK	
4	Wysokość całkowita: 500 mm (+/- 50 mm)	TAK	
5	Regulowany podglówek za pomocą systemu zapadkowego w zakresie: -25° ÷ +45° (+/- 5°)	TAK	
6	Leże dwusegmentowe, tapicerowane	TAK	
7	Wyposażona w uchwyt i rolkę prześcieradła jednorazowego umieszczony pod segmentem leża	TAK	
8	Jedna noga kozetki wyposażona w regulowaną stopkę	TAK	