

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW WYMAGANYCHPrzedmiot zamówienia: **Stół do badań i pielęgnacji niemowląt – 2 komplety**

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji: 2015

L.p.	Wymagane parametry i warunki	Parametr wymagany	Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru
1	Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, leże dwusegmentowe tapicerowane bezszwowe, dostępne w różnych kolorach	TAK	
2	Regulacja zagłówka dokonywana ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego	TAK	
3	Stół wyposażony w dwie barierki chromowane oraz dwie uchylne tworzywowe miski	TAK	
4	Długość: 1400 mm (+/- 30mm) Szerokość: 550 mm (+/- 30mm) Wysokość: 900 mm (+/- 30mm) Kąt odchylenia zagłówka 0 ÷ 40° (+/- 30mm)	TAK	
5	Możliwość wyboru kolorystyki tapicerki	TAK	