

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia Stół zabiegowy dwusegmentowy - 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji: 2015

L.p.	Wymagane parametry i warunki	Parametr wymagany	Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru
1	Stół zabiegowy przeznaczony do przeprowadzania badań i drobnych zabiegów	TAK	
2	Stół posiadający konstrukcję wykonaną z kształowników metalowych lakierowanych proszkowo.	TAK	
3	Segmenty blatu stołu pokryte tapicerką wykonaną z pianki poliuretanowej z pokryciem ze skaju.	TAK	
4	Stół zabiegowy z leżem dwusegmentowym z ruchomym segmentem oparcia pleców	TAK	
5	Stół z blatem umożliwiającym różnorodne ułożenie pacjenta tj. w pozycji leżącej lub półleżącej	TAK	
6	Regulacje: - wysokość blatu regulowana pompą hydrauliczną sterowaną nożnie – dostęp z obu stron stołu - segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą - regulacja przechyłów wzdłużnych tj. pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyn gazowych z blokadą	TAK	
7	Parametry techniczne: - długość całkowita blatu min. 1950 mm - całkowita szerokość blatu min. 600 mm - regulacja wysokości blatu w zakresie min. 600 ÷ 900 mm - regulacja kąta oparcia pleców min. 0 ÷ 60° - regulacja Trendelenburga min. 0 ÷ 15° - regulacja anty-Trendelenburga min. 0 ÷ 10° - dopuszczalne obciążenie min. 150 kg	TAK	
8	Podstawa osadzona na stopkach	TAK	
9	Wyposażenie: - podpórka ręki - wieszak kroplówki - uchwyt do podkładów jednorazowych	TAK	