



# Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000



Kraków, dnia 09.06.2010 r.

DOP – ZP 96/2010

**Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych pacjenta w ilości 20 sztuk, szafek przyłóżkowych dwustronnych w ilości 40 sztuk oraz wózka wielofunkcyjnego w ilości 1 sztuka, wraz z montażem, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do specyfikacji nr sprawy ZP 19/2010**

I. W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści dokona wydłużenia terminu realizacji dostawy do 6 tygodni? Oferowany sprzęt jest pochodzenia zagranicznego, wobec czego realizacja zamówienia jak i dostawy sprzętu ze względu na logistyczna ulega znacznemu wydłużeniu.

**Odpowiedź nr 1:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni.

**Pytanie nr 2:**

dotyczy – łóżko rehabilitacyjne pacjenta – 20 szt.

Czy w rozumieniu zapisów pkt. 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający dopuści łóżka o stałej regulacji wynoszącej 550 mm?

**Odpowiedź nr 2:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o stałej regulacji wynoszącej 550 mm.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych – jedna pozycja odpowiada jednemu pakietowi? Dopuszczenie przez Zamawiającego ofert częściowych wpłynie na wysokość złożonych ofert, co jest korzystne dla Zamawiającego.

**Odpowiedź nr 3:** Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 4 tygodni?

**Odpowiedź nr 4:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 4 tygodni.

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z indywidualną blokadą kół? Wymagane przez Zamawiającego rozwiązanie ewidentnie sugeruje, że Zamawiający chce wybrać ofertę jednej konkretnej firmy, która jako jedyna spełnia ten wymóg.

**Odpowiedź nr 5:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szafki przyłóżkowej z indywidualną blokadą kół.

**Pytanie nr 6:**

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Nadzoru  
0-12 644-01-44 wew. 413

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 644-22-89

Główny Księgowy  
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



# Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000



Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami o średnicy 65mm, co nieznacznie odbiega od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedź nr 6:** Zamawiający dopuszcza zaferowanie szafki przyłóżkowej z kołami o średnicy 65mm.

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką wewnętrzną szafki z dostępem tylko od frontu?

**Odpowiedź nr 7:** Zamawiający nie dopuszcza zaferowania szafki przyłóżkowej z półką wewnętrzną szafki z dostępem tylko od frontu.

**Pytanie nr 8:**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez półki na basen? Uchwyt na basen może stanowić wyposażenie łóżka.

**Odpowiedź nr 8:** Zamawiający nie dopuszcza zaferowania szafki przyłóżkowej bez półki na basen.

**Pytanie nr 9:**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową głębokości 445 mm, co różni się od parametru oczekiwanego o 0,5mm?

**Odpowiedź nr 9:** Zamawiający dopuszcza zaferowanie szafki przyłóżkowej głębokości 445 mm.

**Pytanie nr 10:**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości całkowitej 580 mm, co nieznacznie odbiega od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedź nr 10:** Zamawiający dopuszcza zaferowanie szafki przyłóżkowej o szerokości całkowitej 580 mm.

**Pytanie nr 11:**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości półki bocznej w zakresie 760-1110 mm?

**Odpowiedź nr 11:** Zamawiający dopuszcza zaferowanie szafki przyłóżkowej z regulacją wysokości półki bocznej w zakresie 760-1110 mm.

**Pytanie nr 12:**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 550x370 mm?

**Odpowiedź nr 12:** Zamawiający dopuszcza zaferowanie szafki przyłóżkowej z blatem bocznym o wymiarach 550x370 mm.

**Pytanie nr 13:**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z korpusem wykonanym z profili aluminiowych, ramkami szuflad oraz bokami korpusu wykonanymi z ocynkowanej blachy stalowej oraz blatami szafki, półką boczną oraz czołami szuflad wykonanymi z wodoodpornego tworzywa z laminatem?

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Nadzoru  
0-12 644-01-44 wew. 413

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 644-22-89

Główny Księgowy  
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



# Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000



---

**Odpowiedź nr 13:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szafki przyłóżkowej z korpusem wykonanym z profili aluminiowych.

**Pytanie nr 14:**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową jednostronną, ale z blatem bocznym, który można zamontować z prawej bądź z lewej strony szafki bez użycia narzędzi? Rozwiązanie to w pełni zapewnia możliwość ustawienia szafki z lewej bądź z prawej strony łóżka.

**Odpowiedź nr 14:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szafki przyłóżkowej jednostronnej, z blatem bocznym, który można zamontować z prawej bądź z lewej strony szafki bez użycia narzędzi.

**Pytanie nr 15:**

Czy Zamawiający wydzieli łóżka do odrębnego pakietu?

**Odpowiedź nr 15:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie łóżka do odrębnego pakietu.

**Pytanie nr 16:**

Czy Zamawiający zmniejszy kary umowne za opóźnienie w dostawie od 0,2% za każdy dzień zwłoki?

**Odpowiedź nr 16:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych za opóźnienie w dostawie od 0,2% za każdy dzień zwłoki.

**Pytanie nr 17:**

Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 840 mm? Parametr ten tylko nieznacznie różni się od opisanego w specyfikacji a w niczym nie ogranicza funkcjonalności szafki.

**Odpowiedź nr 17:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szafki o szerokości 840 mm.

**Pytanie nr 18:**

Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym o zakresie regulacji wysokości 800-1100 mm? Ten parametr też tylko nieznacznie różni się od opisanego, a zapewnia identyczną funkcjonalność ponieważ blat w najniższej pozycji poniżej 800 mm, przy siedzącym na łóżku pacjencie i tak zawadza o pacjenta uniemożliwiając normalną pracę i ustawienie blatu.

**Odpowiedź nr 18:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki z blatem bocznym o zakresie regulacji wysokości 800-1100 mm

**Pytanie nr 19:**

Czy Zamawiający wymaga, żeby regulacja wysokości blatu odbywała się przy pomocy sprężyny gazowej? Tylko takie rozwiązanie wiąże się z całkowicie bezwysiłkowym ustawieniem żądanej wysokości przez pacjenta.

**Odpowiedź nr 19:** Zamawiający nie wymaga, żeby regulacja wysokości blatu odbywała się przy pomocy sprężyny gazowej.

**Pytanie nr 20:**

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Nadzoru  
0-12 644-01-44 wew. 413

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 644-22-89

Główny Księgowy  
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



# Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000



Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w obustronną szafkę zamiast drugiej szuflady? Rozwiązanie z drugą szufladą niesie ryzyko wypadnięcia całej zawartości szuflady na podłogę, gdyż taka szuflada nie ma żadnych ograniczników zabezpieczających przed nadmiernym wysunięciem i przypadkowym wypadnięciem na podłogę. Rozwiązanie z szafką jest bezpieczniejsze i powszechnie stosowane od kilkudziesięciu lat na całym świecie. Szafka wyposażona jest w magnetyczny zatrzask, półkę wewnątrz i przegródę na butelki 1,5 l., dzięki czemu wewnątrz nie wyleje się żaden płyn.

**Odpowiedź nr 20:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szafki przyłóżkowej wyposażonej w obustronną szafkę zamiast drugiej szuflady.

#### Pytanie nr 21:

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w 4 koła jezdne o średnicy 65mm? Mniejsze koła zapewniają większą łatwość w manewrowaniu szafką i lepszą dezynfekcję, gdyż powierzchnia do czyszczenia jest zdecydowanie mniejsza.

**Odpowiedź nr 21:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki wyposażonej w 4 koła jezdne o średnicy 65mm.

#### Pytanie nr 22:

Czy Zamawiający dopuści szafkę bez opisanego systemu blokowania kół na wysokości ręki pacjenta, a wyposażoną w kółka z indywidualną blokadą? Opisane przez Zamawiającego rozwiązanie niestety kompletnie nie sprawdza się w warunkach szpitalnych. Blokada na wysokości ręki pacjenta realizowana jest przy pomocy specjalnych cięgien, które ulegają bardzo szybko awarii (co niestety jest bardzo powszechne przy tego typu rozwiązaniach) sprawiają, że szafka pozostaje bez jakiegokolwiek możliwości zablokowania kółek i staje się kompletnie nieprzydatna. Poza tym szafka z tym rozwiązaniem suwa się po podłożu, gdyż blokada przy pomocy cięgien nigdy nie zapewnia stuprocentowego zablokowania kół, a to sprawia że bezpieczeństwo pacjenta jest nieporównywalnie mniejsze niż w przypadku szafek z blokadą przy kółkach.

**Odpowiedź nr 22:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szafki bez opisanego systemu blokowania kół na wysokości ręki pacjenta, a wyposażoną w kółka z indywidualną blokadą.

II. Powyższe wyjaśnienia zostają umieszczone na stronie internetowej Szpitala [www.zeromski-szpital.pl](http://www.zeromski-szpital.pl) i stają się wiążące.

III. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych przedłużyła termin składania ofert i otwarcia ofert do dnia 14.06.2010 roku. Godzina składania i otwarcia pozostaje bez zmian.

IV. Pozostałe wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Nadzoru  
0-12 644-01-44 wew. 413

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 644-22-89

Główny Księgowy  
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

[www.zeromski-szpital.pl](http://www.zeromski-szpital.pl)

e-mail: [zpubl@interia.pl](mailto:zpubl@interia.pl)

e-mail: [zeromski@bci.pl](mailto:zeromski@bci.pl)