



**Szpital Specjalistyczny  
im. Stefana Żeromskiego**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2008**



Nasz znak : DOP – ZP 185 /11

Kraków, dnia 9 września 2011 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  
**„Dostawę materiałów do zespołen odłamów kostnych, endoprotez stawów,  
systemu rekonstrukcyjnego aparatu więzadłowego oraz cementu kostnego.”  
(ZP 20/2011)**

**- wg rozdzielnika.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania.

**Pytanie 1** - dot. grupa 18 łączniki do fiksatorów zewnętrznych:

do jakiej średnicy belek i do jakiego systemu Zamawiający wymaga łączników belka do belka oraz belka do gwoździ Schanza?

**Odpowiedź: Łączniki do dużego stabilizatora: belka 11 mm, Schanza 6 mm.**

**Pytanie 2** - Czy w grupie XVI Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 3 (system do szycia łąkotek - zszywki (podwójne mocowanie w łąkotce) i dopuści system MAXFIRE MarXmen meniscal system.

Dwa miękkie implanty do szycia łąkotki, wykonane z poliestru #5, połączone samozaciskającą się podwójną nicią 2-0, osadzone na jednorazowym podajniku (katalog w załączeniu)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 3** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu załączenia do oferty dokumentów potwierdzających obserwacje i wyniki kliniczne implantacji wyrobów z uwagi na niezgodność z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. W wyżej wymienionej ustawie oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów, które ściśle określają rodzaje dokumentów jakie Zamawiający może żądać od Wykonawcy nie ma mowy o wymaganych przez Wykonawcę dokumentach, dlatego też wnosimy jak na wstępie.

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



# Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2008



**Odpowiedź: § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU nr 226, poz. 1817), zawiera wyliczenie przykładowe dokumentów jakie może żądać zamawiający od Wykonawców.**

**W związku z tym Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu załączenia do oferty dokumentów potwierdzających obserwacje i wyniki kliniczne implantacji wyrobów.**

**Pytanie 4** - załącznik nr 5 i 4 do SIWZ- Grupa I

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu depozytowego utrzymania w siedzibie Zamawiającego implantów drobnych tj. poz. 8 - płyty do zespołów odłamów kostnych poz. 9- wkręty kostne poz. 10 Druty Kirschnera poz. 11 - grotowkręty Schanza, poz. 12 - drut giętki, poz. 13 - śruby kaniulowane, na rzecz dostaw realizowanych na podstawie bieżących zamówień?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu depozytowego utrzymania w siedzibie Zamawiającego implantów drobnych tj. poz. 8 - płyty do zespołów odłamów kostnych poz. 9- wkręty kostne poz. 10 Druty Kirschnera poz. 11 - grotowkręty Schanza, poz. 12 - drut giętki, poz. 13 - śruby kaniulowane, na rzecz dostaw realizowanych na podstawie bieżących zamówień.**

**Pytanie 5** - poz. 6 i 7 - DHS i DCS - czy nie nastąpiła omyłka pisarska w podaniu wymogu podkładek w zestawie? Prosimy o wykreślenie tego wymogu lub wyjaśnienie o jakie podkładki chodzi.

**Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis : "(..)w zestawie podkładki."**

**Pytanie 6** - pkt 9 i 13 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu instrumentarium w zakresie implantów drobnych tj. wkrętów?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



**Szpital Specjalistyczny  
im. Stefana Żeromskiego**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2008**



**Pytanie 7 - pkt 10** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu oferowania drutów Kirschnera z ostrzem dwustronnym i wyrazi zgodę możliwość oferowania drutów Kischnera jedynie z ostrzem jednostronnym?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 8 - pkt 13** Czy zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania wkrętów kaniulowanych 4,5- gąbczastych zamiast korowych?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 9 - pkt 13** Czy zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania wkrętów gąbczastych kaniulowanych o średnicy 7,00 mm zamiast 6,5 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 10** - Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w § 3 ust. 2: "zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie"

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 11-** Czy zamawiający zmieni termin określony w:

a) § 6 ust. 2 z "72 godzin" na "3 dni robocze",

b) § 8 ust. 2 z "48 godzin" na 2 dni robocze"?

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin z "72 godzin" na "3 dni robocze oraz z "48 godzin" na 2 dni robocze".**

**Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść zapisów SIWZ z dnia 18 lipca 2011 r. w następujący sposób:**

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



**Szpital Specjalistyczny  
im. Stefana Żeromskiego**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2008**



- w pkt. III. 9 wykreśla zapis: "czas uzupełnienia depozytu - max 48 godziny od zgłoszenia - vide kryteria oceny ofert w pkt XI.4.1) SIWZ." wprowadza zapis: "czas uzupełnienia depozytu - max 2 dni robocze - vide kryteria oceny ofert w pkt XIV.4.1) SIWZ."
- w pkt .III.10 wykreśla zapis: "vide kryteria oceny ofert pkt XI.4.2) SIWZ" wprowadza zapis: "vide kryteria oceny ofert pkt XIV.4.2) SIWZ."
- w pkt III. 12 wykreśla zapis: " czas naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu instrumentarium - max - 72 godziny - vide kryteria oceny ofert pkt XI.4.3) SIWZ." wprowadza zapis: "czas naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu instrumentarium - max - 3 dni robocze - vide kryteria oceny ofert pkt XIV.4.3) SIWZ. "
- w pkt. XIV. 4 ppkt. 1) - czas uzupełnienia depozytu w miejsce "czas uzupełnienia depozytu (max. 48 godzin ) - liczony od chwili telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, niezwłocznie potwierdzonego na piśmie): 48 godzin = 0 pkt; 36 godzin = 10 pkt; 24 godziny = 20 pkt. wprowadza zapis: "czas uzupełnienia depozytu (max. 2 dni robocze) - liczone od chwili telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, niezwłocznie potwierdzonego na piśmie): 2 dni robocze = 0 pkt; 1 dzień roboczy = 20 pkt."
- w pkt. XIV. 4 ppkt. 3) czas naprawy lub wymiany (max. 72 godziny) uszkodzonego elementu instrumentarium lub sprzętu pulsacyjnego do płukania wraz z osprzętem: 72 godziny = 0 pkt; 48 godzin = 15 pkt.; 24 godziny = 30 pkt. wprowadza zapis: "czas naprawy lub wymiany (max. 3 dni robocze) uszkodzonego elementu instrumentarium lub sprzętu pulsacyjnego do płukania wraz z osprzętem: 3 dni robocze = 0 pkt; 2 dni robocze = 15 pkt.; 1 dzień roboczy = 30 pkt."

**We wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ - pkt 8 b) wykreśla się zapis "czas uzupełnienia depozytu (liczony od chwili telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego,**

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



# Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2008



**niezwłocznie potwierdzonego na piśmie):** (max.) 48 godzin **tak/ nie** (niepotrzebne skreślić)\*  
36 godzin **tak/ nie** (niepotrzebne skreślić)\* **24 godziny tak/ nie** (niepotrzebne skreślić)  
**wprowadza się zapis:**

**"czas uzupełnienia depozytu (liczony od chwili telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, niezwłocznie potwierdzonego na piśmie):**

**(max.) 2 dni robocze tak/ nie** (niepotrzebne skreślić)\*

**1 dzień roboczy tak/ nie** (niepotrzebne skreślić)\* "

**We wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ - pkt 10 a) wykreśla się zapis:** "czas naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu instrumentarium lub sprzętu pulsacyjnego do płukania wraz z osprzętem : 72 godziny (max.), **tak/ nie** (niepotrzebne skreślić)\* 48 godzin ; **tak/ nie** (niepotrzebne skreślić)\* **24 godziny) tak/ nie** (niepotrzebne skreślić)\*"

**wprowadza się zapis pkt 10 a) :**

**czas naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu instrumentarium lub sprzętu pulsacyjnego do płukania wraz z osprzętem :**

**(max.)2 dni robocze: tak/ nie** (niepotrzebne skreślić)\*

**1 dzień roboczy: tak/ nie** (niepotrzebne skreślić)\*"

**Pytanie 12 - § 6 ust. 1 -** Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż nieodpłatne przekazanie instrumentarium dotyczy tylko tych wyrobów w ramach konkretnej grupy, przy których wymóg ten został konkretnie postawiony w załączniku nr 4 i 5 do SIWZ?

**Odpowiedź: tak, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 13 -** Czy Zamawiający zmieni w § 8 ust. 1 oraz pkt 8 OFERTY wielkość depozytu na rozmiary najczęściej stosowane zamiast wszystkie rozmiary wyrobów?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



# Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2008



**Pytanie 14** - Czy Zamawiający dookreśli w § 11 ust. 2, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 15-** Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w § 12 ust. 2:

a) pkt 2) z 5% wartości zamawianych wyrobów medycznych za każde 12 godzin zwłoki" na "0,5 % wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki"

b) pkt 3) z "0,5% reklamowanych partii wyrobów" na 0,5% wartości reklamowanego towaru?"

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 16** - Czy Zamawiający doda zapis w § 14, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis : "po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami"**

**Pytanie 17 - grupa I**

6. Czy Zamawiający dopuści zakres długości płyt od 47 mm dla płyty 2 - otworowej do 207 mm dla płyty 12- otworowej?

13. Czy Zamawiający dopuści śruby kaniulowane o średnicy 3 mm, 4mm, 5mm i 6,5 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 18 grupa XVII** - Czy Zamawiający dopuści gwoźdź o średnicy 8 mm na śruby o średnicy 5 mm w części bliższej oraz z otworami na śruby o średnicy 4 mm w części dalszej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 19-** Czy Zamawiający w Grupie I poz. 6 dopuszcza możliwość zaoferowania DHS zakres długości płyt od 48 mm dla płyty 2 otw. do 336 mm dla płyty 20 otw. zamiast 68 mm dla płyty 2 otw. do 356 mm dla płyty 20 otw.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



# Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2008**



---

**Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano SIWZ, zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. Termin składania ofert bez zmian.**

---

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

[www.zeromski-szpital.pl](http://www.zeromski-szpital.pl)

e-mail: [zeromski@bci.pl](mailto:zeromski@bci.pl)

e-mail: [kancelaria@zeromski-szpital.pl](mailto:kancelaria@zeromski-szpital.pl)