



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

os. Na Skarpie 66 skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913

Kraków, dnia 01.09.2011 r.

DOP – ZP 178/2011

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie 1 kompletu lasera okulistycznego YAG i lasera zielonego, montowanego na jednej lampie szczelinowej; 1 sztuki autorefraktometru, 1 sztuki unitu okulistycznego, 1 sztuki mikroskopu endotelialnego; do wyposażenia Oddziału Okulistycznego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie wraz ze szkoleniem personelu - nr sprawy ZP 24/2011.

I. W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Dotyczy zadania nr 2 – Autorefraktometr

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wbudowaną drukarką bez gilotyny?

Odpowiedź nr 1: TAK.

Pytanie nr 2:

Dotyczy zadania nr 2 – Autorefraktometr

Czy Zamawiający dopuści następujące parametry pomiaru refrakcji:

sfera: -25D do +22D

cylinder: -10D do +10D

odległość vertex: 0mm, 12mm, 13.75mm

krok wskazań dla refrakcji: 0,12D oraz 0,25D?

Odpowiedź nr 2: TAK.

Pytanie nr 3:

Dotyczy zadania nr 2 – Autorefraktometr

Czy Zamawiający dopuści następujące parametry pomiaru keratometrii

krzywiznę promienia: 5.00mm do 10.00mm (w odległościach co 0,01mm)

moc refrakcyjną rogówki w zakresie: 33,75D do 67,50D (n=1,3375) w odstępach 0,12D lub 0,25D

astygmatyzm: 0D do +/-10D (w odstępach co 0,12D, 0,25D)?

Odpowiedź nr 3: TAK.

Pytanie nr 4:

Dotyczy zadania nr 2 – Autorefraktometr

Centrala Telefoniczna

0-12 644-01-44

FAX:

0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Prawny

0-12 622-95-14

e-mail: zpubl@interia.pl

Dyrektor Szpitala

0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.

0-12 622-92-81

Główny Księgowy

0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000

Czy Zamawiający dopuści autorefraktometr, który nie dokonuje pomiaru źrenicy, lecz posiada wbudowany system wirującego pryzmatu zapewniający uzyskanie rzetelnych i wiarygodnych wyników niezależnych od wielkości źrenicy przy źrenicy powyżej 2mm?

Odpowiedź nr 4: TAK.

Pytanie nr 5:

Dotyczy zadania nr 2 – Autorefraktometr

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez autonaprowadzania w osi Y, lecz z automatycznym pomiarem?

Odpowiedź nr 5: TAK.

Pytanie nr 6:

Czy w Pakiecie nr 1 Zamawiający dopuści laser YAG z powtarzalnością impulsów: 2.5Hz; z regulacją wszystkich parametrów wymienionych dla przełącznika typu „smart switch”, umiejscowionych ergonomicznie na joysticku, panelu sterowania przed operatorem i na korpusie lampy laserowej?; z lampą szczelinową z 5 powiększeniami: 5.5x, 8.5x, 15x, 25x, 40x z odpowiadającymi im rzeczywistymi polami widzenia, z szerokością szczeliny: 0-13mm, i długością 0-12.5, z filtrami – zielonym, absorbującym ciepło i niebieskim kobaltowym, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 6: NIE.

Pytanie nr 7:

Czy w Pakiecie nr 1 Zamawiający dopuści laser fotokoagulacyjny o mocy wyjściowej do 1500mW, z czasem odstępu między impulsami 0.01-3.0s, z innym systemem cyfrowej kontroli fali, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 7: NIE.

Pytanie nr 8:

Czy w Pakiecie nr 3 Zamawiający dopuści przyciski sterowania umieszczone na korpusie głównym unitu oraz oświetlenie halogenowe?

Odpowiedź nr 8: TAK.

II. Powyższe wyjaśnienia zostają umieszczone na stronie internetowej Szpitala www.zeromski-szpital.pl i stają się wiążące.

III. Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.