

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Łóżko szpitalne z materacem, wieszakiem na kroplówki i kompletem barierek - 14 szt.

Producent :

Nazwa i typ :

Rok produkcji: 2015

| L.p. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Parametr oferowany* |
|------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | Łóżko szpitalne ze stałą wysokością leża (regulacje manualne). | TAK | |
| 2 | Wymiary zewnętrzne: długość łóżka: 1800 mm (+/- 30 mm) szerokość łóżka: 950 mm (+/- 30 mm) | TAK (podać) | |
| 3 | Funkcje łóżka: zmienna wysokość segmentu pleców, regulowana ręcznie za pomocą mechanizmu śrubowego. | TAK | |
| 4 | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. | TAK | |
| 5 | Profile łóżka typu ERW wykonane ze stalowych prostokątnych tub. | TAK | |
| 6 | Dwusegmentowe leże pacjenta wykonane z perforowanej stali epoksydowanej lakierowanej proszkowo konserwowanej przez wypalanie. | TAK | |
| 7 | Wysokość leża bez materaca: 500 mm (+/- 100 mm), kat uniesienia oparcia pleców 75° (+/- 10°). | TAK (podać) | |
| 8 | Szczyty wykonane z materiału ABS. | TAK | |
| 9 | Możliwość odjęcia szczytów bez użycia narzędzi. | TAK | |
| 10 | Łatwo opuszczany i podnoszony stalowy, zatrzaskowy zawias lub dźwignia umożliwiający/a demontaż szczytów. | TAK | |
| 11 | Barierki – boczne, pojedyncze, po każdej stronie łóżka, wykonane ze stopu aluminium. | TAK | |
| 12 | Dwupozycyjne barierki boczne, posiadające bezpieczny mechanizm zamknięcia, uniemożliwiający przypadkowe opuszczenie przez pacjenta. | TAK | |
| 13 | Wysokość barierki bocznych regulowana przy pomocy bezpiecznego przycisku. Zamknięcie barierki sygnalizowane „kliknięciem”. | TAK | |
| 14 | Koła blokowane indywidualnie o średnicy: 125 mm (+/- 100 mm). | TAK (podać) | |
| 15 | Przynajmniej 2 uchwyty na woreczki na treści pacjenta, stojak na kroplówkę do zamontowania w 4 miejscach na łóżku. | TAK | |
| 16 | Materac łóżka wodoodporny, paroprzepuszczalny i łatwoczyszalny, dwusegmentowy, odporny na zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, łatwy do dezynfekcji i prania, nie zmieniający swych parametrów pod wpływem środków dezynfekcyjnych. Wymiary materaca dostosowane do leża pacjenta, gęstość wypełnienia materaca 30 kg/m ³ (+/- 5 kg/m ³), bezpieczny dla pacjenta. | TAK (podać) | |
| 17 | Półka na pościel zlokalizowana pod łóżkiem, montowana na stałe. | TAK | |
| 18 | Dopuszczalne obciążenie: 250 kg (+/- 20 kg). | TAK (podać) | |
| 19 | Możliwość wyboru kolorystyki wypełnień szczytów oraz kolorów ramy łóżka, w tym kolor szary. | TAK | |

* Wykonawca zobowiązany jest podać parametr oferowany dla każdej pozycji z osobna, pod rygorem odrzucenia oferty. Zaleca się podanie przy każdym z oferowanych parametrów nr strony katalogowej producenta, na której opisany jest oferowany parametr. W przypadku braku opisu danego parametru w katalogu producenta ze względu na dostosowanie parametru do potrzeb Zamawiającego zaleca się, by Wykonawca zaznaczył, iż jest to parametr wykonywany pod specjalne zamówienia Zamawiającego.