



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Kraków, dnia 13.12.2011 r.

DOP – ZP 245/2011

**Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę obłożenia chirurgicznych jednorazowego użytku, zestawów zabiegowych, narzędzi
metalowych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego
w Krakowie - nr sprawy ZP 34/2011**

I. W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie nr 1: dot. Grupy 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu pozycji 6,13,14,15,16.

Wydzielenie tych pozycji pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 2: dot. Grupy 3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu pozycji 2,3,6,7.

Wydzielenie tych pozycji pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź nr 2: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 3: dot. Grupy 4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu pozycji 1,2,3,4,5,7,8,10,11

Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 4: Dot. zapisów w projekcie umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen w trakcie trwania umowy w przypadku zmiany stawek VAT, w każdym terminie tj. w chwili wejścia w życie stosownie w tym zakresie aktów prawnych? Wówczas zmianie ulegnie cena brutto, a netto pozostaje bez zmian.

Tym samym proponujemy zmianę w treści par. 4 ust. 4 poprzez wykreślenie zapisu zdania drugiego

...”W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT cena jednostkowa materiału brutto nie ulega zmianie.”

i wprowadzenie zapisu o treści

...” Odbiorca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy cenę netto powiększoną o należny podatek VAT w kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wystawienia faktury VAT.”

Odpowiedź nr 4: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z powyższym zmienia treść par. 4 ust. 4 projektu umowy poprzez wykreślenie zapisu zdania drugiego

...”W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT cena jednostkowa materiału brutto nie ulega zmianie.”

i wprowadza zapis o treści:

...” Odbiorca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy cenę netto powiększoną o należny podatek VAT w kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wystawienia faktury VAT.”

Pytanie nr 5: Grupa 1 pozycja 7

Czy nie zaszła omyłka pisarska w rozmiarze serwety urologicznej? Czy Zamawiający nie oczekuje serwety urologicznej w rozmiarze min. 150 x 200cm?

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Odpowiedź nr 5: Zamawiający informuje iż w opisie przedmiotu zamówienia w grupie 1w pozycji 7 zaszła omyłka pisarska w rozmiarze serwety urologicznej – winno być: rozmiar min. 150 x 200cm.

Pytanie nr 6: Grupa 1 Pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji oczu wykonanego z włókniny trzywarstwowej o gramaturze 74 g/m², odporność na penetrację płynów > 200 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho oraz na mokro >200 kPa w następującym składzie:

Serweta okulistyczna z folią (8x10cm) i kieszenią na płyny. Rozmiar całkowity serwety 150x150cm

Oraz dodatkowo osobno pakowana dołączona do zestawu serweta na stół instrumentariuszki

wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 54 g/m², odporność na penetrację płynów > 200 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho oraz na mokro >200 kPa?

Odpowiedź nr 6: Nie.

Pytanie nr 7: Grupa 1 Pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji laryngologicznych wykonanego z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 55 g/m², obszar wzmocniony gramatura 110 g/m², odporność na przenikanie cieczy >150 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho oraz na mokro obszary niewzmocnione >150 kPa, obszary wzmocnione >300 kPa i w następującym składzie:

Miejsca wykropkowane – obszary wzmocnione

Zestaw do chirurgii otolaryngologicznej I, wzmocniony	
Skład zestawu:	
1 serweta na stół narzędziowy	140 x 190
1 obłożenie stolika Mayo	80 x 145
1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” wzmocniona	125 x 150
1 serweta samoprzylepna wzmocniona	200 x 200
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
2 ręczniki celulozowe	33 x 33

Odpowiedź nr 7: Tak.

Pytanie nr 8: Grupa 1 Pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji głowy/szyi wykonanego z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 55 g/m², obszar wzmocniony gramatura 110 g/m², odporność na przenikanie cieczy >150 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho oraz na mokro obszary niewzmocnione >150 kPa, obszary wzmocnione >300 kPa i w następującym składzie

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66


Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Miejsca wykropkowane – obszary wzmocnione



Uniwersalny zestaw z serwetą z wycięciem U i wzmocniony

Skład zestawu:

1 serweta na stół narzędziowy	140 x 190
1 obłożenie stolika Mayo	80 x 145
1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U”	150 x 240
1 serweta samoprzylepna	200 x 240
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
2 ręczniki celulozowe	33 x 33

Odpowiedź nr 8: Tak.

Pytanie nr 9: Grupa 1 Pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego wykonanego z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 54 g/m² odporność na penetrację płynów > 200 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho oraz na mokro >200 kPa i następującym składzie:

- 1 serweta Protect do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm
- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
- 1 serweta Protect do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną 250x315 cm (ułożenie płasko na stole)
- 1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm ?

Odpowiedź nr 9: Tak.

Pytanie nr 10: Grupa 1 Pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do szycia po episiotomii wykonanego z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 54 g/m² odporność na penetrację płynów > 200 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho oraz na mokro >200 kPa i następującym składzie:

- 1 x serweta Protect nieprzylepna 90 x 75 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny Foliadress Protect standard XXL
- 10 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 12 warstw 17 nitek
- 1 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm
- 1 x serweta Protect na stół narzędziowy 90 x 75 cm (opakowanie zestawu)?

Odpowiedź nr 10: Nie.

Pytanie nr 11: GRUPA NR 2 pozycje 1 – 6

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Czy Zamawiający wymaga zaoferowania jednorazowych jałowych fartuchów chirurgicznych w których szwy wykonane są techniką ultradźwiękową?

Odpowiedź nr 11: Nie.

Pytanie nr 12: Grupa 2 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha o następujących właściwościach: o gramaturze min. 35 g/m², szeroki rękawy typu reglan umożliwiające swobodę ruchów, rękaw bez podwójnych szwów, zapinany na szyi na rzepy, posiadający wzmocnienie z laminatu w części przedniej i na rękawach, odporność na przenikanie cieczy > 100 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho oraz mokro ≥ 40 kPa, długość fartucha 130 cm ?

Odpowiedź nr 12: Tak.

Pytanie nr 13: Grupa 2 Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha o następujących właściwościach: o gramaturze min. 35 g/m², szeroki rękawy typu reglan umożliwiające swobodę ruchów, rękaw bez podwójnych szwów, zapinany na szyi na rzepy, posiadający wzmocnienie z laminatu w części przedniej i na rękawach, odporność na przenikanie cieczy > 100 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho oraz mokro ≥ 40 kPa, długość fartucha 150 cm ?

Odpowiedź nr 13: Tak.

Pytanie nr 14: Grupa 2 Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha o następujących właściwościach: o gramaturze min. 35 g/m², szeroki rękawy typu reglan umożliwiające swobodę ruchów, rękaw bez podwójnych szwów, zapinany na szyi na rzepy, posiadający wzmocnienie z laminatu w części przedniej i na rękawach, odporność na przenikanie cieczy > 100 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho oraz mokro ≥ 40 kPa, długość fartucha 160 cm ?

Odpowiedź nr 14: Tak.

Pytanie nr 15: GRUPA NR 4 pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji krocza wykonanego z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 55 g/m², obszar wzmocniony gramatura 110 g/m², odporność na przenikanie cieczy >150 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho oraz na mokro obszary niewzmocnione >150 kPa, obszary wzmocnione >300 kPa i w następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)
- 1 serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów 290 x 250 cm, okno 9 x 12 cm
- 1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 1 ręcznik celulozowy 33 x 33 cm ?

Odpowiedź nr 15: Tak.

Pytanie nr 16: Grupa 4 pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety do laparotomii w rozmiarze 45cm x 45cm, 17 nitkowej, 4 warstwowej, w kolorze białym, z nitką radiacyjną, pakowaną a' 5 szt.?

Odpowiedź nr 16: Tak.

Pytanie nr 17: GRUPA NR 5 pozycje 1-11

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi chirurgicznych jałowych wykonanych ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź nr 17: Tak.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrzynka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Pytanie nr 18: GRUPA 1 Pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji oczu wykonanego z włókniny trzywarstwowej o gramaturze 74 g/m², odporność na penetrację płynów > 200 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho oraz na mokro >200 kPa w następującym składzie:

- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
- 1 serweta Comfort okulistyczna z oknem wypełnionym folią chirurgiczną (8 x 10 cm) i kieszenią na płyny, o wymiarze 150 x 150 cm.
- 1 serweta Protect wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 54 g/m² 75 x 75 cm
- 2 pokrowce na podłokietniki 25 x 80 cm z przyłepcami?

Odpowiedź nr 18: Tak.

Pytanie nr 19: GRUPA 2 pozycje 1 – 3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania jałowych fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny o gramaturze min. 40 g/m²?

Odpowiedź nr 19: Tak.

Pytanie nr 20: Grupa nr 1

Prosimy Zamawiającego o umożliwienie składania ofert na poszczególne pozycje w grupie nr 1. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 1, 2, 5, 6, 10, 11 i 16 do odrębnej grupy np. 1A. Obecny opis wskazuje na jednego Wykonawcę co jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji.

Odpowiedź nr 20: Nie.

Pytanie nr 21: Grupa 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania zestawu uniwersalnego z Mayo z włókniny 2-warstwowej w składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 156 x 200 cm,
- 2 x ręcznik do rąk 15 x 20 cm
- 1 x taśma klejąca włókninowa 9 x 50 cm
- 1 x serweta na stół Mayo 77x 142 cm
- 2 x serweta boczna przylepna 75 x 90 cm
- 1 x serweta dolna przylepna 175 x 175 cm
- 1 x serweta górna przylepna 160 x 260 cm.

Odpowiedź nr 21: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 22: Grupa 1, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z włókniny 2-warstwowej w składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 156 x 200 cm
- 2 x ręcznik do rąk 15 x 20 cm
- 1 x taśma klejąca włókninowa 9 x 50 cm
- 2 x serweta boczna przylepna 75 x 90 cm
- 1 x serweta dolna przylepna 175 x 175 cm z panelem z niebieskiej folii E 2 x 175 cm
- 1 x serweta górna przylepna 160 x 260 cm z panelem z niebieskiej folii PE 10 x 260 cm

Odpowiedź nr 22: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 23: Grupa 1, poz. 5

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania zestawu do operacji dłoni/ stopy wykonanego z włókniny 3-warstwowej w składzie:

- 1 x Papier zabezpieczający
- 1 x Serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm
- 1 x Serweta 91 x 150 cm, nieprzylepna
- 1 x Serweta główna 242 x 300 cm, otwór elastyczny \varnothing 5 cm, wzmocnienie chłonne
- 1 x Samoprzylepny uchwyt na przewody typu rzep 2,5 x 13 cm
- 1 x serweta na stół Mayo 77x142

Całość zapakowana w torbę/worek do sterylizacji zaopatrzonej w etykietę z nazwą zestawu, nazwą producenta, symbolami elementów zestawu.

Odpowiedź nr 23: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 24: Grupa 1, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do operacji dłoni/ stopy wykonanego z włókniny 3-warstwowej w składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm,
- 1 x serweta główna 242 x 300 cm, otwór elastyczny \varnothing 5, wzmocnienie chłonne
- 1 x samoprzylepny uchwyt na przewody typu rzep 2,5 x 13 cm.

Odpowiedź nr 24: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 25: Grupa 1, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania zestawu do operacji kończyny wykonanego z włókniny 3-warstwowej w składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm
- 1 x serweta 91 x 150 cm, nieprzylepna
- 1 x serweta główna 242 x 300 cm, otwór elastyczny \varnothing 5 cm, wzmocnienie chłonne
- 1 x samoprzylepny uchwyt na przewody typu rzep 2,5 x 13 cm
- 1 x stokineta 38 x 75 cm, 2-warstwowa, pełnobarierowa
- 1 x taśma klejąca włókninowa
- 1 x serweta na stół Mayo 77 x 142 cm

Całość zapakowana w torbę/worek do sterylizacji zaopatrzonej w etykietę z nazwą zestawu, nazwą producenta, symbolami elementów zestawu.

Odpowiedź nr 25: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 26: Grupa 1, poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania zestawu do operacji żyłaków wykonanego z włókniny 2-warstwowej w składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 156 x 200
- 2 x ręcznik do rąk 15 x 20 cm
- 1 x taśma klejąca włókninowa 9 x 50 cm
- 1 x serweta 150 x 200 cm
- 1 x serweta typu U przylepna 150 x 230 cm
- 1 x serweta górna przylepna 160 x 260 cm

Odpowiedź nr 26: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 27: Grupa 1, poz. 16

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania zestawu do cesarskiego cięcia wykonanego z laminatu trzywarstwowego złożonego z SBPP/Polietylen/SBPP, Gramatura części podstawowej 62 g/m², odporność na rozerwanie na mokro > 260 kPa

odporność na rozerwanie na sucho > 220 kPa

odporność na penetrację płynów > 200 cm H₂O

W składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm

1 x serweta na stół narzędziowy 120 x 140 cm

2 x ręcznik chłonny 15 x 20 cm

1 x taśma klejąca foliowa 8 x 40 cm

1 x serweta główna 196 x 249 x 300 cm z osłoną ramion stołu, otwór trójkątny 30 x 36 cm z folią operacyjną wokół brzegów, wzmocnienie chłonne, 4 podwójne uchwyty na przewody, torba na płyny 270^o, 2 porty do ssaka, wzmocnienie chłonne

1 x kocyk dla noworodka 100 x 105 cm

1 x serweta na stół Mayo 77 x 142 cm

Na opakowaniu znajdują się 4 odklejane etykiety z datę, numer serii, numer katalogowy i nazwę producenta.

Całość zapakowana w torbę/worek do sterylizacji zaopatrzonej w etykietę z nazwą zestawu, nazwą producenta, symbolami elementów zestawu.

Odpowiedź nr 27: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 28: Grupa 2, poz. 4, 5 i 6

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie ww. pozycji do odrębnej grupy lub o umożliwienie startowania w grupie 2 na pozycje. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź nr 28: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 29: Grupa 2, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania fartucha chirurgicznego wzmocnianego folią, o gramaturze 75 g/m², wykonanego w włókniny SMS, w rozmiarze M-115cm lub L-120 cm, spełniające pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź nr 29: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha chirurgicznego wzmocnianego folią, o gramaturze 75 g/m², wykonanego w włókniny SMS, w rozmiarze L-120 cm, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 30: Grupa 2, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania fartucha chirurgicznego wzmocnianego folią, o gramaturze 75 g/m², wykonanego w włókniny SMS, w rozmiarze XL- 140 cm, spełniające pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź nr 30: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 31: Grupa 2, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania fartucha chirurgicznego wzmocnianego folią, o gramaturze 75 g/m², wykonanego w włókniny SMS, w rozmiarze XL- 140 cm, spełniające pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź nr 31: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 32: Grupa 3, poz. 1

Prosimy o wyłączenie ww. pozycji do odrębnej grupy. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź nr 32: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Pytanie nr 33: Grupa 3, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania kompletu chirurgicznego w którym bluza posiada 3 kieszenie, cały komplet wykonany jest z włókniny SMMMS 35 g/m², w rozmiarach: S/M, M, L i XL, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź nr 33: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 34: Grupa nr 1, poz. 5, 6, 11, 16

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 5, 6, 11, 16 i utworzenie odrębnej grupy, np. 1A. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź nr 34: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 35: Grupa nr 1, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaofiarowania zestawu do operacji dłoni/ stopy wykonanego z włókniny 3-warstwowej typu SMMMS w składzie:

1 x Papier zabezpieczający

1 x Serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm

1 x Serweta 91 x 150 cm, nieprzylepna

1 x Serweta główna 242 x 300 cm, otwór elastyczny \varnothing 5 cm, wzmocnienie chłonne

1 x Samoprzylepny uchwyt na przewody typu rzep 2,5 x 13 cm

1 x serweta na stolik Mayo 77x142

Całość zapakowana w torbę/worek do sterylizacji zaopatrzonej w etykietę z nazwą zestawu, nazwą producenta, symbolami elementów zestawu.

Odpowiedź nr 35: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 36: Grupa nr 1, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania zestawu do operacji dłoni/ stopy wykonanego z włókniny 3-warstwowej w składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm,

1 x serweta główna 242 x 300 cm, otwór elastyczny \varnothing 5, wzmocnienie chłonne

1 x samoprzylepny uchwyt na przewody typu rzep 2,5 x 13 cm.

Odpowiedź nr 36: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 37: Grupa 1, poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaofiarowania zestawu do operacji żyłaków wykonanego z włókniny 2-warstwowej w składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 156 x 200

2 x ręcznik do rąk 15 x 20 cm

1 x taśma klejąca włókninowa 9 x 50 cm

1 x serweta 150 x 200 cm

1 x serweta typu U przylepna 150 x 230 cm

1 x serweta górna przylepna 160 x 260 cm

Odpowiedź nr 37: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 38: Grupa 1, poz. 16

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania zestawu do cesarskiego cięcia wykonanego z laminatu trzywarstwowego złożonego z SBPP/Polietylen/SBPP, Gramatura części podstawowej 62 g/m², odporność na rozerwanie na mokro \geq 260 kPa

odporność na rozerwanie na sucho \geq 220 kPa

odporność na penetrację płynów \geq 200 cm H₂O

Na opakowaniu znajdują się 4 odklejane etykiety z datę, numer serii, numer katalogowy i nazwę producenta.

W składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm

1 x serweta na stół narzędziowy 120 x 140 cm

2 x ręcznik chłonny 15 x 20 cm

1 x taśma klejąca foliowa 8 x 40 cm

1 x serweta główna 196 x 249 x 300 cm z osłoną ramion stołu, otwór trójkątny 30 x 36 cm z folią operacyjną wokół brzegów, wzmocnienie chłonne, 4 podwójne uchwyty na przewody, torba na płyny 270⁰, 2 porty do ssaka, wzmocnienie chłonne

1 x kocyk dla noworodka 100 x 105 cm

1 x serweta na stół Mayo 77 x 142 cm

Całość zapakowana w torbę/worek do sterylizacji zaopatrzonej w etykietę z nazwą zestawu, nazwą producenta, symbolami elementów zestawu.

Odpowiedź nr 38: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 39: dot. Grupa Nr 1 (zadanie 3, 4, 5, 10, 14, 16)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w w/w Grupie i zadaniach osłony na stół Mayo o wymiarach 80x140cm, zamiast **80 x 145 cm**

Odpowiedź nr 39: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 40: dot. Grupa Nr 1 (zadanie 3, 10)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w w/w Grupie i zadaniach laminatu dwuwarstwowego o wykonanego z wysokochłonnej włókniny laminowanej spełniającej wszystkie wymagania stawiane wyrobom medycznym zgodnym z normą PN-EN 13795 1,2,3. dla powierzchni krytycznej wyrobów o wymaganiach wysokich. zamiast włókniny laminowanej trójwarstwowej

Odpowiedź nr 40: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 41: dot. Grupa Nr 1 (zadanie 4)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w w/w Grupie i zadaniu

- serwetę na stół narzędziowy pokrytej na całej powierzchni warstwą chłonną
zamiast wzmocnienia 75 x 190 cm

- osłonę na stół Mayo ze wzmocnieniem 60 x 140 cm złożonej w sposób gwarantujący właściwą aplikację na stoliku zamiast osłony na stół Mayo ze wzmocnieniem 60 x 80 cm złożonej teleskopowo

- osłonę na kończynę o wymiarach 33 x 120 cm zamiast osłony na kończynę o wymiarach 35 x 120 cm

pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją

w razie braku akceptacji w/w wniosku, prosimy o wydzielenie zestawu do osobnego pakietu

Odpowiedź nr 41: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 42: dot. Grupa Nr 1 (zadanie 5)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w w/w Grupie i zadaniu:

- serwetę do zabiegów dłoni / stopy o wymiarach 200 x 320 cm

Zamiast:

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



wymiaru 225 x 320 cm
pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją
w razie braku akceptacji w/w wniosku, prosimy o wydzielenie zestawu do osobnego pakietu
Odpowiedź nr 42: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 43: dot. Grupa Nr 1 (zadanie 9)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w w/w Grupie i zadaniu:
serwetę do zabiegów ginekologicznych 75 x 200 cm z otworem przylepnym 8 x 12 cm
zamiast:

wymiaru 100 x 200 cm z otworem samoprzylepnym 7 x 10 cm
pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją
w razie braku akceptacji w/w wniosku, prosimy o wydzielenie zestawu do osobnego pakietu

Odpowiedź nr 43: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 44: dot. Grupa Nr 1 (zadanie 11 – sterylny zestaw do żyłaków)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w w/w Grupie i zadaniu:
wycięcie w serwecie zabiegowej w kształcie litery U o wymiarach 6,5 x 90 cm
zamiast:

wycięcia w serwecie zabiegowej w kształcie litery U o wymiarach 6,5 x 95 cm
pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją

Odpowiedź nr 44: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 45: dot. Grupa Nr 1 (zadanie 13 – zestaw do operacji oczu)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w w/w Grupie i zadaniu:

- 1 x serweta na stół inst. 100x150cm (zawinięcie) wykonana z laminatu dwuwarstwowego
- 2 x serweta okulistyczna wykonana z włókniny trójwarstwowej typu SMS o wymiarach 100x100 cm z otworem 10x10 cm osłoniętym folią chirurgiczną.

W przypadku braku akceptacji prosimy o wydzielenie w/w zadania do osobnego pakietu.

Odpowiedź nr 45: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 46: dot. Grupa Nr 1 (zadania od 14 do 24)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyodrębnienie w/w zadań do osobnego pakietu. Specyfikacja umieszczona w opisie w/w zadań sugeruje możliwość złożenia oferty tylko przez jednego Wykonawcę.

Odpowiedź nr 46: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 47: dot. Grupa Nr 2 (zadanie 4, 5, 6 – uniwersalny fartuch operacyjny)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w w/w Grupie i zadaniach:

Fartuchów operacyjnych, rozmiary:

M – 125 cm,

L – 130 cm,

XL – 140 cm,

wykonanych z włókniny trójwarstwowej typu SMMS o gramaturze 45g/m², wzmocniona laminatem PE/PP o gramaturze 28g/m², Gramatura całkowita powierzchni krytycznej: 73 g/m², Odporność na przenikanie cieczy 144 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie 196,8 KPa; wytrzymałość na rozciąganie 115 N

Odpowiedź nr 47: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 48: dot. Grupa Nr 4 (zadanie 2 – sterylna serweta z otworem)

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w w/w Grupie i zadaniu:
Serwetę o wymiarach 45 x 65 i przyklepnym otworem o średnicy 7,5 cm

Odpowiedź nr 48: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 49: dot. Grupa Nr 4 (zadanie 3)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w w/w Grupie i zadaniu:
Serwetę o wymiarach 120 x 150 i przyklepnym otworem o średnicy 70 cm cm

Odpowiedź nr 49: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 50: dot. Grupa Nr 4 (zadanie 4)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w w/w Grupie i zadaniu:
Serwetę wykonaną z chłonnego laminatu dwuwarstwowego o wymiarach 75 x 100 cm

Odpowiedź nr 50: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 51: dot. Grupa Nr 4 (zadanie 8)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w w/w Grupie i zadaniu:
Serwetę przyklepną wykonaną z chłonnego laminatu dwuwarstwowego o wymiarach 75 x 100 cm

Odpowiedź nr 51: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 52: dot. Grupa Nr 4 (zadanie 10)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w zadania do osobnego pakietu, co spowoduje zwiększenie ilości konkurencyjnych ofert w ramach pozostałego asortymentu w w/w Grupie.

Odpowiedź nr 52: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 53: dot. Grupa Nr 4 (zadanie 11)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w w/w Grupie i zadaniu:
Serwetę do laparotomii koloru białego wykonaną z wysokochłonnej włókniny o wymiarach 45 x 45 cm z trokiem i nitką kontrastową RTG

W przypadku braku akceptacji prosimy o wydzielenie w/w zadania do osobnego pakietu.

Odpowiedź nr 53: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 54: dot. Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje w pakiecie 1? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie poz. 1-4.

Odpowiedź nr 54: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 55: dot. Pakietu 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Jałowy zestaw samoprzylepnych serwet operacyjnych z włókniny, min. dwuwarstwowej, 1szt - 150cm x 240cm; 1szt - 170cm x 180cm; 2 szt 75cm x 90cm, serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190 cm, taśma samoprzylepna 9 x 50cm, serweta na stolik Mayo 1 szt – 145x90cm, serwetki do rąk 2 szt – 40x20cm?

Odpowiedź nr 55: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 56: dot. Pakietu 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Jałowy zestaw samoprzylepnych serwet operacyjnych z włókniny, min. dwuwarstwowej, 1 szt - 150cm x 240cm; 1 szt - 170cm x 180cm; 2 szt 75cm x 90cm, serwetki do rąk 2 szt – 40cm x 20cm, z oddzielnie pakowaną poza zestawem serwetą na stolik instrumentariuszki 1 szt – 190cm x 150cm?

Odpowiedź nr 56: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 57: dot. Pakietu 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Jałowy zestaw serwet jednorazowego użycia do artroskopii kolana z włókniny min. trzywarstwowej, 1 serweta na stolik instrumentariuszki 190cm x 150cm, 1 serweta na stolik Mayo 145cm x 80cm, 1 serweta 240cm x 320cm z samouszczelniającym się otworem śr. 6 cm, 1 osłona na kończyny 75 cm x 37 cm, 2 taśmy samoprzylepne 9cm x 50cm, serwetki do rąk 2 szt – 40x20cm, z oddzielnie pakowaną poza zestawem serwetą z włókniny dwuwarstwowej 150x180cm?

Odpowiedź nr 57: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 58: dot. Pakietu 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Jałowy zestaw serwet jednorazowego użycia do chirurgii biodra z włókniny min. dwuwarstwowej na całej powierzchni serwety, 1 serweta 260cm x 240cm z wycięciem U 100cm x 20 cm, 1 serweta 240cm x 150cm, 1 serweta 90cm x 75cm, 3 serwety 250cm x 160cm, pokrowiec na kończynę 120cm x 35cm, 2 kieszenie na płyny z kształtką 40cm x 30 cm, 7 taśm samoprzylepnych 9cm x 50cm, serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190 cm serweta na stolik Mayo 145x90cm, serwetki do rąk 2 szt – 40x20cm?

Odpowiedź nr 58: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 59: dot. Pakietu 1 poz. 5 i 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: Jałowy zestaw serwet jednorazowego użycia do dłoni / stopy z włókniny min. 3 – warstwowej na całej powierzchni serwety, 1 serweta 300cm x 240cm z otworem elastycznym o śr. 4cm, serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190 cm serweta na stolik Mayo 145x90cm, serwetki do rąk 2 szt – 40x20cm?

Odpowiedź nr 59: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 60: dot. Pakietu 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: Jałowy zestaw serwet do urologii z włókniny min. dwuwarstwowej: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm; 1 serweta 180cm x 215cm z otworami elastycznymi o śr. 5cm, 4cm oraz otworem o śr. 8cm, ochraniaczem na palec i workiem na płyny z sitem i zaworem do zamocowania drenu i zintegrowanymi nogawicami, 1 serweta na stolik Mayo, 1 taśma medyczna 50x9cm, 2 serwetki do rąk?

Odpowiedź nr 60: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 61: dot. Pakietu 2 poz. 2-3

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie poz. 2 – 3 z pakietu, aby umożliwić większej liczbie wykonawców złożenie ważnych i konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź nr 61: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 62: dot. Pakietu 3 poz. 7

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie poz. 7 z pakietu, aby umożliwić większej liczbie wykonawców złożenie ważnych i konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź nr 62: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Pytanie nr 63: dotyczy Grupy nr 1 poz. 1, 3, 4, 5, 10, 14, 15, 16

Czy Zamawiający dopuści na zaoferowanie w grupie nr 1 w zestawach w poz. 1, 3, 4, 5, 10, 14, 15, 16 obłożenia na stół Mayo o wymiarach 79 x 145 cm?

Odpowiedź nr 63: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 64: dotyczy Grupy nr 1 poz. 1, 3, 4, 7, 10, 14, 15, 16

Czy Zamawiający dopuści na zaoferowanie w grupie nr 1 w zestawach w poz. 1, 3, 4, 7, 10, 14, 15, 16 taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9x49?

Odpowiedź nr 64: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 65: dotyczy Grupy nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 63g/m² w składzie :

1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 220x320 cm, posiadająca samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, otoczony warstwą wysoko chłonną o wymiarach 75x90 cm z możliwością zamocowania drenów 220x320 1
2. osłona na kończynę 37x75 1
3. taśmy samoprzylepne 9x49 4
4. ręczniki chłonne 30x40 4
5. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 2x15x40 1
6. osłona na stół MAYO 79x145 1
7. serweta na stół - (owinięcie zestawu) 150x200 1

Odpowiedź nr 65: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 66: dotyczy Grupy nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw wg SIWZ do chirurgii biodra w składzie :

1. serweta chirurgiczna góra z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów 300x175 1
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem "U" o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej 200x260 1
3. serweta chirurgiczna 75x90 1
4. serweta na stół 150x190 1
5. osłona na kończynę 32x120 1
6. taśmy samoprzylepne 9x49 2
7. ręczniki chłonne 18x25 4
8. wzmocniona osłona na stół Mayo 79x145 1
9. wzmocniona serweta na stół - (owinięcie zestawu) 150x190 1

Odpowiedź nr 66: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 67: dotyczy Grupy nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw wg SIWZ do urologii w składzie :

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



1. serweta chirurgiczna do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 175/270x180 cm zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej (Ø 8 cm), otwór na pręcie (Ø 5 cm) i osłoną na palec do badania per rectum. Serweta posiada worek do przechwytywania płynów z sitem i podłączeniem do drenu 175x270x180 1
2. ręcznik chłonny 18x25 1
3. samoprzylepny organizator przewodów 9x18 1
4. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x190 1

Odpowiedź nr 67: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 68: dotyczy Grupy nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw wg SIWZ do „małej chirurgii” w składzie :

1. serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach 180x320 cm z samoprzylepnym otworem w kształcie trapezu (wysokość 20 cm, dolna podstawa 30 cm, górna podstawa 20 cm) 180x320 1
2. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x180 1

Odpowiedź nr 68: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 69: dotyczy Grupy nr 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw wg SIWZ do ginekologii w składzie:

1. serweta chirurgiczna główna o wymiarach 75x175 cm, posiadająca otwór w okolicy krocza w kształcie rombu o wymiarach 9x15 cm 75x175 1
2. serweta pod pośladki 75x100 1
3. osłony na kończyny 75x120 2
4. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x190 1

Odpowiedź nr 69: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 70: dotyczy Grupy nr 1 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw wg SIWZ do kończyny w składzie:

1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm, otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów 230x315 1
2. serweta na stolik 150x190 1
3. osłona na kończynę 22x75 1
4. taśmy samoprzylepne 9x49 2
5. ręczniki chłonne 18x25 4
6. wzmocniona osłona na stolik MAYO 79x145 1
7. wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190 1

Odpowiedź nr 70: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 71: dotyczy Grupy nr 1 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw wg SIWZ do żyłaków w składzie:

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



1. serweta chirurgiczna góna z taámą samoprzylepną o wymiarach 240x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposaóna w organizatory przewodów 240x175 1
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem U o wymiarach 20x102 cm, z wydłużoną warstwą chłonną (70x160 cm) w strefie krytycznej..... 200x260 1
3. serweta chirurgiczna 100x150 1
4. taáma samoprzylepna 9x49 1
5. ręcnyki chłonne 18x25 2
6. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x190 1

Odpowiedź nr 71: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 72: dotyczy Grupy nr 1 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw wg SIWZ do operacji oczu w składzie:

1. serweta chirurgiczna do zabiegów okulistycznych o wymiarach 150x180 cm, posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 5x7 cm, oraz dwie zintegrowane kieszenie po obu stronach otworu.....150x180 1
2. ręcnyk chłunny..... 18x25 1
3. folia chirurgiczna..... 10x12 1
4. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)150x150 1

Odpowiedź nr 72: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 73: dotyczy Grupy nr 1 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści zestaw wg SIWZ do operacji laryngologicznych w składzie:

1. serweta chirurgiczna góna z taámą samoprzylepną 90x75 1
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 150x260 cm z wycięciem U o wymiarach 7x65 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej150x260 1
3. serweta chirurgiczna 75x90 1
4. taámy samoprzylepne 9x49 2
5. ręcnyki chłonne 18x25 4
6. osłona na stolik MAYO79x145 1
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x190 1

Odpowiedź nr 73: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 74: dotyczy Grupy nr 1 poz. 13, 14, 15, 16

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z **Grupy nr 1 poz. 14, 15, 16, 17** oraz umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Wyroby te stanowią gatunkowo odrębny asortyment a tak skonstruowany pakiet uniemożliwia złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a **spowoduje większą konkurencyjność**, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

Odpowiedź nr 74: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 75: dotyczy Grupy nr 1 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 63 g/m² w składzie :

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



1. serweta chirurgiczna do cięcia cesarskiego o wymiarach 180x300 cm posiadająca otwór w kształcie trapezu o wymiarach: wysokość 23 cm, dolna podstawa 33 cm, górna podstawa 23 cm, wypełniony folią chirurgiczną, posiadająca zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów wyposażony w sztywnik i zawór drenażowy180x300 1
2. serweta - owinięcie noworodka 80x90 1
3. taśmy samoprzylepne 9x49 1
4. ręczniki chłonne 30x40 4
5. osłona na stół MAYO 79x145 1
6. serweta na stół - (owinięcie zestawu) 150x200 1

Odpowiedź nr 75: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 76: dotyczy Grupy nr 1 poz. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z **Grupy nr 1 poz. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24**

oraz umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Wyroby te stanowią gatunkowo odrębny asortyment a tak skonstruowany pakiet uniemożliwia złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, **a spowoduje większą konkurencyjność**, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

Odpowiedź nr 76: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 77: dotyczy Grupy nr 3 poz. 4, 5, 6

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z **Grupy nr poz. 4, 5, 6 oraz** umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Wyroby te stanowią gatunkowo odrębny asortyment a tak skonstruowany pakiet uniemożliwia złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, **a spowoduje większą konkurencyjność**, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

Odpowiedź nr 77: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 78: dotyczy Grupy nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, jednorazowy fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS z elastycznym mankietem, min. 6cm wiązany przy szyi na rzep oraz na troki połączone kartonikiem z tyłu umożliwiające sterylne wiązanie?

Odpowiedź nr 78: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 79: dotyczy Grupy nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści, jednorazowy fartuch operacyjny do operacji mokrych wg SIWZ w rozmiarze L ?

Odpowiedź nr 79: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 80: dotyczy Grupy nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, jednorazowy komplet chirurgiczny wg SIWZ w rozmiarach S, M, L, XL ?

Odpowiedź nr 80: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 81: dotyczy Grupy nr 3 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści, jednorazowe sterylne ręczniki wg SIWZ pakowane pojedynczo? W Formularzu asortymentowo cenowym podana kwota byłaby za dwie sztuki?

Odpowiedź nr 81: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Pytanie nr 82: dotyczy Grupy nr 3 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści, jednorazowe taśmy włókninowe wg SIWZ w rozmiarze 9x49cm?

Odpowiedź nr 82: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 83: Grupa nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet w składzie:

- 1 x Serweta na stolik 150 x 190cm
- 1 x Serweta na stolik Mayo 80 x 140cm
- 1 x Serweta samoprzylepna 3-warstwowa, 170 x 180cm
- 1 x Serweta samoprzylepna 3-warstwowa, 170 x 240cm
- 2 x Serweta samoprzylepna 3-warstwowa, 70 x 90cm
- 1 x Taśma przylepna 10 x 50cm
- 4 x Ręcznik do rąk

Odpowiedź nr 83: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 84: Grupa nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet w składzie:

- 1 x Serweta na stolik 150 x 190cm
- 1 x Pokrowiec na stolik Mayo 80 x 140 cm
- 1 x Serweta samoprzylepna 2-warstwy, 150 x 180cm
- 1 x Serweta samoprzylepna 2-warstwy, 150 x 240cm
- 2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwy, 75 x 90cm
- 2 x Ręcznik do rąk

Odpowiedź nr 84: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 85: Grupa nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet w składzie:

- 1 x Serweta na stolik 150 x 190cm
- 1 x Serweta na stolik Mayo, wzmocniony 80 x 140cm
- 1 x Osłona na kończybę 30 x 60cm
- 2 x Taśma przylepna 10 x 50cm
- 1 x Serweta artroskopowa wyposażona w otwór samouszczelniający się, 3-warstwowa 200 x 320cm, otwór 6 x 8cm
- 1 x Torebka na płyny 60 x 100cm
- 1 x Pokrowiec na przewody Comfort 14 x 250cm
- 2 x Ręcznik do rąk

Odpowiedź nr 85: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 86: Grupa nr 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet w składzie:

- 1 x Serweta na stolik 150 x 190cm
- 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 140cm
- 1 x Serweta z wycięciem U wzmocniona z organizatorami przewodów, 200 x 260cm, wycięcie 8,5 x 85 cm przylepne
- 1 x Serweta operacyjna jałowa 170 x 300cm z przylepcem, z organizatorem przewodów
- 1 x Serweta operacyjna jałowa 170 x 180cm z przylepcem
- 1 x Nogawica 35 x 120cm

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



2 x Taśma przylepna 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk

Odpowiedź nr 86: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 87: Grupa nr 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet w składzie:

1 x Serweta na stolik 150 x 180cm

1 x Serweta na stolik Mayo, wzmocniona 80 x 140cm

1 x Serweta na kończynę (ręka, kolano) z otworem samouszczelniającym się 200 x 300cm, otwór śr.3,5 cm

1 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa 170 x 180cm

1 x Taśma przylepna 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk

Odpowiedź nr 87: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 88: Grupa nr 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet w składzie:

1 x Serweta na stolik 150 x 180cm

1 x Serweta na stolik Mayo, wzmocniona 80 x 140cm

1 x Serweta na kończynę (ręka, kolano) z otworem samouszczelniającym się 200 x 300cm, otwór śr.3,5 cm

1 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa 170 x 180cm

1 x Taśma przylepna 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk

Odpowiedź nr 88: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 89: Grupa nr 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet w składzie:

1 x Serweta na stolik 150 x 190cm

1 x Serweta do operacji resekcji przełykowej z otworami brzuszными i krocowymi, osłoną palca kieszenia do zbiórki płynów 190 x 230cm

1 x Taśma przylepna 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk

Odpowiedź nr 89: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 90: Grupa nr 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet w składzie:

1 x Serweta na stolik 90 x 120cm

1 x Serweta samoprzylepna z otworem,

2-warstwowa, 75 x 90cm, otwór. 6 x 8cm

1 x Tacka

10 x Kompres gazowy 10 x 10cm

5 x Tupfer gazowy 30 x 30cm

Odpowiedź nr 90: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 91: Grupa nr 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet w składzie:

1x Serweta na stolik 120x90cm

2 x Nogawica 70x120cm

1x Serweta urologiczo-ginek 2 warstwowa 75 x 200 cm z otworem 8x12cm

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



4 x Ręcznik do rąk

Odpowiedź nr 91: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 92: Grupa nr 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet w składzie:

1 x Serweta na stolik 150 x 180cm

1 x Serweta na stolik Mayo, wzmocniona 80 x 140cm

1 x Serweta na kończynę (ręka, kolano) z otworem samouszczelniającym się 200 x 300cm, otwór śr.3,5 cm

1 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa 170 x 180cm

1 x Taśma przylepna 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk

Odpowiedź nr 92: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 93: Grupa nr 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet w składzie:

1 x Serweta na stolik, 150 x 190cm

1 x Serweta na stolik Mayo 80 x 140cm

1 x Serweta z wycięciem U, 3-warstwowa, 200 x 260cm, wycięcie 8,5 x 85 cm przylepne

1 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa, 170 x 180cm

4 x Ręczniki do rąk

Odpowiedź nr 93: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 94: Grupa nr 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet w składzie:

1x Serweta na stolik 150x190cm

1x Serweta ZR 200 x 280cm z otworem o średnicy 10cm przylepnym

1x Taśma przylepna 10 x 50cm

2x Ręcznik do rąk

Odpowiedź nr 94: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 95: Grupa nr 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet w składzie:

1 x Serweta na stolik 100 x 150cm

1 x Serweta operacyjna 120 x 170 cm, z folią chirurgiczną, dwiema kieszeniami przylepnymi do przechwytywania płynu,

z wzmocnieniem do odpowiedniego ukształtowania, otwór 10 x 10cm

2 x Ręcznik do rąk

W razie niedopuszczenia czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź nr 95: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 96: Grupa nr 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet w składzie:

1x Serweta na stolik 150x190cm

1x Serweta na stolik MAYO 80 x 140cm

1x Serweta ZR 150x200 cm z organizatorami przewodów, z wycięciem U 6x65cm przylepnym

1x Serweta przylepna 2-warstwowa 150x180cm

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



1x Serweta przylepna 2-warstwowa 75x90cm

1x Taśma przylepna 10x50cm

4 x Ręcznik do rąk

Odpowiedź nr 96: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 97: Grupa nr 1, pozycja 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź nr 97: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 98: Grupa nr 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet w składzie:

1x serweta na stolik 150 x 190cm

1x serweta na stolik MAYO 80 x 140cm

1x serweta ZR 200 x 320cm z folią operacyjną i torebką na płyny, okienko 25 x 30cm

1x chłonny ręcznik dla noworodka 40 x 40cm

1x taśma przylepna 10 x 50cm

4x ręczniki do rąk

Odpowiedź nr 98: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 99: Grupa nr 1, pozycja 17-24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź nr 99: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 100: Grupa nr 2, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny typu SSMMS?

Odpowiedź nr 100: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 101: Grupa nr 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy zapinane przy szyi na rzep oraz troki?

Odpowiedź nr 101: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 102: Grupa nr 2, pozycja 4-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź nr 102: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 103: Grupa nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150 x 180 lub 150 x 210 z przylepcem?

Odpowiedź nr 103: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 104: Grupa nr 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Odpowiedź nr 104: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 105: Grupa nr 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 80 x 120 z otworem 10cm?

Odpowiedź nr 105: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 106: Grupa nr 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec w rozmiarze 7 x 120 spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź nr 106: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 107: Grupa nr 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o rozmiarze 16 x 250 z tasiemką mocującą wykonana z poliestru ?

Odpowiedź nr 107: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 108: Grupa nr 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o rozmiarze 16 x 250 z tasiemką mocującą wykonana z poliestru?

Odpowiedź nr 108: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, pozostałe wymagania bez zmian.

Pytanie nr 109: Grupa nr 6, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o rozmiarze 16 x 250?

Odpowiedź nr 109: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 110: Grupa nr 6, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o rozmiarze 14 x 250?

Odpowiedź nr 110: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

II. W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający:

1) zmienia opis przedmiotu zamówienia:

a) w grupie 2 poz. 4-6 winno być: gramatura min. 35g/m²

b) w grupie 3 poz. 1 winno być: gramatura min. 45g/m²

c) w grupie 3 poz. 2-5 winno być: gramatura min. 25g/m²

d) w grupie 3 poz. 8 winno być: gramatura min. 38g/m²

e) w grupie 3 poz. 9 winno być: gramatura min. 58g/m²

2) uzupełnia opis przedmiotu zamówienia w grupie 1 poz. 16 dodając wyrażenie: „3 fartuchy operacyjne”.

III. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert i otwarcia ofert do dnia **04.01.2012 roku**. Godziny pozostają bez zmian.

IV. Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają się wiążące.

V. Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl