

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Optyka urologiczna dla Oddziału Urologicznego

Producent: .....

Nazwa i typ: .....

Rok produkcji: 2015

L.p.	Wymagane parametry techniczne	Parametr oferowany*
1	Optyka urologiczna autoklaw owalna, kierunek patrzenia: 30°, o średnicy 4 mm, o długości roboczej 305 mm z tolerancją $\pm 5$ mm, kompatybilną z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem firmy Karl Storz – 8 szt.	
2	Optyka urologiczna autoklaw owalna, kierunek patrzenia: 70°, o średnicy 4 mm, o długości roboczej 305 mm z tolerancją $\pm 5$ mm, kompatybilną z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem firmy Karl Storz – 1 szt.	
3	Optyka urologiczna autoklaw owalna, kierunek patrzenia: 0°, o średnicy 4 mm, o długości roboczej 305 mm z tolerancją $\pm 5$ mm, kompatybilną z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem firmy Karl Storz – 1 szt.	
4	10 sztuk – kosz do mycia, dezynfekcji, sterylizacji i transportu w bezpieczny sposób dla jednej optyki dedykowany dla oferowanych optyk	

\* Wykonawca zobowiązany jest podać parametr oferowany dla każdej pozycji z osobna, pod rygorem odrzucenia oferty.  
 Zaleca się podanie przy każdym z oferowanych parametrów nr strony katalogowej producenta, na której opisany jest oferowany parametr.  
 W przypadku braku opisu danego parametru w katalogu producenta ze względu na dostosowanie parametru do potrzeb Zamawiającego zaleca się, by Wykonawca zaznaczył, iż jest to parametr wykonywany pod specjalne zamówienie Zamawiającego.