



**Szpital Specjalistyczny  
im. Stefana Żeromskiego**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

Skrzytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2008**



Nasz znak : DOP – ZP 244/11

Kraków, dnia 13 grudnia 2011 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  
**„Dostawę materiałów do zespołen odłamów kostnych, endoprotez stawów, systemu  
rekonstrukcyjnego aparatu więzadłowego oraz cementu kostnego.”  
(ZP 36/2011)**

**- wg rozdzielnika.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania.

**1. Z uwagi na sprzeczność zapisów zawartych w formularzu oferty a umową czy Zamawiający w pkt. 8 b) OFERTY-zał. nr 1 do SIWZ ujednolici i zmieni termin uzupełnienia depozytu zgodnie z zapisem umowy §8 ust. 2:**

- **max. 2 dni robocze zamiast 48 godzin**
- **1,5 dnia roboczego zamiast 36 godzin**
- **1 dzień roboczy zamiast 24 godzin**

Ponadto z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

**Odpowiedź: Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ zmienia termin uzupełnienia depozytu "b) czas uzupełnienia depozytu (liczony od chwili telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, niezwłocznie potwierdzonego na piśmie):**

- (max 2 dni robocze) **tak/ nie** (niepotrzebne skreślić)\*
- (1 dzień roboczy) **tak/ nie** (niepotrzebne skreślić)\*"

**2. Z uwagi na sprzeczność zapisów zawartych w formularzu oferty a umową czy Zamawiający w pkt. 10 a) OFERTY-zał. nr 1 do SIWZ ujednolici i zmieni termin naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów instrumentarium zgodnie z zapisem umowy §6 ust. 2:**

- **max. 3 dni robocze zamiast 72 godzin**
- **2 dni robocze zamiast 48 godzin**
- **1 dzień roboczy zamiast 24 godzin**

Ponadto z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



# Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2008



---

## **Odpowiedź: Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ zmienia termin naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów instrumentarium:**

"a) czas naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu instrumentarium lub sprzętu pulsacyjnego do płukania wraz z osprzętem :

- (max 3 dni robocze) **tak/ nie** (niepotrzebne skreślić)\*
- ( 2 dni robocze) **tak/ nie** (niepotrzebne skreślić)\*
- ( 1 dzień roboczy) **tak/ nie** (niepotrzebne skreślić)\*"

### **Grupa I**

1. Czy Zamawiający w poz. nr 1 wyrazi zgodę na zaferowanie gwoździ udowych anatomicznych tylko z tytanu/stopu tytanu zamiast metalowe lub z alternatywą wyboru tytanowych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

2. Czy Zamawiający w poz. nr 2 wyrazi zgodę na zaferowanie gwoździ piszczelowych tylko tytanowych? zamiast metalowe lub z alternatywą wyboru tytanowych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

3. Czy Zamawiający w poz. nr 3 wyrazi zgodę na zaferowanie gwoździ udowych odkolanowych tylko stalowych zamiast metalowe lub z alternatywą wyboru tytanowych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

4. Czy Zamawiający w poz. nr 4 wyrazi zgodę na zaferowanie gwoździ udowych krętarzowych tylko z tytanu/stopu tytanu zamiast metalowe lub z alternatywą wyboru tytanowych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

5. Czy Zamawiający w poz. nr 5 wyrazi zgodę na zaferowanie gwoździ do kości ramiennej tylko stalowych zamiast metalowe lub z alternatywą wyboru tytanowych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

6. Czy Zamawiający w poz. nr 6 wyrazi zgodę na zaferowanie gwoździ piszczelowych rekonstrukcyjnych tylko tytanowych zamiast metalowe lub z alternatywą wyboru tytanowych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

7. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w poz. 1÷6 należy podać cenę jednej sztuki gwoźdźa czy też jego kompletu? Jeżeli kompletu to czy Zamawiający mógłby dokładnie doprecyzować jakie elementy i w jakich ilościach wchodzi w skład kompletu?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że należy podać cenę kompletu, na który się składa gwoźdź + 4 śruby blokujące.**

8. Czy Zamawiający w poz. nr 7-17 mógłby dokładnie doprecyzować jakie elementy i w jakich ilościach wchodzi w skład kompletu?

---

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



# Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2008



---

**Odpowiedź: W skład kompletu wchodzi: płyta + 4 śruby korowe i dwie kątowno blokowane.**

9. Czy w poz. nr 7 nie zaszła omyłka pisarska i zamiast „płytki do bliższej nasady kości promieniowej” Zamawiający wymaga „płytki do nasady **dalszej** kości promieniowej” zgodnie z opisem nagłówkowym płytki w poz. nr 7, który brzmi: „płytki kształtowe z możliwością blokowania śrub do złamań nasady **dalszej** kości promieniowej- płytka dłoniowa”?

**Odpowiedź: Tak, zaszła pomyłka pisarska. Zamawiający wymaga płytki do nasady "dalszej" kości promieniowej.**

10. Czy Zamawiający w poz. nr 7 i 10-14 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów równoważnych a w szczególności płyt tytanowych blokowanych według własnych rozwiązań konstrukcyjnych tzn. **„W części trzonowej pary rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowno ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów blokowanych wkręty blokowane, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe z łbem kulistym”** pozostałe parametry pozostawiając bez zmian, zamiast zapisu „podwójne otwory w jednej części gwintowane pod śruby z gwintowaną główką i końcówkami samowiercącymi albo samogwintującymi w drugiej części gładkie pod śruby korowe lub otwory pod śruby z możliwością blokowania pod zmiennym kątem”?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

11. Czy Zamawiający w poz. nr 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów równoważnych a w szczególności płyt prostych tytanowych blokowanych kompresyjnych 3,5 z ograniczonym kontaktem według własnych rozwiązań konstrukcyjnych tzn. **„płytki posiadające pary rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego. Ustalone kątowno ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym”**?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

---

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



# Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2008



12. Czy Zamawiający w poz. nr 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów równoważnych a w szczególności płyt tytanowych blokowanych rekonstrukcyjnych 3,5 według własnych rozwiązań konstrukcyjnych tzn. „**płytki posiadające otwory blokowane i po 2 rozdzielne otwory kompresyjne. Otwory blokowane o ustalonym kątowym ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym**”?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów równoważnych a w szczególności w poz. nr 12 płytki blokowanej T do bliższej nasady kości piszczelowej zakładanej od strony przyśrodkowej uniwersalnej do prawej i lewej kończyny zamiast płytki z podziałem na wersja prawa/lewa?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

14. Czy Zamawiający w poz. nr 15 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów równoważnych a w szczególności płytki do dalszej nasady kości piszczelowej PILON w kształcie krzyża według własnych rozwiązań konstrukcyjnych tzn. „płytki posiadające w części trzonowej pary rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej otwory blokowane. Możliwość profilowania i docinania części nasadowej w celu dopasowania do kształtu zarówno prawej i lewej kości. Podcięcia od strony dolnej płytki ułatwiające profilowanie. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów blokowanych wkręty blokowane samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe z łbem kulistym.” **Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

15. Czy Zamawiający w poz. nr 16 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów równoważnych a w szczególności płytki kształtowej blokowanej do pięty według własnych rozwiązań konstrukcyjnych tzn. „płytki kształtowa tytanowa blokowana do pięty, wersja prawa/lewa. Posiadająca otwory blokowane. Ustalone kątowne ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty blokowane. Łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową”? **Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



# Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2008



16. Czy Zamawiający w poz. nr 17 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów równoważnych a w szczególności płytki tytanowej blokowanej do bliższej nasady kości ramiennej według własnych rozwiązań konstrukcyjnych tzn. „płytki posiadające w części trzonowej pary rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalono kątowno ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów blokowanych wkręty blokowane, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe z łbem kulistym. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. **Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

## **Grupa II**

1. Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu dotyczącego wymogu zaoferowania instrumentarium do śrub kaniulowanych i do płytek ZESPOL z uwagi na to, iż przedmiotem zamówienia w grupie II są śrubo-płytki: płytka przezkrętarsowa oraz kłykciowa a nie śruby kaniulowane i płyty ZESPOL, które o są wymienione w grupie III.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapis SIWZ pozostaje bez zmian, z wyjątkiem grupy II gdzie dopisuje się zapis: "do śrubo płytek zamawiający wymaga użyczenia na czas umowy instrumentarium wraz z odpowiednimi kasetami.**

**Zapytania do w/w postępowania, dot. projektu umowy dostawy:**

3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączenia dokumentów potwierdzających obserwacje i wyniki kliniczne implantacji wyrobów (pkt. III pdpkt. 3 oraz pkt. VI pdpkt. 3 SIWZ)?

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.09.226.1817) dokładnie określa jakich dokumentów może wymagać Zamawiający w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania przetargowego. Przepisy dotyczące wyrobów będących przedmiotem zamówienia nie wymagają dokumentowania badań i obserwacji wskazanych w SIWZ.

**Odpowiedź: § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU nr 226, poz. 1817), zawiera wyczerpujące przykładowe dokumentów jakie może żądać zamawiający od Wykonawców.**

**W związku z tym Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu załączenia do oferty dokumentów potwierdzających obserwacje i wyniki kliniczne implantacji wyrobów.**

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



# Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2008



4. Czy Zamawiający odstąpi od kryteriów ocen określonych w pkt. XI pdpkt. I. 2 SIWZ dot. parametrów technicznych oferowanych wyrobów, trwałości oferowanych wyrobów, ergonomii instrumentarium?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w §3 ust. 2: „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

6. Czy Zamawiający dookreśli, że w trakcie obowiązywania umowy cena netto jest niezmienna (§4 ust.1 )?

W obecnych zapisach Zamawiający nie dookreślił, iż cena netto jest niezmienna. Taki zapis jest konieczny gdyż w trakcie obowiązywania umowy mogą ulegać zmianie czynniki cenotwórcze takie jak np. zmiana wysokości podatków. Taki zapis spowoduje, iż niezależnie od wysokości podatków cena będzie stała i niezmienna.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian**

7. Czy Zamawiający zmieni w §8 ust. 1 oraz pkt. III pdpkt. 5 SIWZ oraz pkt. 8 a) OFERTY-zał. nr 1 do SIWZ wielkość depozytu na rozmiary najczęściej stosowane?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian**

8. Czy Zamawiający zmieni godziny dostaw określone w §9 ust 3 na 8-15?

Powyższa zmiana wynika z krótkiego okresu jaki wskazał zamawiający. Dostawy realizowane są poprzez firmy kurierskie które mogą nie zdążyć z dostawą do godz. 13.

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia godziny dostawy określone w §9 ust 3 na 8-14.**

9. Czy Zamawiający dookreśli w §11 ust. 2, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający zmienia zapis § 11 ust. 2 umowy :**

"2. W razie stwierdzenia wad dostarczonych wyrobów medycznych lub ich uszkodzenia w czasie transportu Odbiorca niezwłocznie wyśle Dostawcy zawiadomienie wraz z protokołem stwierdzającym wadę lub uszkodzenie. Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i wymienić reklamowane wyroby medyczne na wolne od wad w terminie 7 dni od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem."

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



# Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2008



**10. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §12 ust. 2 pkt 2 na „w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonych wyrobów medycznych za każdy dzień zwłoki w ich dostarczeniu w terminie określonym w §8 ust. 2”?**

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający zmienia wysokość kary umownej określonej w zapis § 12 ust. 2 pkt 2 pkt. 1 załącznika nr 4 do SIWZ zmieniając na zapis:**

"2) w wysokości 0,5 % wartości zamawianych wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w ich dostarczeniu w terminie określonym w § 8 ust. 2,"

**11. Czy Zamawiający doda zapis w § 14, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?**

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający zmienia zapis § 14 w załączniku nr 4 do SIWZ i dodaje zapis o następującej treści:**

"2. Odstąpienie od umowy przez Odbiorcę będzie poprzedzone wezwaniem Dostawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami odnośnie przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt. 1,2,3,5."

**Pytanie 1 - dot. grupa I**

poz. 7. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytki do dalszej nasady kości promieniowej od strony dłoniowej, prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe 2,5 mm. Dwa rzędy otworów w głowie, w tym 1 podłużny, pozycjonujący oraz 4 otwory pod druty Kirschnera. 26° pochylenia dłoniowego. Dwa punkty fiksacji wyrostka rylcowatego. Od 3 do 9 otworów pod śruby 3,5 mm w trzonie, w tym 1 podłużny, pozycjonujący. Spłaszczony koniec dla małoinwazyjnego wprowadzenia. Implanty ze stali nierdzewnej w rozmiarach od 62 do 135 mm. W głowie od 7 do 8 otworów?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2 - dot. grupa I**

Poz. 8. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytki blokująco-kompresyjnej prostej 3,5 mm z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Na obu końcach płytek otwory pod aparat kompresyjny?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3 - dot. grupa I**

Poz. 9. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytki blokująco-kompresyjnej rekonstrukcyjnej 3,5 mm z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe?

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



# Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2008



---

## **Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 4 - dot. grupa I**

Poz. 10. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytki do dalszej nasady kości udowej, prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane do kości udowej z ugięciem przednim, z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. 5 punktów fiksacji w nasadzie. Płytką ze spłaszczonym końcem z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. W głowie otwór pod drut Kirschnera oraz 3 wcięcia ułatwiające założenie dodatkowych, niezależnych śrub ciągnących. Implanty ze stali nierdzewnej w rozmiarach od 155 do 399 mm. Możliwość założenia płyty metodą małoinwazyjną z celownika przeziernego? **Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 5 - dot. grupa I**

Poz. 11. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytki do bliższej nasady kości piszczelowej zakładane od strony bocznej prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Głowa płytek z 5° pochyleniem tylnym, 3 otworami pod druty Kirschnera lub szwy oraz 3 otworami pod śruby. Proksymalnie 2 wcięcia ułatwiające założenie dodatkowych, niezależnych śrub ciągnących. Spłaszczony koniec dalszy dla małoinwazyjnego wprowadzenia z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki w wersji pod śruby 3,5 mm w rozmiarach od 73 do 187 mm oraz pod śruby 4,5 mm w rozmiarach od 94 do 309 mm? **Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 6 - dot. grupa I**

Poz. 12. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytki o zmiennym kącie blokowania VLP do bliższej nasady kości piszczelowej zakładana od boku i od strony tylnoprzyśrodkowej, prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Płytki cienkie o grubości od 1,5 mm do 2 mm ułatwiające kompresyjne konturowanie płytek do anatomii kości. Proksymalnie 2 wcięcia ułatwiające założenie dodatkowych, niezależnych śrub ciągnących oraz 2 otwory pod druty Kirschnera. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki od 4 do 7 otworów w rozmiarach od 64 mm do 98 mm? **Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 7 - dot. grupa I**

Poz. 13. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytki do dalszej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Płytki przyśrodkowe ze spłaszczonym końcem dalszym dla małoinwazyjnego wprowadzenia z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki w rozmiarach od 146 do 272 mm? **Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

---

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



# Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2008



## Pytanie 8 - dot. grupa I

Poz. 14. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytki do dalszej nasady kości piszczelowej przednioboczne prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Płytki przednioboczne z 3 wcięciami ułatwiającymi założenie dodatkowych, niezależnych śrub ciągnących. Spłaszczony koniec dalszy dla małoinwazyjnego wprowadzenia. Płytki w rozmiarach od 72 do 186 mm? **Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

## Pytanie 9 - dot. grupa I

Poz. 15. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytka o zmiennym kącie blokowania VLP do dalszej nasady kości piszczelowej zakładana od przyśrodkka, strony przedniej i od strony tylnej. prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Płytki cienkie o grubości od 1,5 mm do 2 mm ułatwiające kompresyjne konturowanie płytek do anatomii kości. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki od 3 do 6 otworów w rozmiarach od 47 mm do 127 mm? **Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

## Pytanie 10 - dot. grupa I

Poz. 16. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytki do kości piętowej prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki 12 otworowe w rozmiarach od 60 mm do 68 mm? **Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

## Pytanie 11 - dot. grupa I

Poz. 17. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytki do bliższej nasady kości ramiennej, prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Trzon płytek zakrzywiony w kierunku przednim dla zminimalizowania uszkodzeń mięśnia naramiennego. W części proksymalnej 6 otworów na druty Kirschnera lub szwy. Otwory z podcięciami od spodu ułatwiającymi szycie. Spłaszczony koniec bliższy dla małoinwazyjnego wprowadzenia. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki w wersji pod śruby 3,5 mm w rozmiarach od 89 do 216 mm oraz pod śruby 4,5 mm w rozmiarach od 93 do 246 mm? **Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

## Pytanie 12 - dot. grupa I

Poz. 1,2,3,5,6 Czy zamawiający wymaga, aby komplet stanowił gwóźdź + 4 śruby blokujące?  
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.**

## Pytanie 13 - dot. grupa I

Poz. 4 Czy zamawiający wymaga, aby komplet stanowił gwóźdź + śruba doszyjkowa (lub komplet śrub doszyjkowych) + śruba dystalna? **Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.**

## Pytanie 14 - dot. grupa I

Dotyczy pozycji od 7 do 17. Czy zamawiający mógłby określić jaką ilość śrub blokowanych oraz jaką ilość śrub nieblokowanych stanowi komplet do każdej pozycji?

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



# Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2008



---

**Odpowiedź:** Za komplet można uważać płytę i 4 śruby korowe i 2 śruby blokowane blokowane.

**dotyczy grupy 4:** Czy Zamawiający dopuści w powyższym pakiecie endoprotezę cementową stawu biodrowego bez systemu do pulsacyjnego płukania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 6. **Odpowiedź: Tak, Zamawiający modyfikuje załącznik nr 5 do SIWZ w taki sposób że wykreśla zapis : "F. SYSTEM DO PULSACYJNEGO PŁUKANIA"**

**Powyzsze odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postepowania, którym przekazano SIWZ, zamieszczone na stronie internetowej szpitala i staja sie wiążące. Zamawiający przedłuża termin składania ofert.**

**Nowy termin składania ofert: 16 grudnia 2011 r. godz. 10:00 termin otwarcia ofert 16 grudnia 2011 r. godz. 10:30**

---

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

[www.zeromski-szpital.pl](http://www.zeromski-szpital.pl)

e-mail: [zeromski@bci.pl](mailto:zeromski@bci.pl)

e-mail: [kancelaria@zeromski-szpital.pl](mailto:kancelaria@zeromski-szpital.pl)