



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Kraków, dnia 16.12.2011 r.

DOP – ZP 249/2011

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Centralnej Sterylizatorni dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie - nr sprawy ZP 38/2011

I. W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie nr 1: dot. Grupy 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz.15-32) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź nr 1: NIE.

Pytanie nr 2: dot. Grupy 1

Czy Zamawiający w Poz. 25 dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe o szerokości zakładki 35mm zamiast 20mm?

Odpowiedź nr 2: NIE.

Pytanie nr 3: dot. Grupy 1

Czy Zamawiający w Poz. 26 dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe o szerokości zakładki 40mm zamiast 50mm?

Odpowiedź nr 3: NIE.

Pytanie nr 4: dot. Grupy 1

Czy Zamawiający w Poz. 28 dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe o szerokości zakładki 50mm zamiast 55mm?

Odpowiedź nr 4: NIE.

Pytanie nr 5: dot. Grupy 1

Czy Zamawiający w Poz. 29 dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe o szerokości zakładki 60mm zamiast 65mm/

Odpowiedź nr 5: NIE.

Pytanie nr 6: dot. Grupy 1

Czy Zamawiający w Poz. 30 dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe o szerokości zakładki 70mm zamiast 80mm?

Odpowiedź nr 6: NIE.

Pytanie nr 7: dot. Grupy 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe o wytrzymałości na przedarcie w kierunku wytwarzania 650mN?

Odpowiedź nr 7: NIE.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Pytanie nr 8: dot. Grupy 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o wytrzymałości na przepuklenie na sucho 350kPa.? Prosimy o obiektywne uzasadnienie wymogu Zamawiającego dotyczącego wytrzymałości na przepuklenie na sucho ≥ 400 kPa. Obowiązujące wymogi normatywne dla rękawów do sterylizacji zostały opracowane w celu wprowadzenia standaryzacji i ujednolicenia parametrów technicznych rękawów służących do sterylizacji używanych w placówkach służby zdrowia. Wszystkie dodatkowe zalety oferowanych rękawów czy wartości ponadnormatywne powinny być traktowane jako walor dodatkowy, nigdy zaś jako parametr graniczny.

Odpowiedź nr 8: NIE.

Pytanie nr 9: dot. Grupy 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o wytrzymałości na przepuklenie na mokro 70kPa? Prosimy o obiektywne uzasadnienie wymogu Zamawiającego dotyczącego wytrzymałości na przepuklenie na mokro ≥ 150 kPa papieru służącego do produkcji rękawa do sterylizacji aż czterokrotnie przekraczającego wartość określoną normą PN EN 868-3, która wynosi ≥ 35 kPa. Obowiązujące wymogi normatywne dla rękawów do sterylizacji zostały opracowane w celu wprowadzenia standaryzacji i ujednolicenia parametrów technicznych rękawów służących do sterylizacji używanych w placówkach służby zdrowia. Wszystkie dodatkowe zalety oferowanych rękawów czy wartości ponadnormatywne powinny być traktowane jako walor dodatkowy, nigdy zaś jako parametr graniczny.

Odpowiedź nr 9: NIE.

Pytanie nr 10: dot. Grupy 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania 1.3kN/m, w kierunku poprzecznym 0.7kN/m?

Odpowiedź nr 10: NIE.

Pytanie nr 11: dot. Grupy 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o niezwilżalności wodą 25s?

Odpowiedź nr 11: NIE.

Pytanie nr 12: dot. Grupy 1

Uprzejmie prosimy o podzielenie dotychczasowego pakietu na trzy grupy tj.:

- pozycje 1-14 – papier sterylizacyjny
- pozycje 15-32 – rękawy papierowo-foliowe
- pozycje 33-35 – pozostały asortyment.

Obecny opis umożliwia przystąpienie do postępowania w zakresie wskazanej grupy wyłącznie jednemu wykonawcy. Proponowany podział pozwoli na złożenie konkurencyjnych ofert cenowych większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź nr 12: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 13: dot. Grupy 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści papier niebieski o wymiarach 500x500mm?

Odpowiedź nr 13: NIE.

Pytanie nr 14: dot. Grupy 1 poz. 25

Czy Zamawiający dopuści rękaw 75mmx25x100mb?

Odpowiedź nr 14: NIE.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Pytanie nr 15: dot. Grupy 1

Czy Zamawiający zechce wyłączyć pozycje 33-34, 36-38, 42-45 do odrębnego pakietu. Umożliwi to złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź nr 15: NIE.

Pytanie nr 16: zapis SIWZ (Rozdział VI, pkt. B.2)

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie dwóch zrealizowanych lub realizowanych dostaw materiałów eksploatacyjnych dla działów centralnej sterylizacji o łącznej wartości odpowiadającej 12 miesięcznemu zapotrzebowaniu brutto Zamawiającego?

Odpowiedź nr 16: NIE.

II. Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają się wiążące.

III. Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl