



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Nasz znak : DOP – ZP 43/ 78 /14

Kraków, dnia 2 marca 2015 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie aparatury medycznej/sprzętu medycznego; do wyposażenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie wraz ze szkoleniem personelu (ZP 43/14)

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania oraz modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytania do Pakietu nr 7.

grupa 7 poz. 4

Łóżko anestezjologiczne – 10 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z przeziernym dla promieni RTG segmentem pleców, wypełnionym płytą nie wyjmowaną?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 850 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko o szerokości leża 850 mm.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie 0-16°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko z funkcją Trendelenburga w zakresie 0-16°.

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji pozycji anty-Trendelenburga w zakresie 0-16°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko z funkcją anty-Trendelenburga w zakresie 0-16°.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pilota przewodowego, ale z panelami sterującymi wbudowanymi w barierki od strony wewnętrznej i zewnętrznej oraz z panelem centralnym wieszanym na szczycie łóżka? Rozwiązanie to jest lepsze od żądanego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez miejsca na butlę z tlenem w tworzywowej osłonie podwozia, ale z uchwytem na butlę umieszczonym pod leżem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko z uchwytem na butlę tlenową umieszczonym pod leżem.

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w akumulator bez alarmu akustycznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie sygnalizacji diodowej stanu zasilania łóżka.

Grupa 7 poz. 5

Łóżko anestezjologiczne – 2 szt.

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji opartej na 3 kolumnach cylindrycznych z możliwością uzyskania przechyłów bocznych, które to rozwiązanie nie ujmuje stabilności łóżka, a jest o wiele łatwiejsze w dezynfekcji?

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko o konstrukcji opartej na 3 kolumnach cylindrycznych z możliwością uzyskania przechyłów bocznych.

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie 0-16°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko o elektrycznej regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie 0-16°.

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji pozycji anty-Trendelenburga w zakresie 0-16°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko o elektrycznej regulacji pozycji anty-Trendelenburga w zakresie 0-16°.

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez miejsca na butlę z tlenem w tworzywowej osłonie podwozia, ale z uchwytem na butlę umieszczonym pod leżem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko z uchwytem na butle tlenową umieszczonym pod leżem.

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w akumulator bez alarmu akustycznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie tylko z sygnalizacją diodową zasilania akumulatorowego łóżka.

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez transparentnej półki pod monitor?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Dotyczy: Grupa 7 poz. 2 - Wózkowanna do transportu i mycia pacjenta – 1szt.

14. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózkowannę o wymiarach 2048 mm i 770 mm (długość i szerokość)? Parametry te różnią się nieznacznie od wymaganych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

15. Czy Zamawiający dopuści wymiary leża 1870 x 600 mm? Proponowane parametry pozwalają wykonywać czynności higieniczne z pacjentami o większych gabarytach.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

16. Czy Zamawiający dopuści leże oparte na podstawie wykonanej ze stalowych wyprofilowanych rur lakierowanych proszkowo z regulacją wysokości przy pomocy siłowników elektromechanicznych umiejscowionych centralnie aczkolwiek umożliwiającą podjechanie do łóżka z boku i rozłożenie barierek, co eliminuje przestrzeń między łóżkiem a wanną i ułatwia przenoszenie pacjenta na wannę bez ryzyka upadku pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

17. Czy Zamawiający dopuści elektryczną funkcję Trendelenburga wykorzystywaną w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta oraz w celu odprowadzenia wody z leża?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

18. Czy Zamawiający dopuści elektrycznie regulowaną wysokość w zakresie 596 – 1055 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



19. Czy Zamawiający dopuści korzystniejsze rozwiązanie, jakim jest centralny system hamulcowy wraz z prowadnicami kierunkowymi i biegiem jałowym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

20. Czy Zamawiający dopuści podstawę jezdną o wysokości 297 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy: Grupa 7 poz. 3 - Podnośnik pacjenta – 1 szt.

21. Czy Zamawiający dopuści korzystniejszy zakres regulacji wysokości 19-181 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakres regulacji wysokości 19 – 181, przy spełnieniu pozostałych parametrów.

22. Czy Zamawiający dopuści układ jezdny wózka wyposażony w 2 koła o średnicy 100 mm wyposażone w hamulce oraz 2 koła o średnicy 80 mm z przodu podnośnika bez hamulców? Proponowane parametry różnią się nieznacznie od wymaganych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza układ jezdny wózka wyposażony w 2 koła o średnicy 100 mm wyposażone w hamulce oraz 2 koła o średnicy 80 mm z przodu podnośnika bez hamulców.

23. Czy Zamawiający dopuści podnośnik wyposażony w dźwiękowy alarm konieczności ładowania akumulatora oraz w licznik podnoszeni, ale bez systemu diagnostycznego do odczytywania ilości i rodzaju awarii oraz czasu pozostałego do planowanego przeglądu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy: Grupa 7 poz. 4 - Łóżko anestezjologiczne z materacem przeciwdleżynowym – 10 szt.

24. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne, którego elektryczna regulacja wysokości odbywa się w zakresie 395 do 775mm? Proponowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego z uwagi na niższą minimalną wysokość. Minimalna wysokość leża poniżej 40cm eliminuje ryzyko zsuwania się, zeskakiwania z łóżka w trakcie jego opuszczania, zwłaszcza przez pacjentów niskiego wzrostu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

25. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne wyposażone w zasilanie 230V oraz akumulatorowe na czas transportu lub awarii zasilania z sygnalizacją diodową zlokalizowaną w panelu centralnym, która sygnalizuje niski stan naładowania akumulatora oraz dodatkowo konieczność wymiany akumulatora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie sygnalizacji diodowej stanu zasilania łóżka.

26. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne z funkcją Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga w zakresie $\pm 16^{\circ}$? Proponowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego oraz jest w pełni wystarczający do ustawienia w pozycji ratującej życie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko z proponowanym zakresem regulacji pozycji Trendelenburga i anty – Trendelenburga.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



27. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezyjologiczne z regulacją pleców z pilota w zakresie $0 - 70^{\circ}$ oraz mechaniczną regulacją segmentu podudzia w zakresie $0 - 21^{\circ}$? Proponowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego i nie będzie miał niekorzystnego wpływu na funkcjonalność łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany zakres autoregresji.

28. Czy Zamawiający w rozumieniu pkt 4 ma na myśli szczelne kolumny cylindryczne, które pełnią funkcję podnośników leża?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że „kolumny o profilu okrągłym” regulują wysokość łóżka.

29. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezyjologiczne wyposażone w funkcję zaawansowanej autoregresji teleskopowej tylko w segmencie pleców charakteryzującej się parametrem 11cm? Zastosowanie proponowanej funkcji zabezpiecza przed powstawaniem odleżyn w wyniku działania sił tarcia oraz nacisku materaca na ciało pacjenta w trakcie podnoszenia segmentu pleców.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

30. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezyjologiczne, którego maksymalne bezpieczne obciążenie robocze wynosi 250kg, co jest parametrem różniącym się zaledwie o 20kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko o proponowanym przez oferenta obciążeniu roboczym wynoszącym 250 kg.

31. Czy Zamawiający będzie wymagał aby tworzywowe barierki wyposażone były w wewnętrzne dla pacjenta oraz zewnętrzne dla personelu panele sterowania, służące do sterowania podstawowych funkcji łóżka, tj.: regulacja wysokości, kąta nachylenia segmentu pleców oraz uda? Zastosowanie w/w paneli wpływa korzystnie na komfort pobytu pacjenta w szpitalu. Pacjent siadając na łóżku może sam regulować jego wysokością w celu wykorzystania łóżka do wstawania. Pacjent jest bardziej samodzielny, nie musi przywoływać personelu do tak prozaicznych czynności, jaką jest np. regulacja wysokości czy kąta nachylenia pleców.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ tj. nie wymaga paneli sterowania umiejscowionych po obu stronach barierki.

32. Czy Zamawiający będzie wymagał aby łóżko wyposażone było w możliwość blokowania szczytów na czas transportu? Funkcja blokady szczytu jest istotna z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta, brak takiej możliwości może skutkować przypadkowemu wypadnięciu szczytu z łóżka w trakcie transportu. Jest to sytuacja bardzo niebezpieczna dla pacjenta, gdyż łóżko bezwiednie samo odjeżdża, istnieje ryzyko uderzenia w ściany, itp. Blokady szczytu nie utrudniają szybkiego dostępu do pacjenta, gdyż w momencie przetransportowania pacjenta we wskazane miejsce, zwalnia się blokadę szczytu. Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, iż pacjenci na oddziale anestezyjologicznym, nie zawsze są świadomi i istnieje ryzyko wyjęcia oraz rzucenia niezablokowanego szczytu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ tj. nie wymaga łóżka z możliwością blokady szczytów.

Dotyczy: Grupa 7 poz. 4 - Materac przeciwoodleżynowy – 10 szt

33. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwoodleżynowy wyposażony w 18 poprzecznych komór, które napelniają się i opróżniają na zmianę, co trzecia? System, w którym komory napelniają się i opróżniają co trzecia jest skuteczniejszy w walce z odleżynami ponieważ ciało pacjenta podparte jest przez dwie komory, a co trzecia

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



jest opróżniona, dzięki czemu napełnione komory są stabilne, a w miejscu gdzie komora jest opróżniona nacisk na ciało pacjenta ograniczony jest do minimum.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

34. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do 3 stopnia włącznie (wg. Skali 4 stopniowej)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

35. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy pracujący w stałym cyklu 10 minutowym z regulacją ciśnienia za pomocą pokrętła na pompie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

36. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy wyposażony w piankowy wkład zapobiegający możliwość zetknięcia pacjenta z podłożem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

37. Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy pracujący tylko w trybie dynamicznym w celu stałego zabezpieczenia pacjenta przed ryzykiem powstania odleżyn?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

38. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z płynną regulacją ciśnienia w zakresie od 25 do 75mmHg w zależności od wagi pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

39. Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy wyposażony tylko w wizualny/ diodowy alarm niskiego ciśnienia oraz braku zasilania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

40. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy w miękkim, elastycznym pokrowcu

paroprzepuszczalnym, zamykanym na suwak, ze zgrzewanymi szwami, przeznaczony do prania w temp. 95⁰ C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej o wysokim standardzie higieny, spełniający wymagania stawiane materacom szpitalnym nie potwierdzone przez niezależne laboratorium?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

41. Czy Zamawiający w rozumieniu pkt 22 dopuści materac przeciwodleżynowy zapewniający nacisk na ciało leżącego pacjenta poniżej 20 mmHg czasie około 33% cyklu pracy materaca niepotwierdzone wykresem zmian ciśnienia w czasie pełnego cyklu 10min? Osiągnięcie opisanego parametru wynika z systemu pracy materaca, w który w 1/3 cyklu komory pozostają opróżnione co trzecia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

42. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia klinów opisanych w pkt 23 lub dopuści kliny o podobnych wymiarach wykonanych z pianki poliuretanowej?

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

43. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogów stawianych w pkt 26?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Dotyczy: Grupa 7 poz. 5 - Łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi – 2 szt.

44. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 430 – 810mm? Proponowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany zakres regulacji wysokości.

45. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi, którego konstrukcja leża oparta jest na trzech szczelnych kolumnach cylindrycznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie regulacji przechyłów bocznych.

46. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi wyposażone w zasilanie 230V oraz akumulatorowe na czas transportu lub awarii zasilania z sygnalizacją diodową zlokalizowaną w panelu centralnym, która sygnalizuje niski stan naładowania akumulatora oraz dodatkowo konieczność wymiany akumulatora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie sygnalizacji diodowej stanu zasilania łóżka.

47. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi, którego wymiary zewnętrzne wynoszą: długość 2190 mm oraz szerokość 985mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko o proponowanych wymiarach.

48. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi z funkcją Trendelenburga oraz anti-Trendelenburga w zakresie $\pm 16^{\circ}$? Proponowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego oraz jest w pełni wystarczający do ustawienia w pozycji ratującej życie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko z funkcją Trendelenburga i anti-Trendelenburga z proponowanym zakresem regulacji $\pm 16^{\circ}$

49. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi z regulacją pleców z pilota w zakresie $0 - 60^{\circ}$ oraz mechaniczną regulacją segmentu podudzia w zakresie około $0 - 21^{\circ}$? Proponowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego i nie będzie miał niekorzystnego wpływu na funkcjonalność łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

50. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi wyposażone w funkcję zaawansowanej autoregresji teleskopowej tylko w segmencie pleców charakteryzującej się parametrem 11cm? Zastosowanie proponowanej funkcji zabezpiecza przed powstawaniem odleżyn w wyniku działania sił tarcia oraz nacisku materaca na ciało pacjenta w trakcie podnoszenia segmentu pleców.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



51. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezyjologiczne, którego maksymalne bezpieczne obciążenie robocze wynosi 200kg, co wynika z bezpieczeństwa pacjenta w trakcie wykonywania przechyłów bocznych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

52. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezyjologiczne z przechyłami bocznymi, wyposażone w szczyt od strony głowy poruszający się wraz z leżem w trakcie wykonywania regulacji elektrycznych? W łóżkach posiadających funkcję przechyłów bocznych konieczne jest zastosowanie szczytu, który porusza się wraz z leżem. W przeciwnym wypadku w trakcie wykonywania przechyłów bocznych zmieniać się będą odległości pomiędzy szczytem a barierkami. Jest to sytuacja niebezpieczna dla pacjenta, gdyż istnieje ryzyko zgniecenia, przygniecenia głowy lub ręki pacjenta. Odległości pomiędzy szczytem głowy a barierkami podyktowane są przez Normę EN 60601-2-52 i odległość taka nie może być większa niż 6cm. Zastosowanie stałego szczytu w skutkach jest niezgodne z normą dla łóżek z przechyłami bocznymi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

53. Czy Zamawiający w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta będzie wymagał aby łóżko wyposażone było w szczyt poruszający się wraz z leżem w trakcie wykonywania regulacji elektrycznych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

54. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezyjologiczne z przechyłami bocznymi wyposażone w barierki boczne metalowe, jednoczęściowe, składane wzdłuż ramy łóżka oraz wskaźniki kąta nachylenia segmentów leża na ramie łóżka w widocznym miejscu. Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, iż barierki, które poruszają się wraz z segmentami pleców i nóg są niezgodne z normą EN 60601-2-52 z uwagi na zmianę odległości pomiędzy barierkami, barierkami a szczytami łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

55. Czy Zamawiający w rozumieniu pkt 4 ma na myśli funkcję przechyłów bocznych wykonywanych poprzez poruszenie całego leża tj za pomocą łóżka, a nie materaca?

Odpowiedź: Zamawiający w punkcie 4 nie precyzuje sposobu realizacji przechyłów bocznych.

56. Czy Zamawiający będzie wymagał aby za pomocą panelu centralnego wyposażony był również w funkcję mobilizacyjną i egzaminacyjną uruchamiane za pomocą jednego czytelnie oznaczonego przycisku dla każdej funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby panel centralny wyposażony był również w funkcję mobilizacyjną i egzaminacyjną.

57. Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta będzie wymagał aby łóżko anestezyjologiczne z przechyłami bocznymi wyposażone było w panel centralny dla personelu oraz pilot przewodowy dla pacjenta, z przyciskami aktywującymi możliwość uruchomienia regulacji elektrycznych? Takie rozwiązanie wyklucza ryzyko przypadkowego uruchomienia regulacji. Regulacje funkcji elektrycznych odbywają się zawsze w sposób świadomy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Dotyczy: Grupa 7 poz. 5 - Materac przeciwoleżynowy do łóżek IT z przechyłami bocznymi – 2 szt.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



58. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy składający się z 21 poprzecznych komór powietrznych oraz piankowego wkładu podkładowego? Dodatkowo poprzeczne komory połączone są z dwoma większymi komorami powietrznymi wzdłużnymi, które zapewniają stabilizację pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza materac składający się z 21 poprzecznych komór powietrznych oraz piankowego wkładu podkładowego .

59. Czy Zamawiający w rozumieniu pkt 2 dopuści materac przeciwodleżynowy, który pracuje w systemie 3:1 dzięki czemu zapewnia zerowy nacisk na ciało pacjenta, co ograniczy i złagodzi ból?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza materac przeciwodleżynowy, który pracuje w systemie 3:1 dzięki czemu zapewnia zerowy nacisk na ciało pacjenta, co ograniczy i złagodzi ból.

60. Czy Zamawiający w rozumieniu pkt 3 dopuści materac przeciwodleżynowy, który w trybie dynamicznym komory napełniają się i opróżniają na przemian co trzecia w sposób zapewniający efekt fali?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza materac przeciwodleżynowy, który w trybie dynamicznym komory napełniają się i opróżniają na przemian co trzecia w sposób zapewniający efekt fali.

61. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy o wymiarach 200cm x 86cm x 17cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

62. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, którego dopuszczalne obciążenie robocze wynosi 210kg dla odleżyn IV stopnia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

63. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, w którym czas trwania cyklu jest stały i wynosi 7,5 minuty?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

64. Czy w rozumieniu pkt 11, 12 i 13 Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, który posiada zdolność do obniżenia wywieranego nacisku na ciało pacjenta na całej jego długości do 0mmHg, dzięki zastosowanemu systemowi pracy 3:1, które nie jest potwierdzone niezależnymi laboratoriami oraz wykresami nacisku dla pacjentów o wadze 80kg?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

65. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy pracujący w trzech trybach: dynamicznym, statycznym z automatycznym powrotem do dynamicznego po 30 minutach i symulacyjnym? W trybie symulacyjnym materac pracuje jak zwykły materac pasywny, personel ma możliwość określenia stanu pacjenta, tj. czy odleżyny będą powstawać. Materac wyposażony jest w funkcję zwiększonego ciśnienia w segmencie siedzenia w trakcie ustawienia łóżka w pozycji fotelewej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

66. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy wyposażony w funkcję regulacji poziomu ciśnienia powietrza w materacu w zależności od wagi pacjenta w 5 krokach za pomocą przycisków na pompie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



67. Czy w rozumieniu pkt 23 Zamawiający dopuści materac przeciwodleźynowy w miękkim, elastycznym pokrowcu paroprzepuszczalnym, zamykanym na suwak, ze zgrzewanymi szwami, przeznaczony do prania w temp. 95^o C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej o wysokim standardzie higieny, spełniający wymagania stawiane materacom szpitalnym nie potwierdzone przez niezależne laboratorium?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

68. Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów w pkt 24? Opisana funkcja materaca wskazuje na znaczne ograniczenie konkurencji i może skutkować dla Zamawiającego zbyt wysokimi kosztami zakupu sprzętu w wyniku braku możliwości złożenia oferty wielu podmiotów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

69. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia klinów opisanych w pkt 23 lub dopuści kliny o podobnych wymiarach wykonanych z pianki poliuretanowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

70. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleźynowy bez pianki wiskoelastycznej pokrytej cienką warstwą poliuretanu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

71. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogów stawianych w pkt 28?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Grupa 1 poz. 7 – „Aparat do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych – 2 szt.”

72. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 7 z grupy 1 i utworzy nową, odrębną grupę 1a, co umożliwi złożenie oferty przetargowej większej ilości wykonawców?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

73. Czy Zamawiający dopuści aparaty wyprodukowane w 2012 roku?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

74. Czy Zamawiający dopuści aparaty wyprodukowane w 2013 roku?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

75. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zasilanie akumulatora było przez minimum 30 minut?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ, zasilanie akumulatora min.15 minut

76. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 13 aparaty z jednym systemem grzewczym zapewniającym jednocześnie podgrzewanie płynu substytucyjnego i dializacyjnego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



77. Czy Zamawiający będzie wymagał regulacji temperatury w zakresie 35-40 °C?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

78. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 15 aparaty z regulacją pompy krwi w zakresie od 0 do 450ml/min?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

79. Czy Zamawiający w pkt. 17 dopuści prostą konstrukcję składającą się z 3 niezależnych wag: wagi substytut/dializat, wagi ultrafiltratu, wagi osocza?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

80. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 26 prostsze rozwiązanie jednego detektora powietrza umiejscowionego tak, że zapewnia optymalne bezpieczeństwo pacjenta?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

81. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zawartego w pkt. 24, tj. możliwości jednoczesnego prowadzenia antykoagulacji cytrynianowej i heparynowej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

82. Czy Zamawiający dopuści aparaty bez możliwości prowadzenia antykoagulacji heparynowej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

83. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zawartego w pkt. 25, tj. bezpośredniej możliwości zmiany rodzaju antykoagulacji z cytrynianowej na heparynową bez konieczności zmiany zestawu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

84. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby aparat do zabiegów nerkozastępczych posiadał funkcję dializy wątrobowej i leczenia sepsy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

85. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby aparat nerkozastępczy mógł zastąpić dwa aparaty, aparat do terapii nerkozastępczych i aparat do sztucznego wspomaganie wątroby?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Dotyczy: Załącznik do oferty Grupa 7 poz. 3 - Podnośnik pacjenta – 1 szt.

86. Czy Zamawiający dopuści wysoko specjalistyczny podnośnik pacjenta o konstrukcji aluminiowej z zakresem regulacji wysokości równym 127cm? Jest to parametr bardzo nieznacznie różniący się od wymaganego a w praktyce niezauważalny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany zakres podnoszenia.

10

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



87. Czy Zamawiający dopuści wysoko specjalistyczny podnośnik którego szerokość podstawy jezdnej rozłożonej wynosi 111cm a układ jezdny wyposażony jest w 4 podwójne kółka o średnicy 75mm z czego tylne posiadają hamulce?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

88. Czy Zamawiający dopuści wysoko specjalistyczny podnośnik którego maksymalny czas ładowania baterii wynosi 5 godzi i nie posiada dodatkowej baterii gdyż ma własną wbudowaną ładowarkę i nie ma potrzeby wyciągnięcia akumulatora aby go naładować?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

89. Czy Zamawiający dopuści wysoko specjalistyczny podnośnik którego konstrukcja umożliwia łatwe i szybkie składanie. Wysokość podnośnika po złożeniu wynosi 134cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Dotyczy: Załącznik do oferty Grupa 7 poz. 4 - łóżko anesteziologiczne z materacem przeciwoleżynowym – 10 szt.

90. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii z regulacją wysokości w zakresie od 428mm do 816mm? Pragniemy zwrócić uwagę że są to różnice minimalne w praktyce nie zauważalne.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane łóżko z regulacją wysokości w zakresie od 428mm do 816mm.

91. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii o konstrukcji łóżka opartej na dwóch kolumnach o profilu prostokątnym gwarantującym łatwy dostęp do mycia i dezynfekcji. Konstrukcja tak praktycznie niczym się nie różni od wymaganej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko o prostokątnym profilu kolumn.

92. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii o długości 2181mm? Jest to parametr bardzo zbliżony do wymaganego i różni się zaledwie o 30mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko o długości 2181mm .

93. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii o szerokości leża 840mm? Jest to parametr bardzo zbliżony do wymaganego i różni się zaledwie o 20mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko o szerokości leża 840 mm.

94. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii z funkcją Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie +/-16° realizowaną z pilota?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko z funkcją Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie regulacji +/-16° .

95. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii z regulacją segmentu pleców w zakresie 0- 66° realizowaną z pilota oraz regulacją segmentu łydek w zakresie 0- 23°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko z zakresem regulacji segmentu pleców w zakresie 0- 66° realizowaną z pilota oraz regulacją segmentu łydek w zakresie 0- 23°.

96. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii maksymalnym bezpiecznym obciążeniem łóżka równym 220kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko o obciążeniu roboczym łóżka równym 220 kg

11

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



97. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii które posiada szczyty oraz barierki boczne spełniające wymagania zamawiającego ale bez możliwości zastosowania kolorowych elementów dekoracyjnych. Dodatkowo w barierkach wbudowany jest panel sterujący który ułatwia obsługę łóżka zarówno personelowi jak i pacjentowi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko bez możliwości stosowania kolorowanych elementów dekoracyjnych

98. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii bez elektrycznej regulacji funkcji CPR? Regulacją pozycji CPR odbywa się za pomocą żółtego uchwyty umieszczonego po każdej stronie łóżka? Jest to rozwiązanie szybsze i bezpieczniejsze.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko bez elektrycznej regulacji funkcji CPR.

99. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii bez podświetlenia nocnego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko bez oświetlenia nocnego.

100. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii z podstawą jezdnią łatwą do czyszczenia i dezynfekcji oraz z uchwytem na butlę z tlenem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko do intensywnej terapii z podstawą jezdnią łatwą do czyszczenia i dezynfekcji oraz z uchwytem na butlę tlenową.

101. Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym możliwość uzyskiwania pozycji szokowej zasilanej z odrębnego ogniwa będzie dostępna z paneli wbudowanych w barierki boczne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko, w którym możliwość pozycji szokowej dostępna jest z paneli wbudowanych w barierki boczne.

102. Czy Zamawiający w celu ułatwienia mobilizacji pacjenta będzie wymagał możliwości zatrzymania barierki łóżka w położeniu pośrednim pomiędzy barierką podniesioną a całkowicie opuszczoną. Barierki będą opuszczane za pomocą tzw. Mechanizmu zegarowego nie wymagającego dodatkowej przestrzeni oraz zapewniający brak istotnej przerwy transferowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał proponowanego mechanizmu zegarowego.

103. Czy Zamawiający będzie wymagał dostępności do kasety RTG z obu stron łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przezierności sekcji pleców.

Dotyczy: Załącznik do oferty Grupa 7 poz. 4 – materac przeciwodleźynowy 10szt

104. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac zmiennociśnieniowy o wysokości 17cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

105. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac zmiennociśnieniowy o dopuszczalnej masie pacjenta 140kg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

106. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac posiadający 3 strefy:

1 strefa: głowy – 3 komory pracujące w trybie stałego niskiego ciśnienia,

2 strefa: klatki piersiowej, krzyżowa, ud – 12 komór pracujących w trybie zmiennego niskiego ciśnienia lub stałego niskiego ciśnienia (z możliwością wyboru)

12

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



3 strefa: pięć – 11 komór pracujących w trybie stałego niskiego ciśnienia. Wszystkie komory zintegrowane bez możliwości wymiany pojedynczych komór.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

107. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac który można używać w następujących środowiskach w sposób zdefiniowany w normie IEC 60601-2-52

-środowisko aplikacji 2 (krótkoterminowa opieka w szpitalach i innych instytucjach medycznych)

-środowisko aplikacji 3 (długoterminowa opieka w instytucjach medycznych)

-środowisko aplikacji 4 (opieka w domu)

-środowisko aplikacji 5 (pacjent ambulatoryjny)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

108. Czy Zamawiający dopuści materac w którym regulacja ciśnienia będzie polegała na regulacji strefy komfortu pacjenta w przedziale 1-10 gdzie 1 będzie odpowiadało obciążeniu 30 kg a poziom 10 będzie odpowiadał 140kg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

109. Czy Zamawiający dopuści materac który będzie w pokrowcu bakteriostatycznym, paroprzepuszczalnym o możliwości prania w temp do 70 stopni. Materac zgodny ze wszystkimi wymaganiami dyrektywami obowiązującymi w UE?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Dotyczy: Załącznik do oferty Grupa 7 poz. 5 - łóżko anestezyjologiczne z przechyłami bocznymi – 2 szt.

110 . Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii z regulacją wysokości w zakresie od 419,1 mm do 906,8 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko do intensywnej terapii z regulacją wysokości w zakresie od 419,1 mm do 906,8 mm

111 . Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii którego konstrukcja oparta jest na dwóch podporach a przechyły boczne realizowane są z poziomu zintegrowanego materaca? Rozwiązanie takie jest zdecydowanie bezpieczniejsze gdyż chroni pacjenta przed wypadnięciem z łóżka i nie wymaga używanie dodatkowych klinów co zmniejsza ryzyko przenoszenia zakażenia? W związku z tym prosimy o wprowadzenie wymogu możliwości dokonania bezpiecznego przechyłu bocznego bez dodatkowych klinów stabilizujących.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie precyzuje sposobu przechyłów bocznych.

112 . Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii ze zintegrowanym materacem o wymiarach 889 x 2133,6 x 181 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko ze zintegrowanym materacem o wymiarach 889 x 2133,6 x 181 mm

113. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii z funkcją Trendelenburga w zakresie 0-13° i anty-Trendelenburga 0-18°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko funkcją Trendelenburga w zakresie 0-13° i anty-Trendelenburga 0-18°.

13

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



114. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii z regulacją segmentu pleców w zakresie 0- 67° realizowaną z pilota?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją segmentu pleców w zakresie 0- 67° realizowaną z pilota.

115. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii którego minimalna przestrzeń pod łóżkiem wynosi 109mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko którego minimalna przestrzeń pod łóżkiem wynosi 109mm.

116. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii bez elektrycznej regulacji funkcji CPR a co za tym idzie bez możliwości ustawienia tej funkcji z panelu sterującego? Regulacja pozycji CPR odbywa się za pomocą dźwigni nożnej umieszczonej po każdej stronie łóżka. Jest to rozwiązanie szybsze i bezpieczniejsze

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

117. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii którego panel sterowniczy wbudowany jest w barierki boczne zarówno od strony personelu medycznego jak i pacjenta a poszczególne funkcje mogą być blokowane w razie takiej potrzeby?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

118. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii z podstawą jezdnią łatwą do czyszczenia i dezynfekcji oraz z miejscem na butlę które znajduje się za leżem przy szczycie górnym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

119. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii z wbudowaną wagą?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

120. Czy Zamawiający wymaga zintegrowanego materaca przeciwoleżynowego z ramą łóżka?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga zintegrowanego materaca przeciwoleżynowego z ramą łóżka.

Dotyczy: Regulator próżni:

121. Czy regulator do próżni ma być zasilany z centralnej instalacji próżniowej VAC ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ , regulator do próżni ma być zasilany z centralnej instalacji próżniowej.

122. Czy Zamawiający dopuści wkłady jednorazowego użycia, bez konieczności stosowania środka żelującego ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Dotyczy: Wózkowanna do transportu i mycia pacjenta – 1 szt.:

123. Pytanie 1 - Ad. Pkt. 2,3,4.

Czy Zamawiający dopuści wózkowannę o wymiarach: dł. 2020 mm; szer.750 mm, leże wózkowanny o wymiarach 1900x600 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

124. Pytanie 2 - Ad. Pkt.5.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Czy Zamawiający dopuści wózkowaną o konstrukcji na wahaczach, umiejscowionych centralnie, otwierane wzmocnione konstrukcją bariery boczne wanny umożliwiające przemieszczenie pacjenta z łóżka bez konieczności przenoszenia pacjenta oraz bez ryzyka upadku.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

125. Pytanie 3 - Ad. Pkt. 6.

Czy Zamawiający dopuści wózkowaną gdzie leże jest w formie wanny z PCV z poduszką (bez osobnego materaca)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

126. Pytanie 4 - Ad. Pkt. 7.

Czy Zamawiający dopuści wózkowaną gdzie odpływ kanalizacyjny jest jeden (z jednej strony leża) i wąż giętki mocowany na stałe?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

127. Pytanie 5 - Ad. Pkt. 8.

Czy Zamawiający dopuści wózkowaną, gdzie pozycja Trendelenburga/ AntyTrendelenburga- opcjonalnie; regulowana sprężyną gazową przy pomocy jednej dźwigni, tj. z jednego końca leża - od strony głowy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

128. Pytanie 6 - Ad. Pkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści wózkowaną, gdzie wysokość leża jest regulowana hydraulicznie pedałem nożnym w zakresie 550-950 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wózkowaną, gdzie wysokość leża jest regulowana hydraulicznie pedałem nożnym w zakresie 550-950 mm.

129. Pytanie 7 - Ad. Pkt. 10.

Czy Zamawiający dopuści wózkowaną z 4 kołami, wszystkie z indywidualną blokadą jazdy, jedno koło do jazdy na wprost?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

130. Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze?

Wymagany minimalny termin na reakcję jest wyjątkowo krótki, co może powodować w sytuacjach wyjątkowych jego przekraczanie. Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby wykonawcom racjonalnie zaplanować działania serwisowe, co prowadziłyby do zwiększenia efektywności samej naprawy urządzeń i znacząco wpłynęłyby na obniżenie ostatecznej ceny oferowanego urządzenia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

131. Pytanie 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 3 dni roboczych jeśli naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i do 7 dni roboczych jeżeli zaistnieje taka konieczność?

Należy zwrócić uwagę, iż na czynności serwisowe składają się: dojazd serwisu, diagnoza usterki, naprawa lub wymiana części. W przypadku każdej z usterek, termin wymagany przez zamawiającego jest niemożliwy do



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



dotrzymania. Ponadto w przypadku braku części w magazynie, lub też elementów potrzebnych w celu dokonania naprawy urządzenia zachodzi konieczność sprowadzenia ich spoza granic Polski.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

132. Wnosimy o usunięcie wymogu posiadania oraz dołączenia do oferty zgłoszenia/powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jako wymogu sprzecznego z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679) jedynymi dokumentami potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do używania są: deklaracja zgodności i certyfikat CE (jeżeli dotyczy). W obecnym stanie prawnym fakt dokonania ww. zgłoszenia lub powiadomienia wyrobu medycznego w żaden sposób nie ma wpływu na możliwość funkcjonowania wyrobu w obrocie na terenie RP. Z tego też powodu dokumenty te nie kwalifikują się jako wynikające z katalogu dokumentów wymienionych w rozporządzeniu z dnia 30 grudnia 2009 r. „w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane”, a w szczególności z katalogu dokumentów wymienionych w §5 ww. rozporządzenia.

Abstrahując od powyższej argumentacji należy zauważyć, że zgodnie z art. 58 ust.3 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. dystrybutor i importer mają obowiązek powiadomienia Prezesa Urzędu nie później niż w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W praktyce oznacza to, że nawet gdyby Wykonawca chciał dołączyć do oferty zgłoszenie/powiadomienie to może takiej możliwości w dniu składania ofert nie posiadać, w sytuacji kiedy do tego dnia nie wprowadził na terytorium RP oferowanego urządzenia. Tym samym omawiany zapis oprócz swej sprzeczności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, wprowadza wymóg potencjalnie niemożliwy do spełnienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu z pkt VI. 2.c) SIWZ z dnia 23 stycznia 2014 r. jednocześnie go modyfikuje w następujący sposób:

„ (...) c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub odpowiednio oświadczenie, że Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z art. 58 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. zgłosić/powiadomić Prezesa Urzędu nie później niż w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (...)”

133. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany przedmiotu umowy wynikającego z §7 ust. 4 wzoru umowy do 10 dni roboczych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

134. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z §9 ust. 2b do 0,2% wartości przedmiotu, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki?

Istniejący obecnie zapis w przypadku zwłoki w dostawie lub w usunięciu usterek powoduje naliczanie kar umownych od całej wartości przedmiotu umowy. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samym wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

135. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z §9 ust. 2 c do 0,2% wartości sprzętu, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki?



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Istniejący obecnie zapis w przypadku zwłoki w dostawie lub w usunięciu usterek powoduje naliczanie kar umownych od całej wartości przedmiotu umowy. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samym wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

136. Czy Zamawiający Zrezygnuje z wymogu dołączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy, wymaganego w pkt. VI. 5 i 6 i 7 SIWZ tj.:

„5. Dotyczy grupy 7 poz. 4 oświadczenie Wykonawcy, że oferowane materace i pokrowce :

dla wiersza 21 – spełniają normy wyszczególnione w tej pozycji,

dla wiersza 26 – spełniają warunek niepalności,

potwierdzone badaniami wykonanymi przez niezależne laboratorium.

6. Dotyczy grupy 7 poz. 5 oświadczenie Wykonawcy, że oferowane materace i pokrowce :

dla wiersza 23 – spełniają normy wyszczególnione w tej pozycji,

dla wiersza 28 – spełniają warunek niepalności,

dla wiersza 11 – o skuteczności redukcji sił ucisku,

dla wiersza 12 – o obniżeniu nacisku w zakresie podanym w tabeli,

dla wiersza 13 – o potwierdzeniu spełnieniu ucisku wywieranego przez komory w zakresach podanych w tabeli (potwierdzone odpowiednim wykresem), potwierdzone badaniami wykonanymi przez niezależne laboratorium.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

137. Dot. grupa 7 poz. 4

1. czy zamawiający dopuści łóżka o minimalnie większej szerokości całkowitej 1050 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

138. Czy zamawiający zgodzi się na łóżko z pozycją Trendelburga i Anty – Trendelburga w zakresie +/- 17 st.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko z pozycją Trendelburga i Anty – Trendelburga w zakresie +/- 17 st.

139. Czy Zamawiający zgodzi się na łóżko o nośności 230 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko o nośności 230 kg.

140. Czy zamawiający odstąpi od wymogu nocnego diodowego oświetlenia włączanego i wyłączanego z pilota?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający nie wymaga nocnego diodowego oświetlenia włączanego i wyłączanego z pilota.

141. Czy w związku z wyposażeniem łóżek w materace przeciwośluzowe zamawiający wymaga, aby łóżka miały większe zakresy: auroregresji pleców 110 mm i auroregresji segmentu ud 70 mm co ma zwiększyć ochronę pacjenta przed zgnieciem w pozycji „Autokontur”?

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga aby łóżka miały większe zakresy .

142. Dot. grupa 7 poz. 3 - Czy zamawiający dopuści szerokość podstawy jezdnej nośnika rozłożonej maksymalnie 133 cm, która to pozwoli niezmiennie „otoczyć” podstawą jezdną wózek inwalidzki, toaletę, fotel, krzesło itp.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szerokość podstawy jezdnej nośnika rozłożonej maksymalnie 133 cm, pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

17

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



143. Dotyczy: Grupa 7, poz. 2 – Wózkowanna do transportu i mycia pacjenta – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózkowannę do transportu i mycia pacjenta o szerokości 760 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

144. Czy Zamawiający dopuści wózkowannę do transportu i mycia pacjenta posiadającą leże o wymiarach 1860 x 620 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

145. Czy Zamawiający dopuści wózkowannę do transportu i mycia pacjenta posiadającą leże oparte na kolumnie umiejscowionej centralnie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

146. Czy Zamawiający dopuści wózkowannę do transportu i mycia pacjenta posiadającą leże z jednym odpływem kanalizacyjnym umiejscowionym w jednym końcu leża?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

147. Czy Zamawiający dopuści wózkowannę do transportu i mycia pacjenta posiadającą wysokość leża regulowaną hydraulicznie pedałem nożnym w zakresie 550-870 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wysokość leża regulowaną hydraulicznie pedałem nożnym w zakresie 550-870 mm.

Dotyczy: Grupa 7, poz. 3 – Podnośnik pacjenta – 1 szt.

148. Czy Zamawiający dopuści podnośnik pacjenta posiadający maksymalną nośność 175 kg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

149. Czy Zamawiający dopuści podnośnik pacjenta posiadający zakres regulacji wysokości 108 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

150. Czy Zamawiający dopuści podnośnik pacjenta posiadający podstawę jezdnią rozszerzaną mechanicznie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

151. Czy Zamawiający dopuści podnośnik pacjenta wyposażony tylko w mechaniczny system awaryjnego opuszczania?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

Dotyczy: Grupa 7, poz. 4 - Łóżko anestezyjologiczne z materacem przeciwoleżynowym – 10 szt.

152. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezyjologiczne z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 420 – 820 mm? Oferowany zakres różni się jedynie o 10 mm od tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

153. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezyjologiczne, którego segmenty leża wypełnione są sztywnymi płytami HPL (z przezierną sekcją pleców), wyjmowane, łatwe do mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



154. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne, którego konstrukcja oparta jest na dwóch kolumnach o profilu prostokątnym, gwarantujący łatwy dostęp do mycia i dezynfekcji? Kolumny o przekroju prostokątnym gwarantują jeszcze większą stabilność łóżka, niż kolumny o profilu okrągłym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

155. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające długość całkowitą 2200 mm? Oferowana długość różni się tylko o 10 mm od tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

156. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające szerokość całkowitą z podniesionymi barierkami 970 mm? Oferowana szerokość będzie funkcjonalna podczas użytkowania łóżka.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

157. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające funkcję Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie +/- 18° regulowaną z panelu centralnego przeznaczonego dla personelu? Dla bezpieczeństwa możliwość regulacji tych pozycji nie powinna być dostępna z pilota przeznaczonego dla pacjenta.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

158. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające regulację segmentu łydek manualnie w zakresie 0°-18°?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

159. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające funkcję podwójnej autoregresji 165 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

160. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające maksymalne bezpieczne obciążenie min. 250 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

161. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające sterowanie funkcjami łóżka z pilota przeznaczonego dla pacjenta oraz panelu centralnego przeznaczonego dla personelu z możliwością blokowania wybranych funkcji, które są niewłaściwe lub niebezpieczne dla pacjenta?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

162. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające sterowanie funkcjami łóżka z paneli wbudowanych w barierki boczne: dla pacjenta (dwa panele od strony wewnętrznej), dla personelu (dwa panele od strony zewnętrznej) oraz dodatkowego, rozbudowanego centralnego panelu sterowania dla personelu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

163. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające szczyty z tworzywa sztucznego, wyjmowane od strony głowy i nóg, przystosowane do pracy jako uchwyty do przemieszczania łóżka, z możliwością blokowania np. na czas transportu łóżka, z możliwością zastosowania kolorowych elementów dekoracyjnych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



164. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające elektrycznie regulowaną pozycję krzesła kadriologicznego uzyskiwaną za pomocą przycisku na panelu centralnym przeznaczonym dla personelu? Dla bezpieczeństwa możliwość regulacji tej pozycji nie powinna być dostępna z pilota przeznaczonego dla pacjenta.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

165. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające elektrycznie regulowaną pozycję szokową uzyskiwaną za pomocą przycisku na panelu centralnym przeznaczonym dla personelu? Dla bezpieczeństwa możliwość regulacji tej pozycji nie powinna być dostępna z pilota przeznaczonego dla pacjenta.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

166. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające elektrycznie regulowaną pozycję CPR uzyskiwaną za pomocą przycisku na panelu centralnym przeznaczonym dla personelu? Dla bezpieczeństwa możliwość regulacji tej pozycji nie powinna być dostępna z pilota przeznaczonego dla pacjenta.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

167. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne nie posiadające podświetlenia nocnego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

168. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające podświetlenie nocne diodowe włączane i wyłączane z pilota przeznaczonego dla pacjenta wbudowanego w barierki boczne?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

169. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne nie wyposażone w transparentną półkę pod monitor?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

170. Czy Zamawiający dopuści pompę zasilającą materac przeciwodleżynowy z regulacją poziomu ciśnienia powietrza w materacu w zależności od wagi i pozycji pacjenta w krokach 1-8 według zaleceń czytelnej etykiety umieszczonej na pompie przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów pompy i materaca bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

171. Czy Zamawiający dopuści pompę zasilającą materac przeciwodleżynowy z zakresem ciśnienia 10-45 mmHg, a więc dużo szerszym niż oczekiwany 15-40 mmHg (który mieści się w przedziale 10-45 mmHg) przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów pompy i materaca bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

172. Czy Zamawiający dopuści materac niepalny z pokrowcem niepalnym, który posiada potwierdzenie niepalności protokołem badań wykonanych przez niezależne laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji dla pokrowca zgodnie z polską normą PN-EN ISO 12952-1:2011 oraz PN-EN ISO 12952-2:2011, ale nie posiada potwierdzenia niepalności dla samego materaca? Materac wykonany z poliuretanu medycznego podlega ogólnym zasadom niepalności dla poliuretanów.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

Dotyczy: Grupa 7, poz. 5 - Łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi – 2 szt.

173. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 400 – 900 mm? Oferowany zakres jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

20

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



174. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne, którego segmenty leżą wypełnione są sztywnymi płytami HPL (z przezierną sekcją pleców), wyjmowane, łatwe do mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

175. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne, którego konstrukcja oparta jest na trzech kolumnach o profilu prostokątnym, gwarantujący łatwy dostęp do mycia i dezynfekcji oraz przechyły boczne +/-25°? Kolumny o przekroju prostokątnym gwarantują jeszcze większą stabilność łóżka, niż kolumny o profilu okrągłym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

176. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające długość całkowitą 2200 mm? Oferowana długość różni się tylko o 10 mm od tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

177. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające szerokość całkowitą z podniesionymi barierkami 990 mm? Oferowana szerokość będzie funkcjonalna podczas użytkowania łóżka.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

178. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające funkcję Trendelenburga w zakresie +/-16° i anti-Trendelenburga w zakresie +/-18° regulowaną z panelu centralnego przeznaczonego dla personelu? Dla bezpieczeństwa możliwość regulacji tych pozycji nie powinna być dostępna z pilota przeznaczonego dla pacjenta.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

179. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające regulację segmentu łydek manualnie w zakresie 0°-18°?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

180. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające funkcję podwójnej autoregresji 165 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

181. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające maksymalne bezpieczne obciążenie min. 250 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

182. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające szczyty z tworzywa sztucznego, wyjmowane od strony głowy i nóg, przystosowane do pracy jako uchwyty do przemieszczania łóżka, z możliwością blokowania np. na czas transportu łóżka, możliwość zastosowania kolorowych elementów dekoracyjnych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

183. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające szczyt od strony głowy – stały, zależny od ruchów leżącego? Takie rozwiązanie pozwoli zabezpieczać pacjenta zawsze z czterech stron bez względu na wybraną wysokość łóżka, przechyły wzdłużne, czy też boczne, zapewniając tym samym najwyższy poziom bezpieczeństwa pacjenta. Proponowane parametry są lepsze, ponieważ zastosowanie szczytu stałego niezależnego w niektórych pozycjach zabezpiecza pacjenta jedynie z trzech stron.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

21

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



184. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezyjologiczne posiadające elektrycznie regulowaną pozycję CPR uzyskiwaną za pomocą przycisku na panelu centralnym przeznaczonym dla personelu? Dla bezpieczeństwa możliwość regulacji tej pozycji nie powinna być dostępna z pilota przeznaczonego dla pacjenta.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

185. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezyjologiczne nie wyposażone w transparentną półkę pod monitor?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

186. Czy Zamawiający dopuści pompę zasilającą materac przeciwodrożynowy z regulacją poziomu ciśnienia powietrza w materacu w zależności od wagi i pozycji pacjenta w krokach 1-8 według zaleceń czytelnej etykiety umieszczonej na pompie przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów pompy i materaca bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

187. Czy Zamawiający dopuści pompę zasilającą materac przeciwodrożynowy o maksymalnej wadze wyższej niż oczekiwana, tj. około 4 kg (+/- 8%)? Tak skomplikowany materac o właściwościach opisanych przez Zamawiającego musi być zasilany i obsługiwany przez pompę wyposażoną w dwa niezależnie pracujące i obsługujące poszczególne zadania kompresory sterowane mikroprocesorowo, które równoległe i niezależnie od siebie wykonują zaprogramowane zadania - tylko wówczas materac wraz z pompą spełni wszystkie oczekiwania Zamawiającego. Pompa o wadze podanej przez Zamawiającego (2,3 kg) będzie posiadała tylko jeden kompresor zasilający, a taka pompa absolutnie nie spełni wszystkich oczekiwań i parametrów materaca opisanych i oczekiwanych przez Zamawiającego w zamawianym materacu. Pozostałe parametry pompy oraz materaca zostaną zachowane bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

188. Czy Zamawiający dopuści materac niepalny z pokrowcem niepalnym, który posiada potwierdzenie niepalności protokołem badań wykonanych przez niezależne laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji dla pokrowca zgodnie z polską normą PN-EN ISO 12952-1:2011 oraz PN-EN ISO 12952-2:2011, ale nie posiada potwierdzenia niepalności dla samego materaca? Materac wykonany z poliuretanu medycznego podlega ogólnym zasadom niepalności dla poliuretanów.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

Dotyczy pak. 5

189. Czy zamawiający dopuści do przetargu system, w którym ogrzewanie płynów realizowane jest za pomocą autonomicznego urządzenia mocowanego na tym samym stojaku?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowanie w poz. 5 tylko urządzenia z możliwością ogrzewania płynów infuzyjnych.

190. Czy zamawiający dopuści system, który w przypadku ogrzewania płynów informuje wspólną lampką alarmową o niedogrzeniu i awarii pompy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

191. Prosimy o potwierdzenie, czy system ma zapewniać normotermiczną temperaturę podgrzewanego płynu (nie mniejszą niż 37 ° C) również dla rutynowych infuzji, tzn. w zakresie prędkości infuzji od 100ml/godz.?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowanie w poz. 5 tylko urządzenia z możliwością ogrzewania płynów infuzyjnych.

22

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



192. Czy zamawiający będzie wymagał, aby system łączenia rury z kocem zapewniał swobodny obrót rury względem koca w trakcie pracy systemu, w celu bezpiecznego i swobodnego ułożenia rury wokół łóżka/pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby system łączenia rur z kocem zapewniał swobodny obrót rury względem koca, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dotyczy: Grupa 7 poz. 4 - Materac przeciwodłężynowy – 10szt

193. Czy Zamawiający w rozumieniu pkt 2 dopuści materac przeciwodłężynowy, który w trybie dynamicznym komory napełniają się i opróżniają na przemian co trzecia w sposób zapewniający efekt fali?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza materac przeciwodłężynowy, który w trybie dynamicznym komory napełniają się i opróżniają na przemian co trzecia w sposób zapewniający efekt fali.

194. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodłężynowy o wymiarach 200cm x 86cm x 17cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza materac przeciwodłężynowy o wymiarach 200cm x 86cm x 17cm.

195. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodłężynowy, którego dopuszczalne obciążenie robocze wynosi 210kg dla odleżyn IV stopnia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści materac przeciwodłężynowy którego dopuszczalne obciążenie robocze wynosi 210kg dla odleżyn IV stopnia.

196. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodłężynowy, w którym czas trwania cyklu jest stały i wynosi 7,5 minuty? Cykl pracy materaca wynoszący 7,5 minuty jest najbardziej optymalnym czasem dla terapii przeciwodłężynowej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza materac przeciwodłężynowy, w którym czas trwania cyklu jest stały i wynosi 7,5 minuty.

197. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodłężynowy, w którym sekcja głowy składa się z trzech stale napełnionych komór?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

198. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodłężynowy, który w sekcji pięć posiada 7 komór, które są pomniejszone o 25% w stosunku do pozostałych komór, bez możliwości wypięcia pojedynczej komory, lecz działające w trybie zmiennociśnieniowym (system 3:1)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

199. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodłężynowy pracujący w trzech trybach: dynamicznym, statycznym z automatycznym powrotem do dynamicznego po 30 minutach i symulacyjnym? W trybie symulacyjnym materac pracuje jak zwykły materac pasywny, personel ma możliwość określenia stanu pacjenta, tj. czy odleżyny będą powstawać. Materac wyposażony jest w funkcję zwiększonego ciśnienia w segmencie siedzenia w trakcie ustawienia łóżka w pozycji fotelewej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

200. Czy Zamawiający będzie wymagał aby materac zmiennociśnieniowy wyposażony był w pompę z trybem symulacyjnym, dzięki któremu możliwe jest kontrolowanie stanu pacjenta pod kątem terapii

23

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



przeciwoodleżynowej? W trybie tym, komory pozostają w stałym ciśnieniu, materac symuluje pracę zwykłego materaca pasywnego. Personel może analizować czy odleżyny pojawiają się ponownie u pacjenta, jeśli stan jego zdrowia już nie wymaga stosowania materaca zmiennociśnieniowego. Dzięki zastosowaniu trybu symulacyjnego materace wykorzystywane są przede wszystkim u tych pacjentów, którzy tego wymagają.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga aby materac był wyposażony w pompę z trybem symulacyjnym.

201. Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy z funkcją regulacji poziomu ciśnienia powietrza w materacu w zależności od wagi i pozycji pacjenta w pięciu krokach, w którym dzięki zastosowanemu trybowi pracy osiąga się nacisk 0 mmHg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

202. Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy wyposażony jedynie w dźwiękowy alarm niskiego ciśnienia i braku prądu z możliwością wyciszenia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

203. Czy Zamawiający będzie wymagał aby materac zmiennociśnieniowy zapewniający nacisk na ciało leżącego pacjenta 0 mmHg w czasie przynajmniej 33% cyklu pracy materaca, nie potwierdzone wykresem zmian ciśnienia w czasie pełnego cyklu 7,5 min?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

204. Czy w rozumieniu pkt 21 Zamawiający dopuści materac przeciwoodleżynowy w miękkim, elastycznym pokrowcu paroprzepuszczalnym, zamykanym na suwak, ze zgrzewanymi szwami, przeznaczony do prania w temp. 95 ° C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej o wysokim standardzie higieny, spełniający wymagania stawiane materacom szpitalnym niepotwierdzone przez niezależne laboratorium?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

205. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia klinów opisanych w pkt 23 lub dopuści kliny o podobnych wymiarach wykonanych z pianki poliuretanowej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

206. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwoodleżynowy bez pianki wiskoelastycznej pokrytej cienką warstwą poliuretanu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

207. Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy, który jest niepalny oraz posiada niepalny pokrowiec, lecz bez protokołu potwierdzającego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

Dotyczy: Grupa 7 poz. 1 - regulator do próżni – 12 szt.

208. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulatorów z manometrem bez specjalnej osłony ochronnej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

209. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwóch uchwytów uniwersalnych naszynowych do pojemników oraz dwóch pojemników (do wkładów) o pojemności 2,5 litra, wielorazowych z tworzywa sztucznego przystosowanych do dezynfekcji w ogólnodostępnych środkach dezynfekcyjnych do 100 ° C?



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

Dotyczy: Grupa 7 poz. 5 - Łóżko anestezyjologiczne z przechyłami bocznymi – 2 szt.

210. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezyjologiczne z przechyłami bocznymi z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 440 – 820mm? Proponowany parametr różni się zaledwie o 10 mm od dopuszczzonej tolerancji w wysokości maksymalnej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

211. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezyjologiczne z przechyłami bocznymi, którego konstrukcja leża oparta jest na trzech szczelnych kolumnach cylindrycznych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko anestezyjologiczne z przechyłami bocznymi, którego konstrukcja leża oparta jest na trzech szczelnych kolumnach cylindrycznych, przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

212. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezyjologiczne z przechyłami bocznymi wyposażone w zasilanie 230V oraz akumulatorowe na czas transportu lub awarii zasilania z sygnalizacją diodową zlokalizowaną w panelu centralnym, która sygnalizuje niski stan naładowania akumulatora oraz dodatkowo konieczność wymiany akumulatora?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko anestezyjologiczne z przechyłami bocznymi wyposażone w zasilanie 230V oraz akumulatorowe na czas transportu lub awarii zasilania z sygnalizacją diodową zlokalizowaną w panelu centralnym, która sygnalizuje niski stan naładowania akumulatora oraz dodatkowo konieczność wymiany akumulatora, przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

213. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezyjologiczne z przechyłami bocznymi, którego wymiary zewnętrzne wynoszą: długość 2150 mm oraz szerokość 1050 mm? Proponowane parametry różnią się nieznacznie od wymaganych, nie będą miały wpływu na funkcjonalność łóżka.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

214. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezyjologiczne z przechyłami bocznymi z funkcją Trendelenburga w zakresie $+13^{\circ}$ oraz anti-Trendelenburga w zakresie -16° ? Proponowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego oraz jest w zupełności wystarczający do ustawienia w pozycji ratującej życie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko anestezyjologiczne z przechyłami bocznymi z funkcją Trendelenburga w zakresie $+13^{\circ}$ oraz anti-Trendelenburga w zakresie -16° , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

215. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezyjologiczne z przechyłami bocznymi z regulacją pleców z pilota w zakresie $0 - 70^{\circ}$ oraz mechaniczną regulacją segmentu podudzia w zakresie około $0 - 22^{\circ}$? Proponowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego i nie będzie miał niekorzystnego wpływu na funkcjonalność łóżka.

25

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko anestezyjologiczne z przechyłami bocznymi z regulacją pleców z pilota w zakresie 0 – 70⁰ oraz mechaniczną regulacją segmentu podudzia w zakresie około 0 – 22⁰ , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

216. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezyjologiczne, którego maksymalne bezpieczne obciążenie robocze wynosi 250kg, co wynika z bezpieczeństwa pacjenta w trakcie wykonywania przechyłów bocznych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko anestezyjologiczne którego maksymalne bezpieczne obciążenie robocze wynosi 250kg, przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

217. Czy w rozumieniu pkt 13 Zamawiający ma na myśli sterowanie łóżka za pomocą przynajmniej jednego panelu sterowniczego wbudowanego w barierki boczne oraz przewodowego panelu sterowania?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

218. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezyjologiczne z przechyłami bocznymi, wyposażone w szczyt od strony głowy poruszający się wraz z leżem w trakcie wykonywania regulacji elektrycznych? W łóżkach posiadających funkcję przechyłów bocznych konieczne jest zastosowanie szczytu, który porusza się wraz z leżem. W przeciwnym wypadku w trakcie wykonywania przechyłów bocznych zmieniać się będą odległości pomiędzy szczytem a barierkami. Jest to sytuacja niebezpieczna dla pacjenta, gdyż istnieje ryzyko zgniecenia, przygniecenia głowy lub ręki pacjenta. Odległości pomiędzy szczytem głowy a barierkami podyktowane są przez Normę EN 60601-2-52 i odległość taka nie może być większa niż 6cm. Zastosowanie stałego szczytu w skutkach jest niezgodne z normą dla łóżek z przechyłami bocznymi.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

219. Czy Zamawiający w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta będzie wymagał aby łóżko wyposażone było w szczyt poruszający się wraz z leżem w trakcie wykonywania regulacji elektrycznych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

220. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezyjologiczne wyposażone w tworzywowe barierki boczne, dzielone na dwie części, po obu stronach leża, z których wraz z segmentem pleców porusza się górna barierka? Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane i zgodne z normami bezpieczeństwa.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko anestezyjologiczne wyposażone w tworzywowe barierki boczne, dzielone na dwie części, po obu stronach leża, z których wraz z segmentem pleców porusza się górna barierka, przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

221. Czy w rozumieniu pkt 24 Zamawiający ma na myśli panel sterowniczy spełniający stawiane wymagania oraz dodatkowo posiadający przycisk aktywujący regulację? Jest to funkcja, która zabezpiecza pacjenta przed przypadkowym uruchomieniem regulacji segmentów łóżka, które mogą być dla pacjenta niebezpieczne. Panel sterowniczy pozostaje poza zasięgiem pacjenta, należy wziąć pod uwagę możliwość przypadkowego uruchomienia regulacji łóżka przez personel oraz odwiedzającą rodzinę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dodatkowego przycisku aktywującego regulację.

222. Czy Zamawiający w rozumieniu pkt 4 ma na myśli funkcję przechyłów bocznych wykonywanych poprzez poruszenie całego leża tj za pomocą łóżka, a nie materaca?

26

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje sposobów realizacji przechyłów bocznych .

223. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezyjologiczne wyposażone w tworzywowe uchwyty na worki urologiczne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko anestezyjologiczne wyposażone w tworzywowe uchwyty na worki urologiczne wykonane z tworzywa sztucznego, przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

224. (Grupa 7 poz. 3, l.p. 7) Czy Zamawiający dopuści „Podnośnik Pacjenta” o szerokości podstawy jezdnej maksymalnie rozłożonej do wielkości 133 [cm]? Szerokość taka zapewnia pełny dostęp do pacjenta będącego na wózku inwalidzkim, toalecie, krzesle.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza „Podnośnik Pacjenta” o szerokości podstawy jezdnej maksymalnie rozłożonej do wielkości 133 [cm], przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

225. (Grupa 7 poz. 4, l.p. 4) Czy Zamawiający dopuści łóżka oparte na dwóch prostokątnych kolumnach jak w łóżku wyspecyfikowanym w pkt 4 w tabeli Grypy 7 poz. 5?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

226. (Grupa 7 poz. 4, l.p. 5) Czy Zamawiający dopuści łóżka wykonane ze stali lakierowanej proszkowo o konstrukcji łatwej do utrzymania w czystości bez powłoki antybakteryjnej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody zapisy zapisów SIWZ, bez zmian.

227. (Grupa 7 poz. 4, l.p. 6) Czy dopuści łóżko ze wskaźnikiem diodowym informującym o stopniu naładowania akumulatora bez alarmu dźwiękowego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

228. (Grupa 7 poz. 4, l.p. 7) Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2200 [mm] z możliwością przedłużenia leża do 2 380 [mm]?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

229. (Grupa 7 poz. 4, l.p. 9) Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją Trendelenburga i anti-Trendelenburga w zakresie $\pm 16^\circ$?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

230. (Grupa 7 poz. 4, l.p. 10) Czy Zamawiający dopuści łóżko o regulacji segmentu pleców w zakresie $0 \div 70^\circ$?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

231. (Grupa 7 poz. 4, l.p. 13) Czy Zamawiający dopuści łóżko o dopuszczalnej wadze pacjenta 230 [kg]?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

232. (Grupa 7 poz. 4, l.p. 17) Czy Zamawiający dopuści łóżko o prześwicie 150 [mm]?

27

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

233. (Grupa 7 poz. 4, l.p. 30) Czy Zamawiający dopuści łóżko ze wskaźnikiem wizualnym diodowym bez alarmu akustycznego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

234. (Grupa 7 poz. 4, l.p. 31) Czy zamawiający dopuści łóżko wyposażone w półkę nietransparentną?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy zapisów SIWZ bez zmian.

235. (Grupa 7 poz. 5, l.p. 4) Czy Zamawiający dopuści łóżka oparte na dwóch prostokątnych kolumnach bez przechyłów bocznych, natomiast z pełnym zestawem pozycjonerów do terapii ułożeniowej pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

236. (Grupa 7 poz. 5, l.p. 5) Czy Zamawiający dopuści łóżka wykonane ze stali lakierowanej proszkowo o konstrukcji łatwej do utrzymania w czystości bez powłoki antybakteryjnej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

237. (Grupa 7 poz. 5, l.p. 6) Czy dopuści łóżko ze wskaźnikiem diodowym informującym o stopniu naładowania akumulatora bez alarmu dźwiękowego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

238. (Grupa 7 poz. 5, l.p. 7) Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2200 [mm] z możliwością przedłużenia leża do 2380 [mm]?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

239. (Grupa 7 poz. 5, l.p. 9) Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją Trendelenburga i anti-Trendelenburga w zakresie $\pm 16^\circ$?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

240. (Grupa 7 poz. 5, l.p. 10) Czy Zamawiający dopuści łóżko o regulacji segmentu pleców w zakresie $0 \div 70^\circ$?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

241. (Grupa 7 poz. 5, l.p. 12) Czy Zamawiający dopuści łóżko o dopuszczalnej wadze pacjenta 230 kg?

28

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

242. (Grupa 7 poz. 5, l.p. 16) Czy Zamawiający dopuści łóżko o prześwicie 150 [mm]?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

243. (Grupa 7 poz. 5, l.p. 28) Czy zamawiający dopuści łóżko wyposażone w półkę nietransparentną?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

244. (Grupa 7 poz. 5, l.p. 30) Czy Zamawiający dopuści łóżko ze wskaźnikiem wizualnym diodowym bez alarmu akustycznego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Grupa 8 poz. 4 – Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 2szt.

245. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, którego konstrukcja tj. szkielet, ściany boczne i tylna wykonane są w technologii dwuściennej z anodyzowanego aluminium z wypełnieniem izolacyjnym o konstrukcji plastra miodu zapewniającej sztywność i wygłuszenie bez powłoki antybakteryjnej? Użyty materiał sprawia że wózek jest lekki i łatwy w prowadzeniu, a ponadto łatwiejszy w czyszczeniu i dezynfekcji.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

246. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, którego fronty szuflad wykończone są kolorowymi panelami z tworzywa HPL (4 kolory do wyboru – żółty, zielony, niebieski, czerwony) lub z aluminium (z możliwością wyboru koloru miejsca na etykiety)? Oferowane rozwiązanie jest równie korzystne jak to wymagane i gwarantuje pełną dezynfekcję, estetyczny wygląd i odporność na uszkodzenia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

247. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek posiadający blat wykonany z tworzywa poliuretanowego Baydur® - nie termoplastycznego o grubości 30mm, odpornego na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, promienie UV, łatwego w czyszczeniu z podniesionymi brzegami z czterech stron zabezpieczającymi przed zsuwaniem się drobnych przedmiotów? Proponowane rozwiązanie jest zatem równie korzystne i gwarantuje długi okres użytkowania wózka oraz jego odporność na możliwe uszkodzenia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

248. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w 4 tworzywowe, pojedyncze cichobieżne koła o średnicy 125mm, łatwe w czyszczeniu, niekorodujące i nie zostawiające śladów (3 koła z blokadą, 1 antystatyczne)? Oferowane rozwiązanie gwarantuje pełną mobilność wózka i jego skuteczniejsze unieruchomienie. Ponadto zastosowanie antystatycznego koła skutecznie zapobiega przed gromadzeniem się ładunków elektrycznych na powierzchni wózka.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



249. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w 5 szuflad z przegrodami bez materiału wyścielającego typu „anti-slip”? Dzięki temu, że szuflady wyposażone są w regulowane przegrody przewożone przedmioty nie są się w stanie przesunąć.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

250. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w wysuwany blat roboczy spod blatu o dopuszczalnym obciążeniu na poziomie ~5kg? Biorąc pod uwagę fakt, że wysuwany blat roboczy służy przede wszystkim do pisania to nie ma potrzeby aby charakteryzował się obciążalnością na poziomie aż 15kg.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

251. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w uchwyt na opakowanie rękawic niesterylnych umieszczony nad blatem na aluminiowym wysięgniku? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym, gwarantujące łatwy i szybki dostęp do rękawic.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

252. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w dozownik na płyn aseptyczny umieszczony nad blatem na aluminiowym wysięgniku? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym, gwarantujące łatwy i szybki dostęp do dozownika płynu aseptycznego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

253. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w listwę elektryczną z 6 gniazdami mocowaną na bocznej ścianie wózka tuż pod półką pod defibrylator? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

254. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek bez systemu oświetlenia pola roboczego? Rozwiązanie to nie jest konieczne.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

255. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w 5 szuflad na prowadnicach suwnych o wymiarach roboczych:

- 10x60cm z podziałem umożliwiającym uzyskanie 12 pól
- 10x60cm z podziałem umożliwiającym uzyskanie 12 pól
- 15x60cm z podziałem umożliwiającym uzyskanie 3 pól
- 15x60cm z podziałem umożliwiającym uzyskanie 12 pól
- 21x60cm z podziałem umożliwiającym uzyskanie 12 pól?

Jest to rozwiązanie umożliwiające przechowywanie dużej ilości leków i materiałów medycznych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

256. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek o następujących wymiarach:

- wysokość wewnętrzna wózka: 730mm
- wysokość z blatem: 1045mm
- szerokość wewnętrzna: 600mm?

Są to wymiary optymalnie dostosowane do potrzeb użytkowych i bardzo dobrze sprawdzają się w praktyce.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Dotyczy przedmiotu zamówienia: Grupa 8 poz. 3 – Wózek na leki – 4szt.

257. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, którego konstrukcja tj. szkielet, ściany boczne i tylna wykonane są w technologii dwuściennej z anodyzowanego aluminium z wypełnieniem izolacyjnym o konstrukcji plastra miodu zapewniającej sztywność i wygłuszenie bez powłoki antybakteryjnej? Użyty materiał sprawia że wózek jest lekki i łatwy w prowadzeniu, a ponadto łatwiejszy w czyszczeniu i dezynfekcji.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

258. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, którego fronty szuflad wykończone są kolorowymi panelami z tworzywa HPL (4 kolory do wyboru – żółty, zielony, niebieski, czerwony) lub z aluminium (z możliwością wyboru koloru miejsca na etykiety)? Oferowane rozwiązanie jest również korzystne jak to wymagane i gwarantuje pełną dezynfekcję, estetyczny wygląd i odporność na uszkodzenia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

259. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek posiadający blat wykonany z tworzywa poliuretanowego Baydur® - nietermoplastycznego o grubości 30mm, odpornego na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, promienie UV, łatwego w czyszczeniu z podniesionymi brzegami z czterech stron zabezpieczającymi przed zsuwaniem się drobnych przedmiotów? Proponowane rozwiązanie jest zatem również korzystne i gwarantuje długi okres użytkowania wózka oraz jego odporność na możliwe uszkodzenia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

260. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w 4 tworzywowe, pojedyncze cichobieżne koła o średnicy 125mm, łatwe w czyszczeniu, niekorodujące i nie zostawiające śladów (3 koła z blokadą, 1 antystatyczne)? Oferowane rozwiązanie gwarantuje pełną mobilność wózka i jego skuteczniejsze unieruchomienie. Ponadto zastosowanie antystatycznego koła skutecznie zapobiega przed gromadzeniem się ładunków elektrycznych na powierzchni wózka.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

261. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w 5 szuflad z przegrodami bez materiału wyściełającego typu „anti-slip”? Dzięki temu, że szuflady wyposażone są w regulowane przegrody przewożone przedmioty nie są się w stanie przesunąć.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

262. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w wysuwany blat roboczy spod blatu o dopuszczalnym obciążeniu na poziomie ~5kg? Biorąc pod uwagę fakt, że wysuwany blat roboczy służy przede wszystkim do pisania to nie ma potrzeby aby charakteryzował się obciążalnością na poziomie aż 15kg.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

263. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w uchwyt na opakowanie rękawic niesterylnych umieszczony nad blatem na aluminiowym wysięgniku? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym, gwarantujące łatwy i szybki dostęp do rękawic.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

264. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w tworzywowy kosz na odpady o pojemności 8l z obrotowym wieczkiem? Oferowane rozwiązanie gwarantuje przechowywanie dużej ilości odpadów medycznych.

31

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

265. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w 5 szuflad na prowadnicach suwnych o wymiarach roboczych:

- 10x60cm z podziałem umożliwiającym uzyskanie 12 pól
- 10x60cm z podziałem umożliwiającym uzyskanie 12 pól
- 15x60cm z podziałem umożliwiającym uzyskanie 3 pól
- 15x60cm z podziałem umożliwiającym uzyskanie 12 pól
- 21x60cm z podziałem umożliwiającym uzyskanie 12 pól?

Jest to rozwiązanie umożliwiające przechowywanie dużej ilości leków i materiałów medycznych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

266. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek o następujących wymiarach:

- wysokość wewnętrzna wózka: 730mm
- wysokość z blatem: 1045mm
- szerokość wewnętrzna: 600mm?

Są to wymiary optymalnie dostosowane do potrzeb użytkowych i bardzo dobrze sprawdzają się w praktyce.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

267. Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący:

„Dostawca zobowiązuje się w ciągu 10 dni roboczych dokonać wymiany przedmiotu umowy na pełnowartościowy, pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamawiany sprzęt.”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

268. Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący:

„Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:

- a) w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca,.”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

269. Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący:

„Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:

- b) w wysokości 0,2 % wartości brutto opóźnionej dostawy, za każdy dzień zwłoki w przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu wskazanego w § 3”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

270. Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący:

„Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:

- c) w razie opóźnienia w podjęciu lub wykonaniu naprawy w terminie określonym w § 8 pkt. 2 i 3; nie dokonania przeglądów gwarancyjnych zgodnie z § 8 pkt. 6 i pogwarancyjnych zgodnie z § 8 pkt. 7; niedostarczenia aparatu zastępczego zgodnie z § 8 pkt. 4, niewykonania aktualizacji oprogramowania zgodnie z § 8 pkt. 12 - w wysokości 0,2 % wartości brutto wyrobu, którego dotyczy opóźnienie, za każdy dzień zwłoki.”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



271. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta wymuszonym obiegiem powietrza? Urządzenia działające w ten sposób nie są w stanie efektywnie schładzać pacjenta.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

272. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania współpracujące z kocami, które dzięki swojej unikalnej budowie rozprowadzają ciepłe powietrze na całe ciało pacjenta?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

273. Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające możliwości ogrzewania płynów infuzyjnych? Ogrzewanie płynów poprzez ogrzewacz konwekcyjny jest nieefektywne a brak kontroli nad temperaturą płynu może powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjenta.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

274. Czy zamawiający dopuści do zaferowania łóżko z regulacją wysokości w zakresie 390-770 mm? Mniejsza wysokość leża względem podłogi ułatwia opuszczanie łóżka przez pacjenta. Wydaje się być zatem parametrem korzystniejszym niż wymagany w SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

275. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko z segmentami wypełnionymi na stałe płytą HPL przezierną dla promieni RTG, niezwykle trwałą łatwą w utrzymaniu czystości i odporne na działanie środków dezynfekujących? Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko z wymiarami leża 840 x 2060 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

276. Czy zamawiający dopuści do zaferowania łóżko o wymiarach zewnętrznych: długość łóżka 2280 mm, długość po przedłużeniu leża -970 mm (+/- 10 mm)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

277. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko z zasilaniem 230 v oraz dodatkowo akumulatorowym bez sygnalizacji dźwiękowej, gdy akumulator jest bliski rozładowania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pozostałe, zapisy SIWZ bez zmian.

278. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko z funkcją Tredelburga w zakresie 15 st. i anty-Tredelburga w zakresie 15 st.?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

279. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko z regulacją ręczną segmentu podudzia w zakresie 0-24 st.?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

280. Czy zamawiający dopuści do zaferowania łóżko z autoregresją segmentu oparcia pleców 120 mm i autoregresją segmentu uda 90 mm, co jest parametrem lepszym niż wymagany w SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pozostałe, zapisy SIWZ bez zmian.

281. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko ze szczytem zintegrowanym z leżem łóżka i poruszającym się wraz z nim w czasie przechyłów łóżka?

33

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

282. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze wskaźnikami nachylenia leża i oparcia pleców umieszczonymi nie w poręczach bocznych, a bezpośrednio na ramie łóżka?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

283. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez funkcji podświetlenia nocnego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pozostałe, zapisy SIWZ bez zmian.

284. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z koszem na butlę z tlenem zamiast ukształtowanego w obudowie pod leżem miejsca na butle z tlenem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko z koszem na butlę z tlenem, zamiast ukształtowanego w obudowie pod leżem miejsca na butlę z tlenem, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

285. Czy zamawiający mając na względzie zmniejszenie ryzyka infekcji oczekuje do zaoferowania barierki bocznych metalowych składanych wzdłuż leża z górną rurą uchwytną wykonaną w technologii Cu+(stop miedzi) likwidującej 90% bakterii i wirusów?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

286. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez funkcji sygnalizowania z alarmem akustycznym o niskim poziomie baterii oraz konieczności podłączenia baterii do ładowania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko bez funkcji sygnalizacji akustycznej niskiego poziomu naładowania baterii oraz konieczności podłączenia baterii do ładowarki, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

287. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w stalową półkę z taśmą zabezpieczającą pod monitor?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

288. Czy Zamawiający mając na względzie zmniejszenie ryzyka infekcji oczekuje łóżka z tworzywowymi szczytami i poręczami a także osłonami podwozia posiadającymi właściwości antybakteryjne z zastosowaniem nanotechnologii srebra? Takie rozwiązanie jest kolejnym krokiem w skutecznej walce z bakteriami w oddziałach szpitalnych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby elementy konstrukcyjne były pokryte powłoką antybakteryjną zapobiegającą rozprzestrzenianiu się zakażeń.

289. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o całkowitym bezpiecznym obciążeniu 220 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko o całkowitym bezpiecznym obciążeniu 220 kg, przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

290. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z pilotem z elektrycznie regulowaną pozycją krzesła kardiologicznego uzyskiwaną jednym przyciskiem na panelu sterującym lub kombinacją klawiszy na pilocie?

Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



291. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z pilotem z elektrycznie regulowaną pozycją antyszokową uzyskiwaną jednym przyciskiem na panelu sterującym, lub kombinacją klawiszy na pilocie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

292. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z pilotem z elektrycznie regulowaną funkcją CPR uzyskiwana jednym przyciskiem na panelu sterującym bez możliwości z powodów bezpieczeństwa – uzyskiwania tej funkcji pilotem?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Poz. 5 – łóżko anestetyczne z przechyłami bocznymi – 2 szt.

293. Czy w celu uzyskania przechyłów bocznych Zamawiający oczekuje łóżka z leżem opartym na trzech kolumnach?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie precyzuje sposobów przechyłów bocznych.

294. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z segmentami wypełnionymi na stałe płytą HPL przezierną dla promieni RTG niezwykle trwałą łatwą w utrzymaniu czystości i odporną na działanie środków dezynfekujących?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

295. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z zasilaniem 230V oraz dodatkowo akumulatorowym bez sygnalizacji dźwiękowej, gdy akumulator jest bliski rozładowania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pozostałe, zapisy SIWZ bez zmian.

296. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o wymiarach zewnętrznych: długość łóżka 2280 mm długość po przedłożeniu leża 2480 mm szerokość łóżka z poręczami tworzywowymi opuszczonymi 1040 mm podniesionymi – 990 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

297. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z wymiarami leża 840 x 2060 mm, co nieznacznie odbiega od wymogów SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pozostałe, zapisy SIWZ bez zmian.

298. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z funkcją Tredelenburga w zakresie 15 ° i anty Tredelenburga w zakresie 17°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pozostałe, zapisy SIWZ bez zmian.

299. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją ręczną segmentu podudzia w zakresie 0-24 st.?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

300. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z autoregresją segmentu oparcia pleców 120 mm i autoregrescją segmentu uda 90 mm co jest parametrem lepszym niż wymagany w SIWZ?

35

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pozostałe, zapisy SIWZ bez zmian.

301. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko o całkowitym bezpiecznym obciążeniu 250 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pozostałe, zapisy SIWZ bez zmian.

302. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko ze szczytem zintegrowanym z leżem łóżka i poruszającym się wraz z nim w czasie przechyłów łóżka?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

303. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko ze wskaźnikami nachylenia leża i oparcia pleców umieszczonymi nie w poręczach bocznych, a bezpośrednio na ramię łóżka?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

304. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko bez funkcji podświetlenia nocnego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pozostałe, zapisy SIWZ bez zmian.

305. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko z koszem na butlę z tlenem zamiast ukształtowanego w obudowie pod leżem miejsca na butlę z tlenem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko z koszem na butlę z tlenem zamiast ukształtowanego w obudowie pod leżem miejsca na butlę z tlenem, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

306. Czy Zamawiający mając na względzie zmniejszenie ryzyka infekcji oczekuje zaferowania barierok bocznych metalowych składanych wzdłuż ramy leża z górną rurą uchwytną wykonaną w technologii Cu+(sto miedzi) likwidującej 90% bakterii i wirusów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza z właściwościami antybakteryjnymi z zastosowaniem nanotechnologii srebra, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

307. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko bez funkcji sygnalizowania alarmem akustycznym o niskim poziomie baterii oraz konieczności podłączenia baterii do ładowania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko bez funkcji sygnalizowania alarmem akustycznym o niskim poziomie baterii oraz konieczności podłączenia baterii do ładowania, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

308. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko wyposażone w stalową półkę z taśmą zabezpieczającą pod monitor?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

309. Czy Zamawiający mając na względzie wymogi bezpieczeństwa obowiązujące na oddziałach intensywnej terapii a także wygodę i funkcjonalność oczekuje łóżka z przechyłami bocznymi i systemem ważenia pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

310. Czy Zamawiający mając na względzie wymogi bezpieczeństwa obowiązujące na oddziałach intensywnej terapii a także wygodę i funkcjonalność oczekuje łóżka z przechyłami bocznymi ca najmniej +/- 25 st. ?



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

311. Czy Zamawiający mając na względzie zmniejszenie ryzyka infekcji oczekuje łóżka z tworzywowymi szczytami i poręczami, a także osłonami podwozia posiadającymi właściwości antybakteryjne z zastosowaniem nanotechnologii srebra? Takie rozwiązanie jest kolejnym krokiem w skutecznej walce z bakteriami w oddziałach szpitalnych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza z właściwościami antybakteryjnymi z zastosowaniem nanotechnologii srebra, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Materac przeciwoleżynowy do łóżek IT z przechyłami bocznymi – 2 szt.

312. czy zamawiający dopuści do zaferowania materac przeciwoleżynowy o wysokości 21 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

313. czy zamawiający dopuści do zaferowania materac przeciwoleżynowy o wadze 18 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

314. Grupa 4 – ssak elektryczny- Czy zamawiający wymaga aby wielorazowy zbiornik ssaka był przystosowany do użytku niezależnie od wkładów jednorazowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Dotyczy respirator transportowy- 2 szt.

315. Czy zamawiający dopuści respirator transportowy zasilany z zewnętrznego źródła DC o napięciu 12-15 V wraz z dodatkowym konwerterem umożliwiającym zasilanie ze źródłem 18-30 V?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza respirator transportowy zasilany z zewnętrznego źródła DC o napięciu 12-15 V wraz z dodatkowym konwerterem umożliwiającym zasilanie ze źródłem 18-30 V, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

316. Czy zamawiający wymaga aby uchwyt do mocowania na ścianie wraz z ładowaniem akumulatorów posiadał atest 10 G spełniał wymogi normy PN EN 1789?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

317. Z uwagi na przeciążenia personelu medycznego pytany czy zamawiający wymaga aby respirator ważył poniżej 4,5 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

318. W związku z tym że zamawiający opisał zaawansowany respirator transportowy, który ma możliwość obrazowania wielu istotnych dla pacjenta parametrów przez co ich widoczność może decydować o postępowaniu pytamy czy zamawiający wymaga aby respirator posiadał kolorowy ekran o przekątnej 7 cali?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

319. W związku z możliwością składania ofert na poszczególne grupy zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wyodrębnienie z grupy nr 1 – poz. 6 respirator transportowy – 2 szt. oraz utworzenie osobnego

37

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



pakietu (grupy) na dostawę respiratora transportowego .Utworzenie osobnego pakietu umożliwi złożenie większej liczby oferty przez Wykonawców.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

GRUPA 2 - System do kontrolowanej hipotermii zewnętrznej - 1 szt.

320. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia do hipotermii ze zbiornikiem na wodę o pojemności max. 8 l, oferowane urządzenie posiada dwa zbiorniki, które niezależnie od siebie ogrzewają bądź chłodzą wodę, co pozwala urządzeniu znacznie szybciej reagować na zmiany temperatury pacjenta.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

321. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia do hipotermii zewnętrznej z zakresem wody wypływającej z urządzenia od 4 do 42 stopni Celsjusza, Taki zakres gwarantuje szybkie i kontrolowane schłodzenie, które przy terapii hipotermią jest szczególnie istotne dla przebiegu całego procesu leczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

322. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia do hipotermii o wymiarach 44 cm x 44 cm x 96 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

323. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia o masie 60 kg przy założeniu, iż urządzenie jest wyposażone w solidne podwozie jezdne? Takie wyposażenie czyni masę urządzenia parametrem mało istotnym z klinicznego punktu widzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

324. Czy Zamawiający dopuści urządzenie prezentujące temperaturę docelową pacjenta, aktualną temperaturę pacjenta, informację o aktywnym trybie, oraz posiadające system alarmów wizualnych i dźwiękowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

325. Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające ciągły pomiar temperatury wewnętrznej lub temperatury powierzchniowej? Pomiar temperatury powierzchniowej jest, w przypadku hipotermii zewnętrznej, niemiernodajny i może wprowadzać w błąd. Oferowane urządzenie posiada możliwość pomiaru temperatury powierzchniowej lub temperatury wewnętrznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

326. Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 5 trybów pracy, w tym tryb manualny, tryby automatyczne - pozwalające określić oraz zaprogramować na podstawie prostego przeliczenia, szybkość chłodzenia oraz ogrzewania pacjenta, oraz tryb monitorowania. Urządzenie oferowane wymaga manualnego opróżniania, które pozwala nam na kontrolowanie poziomu płynu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

327. Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie wymagające dodatkowych ustawień trybów noworodkowego czy dla pacjenta dorosłego? Operator ma możliwość ustawienia urządzenia bezpośrednio z panelu obsługi w zależności od pacjenta z jakim ma do czynienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

38

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



328. Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające opcji rozbudowy o monitor parametrów czynności życiowych. Pacjent poddawany hipotermii terapeutycznej zawsze jest monitorowany przez niezależny monitor parametrów życiowych pacjenta. Urządzenie oferowane posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego komputera oraz przesyłanie informacji na temat terapii w czasie rzeczywistym oraz ich archiwizowanie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

329. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu okryć, w skład którego wchodzi: czepiec na głowę, uniwersalna kamizelka, okrycia dolnych części ciała. Wymieniony komplet okryć zapewnia komfort i dowolne wykorzystanie każdego z elementów w zależności od potrzeby prowadzenia hipotermii. Zapewniają one dodatkowo dobry dostęp do pacjenta i brak konieczności wymiany całego okrycia jednoczęściowego w momencie zabrudzenia bądź uszkodzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

330. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które z uwagi na swoją wysokość nie wymaga dodatkowych uchwytów, posiada również podstawę jezdnią z dwoma blokowanymi kołami.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

331. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w czujnik temperatury wewnętrznej lub powierzchniowej, komplet drenów łączących do podłączenia okryć, dren do opróżniania zbiornika.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w pkt. X i XI: **Termin składania ofert: do dnia 27 marca 2015 r. 10:00, termin otwarcia ofert : 27 marca 2015 r. godz. 10:30.**

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano SIWZ, zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące.