

Załącznik do oferty Grupa 1 poz. 8

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: **analizator parametrów krytycznych – 1 szt.**

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji: 2014/2015

L.p.	PARAMETRY TECHNICZNE	WARUNEK GRANICZNY	Parametr oferowany – podać nr strony w złączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru
1	Oprogramowanie analizatora w języku polskim	Tak	
2	Parametry mierzone: pH, pCO ₂ , pO ₂ , Na, K, Cl, Ca, Bilirubina całkowita, Glukoza, Mleczany, sO ₂ , ctHb, fO ₂ Hb, fCOHb, fHbF, fHHb, fMetHb.	Tak	
3	Parametry pochodne: HCO ₃ , ABE, SBE, mOsm, Ca (ph=7,4), luka anionowa, Hct, FShunt	Tak	
4	Dane wprowadzane: nr identyfikacyjny pacjenta, nr identyfikacyjny operatora, oddział, temperatura pacjenta, typ próbki, waga pacjenta, wiek pacjenta, płeć, czas pobrania, imię i nazwisko pacjenta.	Tak	
5	Możliwość wydrukowania wyniku pacjenta w formie graficznej – wykres równowagi kwasowo – zasadowej	Tak	
6	Objętość materiału badanego do 70 µl – dla pełnego panelu oznaczeń	Tak, podać	
7	Samoczyszczący port pobierający materiał badany	Tak	
8	Czas uzyskania wyniku łącznie z wydrukiem – do 1 minuty	Tak, podać	
9	Łączny czas kalibracji analizatora w ciągu 24 godzin – do 30 minut.	Tak, podać	
10	Analizator bezobsługowy tj. bez zewnętrznych butli z gazem, bez konieczności wymiany poszczególnych butelek z odczynnikami, bez konieczności wymiany membran i pojedynczych elektrod pomiarowych.	Tak	
11	Pakiet odczynnikowy zawierający wszelkie	Tak	

	odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne oraz pojemnik na ścieki. Oddzielna kasetka zawierająca elektrody lub sensory pomiarowe.		
12	Wbudowany czytnik kodów kreskowych	Tak	
13	Wbudowany czujnik aktualnego ciśnienia powietrza atmosferycznego	Tak	
14	Wbudowany system automatycznej kontroli jakości analizatora z graficzną interpretacją QC – wykresy Leavy-Jeningsa	Tak	
15	Wbudowany moduł automatycznego mieszania próbki podawanej w strzykawce.	Tak	
16	Wbudowana drukarka	Tak	
17	Wygodny ekran dotykowy – menu w języku polskim	Tak	
18	Kompaktowe wymiary maksymalnie: szerokość 30cm głębokość 30cm, wysokość 50 cm	Tak, podać	
19	Pamięć wyników pacjenta minimum 2000 wyników	Tak, podać	
20	Pamięć wyników kalibracji minimum 2000 wyników	Tak, podać	
21	Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim	TAK	
22	Urządzenia podłączone do istniejącej sieci LAN zgodnej ze standardem ETHERNET	TAK	

.....