

Załącznik do oferty Grupa 6 poz. 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: **bronchoskop intubacyjny optyczny – 1 szt.**

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji: 2014/2015

L.p.	PARAMETRY TECHNICZNE	WARUNEK GRANICZNY	Parametr oferowany – podać nr strony w złączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru
1	Kąt widzenia 120°	TAK	
2	Kierunek widzenia 0°	TAK	
3	Głębina ostrości min. 3 ÷ 50 mm	TAK	
4	Średnica zewnętrzna sondy max 6,0 mm	TAK	
5	Zagięcie końcówki min. 180°/130°	TAK	
6	Długość robocza 600 mm	TAK	
7	Demontowalne, rozbieralne i autoklawowalne przyłącze ssaka	TAK	
8	Kanał roboczy min 2,8 mm	TAK	
9	Wyposażenie : - szczoteczka do kanału – 1 szt. - jednorazowe przyłącza ssaka – 20 szt. - jednorazowe zawory kanału biopsyjnego – 20 szt. - przenośne źródło światła – 1 szt. - tester szczelności – 1szt.	TAK	