

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: **chłodziarka farmaceutyczna – 3 szt.**

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji: 2014/2015

L.p.	PARAMETRY TECHNICZNE	WARUNEK GRANICZNY	Parametr oferowany – podać nr strony w złączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru
1	Pojemność komory chłodziarki max. 500 l	TAK, podać	
2	Wymiary chłodziarki: Szerokość 600 mm, +/- 20 mm, Głębokość 700 mm, +/- 20 mm, Wysokość 1980 mm, +/- 120 mm	TAK, podać	
3	Zakres temperatur: +1°C ÷ +16°C, +/- 1°C	TAK, podać	
4	Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz	TAK	
5	Szuflady (min. 10 szuflad) z kompletnym systemem organizacyjnym i opisowym	TAK	
6	Programator temperatury z termostatem elektronicznym i cyfrowym termometrem	TAK	
7	Programator temperatury (moduł rejestrujący temperaturę wewnątrz chłodziarki w zadanych odstępach czasu wraz z oprogramowaniem pozwalającym na przesyłanie danych do komputera PC (Windows, interfejs RS232, złącze DB9)	TAK	
8	Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury i przejście w tryb awaryjny	TAK	
9	Alarm dźwiękowy w przypadku przekroczenia temperatur granicznych (minimalnej lub maksymalnej) w komorze chłodniczej (możliwość podłączenia sygnalizacji zewnętrznej)	TAK	
10	Sygnalizacja przekroczenia temperatury parownika i agregatu	TAK	
11	Podtrzymanie pracy rejestratora temperatury i alarmu w przypadku zaniku napięcia	TAK	
12	Rejestracja czasu trwania przerw w zasilaniu	TAK	
13	Rejestracja temperatury podczas braku zasilania	TAK	
14	Wymuszony obieg powietrza	TAK	
15	Automatyczne odszranianie	TAK	
16	Możliwość wyboru kierunku otwierania drzwi	TAK	