



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Nasz znak : DO – ZP /108 /2014

Kraków, dnia 24 kwietnia 2014 r.

*Do uczestników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na*

*„Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG z urządzeniami peryferyjnymi oraz wielorzędowego tomografu komputerowego z podstawcami wraz z demontażem i odkupieniem używanego tomografu komputerowego CT Lightspeed Ultra Advantage rok produkcji 2005”
(ZP 8/2014) wg rozdzielnika*

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania.

1. Pytanie

Zamawiający w odpowiedziach z dnia 15.04.2014 , pismo DO-ZP/2014 uszczegółowił wymagania odnośnie osłon osobistych RTG , wymaganych w Załączniku nr 1 do SIWZ, wymagania instalacyjne pkt 7.

W odpowiedzi nr 137 Zamawiający precyzuje zapis dotyczący kompletu ochrony radiologicznej, która ma składa się z:

- Okularów 0,75 mm PB (1 sztuka)
- Kołnierza na tarczycę (jeden dla dzieci jeden dla dorosłych) (2 sztuki)
- Fartucha dla dziecka (1 sztuka)
- Półfartuszka (z dużą osłoną) (1 sztuka) **co najmniej 1 mm Pb**
- Dużego fartucha jednostronny (1 sztuka)

Wymóg zaoszczędzenia fartuchów o równoważniku co najmniej 1 mm Pb jest bardzo niekorzystny dla Zamawiającego.

Fartuch tego typu ważyłoby kilkadziesiąt kilogramów i byłby praktycznie nie do udźwignięcia zarówno przez dziecko jak i przez dorosłego człowieka. Producenci (w tym czołowy producent osłon Beta Antix nie szyją fartuchów o tak wysokim równoważniku ołowiu – wyjątkiem jest prostokątny półfartuch miednicowy, który jest mniejszy i nie wymaga skoplikowanego szycia)

Z uwagi na fakt, że fartuchy osobiste o równoważniku 1 mm Pb z powodów praktycznych oraz technologicznych nie są produkowane, nie są dostępne, oraz z uwagi na fakt, że tak ciężkie fartuchy nie będą mogły być stosowane przy badaniach, uprzejmie prosimy o dopuszczenie fartuchów o równoważniku 0,5 mm Pb.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ oraz odpowiedź na pytanie nr 137 z dnia 15.04.2014r.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



2. Pytanie dotyczy części VII. 6. SIWZ, wymogu załączenia do oferty instrukcji obsługi w formie elektronicznej i drukowanej

W związku z negatywną odpowiedzią na pytania Wykonawców dotyczące rezygnacji z załączenia do oferty dokumentacji, w tym instrukcji obsługi, prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści dostarczenie na etapie ofertowym instrukcji obsługi wyłącznie w wersji elektronicznej?

Instrukcja obsługi zostanie dostarczona w wersji drukowanej i elektronicznej przy dostawie sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Pytanie dotyczy odpowiedzi na pytanie 222 z 15.04.2014r.

Prosimy o doprecyzowanie, iż udzielona przez Zamawiającego odpowiedź na pyt. 222 uwzględnia również zakres dostawy tomografu wielorzędowego.

Odpowiedź:

Odpowiedź z dnia 15.04.2014 r. na pytanie nr 222 dotyczyła tylko aparatu RTG.

4. Pytanie dotyczy SIWZ i Załączników, wielorzędowego tomografu komputerowego (czasu gwarantowanej naprawy oraz przybycia inżyniera serwisu w sytuacji awaryjnej)

W myśl zapisów SIWZ dotyczących gwarantowanych czasów naprawy (par. 8 ust. 7b wzorca umowy tj. Załącznik nr 5), odstępy czasu pomiędzy dokonaniem zgłoszenia o wystąpieniu usterki, a finalnym przywróceniu sprawności urządzenia, przy założonym, ekstremalnie krótkim, gwarantowanym czasie przybycia inżyniera serwisu na miejsce instalacji w sytuacji awaryjnej (max. 4 godziny), wydają się być zbyt długie. Biorąc pod uwagę fakt, że gwarantowany czas naprawy jest liczony w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, niezrozumiale wydają się dyktowanie tak krótkiego czasu gwarantowanego przybycia inżyniera na miejsce, które de facto na ma istotnego wpływu na wywiązanie się z relatywnie długiego czasu naprawy. Proponujemy zatem skrócenie gwarantowanego czasu naprawy do 5 dni roboczych (co de facto skraca czas realnej niemożności prowadzenia diagnostyki w kontekście pierwotnie proponowanych zapisów SIWZ) a jednocześnie wydłużenie gwarantowanego czasu przybycia inżyniera w miejsce instalacji w sytuacji awaryjnej do 8 godzin w dni robocze. Takie rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu na skrócenie czasu przestoju o 2 dni robocze, co stoi w zgodzie z dobrem pacjenta oraz optymalizuje wydatki szpitala (brak konieczności zwiększania ceny przedmiotu zamówienia z uwagi na rygorystyczne zapisy dot. 4 godzinowego, gwarantowanego czasu przybycia inżyniera, czyli zapewnienia obsługi serwisowej w trybie 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące gwarantowanego czasu przybycia inżyniera serwisu na miejsce instalacji urządzenia w sytuacji awaryjnej.

5. Pytanie

Wykonawca nie jest w stanie przekazać oprogramowania serwisowego jako odrębnej, nieintegralnej z urządzeniem części na etapie składania oferty. Oprogramowanie serwisowe jest integralną częścią przedmiotu zamówienia, a skorzystanie z tegoż jest ściśle uzależnione od uzyskania certyfikatu szkolenia. W celu uzyskania w/w certyfikatu, konieczne jest przeszkolenie przedstawiciela Zamawiającego u Wytwórcy urządzenia. Stoi to w zgodzie z bezpieczeństwem użytkownika

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



urządzenia oraz zapewnieniem odpowiedniej jakości serwisu w celu bezpiecznej pracy z pacjentem. Prosimy o wyrażenie zgody na odstąpienie od zapisów dotyczących przekazywania kodów serwisowych, oprogramowania do serwisowania w zamian za zobowiązanie ze strony wykonawcy do zapewnienia odpowiedniego dostępu serwisowego po uprzednim przeszkoleniu przedstawiciela zamawiającego w siedzibie wytwórcy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

II. Zamawiający koryguje odpowiedzi z dnia 18.04.2014 r. zawarte w piśmie nr DO-ZP/104/2014:

1. Odpowiedź nr 1 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający rezygnuje z wymogu podania zamiennika lampy rtg innego producenta zainstalowanej lampy rtg w oferowanym wielorzędowym tomografie komputerowym i wykreśla pkt. 17 z załącznika nr 4 do SIWZ - Warunki gwarancji i serwisu, inne zobowiązania dotyczące wielorzędowego tomografu komputerowego”

2. pkt. III otrzymuje brzmienie:

„III. W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w:

a) Załączniku nr 4 do SIWZ - Warunki gwarancji i serwisu, inne zobowiązania dotyczące wielorzędowego tomografu komputerowego - wykreśla pkt. 17

b) SIWZ – do punktu III.7.f. SIWZ dodaje sformułowanie „... - dotyczy aparatu RTG”

III. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża terminy:

- ▲ składania ofert do dnia **19.05.2014** r. do godz. 9:30
- ▲ otwarcia ofert w dniu **19.05.2014** r. o godz. 10:30

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają się wiążące.

Z poważaniem,

Zatwierdził:
Kierownik Zamawiającego
Dr med. Zbigniew J. Król

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl