



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



DO – ZP /2014

Kraków, dnia 07.03.2014 r.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Dostawę kontrastów do badań tomografii komputerowej, badań naczyniowych i wkładów do strzykawki automatycznej „Medrad Vistron CT”” - nr sprawy ZP 10/2014

I. W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie nr 1: dot. Grupa 7

Czy Zamawiający w ramach Grupy 7 wymagać będzie od wykonawców zaferowania materiałów eksploatacyjnych, które atestowane przez producenta eksploatowanego urządzenia lub/i przez jego autoryzowanego przedstawiciela lub/i serwis, czyli materiałów, które są- w sposób potwierdzony stosownym oświadczeniem tych podmiotów - w pełni kompatybilne z eksploatowanym przez zamawiającego wstrzykiwaczem kontrastu Vistron CT (nr seryjny 54965) i które, jako w pełni kompatybilne z w/w urządzeniem, nie spowodują usterek w jego działaniu, ani nie będą powodem jego uszkodzenia, jak również nie spowodują ryzyka cofnięcia gwarancji lub/i rękojmi, udzielanych standardowo przez ww. podmioty po Wykonanych interwencjach serwisowo - naprawczych i okresowych przeglądach technicznych aparatu?

Odpowiedź nr 1: Tak, Zamawiający wymaga od wykonawców zaferowania materiałów eksploatacyjnych, które atestowane przez producenta eksploatowanego urządzenia lub/i przez jego autoryzowanego przedstawiciela lub/i serwis, czyli materiałów, które są w sposób potwierdzony stosownym oświadczeniem tych podmiotów - w pełni kompatybilne z eksploatowanym przez zamawiającego wstrzykiwaczem kontrastu Vistron CT (nr seryjny 54965) i które, jako w pełni kompatybilne z w/w urządzeniem, nie spowodują usterek w jego działaniu, ani nie będą powodem jego uszkodzenia, jak również nie spowodują ryzyka cofnięcia gwarancji lub/i rękojmi, udzielanych standardowo przez ww. podmioty po Wykonanych interwencjach serwisowo - naprawczych i okresowych przeglądach technicznych aparatu

Pytanie nr 2: dot. Grupa 7

Czy Zamawiający pisząc „wkłady do strzykawki automatycznej kompatybilne ze wstrzykiwaczem Medrad Vistron CT” rozumie przez to i będzie wymagał zaferowania następujących zestawów, składających się z:

- ▲ 1 x wkład o pojemności 200 ml
- ▲ 1 x złącze niskiego ciśnienia o dł. 150 cm i wytrzymałości ciśnieniowej min. 350 PSI

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



▲ 1 x złącze szybkiego napełniania typu „J”

Zestaw wolny od ftalanów.

Odpowiedź nr 2: Tak, Zamawiający wymaga Wkładów o pojemności 200 ml, składających się ze złącza szybkiego napełniania, łącznika rurkowego oraz złącza niskiego ciśnienia o długości 150 cm i wytrzymałości ciśnieniowej min. 350 PSI, w 100 % kompatybilnych ze wstrzykiwaczem „Medrad Vistron CT”. Zestaw wolny od Ftalanów.

Zamawiający jednocześnie zmienia opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 5 do SIWZ (Formularz asortymentowo – cenowy) odnośnie Grupa 7.

Wkłady o pojemności 200 ml, składające się ze złącza szybkiego napełniania, łącznika rurkowego oraz złącza niskiego ciśnienia o długości 150 cm i wytrzymałości ciśnieniowej min. 350 PSI, w 100 % kompatybilnych ze wstrzykiwaczem „Medrad Vistron CT”. Zestaw wolny od Ftalanów.

Pytanie nr 3 dot. Grupa 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Grupie 3 pozycja 1 flakonów o pojemności 30ml o łącznej objętości 30 000 ml zamiast flakonów 20 ml.

Odpowiedź nr 4: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

II. W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

Zmiany opisu przedmiotu zamówienia w:

▲ **SIWZ pkt. VII** – dopisuje pkt. 6 o treści:

Oświadczeniem, że zaoferowane wkłady są w pełni kompatybilne z eksploatowanym przez zamawiającego wstrzykiwaczem kontrastu Vistron CT (nr seryjny 54965) i które, jako w pełni kompatybilne z w/w urządzeniem, nie spowodują usterek w jego działaniu, ani nie będą powodem jego uszkodzenia, jak również nie spowodują ryzyka cofnięcia gwarancji lub/i rękojmi, udzielanych standardowo przez ww. podmioty po Wykonanych interwencjach serwisowo - naprawczych i okresowych przeglądach technicznych aparatu – dot. Grupa nr 7

▲ **Załącznik nr 5 do SIWZ** - Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w zakresie Grupa 7: *Wkłady o pojemności 200 ml, składający się ze złącza szybkiego napełniania, łącznika rurkowego oraz złącza niskiego ciśnienia o długości 150 cm i wytrzymałości ciśnieniowej min. 350 PSI, w 100 % kompatybilnych ze wstrzykiwaczem „Medrad Vistron CT”. Zestaw wolny od Ftalanów.*

III. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert i otwarcia ofert do dnia 13.02.2014 roku. Godziny pozostają bez zmian.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008**



IV. Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają się wiążące.

V. Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Pismo zatwierdził

Dr med. Zbigniew J. Król – Dyrektor Szpitala

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl