



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008**



DO – ZP 119 /2014

Kraków, dnia 8.05.2014 r.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę „Jednorazowego sprzętu medycznego w tym elektrod, zestawów do punkcji opłucnej siatek chirurgicznych przepuklinowych, igieł do znieczuleń podpajeczynówkowych, sprzętu anestezjologicznego, klipsów tytanowych i staplerów” - nr sprawy ZP 12/2014

I. W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie nr 1: dot. Grupa 8

Czy Zamawiający aby umożliwić zaistnienie zjawiska konkurencji zezwoli na wydzielenie poz. 1-4?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 2: dot. Grupa 5 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z grupy 5 poz. nr 4 tj. czujnika przepływu umożliwiającego szybki i dokładny pomiar dzięki minimalnym wdechowym i wydechowym oporom przepływu oraz nowoczesnej technologii anemometrii cieplnej i utworzenie osobnego pakietu?

Odpowiedź nr 2: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 3: dot. Grupa 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do punkcji opłucnej zawierającego cienkościenną kaniulę punkcyjną z krótkim szlifem o średnicy 1,8mm dł. 80mm, dren łączący z końcówką lock, strzykawkę trzyczęściową lock 60ml, z kranikiem trójdrożnym oraz workiem o poj. 2L na płyn.

Odpowiedź nr 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008**



Pytanie nr 4; dot. Grupa 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do ciągłego odsysania powietrza lub płynów z opłucnej i klatki piersiowej. Zestaw zawiera: cienkościenną kaniulę punkcyjną z krótkim szlifem 3,35 x 78mm, cewnik z poliuretanu kontrastujący w promieniach RTG, koreczek zamykający, folia ochronna na cewniku, podwójna zastawka antyrefluksowa z łącznikiem do cewnika, strzykawkę trzyczęściową lock 60ml, z kranikiem trójdrożnym oraz workiem o poj. 2L na płyn.

Odpowiedź nr 4. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 5: dot. Grupa 2 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z grupy 2 poz. 2 i utworzenie nowej grupy 2A, co pozwoli na złożenie co najmniej dwóch konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź nr 5. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 6: dot. Grupa 2 poz. 1

Czy Zamawiający w **pozycji 1** dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek), strzykawką luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatraskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem?

Odpowiedź nr 6. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 7: dot. Grupa 2 poz. 5

Czy Zamawiający w **pozycji 5** dopuści trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2200 ml wyskalowaną w 5ml w zakresie 0-500ml i co 10ml w zakresie 500-2200ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym portem igłowym, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem? Zestaw z samouszczelniającym portem igłowym do pobierania próbek drenowanego płynu. Możliwość wyciszenia bez ingerencji w system centralnej próżni oraz autoregulacja intensywności „bąblowania”. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008**



Odpowiedź nr 7: W pakiecie brak pozycji 5. Z opisu wynika że pytanie dotyczy pozycji 2. Jeśli tak, to odpowiedź na to pytanie brzmi:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 8: dot. Grupa 6

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w w/w grupie równoważnych klipsów renomowanego producenta Teleflex USA tj. klipsów tytanowych rozmiar ML (średnio – duże) zamykane oczkowo tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchylenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz podłużnie i poprzecznie. Długość klipsa zamkniętego 9 mm. Pakowane w sterylne magazynki z taśmą samoprzylepną po 6 sztuk. Kompatybilne m.in. z pojedynczymi klipsownicami laparoskopowymi i do chirurgii otwartej typu AesculapBraun.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający dopuszcza klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio – duże) zamykane oczkowo tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchylenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz podłużnie i poprzecznie. Długość klipsa zamkniętego 9 mm. Pakowane w sterylne magazynki z taśmą samoprzylepną po 6 sztuk. Kompatybilne m. in. z pojedynczymi klipsownicami laparoskopowymi i do chirurgii otwartej typu AesculapBraun, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 9: dot. Grupa 1 poz. 5-10

Prosimy o wydzielenie pozycji od 5 do 10 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Obecnie pozycje te znajdują się w jednym pakiecie wraz z innym osprzętem tj. (silikonowe nakładki, uchwyt argonowy) i takie brzmienie pakietu znacznie zawęży grono oferentów co przeczy zasadzie zachowania uczciwej konkurencji i naraża Zamawiającego na zakup produktów po zawyżonej cenie.

Odpowiedź nr 9: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 10: dot. Grupa 6

Prosimy o dopuszczenie klipsów tytanowych wraz z kompatybilnymi z nimi klipsownicami o następujących parametrach:

- ^ Klipsy tytanowe w rozmiarze ML
- ^ Klipsy dostosowane do badań CT oraz MRI poświadczone oryginalnym certyfikatem producenta

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



- ⤴ Konstrukcja klipsa o gładkiej, polerowanej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznym rowkowaniu typu „cross”, zapobiegającej przesuwaniu się klipsa przed i po aplikacji na naczyniu
- ⤴ Klipsy w kształcie podkowy o konstrukcji tzw. podwójnego zamknięcia. Końcówka dystalna uformowana na kształt szewronu zamyka się jako pierwsza niwelując ryzyko uszkodzenia lub przecięcia naczynia (kształt równoważny do opisanego w SIWZ „oczka”)
- ⤴ Brzegi klipsa zaokrąglone, gwarantujące całkowitą atraumatyczność
- ⤴ Rozmiary klipsa: wewnętrzny: M/L – 7.3mm, zewnętrzny: M/L – 8.2mm
- ⤴ Klipsy pakowane sterylnie po 6 lub 24 sztuki w kolorystycznie zidentyfikowanych i silikonowych aplikatorach z taśmą samoprzylepną od spodu.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi kompatybilna klipsownica zostanie dostarczona wraz z klipsami

Odpowiedź nr 10: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 11: dot. wzoru umowy

Czy w § 7 ust. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź nr 11: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 12: dot. wzoru umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź nr 12: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 13: dot. wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 2 pkt. 2,3

2. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:

- w wysokości 0,5 % wartości zamawianej partii materiałów za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu w terminie ustalonym w § ust. 2 i 3, **jednak nie więcej niż 10 % wartości zamawianej partii materiałów.**

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



☐ W wysokości 0,5 wartości reklamowanej partii materiałów za każdy dzień zwłoki w dostawie materiałów wolnych od wad w terminie określonym w § 8 ust. 2 umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości reklamowanej partii materiałów.**

Odpowiedź nr 13: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 14: dot. Grupa 4 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w poz. 1 igieł do znieczuleń podpajęczynówkowych z końcówką Quincke Point 22Gx130mm.

Odpowiedź nr 14: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 15: dot. Grupa 4 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w poz.2 igieł do znieczuleń podpajęczynówkowych z końcówką Pencil Point 22Gx90mm.

Odpowiedź nr 15: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 16: dot. Grupa nr 11 poz. 3,4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła pomyłka i w grupie 11 poz. 3 i 4 miał na myśli nakłuwacze Medlance ?

Odpowiedź nr 16: Tak, Zamawiający wyjaśnia że zaszła pomyłka i chodzi o nakłuwacze Medlance

Pytanie nr 17: dot. Grupa nr 11 poz 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wymaga, by potwierdzenie kompatybilności igieł do pena opierało się na badaniach kompatybilności technicznej systemu do iniekcji zgodnie z przeznaczeniem i na badaniach zalecanych w normie ISO 11608-2:2000?

Odpowiedź nr 17: Zamawiający potwierdza, że wymaga potwierdzenia kompatybilności igieł. Jako potwierdzenie spełnienie warunku wymaga certyfikatu kompatybilności technicznej zgodnie z normą ISO 11608-2:2000.

Pytanie nr 18: dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. Nasza prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE (zgodnie z tą normą, nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



obecnej). Zgodnie z powyższym, przy zasadach jakie stosuje się przygotowując wyceny do przetargu (gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie) -podniesienie stawki VAT o 15% jest dla większości dystrybutorów niemożliwe do zaakceptowania. Konieczność utrzymania ceny brutto na niezmiennym poziomie spowoduje, że realizacja części umowy będzie odbywała się ze stratą dla Wykonawcy. Biorąc to pod uwagę, żadna z firm nie może pozwolić sobie na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też już obecnie przy kalkulacji cen do przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT. Z kolei to rozwiązanie jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje to przekroczenie szacunków do przetargu a następnie zakup sprzętu medycznego w wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie od ewentualnej podwyżki stawki VAT.

Odpowiedź nr 18: Zamawiający zmieni zapis § 4 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

Odbiorca dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem ust. 2 zdanie pierwsze. W przypadku zwiększenie stawki podatku VAT cena jednostkowa materiału netto nie ulega zmianie.

Pytanie nr 19:dot. Wzoru umowy § 4 ust. 4.

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu poprzez wprowadzenie mechanizmu zmiany cen brutto w razie zmiany stawki Vat z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę.

Odpowiedź nr 19: Zamawiający zmieni zapis § 4 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

Odbiorca dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem ust. 2 zdanie pierwsze. W przypadku zwiększenie stawki podatku VAT cena jednostkowa materiału netto nie ulega zmianie.

II. W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

Zmiany opisu przedmiotu zamówienia w:

▲ Załącznik nr 5 do SIWZ – Grupa nr 6

Zamawiający dopuszcza klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio – duże) zamykane oczkowo tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchylenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz podłużnie i poprzecznie. Długość klipsa zamkniętego 9 mm. Pakowane w sterylne magazynki z taśmą samoprzylepną po 6 sztuk. Kompatybilne m. in. z pojedynczymi

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008**



klipsownicami laparoskopowymi i do chirurgii otwartej typu AesculapBraun, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

▲ Załącznik nr 5 do SIWZ – Grupa nr 11 poz. 3,4

poz. 3 Nakłuwacz hematologiczny dla dorosłych typu Medlance

poz. 4. Nakłuwacz hematologiczny dla dzieci typu Medlance

▲ Wzoru umowy § 4 ust. 4.

Zamawiający zmienia zapis § 4 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

Odbiorca dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem ust. 2 zdanie pierwsze. W przypadku zwiększenie stawki podatku VAT cena jednostkowa materiału netto nie ulega zmianie.

▲ VII.3. SIWZ - Dodatkowo dla grupy 11 poz. 5

Jest: Kompatybilność igieł potwierdzona certyfikatem kompatybilności technicznej

Powinno być: Certyfikat kompatybilności technicznej zgodnie z normą ISO 11608-2:2000

III. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert i otwarcia ofert do dnia 2.06.2014 roku. Godziny pozostają bez zmian.

IV. Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają się wiążące.

V. Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Pismo zatwierdził

Dr med. Zbigniew J. Król – Dyrektor Szpitala

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl