



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008**



DO – ZP /2014

Kraków, dnia 18.04.2014 r.

**Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Jednorazowych, sterylnych zestawów chirurgicznych, narzędzi chirurgicznych i
jednorazowych kompletów chirurgicznych” - nr sprawy ZP 14/2014**

I. W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie nr 1: dot. Grupa 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pincetę anatomiczną standardową 14,5 cm lub 13 cm?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza pincetę anatomiczną standardową 14,5 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 2: dot. Grupa 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pincetę chirurgiczną prostą 14,5 cm lub 13 cm.?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza pincetę chirurgiczną prostą 14,5 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 3: dot. Grupa 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści nożyczki do episiotomii typu Braun – Stadler 14 cm?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dopuszcza nożyczki do episiotomii typu Braun – Stadler 14 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008**



Pytanie nr 4; dot. Grupa 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści ostro tępe proste nożyczki chirurgiczne 14 cm lub 15 cm?

Odpowiedź nr 4.

Zamawiający dopuszcza ostro tępe proste nożyczki chirurgiczne 15 cm , pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 5: dot. Grupa 5 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści imadło chirurgiczne typu Mayo – Heger 15cm?

Odpowiedź nr 5.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 6: dot. Grupa 5 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści tepo tępe proste nożyczki chirurgiczne 14 cm lub 15 cm?

Odpowiedź nr 6.

Zamawiający dopuszcza tepo tępe proste nożyczki chirurgiczne 15 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 7: dot. Grupa 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: NOZYCZKI DO EPISIOTOMII TYPU BRAUN STADLER O 0.5 CM KROTSZE (TJ. 14 CM)?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający dopuszcza NOZYCZKI DO EPISIOTOMII TYPU BRAUN STADLER O 0.5 CM KROTSZE (TJ. 14 CM), pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 8: dot. Grupa 5, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: OSTRO TEPE PROSTE NOZYCZKI O 0.5 CM KROTSZE (TJ. 14 CM)

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, z uwzględnieniem odpowiedzi nr 4 niniejszego pisma

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008**



Pytanie nr 9: dot. Grupa 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: OSTRĄ LYŻKĄ KOSTNĄ O 0.5CM KROTSZĄ (TJ. 16 CM)?

Odpowiedź nr 9

Zamawiający dopuszcza OSTRĄ LYŻKĄ KOSTNĄ O 0.5CM KROTSZĄ (TJ. 16 CM), pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 10: dot. Grupa 5 poz. 5

Czy Zamawiający może doprecyzować średnicę ostrej łyżki kostnej?

Odpowiedź nr 10.

Zamawiający precyzuje średnicę ostrej łyżki kostnej od 3 – 5 mm

Pytanie nr 11: dot. Grupa 5 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: KLESZCZYKI DO ZACISKANIA DRENÓW PROSTE 14 CM?

Odpowiedź nr 11

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 12: dot. Grupa 5 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: KLESZCZYKI DO ZACISKANIA DRENÓW PROSTE 18 CM?

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 13: dot. Grupa 5 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: TEPO TEPE PROSTE NOZYCZKI O 0.5 CM KROTSZE (TJ. 14 CM)?

Odpowiedź nr 13.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, z uwzględnieniem odpowiedzi nr 6 niniejszego pisma

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913

Skrytka pocztowa 9

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008**



Pytanie nr 14: dot. Grupa 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do chirurgii biodra, którego serweta samoprzylepna 260 x 200 cm posiada wycięcie w kształcie litery „U” w rozmiarze 6,5 x 95 cm? Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do chirurgii biodra, którego serweta samoprzylepna 260 x 200 cm posiada wycięcie w kształcie litery „U” w rozmiarze 6,5 x 95 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 15: dot. Grupa 1 poz 17

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do szycia po episiotomii posiadającego w swoim składzie imadło chirurgiczne stalowe typu Mayo- Hegar w rozmiarze 16 cm oraz kleszczyki plastikowe proste w rozmiarze 19 cm? Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź nr 15

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do szycia po episiotomii posiadającego w swoim składzie imadło chirurgiczne stalowe typu Mayo- Hegar w rozmiarze 16 cm oraz kleszczyki plastikowe proste w rozmiarze 19 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 16: dot. Grupa nr 1 poz. 19

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu do wklucia centralnego owiniętego w serwetę o min. rozmiarze 120 x 95 cm służącej jako obłożenie stolika narzędziowego? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do wklucia centralnego owiniętego w serwetę o min. rozmiarze 120 x 95 cm służącej jako obłożenie stolika narzędziowego, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 17; dot. Grupa nr 1 poz 24

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu chirurgicznego posiadającego w swoim składzie pojemnik plastikowy o pojemności 250 ml? Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008**



Odpowiedź nr 17:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu chirurgicznego posiadającego w swoim składzie pojemnik plastikowy o pojemności 250 ml, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 18; dot. Grupa nr 1 poz. 25

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji krocza, w którym serweta ginekologiczna posiada warstwę chłonną na całej powierzchni? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 18

Zamawiający dopuszcza zaoferowania zestawu do operacji krocza, w którym serweta ginekologiczna posiada warstwę chłonną na całej powierzchni, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 19:dot. Grupa nr 1 poz. 25

Czy w pozycji tej nie doszło do omyłki pisarskiej dotyczącej rozmiaru okna w serwecie ginekologicznej, a Zamawiający oczekuje aby otwór posiadał rozmiar min. 9 x 12 cm?

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający przyznaje, że dokonano omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje otworu w rozmiarze min. 9 x 12 cm.

Pytanie nr 20: dot. Grupa nr 1 poz. 27

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego do laparoskopii posiadającego w swoim składzie 2 osłony na kable kamery w rozmiarze 12,5 x 230 cm? Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający dopuszcza zaoferowania zestawu uniwersalnego do laparoskopii posiadającego w swoim składzie 2 osłony na kable kamery w rozmiarze 12,5 x 230 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913

Skrytka pocztowa 9

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008**



Pytanie nr 21: dot. Grupa 5 poz 5

Czy Zamawiający dopuści ostrą łyżkę kostna 17 cm?

Odpowiedź nr 21

Zamawiający dopuszcza ostrą łyżkę kostna 17 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 22: dot. Grupa 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki drenów proste 16,5 cm?

Odpowiedź nr 22:

Zamawiający dopuszcza kleszczyki drenów proste 16,5 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 23:Dot. Grupa nr 2 poz. 1,2,3

Prosimy o wyrażenie zgody na zaferowanie fartuchów wykonanych z włókniny SMMS, co oznacza włókninę SMS ze wzmocnioną warstwą wewnętrzną.

Odpowiedź nr 23.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 24:Dot. Grupa nr 2 poz. 1,2,3

Czy zamawiający dopuści zaferowanie fartucha o długości 130 cm –L, 150 cm-XL? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź nr 24

Zamawiający dopuszcza zaferowanie fartuchów w pozycjach 1,2,3 o długości 130 cm –L, 150 cm-XL, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 25; dot. Grupa 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny zapewniający wysoki komfort techniczny pracy operatora, ponieważ posiada szerokie rękawy i wykonany jest z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej Spunlace o właściwościach hydrofobowych, gramatura 70g/m²? Fartuch wyposażony jest w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach (laminat polietylen, polipropylen). Zapinany na plecach na rzep, wiązany na troki złączone kartonikiem - "sterylne plecy".

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008**



Odpowiedź nr 25.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 26: dot. Grupa 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny zapewniający wysoki komfort techniczny pracy operatora, ponieważ posiada szerokie rękawy i wykonany jest z miękkiej, przewiewnej włókniny Spunlace o właściwościach hydrofobowych, gramatura 70g/m². Fartuch wyposażony jest w nieprzemakalne wstawki w strefie krytycznej z przodu i na rękawach (laminat polietylen, polipropylen). Zapinany na plecach na rzep, wiązany na troki zakończone kartonikiem - "sterylne plecy". Czy zamawiający dopuści fartuch o długości 170 cm-XXL?

Odpowiedź nr 26.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 27: dot. Grupa 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowego fartucha o długości 130cm wykonanego z materiału stanowiącego ochronę przed bakteriami i płynami ustrojowymi o gramaturze 35g/m² z rękawem zakończonym mankietem z dzianiny ?

Odpowiedź nr 27.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 28: dot. Grupa 4 poz. 2

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie serwety z otworem o średnicy 6cm.

Odpowiedź nr 28

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 29: dot. Grupa 4 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na serwetę z otworem samoprzylepnym w rozmiarach 7x10cm.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008**



Odpowiedź nr 29.

Zamawiający dopuszcza złożenia oferty na serwetę z otworem samoprzylepnym w rozmiarach 7x10cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 30: dot. Grupa 4 poz. 5

Czy można zaoferować serwetę w rozmiarach 120x140cm ?

Odpowiedź nr 30

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 31: dot. Grupa 4 poz. 6

Czy można zaoferować serwetę w rozmiarach 150x190cm ?

Odpowiedź nr 31

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 32: dot. Grupa 4 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na serwetę w rozmiarach 45x75cm.

Odpowiedź nr 32

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 33: dot. Grupa 4 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę pod pacjenta z torbą do zbiórki płynów w rozmiarze 75x100 cm z mankietem o szerokości 19 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego?

Odpowiedź nr 33

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 34: dot. Grupa 4 poz. 12

Czy można zaoferować taśmę samoprzylepną w rozmiarach 9x50cm ?

Odpowiedź nr 34.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie taśmy samoprzylepną w rozmiarach 9 x50 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Skrytka pocztowa 9

Pytanie nr 35: dot. Grupa 2 poz. 3:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli fartuch wiązany w pasie na troki a przy szyi na rzep.

Odpowiedź nr 35:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 36: dot. Grupa 2 poz. 4,5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawa wszywanego na prosto, z tyłu fartuch wiązany na troki, przy szyi zapinany na rzep. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź nr 36:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 37: dot. Grupa 3 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie ubrania chirurgicznego z włókniny SMMS o gramaturze 45g/m²

Odpowiedź nr 37:

Zamawiający dopuszcza ubrania chirurgicznego z włókniny SMMS o gramaturze 45g/m², pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 38: dot. Grupa 3 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert dla Zamawiającego.

Odpowiedź nr 38:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 39: dot. Wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu „rozładowania na półkę siłami dostawcy”

Odpowiedź nr 39:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

II. W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

Zmiany opisu przedmiotu zamówienia w:

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Skrytka pocztowa 9

▲ Załącznik nr 5 do SIWZ – Grupa nr 1

poz. 4 - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do chirurgii biodra, którego serweta samoprzylepna 260 x 200 cm posiada wycięcie w kształcie litery „U” w rozmiarze 6,5 x 95 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

poz. 17 - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do szycia po episiotomii posiadającego w swoim składzie imadło chirurgiczne stalowe typu Mayo- Hegar w rozmiarze 16 cm oraz kleszczyki plastikowe proste w rozmiarze 19 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Poz. 19 - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do wklucia centralnego owiniętego w serwetę o min. rozmiarze 120 x 95 cm służącej jako obłożenie stolika narzędziowego, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Poz. 24 - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu chirurgicznego posiadającego w swoim składzie pojemnik plastikowy o pojemności 250 ml, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Poz. 25 -

Zamawiający oczekuje otworu w rozmiarze min. 9 x 12 cm.

Zamawiający dopuszcza zaoferowania zestawu do operacji krocza, w którym serweta ginekologiczna posiada warstwę chłonną na całej powierzchni, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Poz. 27 - Zamawiający dopuszcza zaoferowania zestawu uniwersalnego do laparoskopii posiadającego w swoim składzie 2 osłony na kable kamery w rozmiarze 12,5 x 230 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

▲ **Załącznik nr 5 do SIWZ – Grupa nr 2**

Poz. 1 - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartuchów w pozycjach 1,2,3 o długości 130 cm –L, 150 cm-XL, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ.

Poz. 2. - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartuchów w pozycjach 1,2,3 o długości 130 cm –L, 150 cm-XL, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ.

Poz. 3. - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartuchów w pozycjach 1,2,3 o długości 130 cm –L, 150 cm-XL, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ.

▲ **Załącznik nr 5 do SIWZ – Grupa nr 3**

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



~~poz. 1 - Zamawiający dopuszcza ubrania chirurgicznego z włókny SMMS o gramaturze 45g/m², pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.~~

▲ **Załącznik nr 5 do SIWZ – Grupa nr 4**

poz. 3 - Zamawiający dopuszcza złożenia oferty na serwetę z otworem samoprzylepnym w rozmiarach 7x10cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Poz. 12 - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie taśmy samoprzylepną w rozmiarach 9 x50 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

▲ **Załącznik nr 5 do SIWZ – Grupa nr 5**

poz. 1. Jest: Pęseta anatomiczna standardowa prosta 14 cm

Powinno być: Pęseta anatomiczna standardowa prosta, jednorazowa, metalowa 14 cm

Zamawiający dopuszcza pincetę anatomiczną standardową 14,5 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

poz. 2. Jest: Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm

Powinno być: Pęseta chirurgiczna standardowa prosta, jednorazowa, metalowa 14 cm

Zamawiający dopuszcza pincetę chirurgiczną prostą 14,5 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

poz. 3. Jest: Nożyczki do episiotomii typu Braun-Stadler 14,5 cm

Powinno być: Nożyczki do episiotomii typu Braun-Stadler, jednorazowe, metalowe 14,5 cm

Zamawiający dopuszcza nożyczki do episiotomii typu Braun – Stadler 14 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

poz. 4. Jest: Ostro tępe proste nożyczki chirurgiczne 14,5 cm

Powinno być: Ostro tępe proste nożyczki chirurgiczne, jednorazowe, metalowe 14,5 cm

Zamawiający dopuszcza ostro tępe proste nożyczki chirurgiczne 15 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Zamawiający dopuszcza ostro tępe proste nożyczki chirurgiczne 15 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

poz. 5. Jest: Ostra łyżka kostna 16,5 cm

Powinno być: Ostra łyżka kostna, jednorazowe, metalowe 16,5 cm

Zamawiający precyzuje średnicę ostrej łyżki kostnej od 3 – 5 mm.

Zamawiający dopuszcza OSTRĄ LYŻKĄ KOSTNĄ O 0.5CM KROTSZA (TJ. 16 CM), pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008**



Zamawiający dopuszcza ostrą łyżkę kostna 17 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

poz. 6. Jest: Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm

Powinno być: Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar, metalowe, jednorazowe 14 cm

poz. 7. Jest: Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm

Powinno być: Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean, jednorazowe, metalowe 14 cm

poz. 8. Jest: Kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher 14 cm

Powinno być: Kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher, jednorazowe, metalowe 14 cm

poz. 9. Jest: Kleszczyki do zaciskania drenów proste 16 cm

Powinno być: Kleszczyki do zaciskania drenów proste, metalowe, jednorazowe 16 cm

Zamawiający dopuszcza kleszczyki drenów proste 16,5 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

poz. 10. Jest: Ostro ostre proste nożyczki chirurgiczne 13 cm

Powinno być: Ostro ostre proste nożyczki chirurgiczne, metalowe, jednorazowe 13 cm

poz. 11. Jest: Tępo tępe proste nożyczki chirurgiczne 14,5 cm

Powinno być: Tępo tępe proste nożyczki chirurgiczne, metalowe, jednorazowe 14,5 cm

Zamawiający dopuszcza tępo tępe proste nożyczki chirurgiczne 15 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

III. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert i otwarcia ofert do dnia 19.05.2014 roku. Godziny pozostają bez zmian.

IV. Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają się wiążące.

V. Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Pismo zatwierdził

Dr med. Zbigniew J. Król – Dyrektor Szpitala

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl