



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Kraków, dnia 28.11.2014 r.

Numer ogłoszenia: 391442 - 2014; data zamieszczenia: 28.11.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 385964 - 2014 data 25.11.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 6441956, fax. (012) 6444756.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** część 2.
- **W ogłoszeniu jest:** Fotel zabiegowy- 1 szt. 1. Rok produkcji 2014 (urządzenie fabrycznie nowe) 2.Fotel przeznaczony do ustalenia i utrzymania pacjenta w pozycji siedzącej podczas badań okulistycznych oraz umożliwiający uzyskanie pozycji leżanki 3.Długość w pozycji leżanki min. 1400mm +/- 50mm, szerokość siedziska min.480mm 4.Szerokość segmentu pleców: 420 mm +/- 50mm 5. Podstawa w kształcie litery X gwarantująca stabilność przy badaniach oraz łatwość dostępu do pacjenta 6. Szerokość podstawy min. 550mm +/-30mm 7.Długość podstawy min. 700mm +/-50mm 8.Regulacja wysokości fotela elektromechaniczna w zakresie: 510 -710 mm - sterowanie kablowy pilot ręczny 9.Regulacja segmentu plecowego w zakresie: + 5° do + 95° manualna - sprężyna gazowa 10.Obrót siedziska o kąt: 90° w lewo i 90° prawo z możliwością blokady za pomocą mechanizmu śrubowego 11. Fotel osadzony na przejezdnej podstawie kółka średnica: 75mm z hamulcami 12.Segment nożny regulowany manualnie w zakresie: 0 do - 90° 13.Podglówek z regulacją kąta pochylenia w zakresie: +/-30° 14. Możliwość wyboru koloru tapicerki: min 10 kolorów 15.Fotel wyposażony w odchylane, demontowane podrażki w kolorze białym 16.Tworzywowe (ABS) osłony podstawy, oparcia pleców 17.Powierzchnie fotela łatwe do czyszczenia i dezynfekcji 18. Udźwig min. 150kg 19. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące 20. Autoryzacja na terenie Polski w zakresie sprzedaży i serwisu..
- **W ogłoszeniu powinno być:** Fotel zabiegowy- 1 szt. 1. Rok produkcji 2014 (urządzenie fabrycznie nowe) 2.Fotel przeznaczony do ustalenia i utrzymania pacjenta w pozycji siedzącej podczas badań okulistycznych oraz umożliwiający uzyskanie pozycji leżanki 3.Długość w pozycji leżanki min. 1400mm +/- 50mm lub 1640 mm +/- 50mm szerokość siedziska min.480mm 4.Szerokość segmentu pleców: 420 mm +/-

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl

50mm 5. Podstawa w kształcie litery X gwarantująca stabilność przy badaniach oraz łatwość dostępu do pacjenta 6. Szerokość podstawy min. 550mm +/-30mm 7.Długość podstawy min. 700mm +/-50mm 8.Regulacja wysokości fotela elektromechaniczna w zakresie: 510 -710 mm - sterowanie kablowy pilot ręczny 9.Regulacja segmentu plecowego w zakresie: + 5° do + 95° manualna - sprężyna gazowa 10.Obrót siedziska o kąt: 90° w lewo i 90° prawo z możliwością blokady za pomocą mechanizmu śrubowego 11. Fotel osadzony na przejezdnej podstawie kółka średnica: 75mm z hamulcami 12.Segment nożny regulowany manualnie w zakresie: 0 do - 90° 13.Podglówek z regulacją kąta pochylecia w zakresie: +/-30° 14. Możliwość wyboru koloru tapicerki: min 10 kolorów 15.Fotel wyposażony w odchylane, demontowane podrażki w kolorze białym 16.Tworzywowe (ABS) osłony podstawy, oparcia pleców 17.Powierzchnie fotela łatwe do czyszczenia i dezynfekcji 18. Udźwig min. 150kg 19. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące 20. Autoryzacja na terenie Polski w zakresie sprzedaży i serwisu..