



**Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego**
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008**



Nasz znak : DOP – ZP 41/ 338 /14

Kraków, dnia 28 listopada 2014 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
**„Zakup, dostawa uruchomienie kardiomonitora, defibrylatora oraz dostawa
fotela zabiegowego” (ZP 41/14)**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania.

1. Czy Zamawiający w pkt 3 SIWZ dopuści długość fotela w pozycji leżanki 1640 mm przy szerokości siedziska 480 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość fotela w pozycji leżanki 1640 mm +/- 50 mm, przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ .

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia dla **fotela zabiegowego (grupa 2)** do 28 dni od daty podpisania umowy? Obecny termin z uwagi na bardzo często przedłużającą się procedurę przetargową oraz końcówkę roku jest zbyt krótki na prawidłową realizację zamówienia. Poza tym przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

3. Dotyczy przedmiotu zamówienia: Fotel zabiegowy – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel zabiegowy o długości całkowitej w pozycji leżanki wynoszącej 1900 mm (1600 mm ze zdjętym podgłówkiem)? Oferowana długość ułatwia przeprowadzanie zabiegów u pacjentów wysokich i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce. Użytkownik ma możliwość zdjęcia podgłówka w celu skrócenia długości fotela, co dodatkowo podnosi jego funkcjonalność.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel zabiegowy o szerokości segmentu pleców wynoszącej 500mm? Jest to rozwiązanie korzystniejsze ułatwiające przeprowadzanie zabiegów wśród pacjentów o różnych gabarytach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel zabiegowy z podstawą w kształcie prostokąta o wymiarach 530x700 osadzoną na niezwykle stabilnych stopkach gwarantujących stabilność przy badaniach, a więc bez kół? Oferowane rozwiązanie gwarantuje łatwy dostęp do pacjenta i pełną stabilność co w praktyce jest najważniejsze.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel zabiegowy, w którym elektromechaniczna regulacja wysokości realizowana jest w zakresie od 590 do 890mm? Wysokość minimalna jest optymalnie dostosowana dla łatwego wchodzenia/schodzenia z fotela, natomiast wysokość maksymalna jest znacznie korzystniejsza od wymaganej umożliwiając dostosowanie odpowiedniej pozycji fotela dla operatorów różnego wzrostu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel zabiegowy z elektromechaniczną, synchroniczną regulacją segmentu plecowego w zakresie 0-85⁰ i segmentu nożnego w zakresie 0 do -90⁰? Proponowane rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze, gdyż umożliwia szybkie i łatwe dostosowanie segmentów do przeprowadzanego zabiegu bez potrzeby schylania się i użycia siły.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel zabiegowy z obrotem siedziska w stosunku do podstawy o kąt 180⁰ w prawo i 180⁰ w lewo blokowany za pomocą małej dźwigni zlokalizowanej pod podłokietnikiem? Jest to rozwiązanie korzystniejsze, a sam obrót może zostać zablokowany pod kątem 90⁰.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel zabiegowy wyposażony w zamontowane na stałe, odchylane podłokietniki w kolorze czarnym? W przypadku fotela przeznaczonego do badań okulistycznych nie ma potrzeby zdejmowania podłokietników, gdyż w żaden nie utrudniają one dostępu do pacjenta. Ponadto kolor czarny ułatwia utrzymanie ich w czystości i bardzo dobrze komponuje się z każdym dostępnym kolorem tapicerki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

10. **(fotel zabiegowy)** Czy Zamawiający dopuści fotel o następujących parametrach:

PARAMETRY TECHNICZNE	
Regulacja wysokości siedziska	hydrauliczna
Zakres regulacji wysokości siedziska	500 - 650 mm
Regulacja nachylenia oparcia	manualna
Zakres regulacji kąta oparcia	160 stopni

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913



Obrót siedziska	blokowany
Zakres obrotu siedziska	360 stopni
Zakres regulacji podglówka	130 mm (góra/d6t); 55 mm (przód/tył)
Dopuszczalne obciążenie	135 kg
Dostępne kolory standardowo	czarny, szary, beżowy (opcjonalnie: niebieski, bordowy, zielony, żółty, ciemnoszary, ciemno brązowy)
Wymiary	Szerokość: 870 mm, Długość: 1370 mm , Wysokość: 630 mm
Waga	75 kg
Zasilanie	230 VI 50 Hz
Wyposażenie	- elektryczna zmiana wysokości siedzenia - przy pomocy pompy hydraulicznej sterowanej z pedału nożnego, - ręcznie regulowane pochylenia oparcia pleców do pozycji horyzontalnej, powrót automatyczny poprzez zastosowanie mechanizmu pneumatycznego (zwalniane przycisku), - podglówek z możliwością zmiany wysokości i regulacji pochylenia, - tapicerkę dostępną w różnych kolorach, wykonaną ze skaju, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

11. **(fotel zabiegowy)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji dostawy do 4 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



12. Pytanie dotyczące kardiomonitor – 1 szt.: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru SpO2 wynoszącym 25-250bpm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

13. Pytanie dotyczące kardiomonitor – 1 szt.: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z inwazyjnym pomiarem ciśnienia krwi (IBP)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

14. Pytanie dotyczące kardiomonitor – 1 szt.: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością wyświetlania 10 krzywych dynamicznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

15. Pytanie dotyczące kardiomonitor – 1 szt.: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pamięcią trendów o rozdzielczości 5s, 30s, 1min, 10min, wynoszącą 72h oraz o rozdzielczości 15min, 30min, 1h, 2h, 3h, wynoszącą 720h?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

16. Pytanie dotyczące kardiomonitor – 1 szt.: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem stężenia O₂ w technologii Phasein?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

17. Pytanie dotyczące kardiomonitor – 1 szt.: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z prezentacją zmian odchylenia ST w formie liczbowej w jednostkach mV lub mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. do dnia 3 grudnia 2014 r. 10:00, termin otwarcia ofert : 3 grudnia 2014 r. godz. 10:30.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano SIWZ, zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl