



**Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego**
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008**



Nasz znak : DOP – ZP 41/ 341 /14

Kraków, dnia 1 grudnia 2014 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
**„Zakup, dostawa uruchomienie kardiomonitora, defibrylatora oraz dostawa
fotela zabiegowego” (ZP 41/14)**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania.

1. Pytanie nr 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający w zakresie, w którym przewidziana jest dostawa defibrylatora, dopuści proponowane poniżej parametry techniczne i rozwiązania funkcjonalne, tj.:

Ad 3 Czy Zamawiający dopuści defibrylator z metronomem ze stałym rytmem częstotliwości uciśnień 10/min?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Ad 7 Czy Zamawiający dopuści defibrylator z 15 poziomami energii zewnętrznej i 15 poziomami energii wewnętrznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Ad 13 Czy zamawiający dopuści defibrylator o wadze 7,2kg z łyżkami i akumulatorem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Ad 19 Czy Zamawiający dopuści defibrylator z zakresem wzmocnienia EKG w 6 poziomach: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; AUTO??

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Ad 22 Czy Zamawiający dopuści defibrylator z natężeniem prądu stymulacji w zakresie 20-200mA?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

2. Pytanie nr 2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 3 lub 4 tygodni? Dostawa do 12-12-2014r. jest niemożliwa do wykonania. Biorąc dodatkowo pod uwagę termin składania i otwarcia ofert oraz czas na ich zweryfikowanie i dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej, jak również moment zawarcia umowy, zamawiający na realizację zamówienia pozostawia wykonawcom 1 lub 2 dni. W sytuacji gdy rozstrzygnięcie postępowania

będzie uwzględniało odrzucenie ofert dotrzymanie ww. terminu będzie w ogóle niemożliwe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. do dnia 3 grudnia 2014 r. 10:00, termin otwarcia ofert : 3 grudnia 2014 r. godz. 10:30. Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano SIWZ, zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl