Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego [A]
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Nasz znak : ZP.271-309.26/2015 *Kraków, dnia 9 września 2015 r.*

Do uczestników postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na

„Dostawę protez głosowych, zestawu do szynowania moczowodów, rękawic chirurgicznych oraz opatrunku bakteriobójczego”

(ZP 26/2015) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania i zmienia treść SIWZ.

1. Pytanie - Grupa 3 poz.1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic sterylizowanych tlenkiem etylenu.
Odpowiedź:
Nie, SIWZ pozostaje bez zmian.
2.Pytanie – Grupa 3 poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o poziomie protein poniżej 59,50µg/g.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza rękawice o poziomie protein poniżej 59,50µg/g, pozostałe parametry bez zmian.
3. Pytanie - Pakiet 3 poz 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic wewnętrznie polimeryzowanych.
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.
4.Pytanie - Pakiet 3 poz 1-3
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice na których na opakowaniu podana jest data sterylizacji, którą należy traktować jako datę produkcji, ponieważ dopiero od momentu sterylizacji rękawice sterylne są produktem przygotowanym do użytku?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
***5.Pytanie* - Pakiet 3 poz 1-2**
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice w opakowaniach papierowo-papierowych wewnętrznie jednostronnie foliowanych gwarantujących sterylność

Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX
12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

CERTYFIKAT 2014/60
TÜV NORD PN-EN ISO 9001
Szpital Przyjazny Dziecku
Szpital bez bólu

produktu i niezmienność parametrów technicznych oraz zgodnych z przepisami regulującymi zasady opakowaniowe wyrobów medycznych?
Odpowiedź:
Nie, SIWZ pozostaje bez zmian.

6. ***Pytanie - Pakiet 3 poz 3***
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o poziomie protein poniżej 20µg/g, o AQL równym 1.0.
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

7. ***Pytanie - dotyczące zapisów umowy:***
Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez w wydłużenie w § 11. ust. 4 terminu na realizację reklamacji do 5 dni roboczych.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje § 11. ust. 4 projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) , który otrzymuje brzmienie: „4. Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i dostarczyć brakujące wyroby lub wyroby wolne od wad w terminie 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia wad stwierdzonych przez Odbiorcę."

8. ***Pytanie - dotyczące zapisów umowy:***
Prosimy o modyfikację zapisu § 5 ust. 2 projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: „Odbiorca dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu."
Odpowiedź:
Projekt umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) pozostaje bez zmian.

9. ***Pytanie - Grupa 3 poz. 1***
Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein poniżej 150µg/g pakowane podwójnie, opakowanie wewnętrzne papierowe, zewnętrzne foliowane, spełniające pozostałe parametry siwz?
Odpowiedź:
Nie, SIWZ pozostaje bez zmian.

10. ***Pytanie - Grupa 3 poz. 2***
Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane obustronnie ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy o długości 285-300 mm w zależności od rozmiaru; pakowane podwójnie: op. wewnętrzne papierowe zewnętrzne folia, spełniające pozostałe parametry siwz?
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

11. ***Pytanie - Grupa 3 poz. 3***
Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 455mm, o poziomie białek lateksowych poniżej 50µg/g, spełniające pozostałe parametry siwz?
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

12. ***Pytanie - Grupa 2***
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do szynowania moczowodów z popychaczem o długości 35 cm, prowadnikiem o długości 150 cm, średnica 4F i 4,7F, długości 10, 12, 14, 16 dla średnicy 4F, długości 16, 24, 26, 28, 30 dla średnicy 4,7F, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza, z wyjątkiem dopuszczenia zestaw do szynowania moczowodów o długości 14 i 16 cm gdzie pozostałe parametry pozostają bez zmian.

13. ***Pytanie - dotyczy grupy nr 2***
    Czy Zamawiający dopuści zestawy z prowadnikiem o dł. 150 cm?
    Odpowiedź:
    Zamawiający nie dopuszcza.

14. ***Pytanie - dotyczy grupy nr 2***
    Czy Zamawiający dopuści zestawy z popychaczem o dł. 35 cm?
    Odpowiedź:
    Zamawiający nie dopuszcza.

15. ***Pytanie - dotyczy grupy nr 2***
    Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w miejsce cewników o dł. 15 cm cewników o dł. 14 lub 16 cm?
    Odpowiedź:
    Zamawiający dopuszcza cewniki o dł. 14 i 16 cm.

16. ***Pytanie - dot. Grupy nr 2***
    Pozycja nr 1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów w rozmiarach: 4,7 F o długościach 12,16,18,20,22,24,26 cm z popychaczem o długości 70 cm oraz prowadnikiem o długości 145 cm spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
    Odpowiedź:
    Zamawiający nie dopuszcza.

17. ***Pytanie - Grupa 3 poz. 1***
    Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice o poziomie protein <70ug/g zgodnie z normą EN 455:00 część 3, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.
    Odpowiedź:
    Zamawiający nie dopuszcza.

18. ***Pytanie - Grupa 3 poz. 1***
    Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycjach opakowanie podwójne: wewnętrzne papier a zewnętrzne papier wewnętrznie podwoskowany. Jest to opakowanie zarówno nieprzepuszczalne jak i odporne na wilgoć.
    Odpowiedź:
    Zamawiający nie dopuszcza.

19. ***Pytanie - Grupa 3***
    Zwracamy się z prośbą o możliwość składania oferty na pozycje w grupie 3. Wszystkie trzy pozycje są co prawda rękawicami jałowymi ale każda z nich ma inną specyfikę. Jedna to podstawowa chirurgia, druga to inny materiał a trzecia to inne przeznaczenie. Dzięki składaniu ofert na pozycje Zamawiający zyska większą liczbę ofert w korzystnych cenach.
    Odpowiedź:
    SIWZ pozostaje bez zmian.

20. ***Pytanie - Projekt umowy- §3 pkt. 2***
    Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odpowiedź:
§3 pkt. 2 projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
„2. Odbiorca zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określona w ust. 1 ilości wyrobów w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z zastrzeżeniem że minimalny zakres zamówienia wyniesie 50%."

21. ***Pytanie - Projekt umowy- §7 pkt. 2***
Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem rozładunek na półkę? Czy chodzi o dostarczenie towaru zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmach przewozowych tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu.). Czy Zamawiający wymaga rozkładania towaru po magazynie?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga wyładowania przesyłki z samochodu i położenia jej w magazynie miejscu wskazanym przez pracownika Apteki.

22. ***Pytanie - Projekt umowy- §11 pkt. 4***
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 3 na 7 dni roboczych. Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

23. ***Pytanie – dot. grupy nr 2***
Z uwagi na identyczność asortymentu prosimy Zamawiającego o zmniejszenie ilości wymaganych próbek w ww. grupie do 3 sztuk na grupę.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ z dnia 03.09.2015r. dotyczące grupy 2 w pkt. III „Opis przedmiotu zamówienia", gdzie w miejsce zdania:
„Wykonawca ma obowiązek dostarczyć próbki oferowanych:
w grupie 2 zestawów do szynowania moczowodów – 2 szt. z długości 8 – 12 cm; 2 szt – z długości 15 – 20 cm, 2 szt. - z długości 22 – 26 cm. ….."
wprowadza się zapis:
„Wykonawca ma obowiązek dostarczyć próbki oferowanych:
w grupie 2 zestawów do szynowania moczowodów – 1 szt. z długości 8 – 12 cm; 1 szt – z długości 15 – 20 cm, 1 szt. - z długości 22 – 26 cm. ..."

Ponadto Zamawiający zmienia treść SIWZ z dnia 03.09.2015 r.:
1. Punkt XII SIWZ „Miejsce i termin składania ofert" ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ofertę należy złożyć **do dnia 14 września 2015 r. do godz. 10.30** w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66."
2. Punkt XIII SIWZ „ Miejsce i termin otwarcia ofert" zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej **w dniu 14 września 2015r. o godz. 11.00** w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają się wiążące.

ZATWIERDZIŁ:
Dr med. Zbigniew J. Król
Dyrektor Szpitala